



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

ANÁLISE

Análise nº 10/2024/HB-NUALM

De: HB-NUALM

Para: **HB-GAD/SESAU-CGPM/NPL (seção de especialidades)**

Processo Nº: **0049.133848/2021-09**

Assunto: **Análise Técnica das Propostas - "UROLOGIA PEDIÁTRICA - HBAP" HBAP/SESAU-RO**

Senhor(a),

Encaminhamos o Processo Administrativo referente ao **PE N°. 432/2023/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada, em virtude da especificidade técnica dos produtos a serem adquiridos, a Análise das propostas enviadas pelas empresas informadas no **Despacho (0044053678)**.

Encaminhamos o Processo Administrativo referente ao as propostas de preços (e anexos) das empresas possui as informações previamente necessárias para análise técnica, tais como, **(Registro Sanitário do Produto, folders, prospecto e catálogo)**.

- (1) ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386) - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 e remanescente nos itens 08, 09 e 24;
- (2) SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (ID 0044053441) - itens 08 e 09;
- (3) SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404) - itens 10, 11, 12 e 19 e remanescente nos itens 05, 13, 16 e 17;
- (4) J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (ID 0044053000) - itens 13, 14 e 15;
- (5) MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA (ID 0044053175) - item 16 e remanescente nos itens 14 e 15;
- (6) JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (ID 0044053037) - item 17;
- (7) PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS (ID 0044053258) - item 18;
- (8) NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053204) - itens 20 e 21 e remanescente no item 19;
- (9) ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052334) - itens 24 e 29;
- (10) PROTESENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053284) - item 28 e remanescente no item 20;
- (11) RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310) - remanescente nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07;
- (12) IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961) - remanescente nos itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21 e 28;
- (13) BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 0044052415) - remanescente nos itens 08, 24 e 29;
- (14) NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (ID 0044053223) - remanescente nos itens 10, 11, 12 e 19;
- (15) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (ID 0044052453) - remanescente nos itens 14, 15, 28 e 29;
- (16) LEVMEDICAL SOLUCOES PARA MEDICINA LTDA (ID 0044053111) - remanescente no item 17;
- (17) CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (ID 0044052497) - remanescente no item 18;
- (18) EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (ID 0044052877) - remanescente no item 18;
- (19) SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 0044053360) - remanescente no item 21..

	medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop	REMANESCENTES	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , “coleta de aspirado broncoalveolar” não sendo o mesmo produto solicitado neste item.
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA , AS INFORMAÇÕES INICIAIS APRESENTADAS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.
2	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 10 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	1ª colocada	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca BIOSAT com o modelo DJ-3010 do qual apresenta FioGuia com características distintas das solicitadas. O fio guia solicitado no descritivo possui medidas de 0,018”, equivalente a 0,045mm por 60 cm. O material da marca BIOSAT possui 0,19 mm por 81cm , sendo de tamanho superior e não compatível com o uso desejado.
		REMANESCENTES	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , “coleta de aspirado broncoalveolar” não sendo o mesmo produto solicitado neste item.
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA , AS INFORMAÇÕES INICIAIS APRESENTADAS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.
3	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido	1ª colocada	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca BIOSAT com o modelo DJ-3012 do qual apresenta FioGuia

	em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 12 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.					com características distintas das solicitadas. O fio guia solicitado no descritivo possui medidas de 0,018", equivalente a 0,045mm por 60 cm. O material da marca BIOSAT possui 0,19 mm por 81cm , sendo de tamanho superior e não compatível com o uso desejado.	
	REMANESCENTES	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , "coleta de aspirado broncoalveolar" não sendo o mesmo produto solicitado neste item.	
		IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA , AS INFORMAÇÕE S INICIAIS APRESENTAD AS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.	
4	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 14 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	1ª colocada	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca BIOSAT com o modelo DJ-3014 do qual apresenta FioGuia com características distintas das solicitadas. O fio guia solicitado no descritivo possui medidas de 0,018", equivalente a 0,045mm por 60 cm. O material da marca BIOSAT possui 0,19 mm por 81cm , sendo de tamanho superior e não compatível com o uso desejado.
		REMANESCENTES	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , "coleta de aspirado broncoalveolar" não sendo o mesmo produto solicitado neste item.
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA, AS INFORMAÇÕE S INICIAIS APRESENTAD AS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕE S PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.
5	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido	1ª colocada	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca BIOSAT com o modelo DJ-4012 do qual apresenta diâmetro de 4.0 Fr por 12 cm.

	em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 4,8 Fr com comprimentos de 12 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador.						O material solicitado no descritivo é de 4,8 Fr sendo que o cateter com dimensões menores não é equivalente para o item solicitado e não atende as necessidades.
		REMANESCENTES	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)			APTO	A EMPRESA APRESENTA PROSPECTO COM PRODUTO EN-364712-F COMPATIVEL COM O SOLICITADO.
			RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , “coleta de aspirado broncoalveolar” não sendo o mesmo produto solicitado neste item.
6	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 4,8 Fr com comprimentos de 14 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador.	1ª colocada	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca BIOSAT com o modelo DJ-4014 do qual apresenta diâmetro de 4.0 Fr por 14 cm. O material solicitado no descritivo é de 4,8 Fr sendo que o cateter com dimensões menores não é equivalente para o item solicitado e não atende as necessidades.
		REMANESCENTES	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , “coleta de aspirado broncoalveolar” não sendo o mesmo produto solicitado neste item.
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA , AS INFORMAÇÕES INICIAIS APRESENTADAS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.
7	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 4,8 Fr com comprimentos de 10 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE. O duplo J deverá ter marcas de graduação para	1ª colocada	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca BIOSAT com o modelo DJ-4010 do qual apresenta diâmetro de 4.0 Fr por 10 cm. O material solicitado no descritivo é de 4,8 Fr sendo que o cateter com dimensões menores não é equivalente para o item solicitado e não atende as necessidades.
		REMANESCENTES	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (ID 0044053310)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa possui outra finalidade , “coleta de aspirado broncoalveolar”

	visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador.					não sendo o mesmo produto solicitado neste item.
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)		APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA , AS INFORMAÇÕE S INICIAIS APRESENTADAS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.
8	Cateter intraoperatorio de Pieloplastia infantil hidrofílico , em de Poliuretano Macio Radiopaco) nas medidas de 4,0 Fr por 12 - 18 , acompanhado de Estilete de posicionamento e Fio guia em Aço inoxidável revestido com politetrafluoretileno com ponta flexível de 3 cm, alem de Tubo de ligação	1ª colocada	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (ID 0044053441)		INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa é um cateter duplo j com diâmetro de 4,0 Fr por 16 cm , e o solicitado na descrição é um cateter intraoperatório de Pieloplastia de 4,0 Fr com medida de 12 a 18 com estilete para ajuste do tamanho necessário acompanhado de tubo de ligação. O produto é distinto de um duplo j, sendo que este material fora solicitado em outro item e não é compatível com o solicitado neste.
		REMANESCENTES		ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)	INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa é um cateter duplo j com diâmetro de 4,0 Fr por 12 cm , e o solicitado na descrição é um cateter intraoperatório de Pieloplastia de 4,0 Fr com medida de 12 a 18 com estilete para ajuste do tamanho necessário acompanhado de tubo de ligação. O produto é distinto de um duplo j, sendo que este material fora solicitado em outro item e não é compatível com o solicitado neste.
				BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 0044052415)	INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa é um cateter duplo j com diâmetro de 4,0 Fr por 12 cm , e o solicitado na descrição é um cateter intraoperatório de Pieloplastia de 4,0 Fr com medida de 12 a 18 com estilete para ajuste do tamanho necessário acompanhado de tubo de ligação. O produto é distinto de um duplo j, sendo que este material fora solicitado em outro item e não é compatível com o solicitado neste.
9	Cateter intraoperatorio de Pieloplastia infantil hidrofílico , em de Poliuretano Macio Radiopaco) nas medidas de 4,7 Fr por 12 - 18 , acompanhado de Estilete de	1ª colocada	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (ID 0044053441)		INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa é um cateter duplo j com diâmetro de 4,7 Fr por 16 cm, e o solicitado na descrição é um cateter intraoperatório de Pieloplastia de 4,0 Fr com medida de 12 a 18 com estilete para ajuste do tamanho necessário acompanhado de tubo de ligação. O produto é distinto de um duplo j, sendo

	posicionamento e Fio guia em Aço inoxidável revestido com politetrafluoretileno com ponta flexível de 3 cm, alem de Tubo de ligação					que este material fora solicitado em outro item e não é compatível com o solicitado neste.	
	REMANESCENTES	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			INAPTO	As características do material apresentado pela empresa não estão de acordo com a descrição, sendo que o material apresentado pela empresa é um cateter duplo j com diâmetro de 4,0 Fr por 12 cm , e o solicitado na descrição é um cateter intraoperatório de Pieloplastia de 4,0 Fr com medida de 12 a 18 com estilete para ajuste do tamanho necessário acompanhado de tubo de ligação. O produto é distinto de um duplo j, sendo que este material fora solicitado em outro item e não é compatível com o solicitado neste.	
		IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	APESAR DA TENTATIVA DE CONTATO COM A EMPRESA TER SIDO INFRUTÍFERA, AS INFORMAÇÕES INICIAIS APRESENTADAS E A MARCA DO PRODUTO SAO COMPATÍVEIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO SITE DA FABRICANTE.	
10	Tubo Hipospádia 6fr, com no mínimo 300mm de comprimento: produzido em silicone, vazado em uma das extremidades para drenagem urinária contínua, com anel para fixação e ponteira com furos atraumáticos. A embalagem primária e individual deverá constar tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, número do lote, data de fabricação.	1ª colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (ID 0044053223)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
11	Tubo Hipospádia 8fr, com no mínimo 300mm de comprimento : produzido em silicone, vazado em uma das extremidades para drenagem urinária contínua, com anel para fixação e ponteira com furos atraumáticos. A embalagem	1ª colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria

	primária e individual deverá constar tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, número do lote, data de fabricação.						
			NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (ID 0044053223)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
12	Tubo Hipospádia 10fr, com no mínimo 300mm de comprimento : produzido em silicone, vazado em uma das extremidades para drenagem urinária contínua, com anel para fixação e ponteira com furos atraumáticos. A embalagem primária e individual deverá constar tipo de esterilização, nome e marca do produto, fornecedor e endereço, número do lote, data de fabricação.	1ª colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (ID 0044053223)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
13	Sonda Vesical Tipo Foley nº 6, 2 (duas vias , siliconizado, estéril, contendo balão com capacidade de no mínimo 5 ml e variação aceitável de +/- 5 ml. o material deverá vir embalado em papel grau cirúrgico, com lote, data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.	1ª colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (ID 0044053000)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
14	Sonda Vesical Tipo Foley nº 8, 2 (duas vias , siliconizado, estéril, contendo balão com capacidade de no mínimo 5 ml e variação aceitável	1ª colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (ID 0044053000)			INAPTO	Após solicitação, a empresa apresenta prospecto que relata : "As Sondas de Foley de 2 e 3 Vias com Balão são confeccionad as em látex de borracha Natural...". Portanto , o material não é de silicone, conforme solicitado.
		REMANESCENTES	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA (ID 0044053175)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca WELL LEAD

	de +/- 5 ml. o material deverá vir embalado em papel grau cirúrgico, com lote, data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.					com sonda de Folley em Latex Siliconizado, sendo que o descritivo solicita material em silicone. As Sondas de volley podem ser em material de silicone ou látex ,sendo que o tipo de material influencia no uso deste material.	
			CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (ID 0044052453)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca WELL LEAD com sonda de Folley em Latex Siliconizado, sendo que o descritivo solicita material em silicone. As Sondas de volley podem ser em material de silicone ou látex, sendo que o tipo de material influencia no uso deste material.
15	Sonda Vesical Tipo Folley nº 10, 2 (duas) vias , siliconizado, estéril, contendo balão com capacidade de no mínimo 5 ml e variação aceitável de +/- 5 ml. o material deverá vir embalado em papel grau cirúrgico, com lote, data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.	1ª colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (ID 0044053000)			INAPTO	Após solicitação, a empresa apresenta prospecto que relata : "As Sondas de Foley de 2 e 3 Vias com Balão são confeccionadas em látex de borracha Natural... “. Portanto , o material não é de silicone, conforme solicitado.
		REMANESCENTES	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA (ID 0044053175)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca WELL LEAD com sonda de Folley em Latex Siliconizado, sendo que o descritivo solicita material em silicone. As Sondas de volley podem ser em material de silicone ou látex ,sendo que o tipo de material influencia no uso deste material.
			CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (ID 0044052453)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca WELL LEAD com sonda de Folley em Latex Siliconizado, sendo que o descritivo solicita material em silicone. As Sondas de volley podem ser em material de silicone ou látex ,sendo que o tipo de material influencia no uso deste material.
16	Sonda Vesical Tipo Folley nº 12, 2 (duas) vias , siliconizado, estéril, contendo balão com capacidade de no mínimo 5 ml e variação aceitável de +/- 5 ml. o material deverá vir embalado em papel grau cirúrgico, com lote, data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.	1ª colocada	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA (ID 0044053175)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material da marca WELL LEAD com sonda de Folley em Latex Siliconizado, sendo que o descritivo solicita material em silicone. As Sondas de volley podem ser em material de silicone ou látex ,sendo que o tipo de material influencia no uso deste material.
		REMANESCENTES	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria

17	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO, estéril, com Alta Viscosidade e ampolas com no mínimo 0,5 ml.	1ª colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (ID 0044053037)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretari
			LEVMEICAL SOLUCOES PARA MEDICINA LTDA (ID 0044053111)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
18	Caneta de marcação, aplicação dermatográfico, composição tinta à base violeta genciana, tipo ponta fina, esterilidade estéril, embalagem individual, adicional c/ régua milimetrada.	1ª colocada	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS (ID 0044053258)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (ID 0044052497)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (ID 0044052877)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
19	Fio de Sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 75 cm, características adicionais c/1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 1,70 cm, esterilidade estéril.	1ª colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (ID 0044053404)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053204)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (ID 0044053223)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
20	Fio de Sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 75 cm, características adicionais c/1 agulha em cada	1ª colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053204)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	PROTESENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053284)		APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria

	ponta do fio, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 1,10 cm.								
			IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)				APTO		Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		1ª colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053204)				APTO		Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
21	Fio de Sutura, material poliglecaprone, tipo fio 5-0, cor incolor, comprimento 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,95 cm, esterilidade estéril.	REMANESCENTES	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)				APTO		Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 0044053360)				APTO		Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
22	Dreno de sucção contínua tipo blake - 10 fr, dreno tubular em silicone, de 4 canais laterais para sucção de fluidos no pós-operatório, contendo reservatório de sucção graduado, com capacidade mínima de 100 ml. válvula unidirecional. radiopaco, estéril e descartável, envolvido em embalagem que permita a sua abertura asséptica.								
23	Dreno de sucção contínua tipo blake - 15 fr, dreno tubular em silicone, de 4 canais laterais para sucção de fluidos no pós-operatório, contendo reservatório de sucção graduado, com capacidade mínima de 100 ml. válvula unidirecional. radiopaco, estéril e								

CANCELADO NO JULGAMENTO

CANCELADO NO JULGAMENTO

	descartável, envolvido em embalagem que permita a sua abertura asséptica.						
24	Balão Dilatação, aplicação ureteral, material polímero, dimensão balão 4 a 7 x40 mm, comprimento do cateter cerca de 70 cm, adicionais c/ 2 marcas radiopacas, compatível compatível c/ fio guia 0,035', esterilidade estéril, uso único. Adicional sistema de medida da pressão no balão dilatador.	1ª colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052334)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
		REMANESCENTES	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (ID 0044052386)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
			BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 0044052415)			APTO	Atende satisfatoriamente e as necessidades desta Setorial/ Especialidade/ Secretaria
28	IMPLANTE CIRÚRGICO, MATERIAL ácido hialurônico estabilizado de origem não animal e dextransômero , APLICAÇÃO REFLUXOVESICO-URETRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INJETÁVEL POR VIA ENDOSCÓPICA. ESTÉRIL , DE USO ÚNICO.	1ª colocada	PROTESENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (ID 0044053284)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material referente a cola cirúrgica , não sendo material das mesmas características solicitadas e incompatível com o descritivo.
		REMANESCENTES	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052961)			INAPTO	A empresa nao apresentou prospecto referente ao produto e não há informações na documentação inicial.
			CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (ID 0044052453)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material referente a cola cirúrgica , não sendo material das mesmas características solicitadas e incompatível com o descritivo.
29	CANULA PARA APLICAÇÃO DE IMPLANTE CIRURGICO ENDOSCÓPICO PARA REFLUXO VESICO URETERAL , COMPATIVEL COM MATERIAL A BASE DE ácido hialurônico estabilizado de origem não animal e dextransômero, NAS MEDIDAS DE 3,7 FR X 23G X 350 MM, ESTÉRIL , DE USO ÚNICO.	1ª colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ID 0044052334)			INAPTO	Em resposta ao contato, a empresa alega erro de numeração no pregão , sendo que alega não ter cotado tal item , e por isso não apresenta prospecto para o mesmo.
		REMANESCENTES	BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 0044052415)			INAPTO	Em resposta ao contato, a empresa alega erro de numeração no pregão, sendo que alega não ter cotado tal item , e por isso não apresenta prospecto para o mesmo.
			CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (ID 0044052453)			INAPTO	O prospecto apresentado pela empresa apresenta material referente a balão de dilatação ureteral, item incompatível com o descritivo deste material

27

Reconstrutor peniano para tratamento de curvatura peniana, enxerto de matriz bovina, estéril, livre de aldeído, com medidas de 10x18 cm, estéril de uso único.

CANCELADO NO JULGAMENTO

Análise feita com resposta do documento **Análise Técnica Dr. eliakim - Médico Urologista Infantil** (0046804644).

ADRIANA PEREIRA

Chefe do Núcleo de Almoxarifado

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - SESAU-HBAP

Portaria nº 389 de 11 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Pereira, Chefe de Núcleo**, em 13/03/2024, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046786407** e o código CRC **C35B57C5**.