



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 34/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-CEL (0046615317)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DA(S) PROPOSTA(S) DA(S) EMPRESA(S) (PE Nº 378/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº. 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Objetivo: Análise técnica dos produtos ofertados pela empresa licitante para que não hajam aquisições e/ou contratações em desacordo com o solicitado no descritivo do instrumento de convocação (Edital) .							
Método: Análise comparativa ao descritivo do Edital e de registro nos órgãos de regulação dos produtos ofertados pela empresa licitante por meio de consulta à Ficha Técnica (folders, catálogos, prospectos e sítios eletrônicos) e às instituições de regulamentação.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	REG. ANVISA	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 1002743 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO DRÄGER NEONATAL/PEDIÁTRICO - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR DA MARCA DRAGER. PEÇA EM Y, REUTILIZÁVEL, P, ANGULADO, COM ABERTURA DE SUCCÇÃO TRAQUEIA ONDULADA, P, 14 CM, SUPORTE PARA CATETER ADAPTADOR PARA TERMÔMETRO, REUTILIZÁVEL, PARA CONJUNTO DE TRAQUEIA DE RESPIRAÇÃO AQUAPOR EL COLETOR DE UMIDADE, REUTILIZÁVEL, P TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 60 CM, CONECTOR 10 MM/ 10MM, Ø 10 MM DRENO DE ÁGUA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL, REUTILIZÁVEL, N TAMPA,	Remanescentes	BMA-BRASIL MARCAS	MF	NÃO INFORMADO	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder. Da análise da ficha técnica do produto da marca ofertada, no site da Medical Fast na INTERNET (https://www.medicalfast.com.br/circuito-para-ventilacao-infantil-compativel-com-drager-evita4), foi constada a discordância dos aspectos e falta dos seguintes componentes em relação ao circuito respiratório descrito no Edital: - As dimensões das traqueias ofertadas estão em desacordo com as do descritivo. - Falta traqueia ondulada 14 cm, suporte para cateter; - Falta adaptador para termômetro, reutilizável, para conjunto da traqueia de respiração Aquapor EL; - Falta coletor de umidade, reutilizável; - Falta tampa, reutilizável, 7 mm; - Falta conector, alumínio, reutilizável, 22mm/11mm. Não fazem parte do circuito solicitado no descritivo: conector reto, conector cotovelo 90º, conectores chanfrados e linha proximal</i>

	REUTILIZÁVEL, 7 MM CONECTOR, ALUMÍNIO, REUTILIZÁVEL, 22 MM/11 MM TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 40 CM, CONECTOR 10 MM/22 MM. Ø 10 MM TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 60 CM, CONECTOR 10 MM/22 MM, Ø MM.NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						
6	ID: 1002748 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 1 - 12MM X 45CM-80CM - CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 12MM X 45CM A 80CM, E CONECTOR "Y". NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Remanescentes	DUMALE PRODUTOS	VENTCARE / VENT08N-1500	80677040004	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Em consulta ao site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traqueias (12mm) não é disponibilizado pela mesma.
		Remanescentes	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040004	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Em consulta ao site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traqueias (12mm) não é disponibilizado pela mesma.
		Remanescentes	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040004	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Em consulta ao site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traqueias (12mm) não é disponibilizado pela mesma.
7	ID: 1002749 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 12MM, COMPRIMENTO 150CM A 180CM, E CONECTOR EM "Y". NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Remanescentes	BMA-BRASIL MARCAS	VENTCARE	80677040004	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Em consulta ao site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traqueias (12mm) não é disponibilizado pela mesma.
		Remanescentes	DUMALE PRODUTOS	VENTCARE / VENT08N-1800	80677040004	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Em consulta ao site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traqueias (12mm) não é disponibilizado pela mesma.
		Remanescentes	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040004	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Em consulta ao site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traqueias (12mm) não é disponibilizado pela mesma.
18	ID: 1002760 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	1ª Colocada	NORTEMEDICA COMERCIO	PROTEC	80435140045	INAPTA	Por não corresponder a medida solicitada no descritivo

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		DUMALE PRODUTOS	VENTCARE / VENT30	80677040004	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
			J & A COMERCIO	VENTCARE	80677040004	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
19	ID: 1002761 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL NEONATL, 12 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	NORTEMEDICA COMERCIO	VENTCARE	80677040004	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
			DUMALE PRODUTOS	VENTCARE / VENT30N	80677040004	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
			J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040004	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
21	ID: 1002763 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Remanescentes	NORTEMEDICA COMERCIO	PROTEC	80435140045	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
			DUMALE PRODUTOS	VENTCARE / VENT30L	80677040004	INAPTA	<i>Por não está descrito no catálogo o modelo ofertado.</i>
			J & A COMERCIO	VENTCARE	80677040004	INAPTA	<i>Por não está descrito no catálogo o modelo ofertado.</i>
LOTES 2 - Grupo 02							
38	ID: 1002780 - VÁLVULA EXALATÓRIA COMPLETA COMPATÍVEL COM O VENTILADOR PULMONAR DIXTAL MODELO (DX 3010) . DESINFECTÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA	Remanescente	NORTEMEDICA	DIXTAL	NÃO INFORMADO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
39	ID: 1002781 - DIAFRAGMA/MEMBRANA COMPATÍVEL COM A VÁLVULA EXALATÓRIA DO VENTILADOR DIXTAL (DX 3010). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	Remanescente	NORTEMEDICA	DIXTAL	NÃO INFORMADO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
59	ID: 1002764 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL. NEONATAL, 12 MM, EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Remanescente	AIRMED MEDICAL	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>
		Remanescente	AIRMED MEDICAL	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	<i>Por não corresponder a medida solicitada no descritivo</i>

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. **DO PARECER:**

Após a análise técnica da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que a empresa/licitante, **NORTEMEDICA**, que apresentou proposta para os **itens 38 39**, está **APTA** por estar **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração.

As demais empresas foram consideradas **INAPTAS**, por estarem em **DESACORDO** com o solicitado por esta administração.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador-CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 13/03/2024, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 20:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046804683** e o código CRC **1E9DA48F**.