



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 9/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL - ALFA

Processo: 0036.109491/2022-60

Assunto: Análise Técnica da Proposta.

Senhor(a),

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar posicionamento desta Coordenadoria referente ao posicionamento das Especialidade quanto aos materiais propostos pelas Empresas:

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -Proposta - ORION COMERCIO [29] (0047856194)

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.109491/2022-60							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/ 2023 /SUPEL/ALFA/ RO, ESPECIALIDADES MEDICAS							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
29	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e C=230 cm, compatível com os endoscópios dos itens 8, 9 e 10 desta Tabela	1º	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 0047856194	OPTALED	ANVISA 80886390001 MODELO Cabo Universal autoclavável 2,50 m (3,5 mm): CAC250-35	INAPTO	Cabo universal não cumpre as necessidades do solicitado no termo de referência, solicitado comprimento de 230mm e o ofertado é de 250mm. Tal diferença impacta no desenvolvimento da cirurgia tornando o equipamento mais pesado e exercendo uma carga laboral desnecessária. Por esse motivo <b>REPROVA-SE</b> o item.
		2º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

**DIEGO ESCOBAR**  
Médico Responsável Técnico  
SESAU-CGPMNPL

**SESAU**  
Secretaria de Estado  
da Saúde

**RONDÔNIA**  
★  
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 17/04/2024, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0047866684** e o código CRC **E97E95F3**.

**Referência:** Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0036.109491/2022-60

SEI nº 0047866684