

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL ALFA**

Processo Nº: **0036.109491/2022-60**

Assunto: **Análise Técnica das Propostas**

rezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL (0044519181)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/2023/SUPEL/ALFA/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte **PARECER TÉCNICO**:

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/2022/SUPEL/ALFA/RO):

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.109491/2022-60							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/ 2023 /SUPEL/ALFA/ RO, ESPECIALIDADES MEDICAS							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	FIO GUIA HIDROFÍLICO, ponta reta flexível, em nitinol, revestimento hidrofílico, diâmetro 0,035, comprimento 150cm.	1º	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0043224575	Tianck Medical CO LTD	10289680224	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA0043224643	TIANCK MEDICAL	80253920012	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA.0043224254	SHENZHEN MICROAPPROACH	80518279003	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

2	EQUIPO IRRIGAÇÃO PARA ARTROSCOPIA, 2 vias, composto por extensões em PVC cristal atóxico, conectores em "Y", clamp , corta fluxo em todas as vias.	1º	CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTD 0043223540	Camahe	NÃO INFORMADO	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0043223933	CLEARMAT / CREMER	80245210231	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	MP	NÃO INFORMADO	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
3	LUVA PARA ARTROSCOPIA, tamanho aproximado de 15 cm X 250cm.	1º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	AMERICAN INSTRUMENTS	80251140005	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	MINAS IMPORT	NÃO INFORMADO	INAPTO	EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, OFERTARAM LUVA CIRÚRGICA, QUANDO DEVERIA SER DE ARTROSCOPIA, NÃO CUMPRINDO A EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA
		3º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	AMERICAN INSTRUMENTS	80251140005	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
4	PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO, de nitinol com ponta helicoidal de 4 fios; 16 mm, 120 cm para uso com endoscópio do item 8 da Tabela 2.	1º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	MEDTEC SUPPLIES	81655779020	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	RUSSER BRASIL LTDA0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 34	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA0043224786	RUSSER	803 297 200 34	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
5	ELETRODO UNIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIA, TIPO ALÇA, angulada, 24/26CH, com 1 haste-guia, compatível o item	1º	RUSSER BRASIL LTDA0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 12	INAPTO	EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O ITEM 16 DA TABELA I MATERIAL NÃO É COMPATÍVEL COM O ITEM INDICADO
		2º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	PLASTIK MEDIKAL	9680 - 165121	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	16 da Tabela 2.	3°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	EMED	NÃO INFORMADO	INAPTO	EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O ITEM 16 DA TABELA II MATERIAL NÃO É COMPATÍVEL COM O ITEM INDICADO
6	ELETRODO UNIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIA, TIPO CÔNICO, 24/26Fr, com 1 haste-guia, compatível o item 16 da Tabela 2.	1°	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 0043224786	RUSSER	803 297 200 34	INAPTO	EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O ITEM 16 DA TABELA II MATERIAL NÃO É COMPATÍVEL COM O ITEM INDICADO
		2°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 0043225279	EMED	NÃO INFORMADO	INAPTO	EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O ITEM 16 DA TABELA II MATERIAL NÃO É COMPATÍVEL COM O ITEM INDICADO
		3°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	ALACER	80170620045	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		1°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	MEDTEC SUPPLIES	81655770008	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
7	FIBRA LASER PARA LITOTRIPSIA, Diâmetro= 270 um, reutilizável, compatível com laser Dornier Med Tech, modelo H30 Solvo.	2°	EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA.0043224254	SEM PROPOSTTA		INAPTO	O ITEM NÃO CONSTA NA PROPOSTA DA EMPRESA
		1°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	MEDTEC SUPPLIES	81655770008	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
8	FIBRA LASER PARA LITOTRIPSIA, Diâmetro= 400 um, reutilizável, compatível com laser Dornier Med Tech, modelo H30 Solvo.	2°	EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA.0043224254	SEM PROPOSTTA		INAPTO	O ITEM NÃO CONSTA NA PROPOSTA DA EMPRESA
		1°	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 0043224643	ZAMAR / CROÁCIA	80253929004	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
9	AGULHA DE CHIBA, agulha para punção inicial 18G x 23cm para instalação de contraste no rim.	2°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	UNISIS	NÃO INFORMADO	INAPTO	A EMPRESA OFERTOU AGULHA DE BIÓPSIA COM COMPRIMENTO DE 25CM, QUANDO SOLICITOU-SE 23CM NÃO CUMPRINDO O TERMO DE REFERÊNCIA.

		3°	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0043224575	Descartável	10289680122	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
--	--	----	--	-------------	-------------	-------------	---

TABELA 2 - ITENS PERMANENTES

1.10	EVACUADOR DE ELLIK COMPLETO, composto de: conector, bulbo de vidro e pera de borracha, autoclavável, compatível com o item 11 desta Tabela.						SEM PROPOSTA
2.11	FACA CIRÚRGICA, TIPO SACHSE, C= 28.5 cm, reta, para uretrotomia, autoclavável, compatível com o item 17 desta Tabela.	1°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 0043225279	RUSSER		NÃO INFORMADO	INAPTO A EMPRESA OFERTOU UMA FACA PARA USOEM PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO, QUANDO DEVERIA SER TIPO "SACHSE" PARA UROLOGIAPORTANTO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA,
		2°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	MEDTEC SUPPLIES	81655770078		APTO EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3°	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	UFSSS04	80222910011		INAPTO EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA,EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O ITEM 17 DA TABELA IIMATERIAL NÃO É COMPATÍVEL COM O ITEM INDICADO
3.12	FACA CIRÚRGICA, TIPO SACHSE, C= 28.5 cm, arredondada, para uretrotomia, autoclavável, compatível com o item 17 desta Tabela.	1°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	RUSSER		NÃO INFORMADO	INAPTO A EMPRESA OFERTOU UMA FACA PARA USOEM PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO, QUANDO DEVERIA SER TIPO "SACHSE" PARA UROLOGIAPORTANTO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA,
		2°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	MEDTEC SUPPLIES	81655770078		APTO EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3°	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80222910011		INAPTO EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA,EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O ITEM 17 DA TABELA IIMATERIAL NÃO É COMPATÍVEL COM O ITEM INDICADO

4.13	PINÇA BIDENTE, D= 4 fr, C= 60 cm, boca reta com dois dentes, para retirada de grandes fragmentos, dupla ação, autoclavável, compatível com o item 8 desta Tabela.	1º	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA0043224786	KND	81759410001	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790133	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 0043225279	RUSSER	NÃO INFORMADO	INAPTO	PINÇA CIRÚRGICA OFERTADA TEM UM COMPRIMENTO DE 40CM, QUANDO O QUE FOI SOLICITADO FOI 60CM PORTANTO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA
5.14	PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO RÍGIDA, 5Fr 60cm, autoclavável, compatível com o item 8 desta Tabela.	1º	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 0043224786	RECUSADA			
		2º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790133	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	RUSSER	NÃO INFORMADO	INAPTO	PINÇA CIRÚRGICA OFERTADA TEM UM COMPRIMENTO DE 40CM, QUANDO O QUE FOI SOLICITADO FOI 60CM PORTANTO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA
6.15	PINÇA PARA CORPOS ESTRANHOS, D= 7Fr., C= 40 cm, compatível com os itens 18 e 19 desta Tabela.	1º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790133	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	RUSSER BRASIL LTDA0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 05	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 0043224786	KND	81759410001	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	PINÇA PARA CORPOS ESTRANHOS, BOCA TIPO CÔNCOVA, D= 7	1º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80222910011	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA0043224786	KND	81759410001	APTO	EM ANÁLISE VERIFIOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

7.16	fr, C= 40 cm, . Para biópsia, os itens 18 e 19 desta Tabela.	3°	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	SHENDA	80690340005	APTO	EM ANÁLISE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
8.17	ENDOSCÓPIO RÍGIDO, TIPO URETEROSCÓPIO, ocular fixa oblíqua, AV=6°, D=7 Fr., C=43 cm, graduado progressivamente de 7 a 9.9 Fr., autoclavável, com fibra ótica para transmissão de luz incorporada, 2 canais de irrigação lateral e canal de trabalho 4.8 Fr., para uso com instrumentais de até 4 Fr.	1°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 0043225279	RUSSER	NÃO INFORMADO	INAPTO	PRODUTO OFERTADO NA PROPOSTA DA EMPRESA FOI NEFROSCÓPIO, QUANDO DEVERIA SER URETEROSCÓPIO. O QUE NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
		2°	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80370820001	INAPTO	PRODUTO OFERTADO DIFERE NAS SUAS ESPECIFICAÇÕES (MEDIDAS DIFERENTES DAS SOLICITADAS) EM COMPARAÇÃO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. ALÉM DISTO A EQUIPE ASSISTENCIAL JÁ POSSUI EXPERIÊNCIA COM O PRODUTO OFERTADO, TENDO PÉSSIMAS EXPERIÊNCIAS CONSIDERANDO QUE A PONTE DE TRABALHO É REMOVÍVEL E APÓS ALGUNS USOS A PEÇA FICA FROUXA E CAI DURANTE O PROCEDIMENTO, ATRASANDO O MESMO.
		3°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		1°	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	DOCTUS	80690340002	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NESTE EDITAL CONTÉM DESCRITIVO TÉCNICO DIVERGENTE DO QUE CONSTA NO MANUAL DISPONÍVEL NO SITE DA ANVISA (AV. 30° / D: 4mm / C: 302mm). DESTACAMOS QUE PEQUENAS DIFERENÇAS PODEM COMPROMETER SIGNIFICATIVAMENTE O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO. COLOCANDO O PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA

9.18	ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.	2°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 0043225279	RUSSER	NÃO INFORMADO	INAPTO	PRODUTO OFERTADO (AV. 30o / D: 5mm / C: 250mm) PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM OSOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - DESTACAMOS QUE PEQUENAS DIFERENÇAS PODEMCOMPROMETER SIGNIFICATIVAMENTE O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO.
		3°	EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 0043224429	STUHR MEDICAL	80370820001	INAPTO	PRODUTO OFERTADO (AV. 30o / D: 5mm / C: 250mm) PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM OSOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - DESTACAMOS QUE PEQUENAS DIFERENÇAS PODEMCOMPROMETER SIGNIFICATIVAMENTE O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO.
		4°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
10.19	ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS II, AV=0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.	1°	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	STUHR MEDICAL	80370820001	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NESTE EDITAL CONTÉM DESCRITIVO TÉCNICO DIVERGENTEDO QUE CONSTA NO MANUAL DISPONÍVEL NO SITE DA ANVISA (AV. 30o / D: 4mm / C: 302mm),- DESTACAMOS QUE PEQUENAS DIFERENÇAS PODEM COMPROMETER SIGNIFICATIVAMENTE O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO. COLOCANDO O PRODUTO EM DESCONFORMIDADECOM O TERMO DE REFERÊNCIA

		2°	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA0043225279	RUSSER	NÃO INFORMADO	INAPTO	PRODUTO OFERTADO (AV. 30o / D: 5mm / C: 250mm) PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM OSOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - DESTACAMOS QUE PEQUENAS DIFERENÇAS PODEMCOMPROMETER SIGNIFICATIVAMENTE O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO.
		3°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIQU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
11.20	CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCOPIA, D= 26 Fr, ponta oblíqua, com tubos de conexão para entrada e saída, com trava automática, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.	1°	LOTUS MEDICAL LTDA0043224720	DOCTUS	80070210022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA- INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 9
		2°	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 0043224786	Cabo Universal autoclaváve	80886390001	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA- INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 9
		3°	RUSSER BRASIL LTDA0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 07	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA- INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 9
		4°	STRYKER DO BRASIL LTDA.0043225492	STRYKER	80005430200	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA- INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 9
		5°	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	80308320034	APTO	EM ANÁLISE VERIFIQU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		1°	STRYKER DO BRASIL LTDA.0043225492	STRYKER	80005430200	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA- INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 10
	CAMISA ENDOSCÓPICA PARA URETROTOMIA, SACHSE, D= 21 fr., com canal para bougies						

12.21	filiformes, constituído por camisa e adaptador luer-lock para uretrotomia, para uso com endoscópio do item 10 desta Tabela.	2º	RUSSER BRASIL LTDA 0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 05	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 10
		3º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790133	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
13/22	CAMISA ENDOSCÓPICA PARA CISTOSCOPIA, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 20 fr, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.	1º	LOTUS MEDICAL LTDA0043224720	DOCTUS	80690340022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 10
		2º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80370820001	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 10
		3º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790133	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
14/23	OBTURADOR, ponta romba, para camisas de ressectoscopia do item 11 desta Tabela.	1º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80222910011	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 11
		2º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3º	STRYKER DO BRASIL LTDA.0043225492	STRYKER	80005430198	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 11
		1º	LOTUS MEDICAL LTDA0043224720	DOCTUS	80690340022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 12

15/24	OBTURADOR, para uso com camisa do item 12 desta Tabela.	2º	STRYKER DO BRASIL LTDA.0043225492	STRYKER	80005430198	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 12
		3º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80222910011	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 12
		4º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
16/25	ELEMENTO DE TRABALHO PARA CIRURGIAS RESSECTOSCÓPICAS, completo, para uso com os endoscópios dos itens 9 e 10 desta Tabela.	1º	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	DOCTUS	80690340022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 9 E 10
		2º	RUSSER BRASIL LTDA 0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 05	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 9 E 10
		3º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	80308320050	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
17/26	PEÇA GUIA com canal lateral para instrumentos até 5 fr, para uso com Camisa do item 12 desta Tabela.	1º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIUO-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2º	RUSSER BRASIL LTDA 0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 53	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 12
	PEÇA GUIA com 01 canal para passagem de instrumentos, para uso	1º	RUSSER BRASIL LTDA 0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 05	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 13

18/27	com camisa endoscópica do item 13 desta Tabela.	2º	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	DOCTUS	80690340022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 13
		3º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		1º	RUSSER BRASIL LTDA 0043225380	RUSSER NACIONAL	803 297 200 05	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 13
19/28	PEÇA GUIA com 02 canais para passagem de instrumentos, para uso com camisa endoscópica do item 13 desta Tabela.	2º	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	DOCTUS	80690340022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 13
		3º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		1º	LOTUS MEDICAL LTDA 0043224720	DOCTUS	80690340022	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 8, 9 E 10
20/29	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e C=230 cm, compatível com os endoscópios dos itens 8, 9 e 10 desta Tabela	2º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 0043223444	ATS	80222910020	INAPTO	PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO CORRESPONDE COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-INCOMPATIBILIDADE COM O ITEM 8, 9 E 10
		3º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 0043223182	RZ MEDIZINTECHNIK	81504790079	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		CANCELADO NO JULGAMENTO					
21/30	CAIXA PLÁSTICA para esterilização de Endoscópios, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm.						
	CAIXA PLÁSTICA, para	1º	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA0043223182	HANISCH	NÃO INFORMADO	APTO	EM ANÁLISE VERIFIU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

22/31	esterilização e armazenamento de jogos de instrumentais variados, perfurada, com tampa transparente e esteira de silicone. Para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível).	2º	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA (0043223444)	HANISCH	Ñ APLICA	APTO	EM ANÁLISE VERIFIQU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
-------	--	----	--	---------	----------	-------------	---

- Quadro de compatibilidade:

RESUMO	
ITEM 8 - ENDOSCÓPIO RÍGIDO, TIPO URETEROSCÓPIO, ocular fixa oblíqua, AV=6°, D=7 Fr., C=43 cm, graduado progressivamente de 7 a 9.9 Fr., autoclavável, com fibra ótica para transmissão de luz incorporada, 2 canais de irrigação lateral e canal de trabalho 4.8 Fr., para uso com instrumentais de até 4 Fr.	
ITEM 9 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.	
ITEM 10 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS II, AV=0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.	
ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA	EXIGIDO COMPATIBILIDADE COM O ITEM
2 - FACA CIRÚRGICA, TIPO SACHSE, C= 28.5 cm, reta, para uretrotomia, autoclavável, compatível com o item 17 desta Tabela.	17 - PEÇA GUIA com canal lateral para instrumentos até 5 fr, para uso com Camisa do item 12 desta Tabela.
3 - FACA CIRÚRGICA, TIPO SACHSE, C= 28.5 cm, arredondada, para uretrotomia, autoclavável, compatível com o item 17 desta Tabela.	17 - PEÇA GUIA com canal lateral para instrumentos até 5 fr, para uso com Camisa do item 12 desta Tabela.
11 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCOPIA, D= 26 Fr, ponta oblíqua, com tubos de conexão para entrada e saída, com trava automática, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.	9 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.
12 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA URETROTOMIA, SACHSE, D= 21 fr., com canal para bougies filiformes, constituído por camisa e adaptador luer-lock para uretrotomia, para uso com endoscópio do item 10 desta Tabela.	10 - ITEM 10 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS II, AV=0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.
13 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA CISTOSCOPIA, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 20 fr, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.	9 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.

<p>14 - OBTURADOR, ponta romba, para camisas de ressectoscopia do item 11 desta Tabela.</p>	<p>11- CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCOPIA, D= 26 Fr, ponta oblíqua, com tubos de conexão para entrada e saída, com trava automática, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.</p>
<p>15 - OBTURADOR, para uso com camisa do item 12 desta Tabela.</p>	<p>12 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA URETROTOMIA, SACHSE, D= 21 fr., com canal para bougies filiformes, constituído por camisa e adaptador luer-lock para uretrotomia, para uso com endoscópio do item 10 desta Tabela.</p>
<p>16 - ELEMENTO DE TRABALHO PARA CIRURGIAS RESSECTOSCÓPICAS, completo, para uso com os endoscópios dos itens 9 e 10 desta Tabela.</p>	<p>9 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste; e</p>
	<p>10 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS II, AV=0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.</p>
<p>17 - PEÇA GUIA com canal lateral para instrumentos até 5 fr, para uso com Camisa do item 12 desta Tabela.</p>	<p>12 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA URETROTOMIA, SACHSE, D= 21 fr., com canal para bougies filiformes, constituído por camisa e adaptador luer-lock para uretrotomia, para uso com endoscópio do item 10 desta Tabela.</p>
<p>18 - PEÇA GUIA com 01 canal para passagem de instrumentos, para uso com camisa endoscópica do item 13 desta Tabela.</p>	<p>13 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA CISTOSCOPIA, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 20 fr, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.</p>
<p>19 - PEÇA GUIA com 01 canal para passagem de instrumentos, para uso com camisa endoscópica do item 13 desta Tabela.</p>	<p>13 - CAMISA ENDOSCÓPICA PARA CISTOSCOPIA, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 20 fr, para uso com endoscópio do item 9 desta Tabela.</p>
<p>20 - CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e C=230 cm, compatível com os endoscópios dos itens 8, 9 e 10 desta Tabela</p>	<p>8 - ENDOSCÓPIO RÍGIDO, TIPO URETEROSCÓPIO, ocular fixa oblíqua, AV=6°, D=7 Fr., C=43 cm, graduado progressivamente de 7 a 9.9 Fr., autoclavável, com fibra ótica para transmissão de luz incorporada, 2 canais de irrigação lateral e canal de trabalho 4.8 Fr., para uso com instrumentais de até 4 Fr;</p>
	<p>9 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste; e</p>

10 - ENDOSCÓPIO RÍGIDOHOPKINS II, AV=0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.

Diego Escobar
Médico - Responsável Técnico CGPM

2. DA CONCLUSÃO

Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/2023/ALFA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - itens 03,05,06, 2/11, 3/12, 4/13,5/14, 8/17,9/18, 10/19**
- II - **RUSSER BRASIL LTDA - itens 05, 11/20, 12/21, 16/25 16/26, 16/27, 19/28**
- III - **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - itens 06, 11/20**
- IV - **EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - itens 07,08**
- V - **EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTD - itens 9/18**
- VI - **ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - itens 2/11, 3/12, 13/22, 14/23, 15/24, 20/29**
- VII - **LOTUS MEDICAL LTDA - itens 9/18, 10/19, 11/20, 13/22, 15/24, 16/25, 16/27, 19/28, 20/29**
- VIII - **STRYKER DO BRASIL LTDA - itens 11/20, 12/21, 14/23, 15/24**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- IX - **ARTE IMPLANTES MATERIAIS - itens 01, 03, 04, 06, 07, 08, 2/11, 3/12, 4/13, 5/14, 8/17, 9/18, 10/19, 11/20, 12/21, 13/22, 14/23, 15/24, 16/25, 17/26, 18/27, 19/28, 20/29, 22/31**
- X - **ATS PRODUTOS MEDICO - itens 6/15, 7/16, 22/31**
- XI - **CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO - item 02**
- XII - **COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO - item 02**
- XIII - **EIC BRASIL EXPORTADORA - item 01**
- XIV - **HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE - itens 01, 03, 09**
- XV - **INTENSIVEMED IMPORTACAO - itens 01, 09**
- XVI - **LOTUS MEDICAL LTDA - item 6/16**
- XVII - **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - itens 04, 4/13, 5/14, 6/15, 6/16**
- XVIII - **PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - itens 02, 09**
- XIX - **RUSSER BRASIL LTDA - itens 04, 6/15**

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Salvo melhor juízo é o Parecer.

(assinado eletronicamente)
REGINALDA MAIA DE SÁ
Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)
JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 16/01/2024, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 16/01/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045212871** e o código CRC **48181D91**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.109491/2022-60

SEI nº 0045212871