



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 6/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-NP

Processo: 0036.001898/2023-21

Assunto: Análise Técnica das Propostas.

Senhor(a),

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar posicionamento desta Coodenadoria referente ao posicionamento das Especialidade quanto aos materiais propostos pelas Empresas:

- (1) UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - Grupo 01 (itens 81a 86) e itens 01, 03, 04 e 05 e remanescente no item 02. id.(0046200477)
- (2) ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - itens 02, 06, 07 e 08 e remanescente nos itens 01, 01, 03, 04, 05 e 48. id.(0046200993)
- (3) LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - item 09. id.(0046201055)
- (4) INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA - item 10. id.(0046201113)
- (5) GRACIFARMA FARMACIA LTDA - item 11. id.(0046201178)
- (6) STAR COMERCIO LTDA - itens 12, 78, 79 e 80 e remanescente nos itens 01, 02, 03, 10, 16, 17, 62 e 65. id.(0046201253)
- (7) CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - item 13 e remanescente no item 14. id.(0046201318)
- (8) M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 14. id.(0046201457)
- (9) ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - itens 15, 16, 17, 18, 97, 98 e 126 e remanescente no item 95. id.(0046201522)
- (10) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - itens 19, 20, 87, 90, 92, 93, 94, 96, 101, 102, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 149 e 156 e remanescente nos itens 06, 07, 08, 09, 13, 14, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 95. id.(0046201580)
- (11) LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - itens 21, 22 e 40 e remanescente nos itens 46, 47 e 49. id.(0046201629)
- (12) MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - itens 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62 e 65 e remanescente nos itens 25, 26, 27, 28, 41, 48, 49, 53 e 75. id.(0046201702)
- (13) BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - itens 25, 26, 27, 28, 41 e 50 e remanescente nos itens 21, 22, 23, 24, 29, 34, 35, 38, 42, 43, 44 e 47. id.(0046201789)
- (14) I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - item 29. id.(0046201851)
- (15) THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - itens 39, 48 e 63 e remanescente nos itens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50, e 75. ids.(0046201916, 0046207452 e 0046207545)
- (16) CRUZEL COMERCIAL LTDA - item 49 e remanescente nos itens 46, 78, 79 e 80. id.(0046207632)
- (17) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - item 53 e remanescente no Grupo 01 (itens 81a 86) e item 05. id.(0046207699)
- (18) COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - itens 54, 55 e 57 e remanescente nos itens 16, 17 e 65. id.(0046207766)
- (19) ENDOIMPORTS MEDICAL LTDA - item 56 e remanescente nos itens 37, 64 e 66. id.(0046207827)
- (20) ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - itens 58, 64 e 66 e remanescente nos itens 54, 55, 56 e 57. id.(0046207890)
- (21) DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - itens 73 e 74. id.(0046207938)
- (22) TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - item 75 e remanescente nos itens 33 e 62. id.(0046208140)
- (23) LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 88, 89 e 91 e remanescente nos itens 87 e 90. id.(0046208198)
- (24) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - item 95 e remanescente nos itens 09, 10, 19 e 20. id.(0046208242)
- (25) ASLI COMERCIAL LTDA - remanescente no item 04. id.(0046208279)
- (26) MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - remanescente nos itens 11 e 18. id.(0046208331)
- (27) VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA - remanescente no item 11. id.(0046208710)
- (28) PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - remanescente nos itens 12, 29, 33, 39, 45, 63, 64, 66, 78, 79 e 80. id.(0046208753)
- (29) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - remanescente no item 12. id.(0046208818)
- (30) FTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - remanescente nos itens 13, 15 e 18. id.(0046208874)
- (31) INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA - remanescente nos itens 19 e 20. id.(0046208925)

(32) VASHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - remanescente nos itens 36, 39, 40, 50 e 63. id. (0046208977)

(33) LG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - remanescente nos itens 43, 44, 45 e 58. id.(0046209033)

Neste sentido, iremos nos posicionar para cada caso, conforme segue:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM/SESAU-RO							
MATERAIS PARA NÚCLEO DE DIAGNÓSTICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001898/2023-21							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2023/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Atrá consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFI
1	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 14 G X 10 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICAS INDIVIDUALMENTE SEM PISTOLA	1ª Colocada	Proposta da empresa - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA (0046200477)	UNIT / COD TC-S1 14/10	10287070058	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	Proposta da empresa - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA (0046200477)	UNIT / COD TC-S1 14/12	10287070058	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			STAR COMERCIO LTDA	SAFER/BIN01410	10150470627	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
2	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 14 G X 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-UTOMÁTICAS INDIVIDUALMENTE SEM PISTOLA	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDAX/VX 14X12	80634880046	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	STAR COMERCIO LTDA	BIOMEDICAL/SEMI 14GX12G	10289680098	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
3	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 16 G X 16 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA SEM PISTOLA	1ª Colocada	Proposta da empresa - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA (0046200477)	UNIT/COD TC-S1 16/16	10287070058	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDAX/ VX 16X16	80634880046	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			STAR COMERCIO LTDA	SAFER/BIN01615	10150470627	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
4	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 16 G X 10 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA SEM PISTOLA	1ª Colocada	Proposta da empresa - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA (0046200477)	UNIT/COD TC-S1 16/10	10287070058	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDAX/ VX 16X10	80634880046	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			ASLI COMERCIAL LTDA	BIOMEDICAL/0BDS1610	10289680098	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

5	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 14G X 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA	1ª Colocada	Proposta da empresa - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA (0046200477)	UNIT/ COD TC-22 14/12	10287070051	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDAX/UG 14X12	80634880045	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	BARD MN1413MS	80689090080	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEMA ATENÇÃO A PISTI UNII HOSPI
6	GUIA DE BIÓPSIA RETAL COMPATIVÉL COM APARELHO TOSHIBA Model USAI-680A SUP SYMBOL (DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR)	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	ALPHARAD/ ALPHA 8	80634880010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/ ATEN UNII HOSPITA POSSUIR UNIVE
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	8,05E+11	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
7	GUIA DE BIÓPSIA RETAL COMPATIVÉL COM APARELHO PHILIS MODELO CLEAR VUE 850 (DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR)	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	ALPHARAD/GBPP	80634880010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	8052530008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
8	GUIA DE BIÓPSIA RETAL COMPATIVÉL COM APARELHO GE MODELO LOGIQ P6 PRO (DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR)	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	ALPHARAD/GBGE	80634880010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	80525320008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
9	PORTA LAMINAS TIPO FRASCO P/ 3 LAMINAS FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO.	1ª Colocada	LOGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	CRAL CITO3	S/REGISTRO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	8055320008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	FIRSTLAB	80937630016	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
10	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA C/ PONTA FOSCA. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA. ESPESSURA APROXIMADA: 1,0 MM A 1,2 MM.DIMENSÕES APROXIMADAS: 25,4	1ª Colocada	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS PERFECTA LTDA	ÊXACTA	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	STAR COMERCIO LTDA	WILTEX/7105-1	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

	MM X 76,2 MM. MODELOS: BORDA PONTA FOSCA LAMINA NÃO LAPIDADA, COM EXTREMIDADE FOSCA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO MS/ANVISA, QUANDO COUBER. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 50 LÂMINAS		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	PERFECTA	80136060153	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
11	ESPAÇADOR PARA SER USADO EM CONJUNTO COM INALADORES SPRAY - (BOMBINHA) NO TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. POSSUI ENCAIXE UNIVERSAL PARA "BOMBINHAS", BOCAL COM VÁLVULA EM SILICONE, UNIDIRECIONAL E SAÍDA DE AR. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É FAZER COM QUE A SUBSTÂNCIA ATIVA CHEGUE ATÉ OS PULMÕES. CAPACIDADE DE 250 ML. TAMANHO M	1ª Colocada	GRACIFARMA FARMÁCIA LTDA	MULTILASER- HC189	7,90E+12	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDEVICES	PLASTIC WAY	1038710052	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			VALMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	ENOVAMIX	82455379001	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
12	MEMBRANA EM TECIDO FILTRANTE (FILTRO) ZACTERICIDA, DESCARTÁVEL PARA USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO (COMPATÍVEL COM O ESPIRÔMETRO SPIDA 5) NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA) - Pacote com 200 unidades.	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	ALPHARAD- EFP 100A	80634880037	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	ALPHARAD	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	ALPHARAD EFP 100	80634880037	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
13	PORTA FILTRO PARA ESPIROMETRIA COM ABERTURA PARA TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO) APÓS CADA EXAME, COMPATÍVEL COM OS ESPIRÔMETROS: MICROLAB, MIR, MULTSPIRO, ITALOGRAPH, COSMED, SENSORMEDICS, KOKO ENTRE OUTROS.	1ª Colocada	CIRÚRGICA SANTA HELENA	INFAXPAPER/PORTA FILTRO	80906620001	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	INFAXPAPER/PORTA FILTRO	80906620003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			FTE COMERCIO E SERVIÇOS	MELHOR MED	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
14	TUBO (TUBETE) PARA ESPIROMETRIA - BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO ADULTO, DIÂMETRO APROXIMADO 30MM, COMPATÍVEL COM O ESPIRÔMETRO SPIDA 5 EM PAPELÃO COM EMBALAGEM ÚNICA, PACOTE COM 100 UNIDADES	1ª Colocada	MED MEDICAMENTOS	ALPHARAD 70MMX30MM	80634880006	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	CIRÚRGICA SANTA HELENA	BOCAL	80906620003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	BOCAL DESCARTAVEL	80906620003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
15	MEIA MEDICINAL DE COMESSÃO 20-30MMHG 7/8 LONGA, TAMANHO P	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	ATTIVA	10103570010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

		Remanescente	FTE COMERCIO E SERVIÇOS	MELHOR MED	ISENTO	INAPTO	EMPRE FORN REGISTRAN
16	MEIA MEDICINAL DE COMPESSÃO 20-30MMHG 7/8 LONGA , TAMANHO M	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	ATTIVA	10103570010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	STAR COMERCIO LTDA	VENOSAN/LEGLINEAGH	10349310003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	DYNAVEN/SIGVARIS	10103570015	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
17	MEIA MEDICINAL DE COMPESSÃO 20-30MMHG 7/8 LONGA , TAMNHO G	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	ATTIVA	10103570010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	STAR COMERCIO LTDA	VENOSAN/LEGLINEAGH	10349310003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	DYNAVEN/SIGVARIS	10103570015	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
18	MEIA MEDICINAL DE COMPESSÃO 20-30MMHG 7/8 LONGA, TAMNHO GG	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	ATTIVA	10103570010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDEVICES	VENOSAN/LEGLINEAGH	10349310003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
19	ATADURA CREPOM MED 20 CM X 1,80M PARA USO ORTOPÉDICO, NA PREVENÇÃO DE CONTUSÕES E TERAPIA COMPRESSIVA. RECOMENDADO PARA: - IMOBILIZAÇÃO; - COMPRESSÃO; - PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS; - ATADURA COM 1,80M EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50M ESTICADA; - PROTEÇÃO DE CURATIVOS. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VÁLIDO POR 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.TAMANHO: 15 CM; - COMPRIMENTO: 1,8 METROS; - PRODUTO NÃO ESTÉRIL; - COMPOSIÇÃO: 64% ALGODÃO; 27% POLIÉSTER; 9% ELASTANO; - CONTÉM 01 UNIDADE; - 13 FIOS POR CM²; - REG. ANVISA	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	MEDIPLUS	10181829001	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	CONTTONMAX	8068130008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			INNOVARE GESTÃO E COMERCIO	UNICENTER	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGISTRAN
			FTE COMERCIO E SERVIÇOS	MELHOR MED	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGISTRAN

20	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS COMPOSTA DE MANÍPULO, BASE OU CORPO, TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK COM CONEXÃO ROTATIVA. ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÕES. PERMITE CONEXÃO SEGURA A TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS, TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANÍPULO GIRATÓRIO COM ROTAÇÃO 360º E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO EM POLICARBONATO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA.	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	INJEX	10181829001	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	MARKMED	1020782	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			INNOVARE GESTÃO E COMERCIO	DESCARPACK	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
21	PINÇA PARA BIOPSIA, PERMITINDO MULTIPLAS COLETAS, ATÉ 04 AMOSTRAS SEM RETIRADA DO ACESSORIO DO ENDOSCOPIO, COMPRIMENTO DE 160 CM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM DE ABERTURA DA MANDIBULA DE 2.4 MM (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519077	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	BOSTON SCIENTIFIC JAW 4 SC 160CM BX EX 20	10341350574	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH	10306840182	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
22	PINÇA PARA BIOPSIA PERMITINDO MULTIPLAS COLETAS, ATÉ 04 AMOSTRAS SEM RETIRADA DO ACESSORIO DO ENDOSCOPIO, COMPRIMENTO DE 240 CM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM ABERTURA DE MANDIBULA DE 2.4 MM(DESCARTAVEL).	1ª Colocada	LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG/ VDK-FB-23-230-0-P-B1	80102519077	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	BOSTON SCIENTIFIC W/NDL BX 20	10341350571	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH	10306840182	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
23	PINÇA DE BIOPSIA MANDIBULA DE CAPACIDADE STANDARD COM AGULHA DESCARTÁVEL E UM INTERVALO DE DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 2.2MM E 2.3MM SEM AGULHA COM INTERVALO DE COMPRIMENTO ENTRE 160CM E 180CM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE/ GBF-31-23-180	80073110087	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RADIAL JAW 4 LC W/NDL	10341350571	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH EBF 33-11023230	10306840182	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
24	PINÇA DE BIOPSIA MANDIBULA DE CAPACIDADE STANDARD COM AGULHA	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE/GBF-31-23-230	80073110087	APTO	OS MA APRESENT

	DESCARTAVEL E UM INTERVALO DE DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 2.2 MM E 2.3MM SEM AGULHA COM INTERVALO COMPRIMENTO ENTRE 230CM E 240 CM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)						AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RADIAL JAW 4 LC 240CM BX 20	10341350574	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH EBF 33-11023230	10306840182	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
25	CATETER DE DILATAÇÃO POR BALAO DESCARTAVEL E ESTERIL FIO GUIA 0.035" COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 200 CM E 240 CM CAPAZ DE DILATAR EM TRES DIÂMETOS DISTINTOS DE 10 – 11 – 12 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 5.5 PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM OLIMPUS E 3.2 PENTAX E FUJINON. DIÂMETRO DO CATETER DE 7.5 FR. INDICADO PARA ESOFAGO PILORO E COLON (DESCARTAVEL).	1ª Colocada	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RADIAL JAW LC 240CM BX 20	10341350574	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GDV-04-20-055	80073110089	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	CPRE PRO WG 10-12 MM 240 CM	10341350688	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH MBD-CM-BB-2	10306840184	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH	80073110089	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
26	CATETER DE DILATAÇÃO POR BALAO DESCARTAVEL E ESTERIL FIO GUIA 0.035" COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 200 CM E 240 CM CAPAZ DE DILATAR EM TRES DIÂMETROS DISTINTOS DE 12 – 13.5 – 15 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 5.5 PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM OLIMPUS E 3.2 PENTAX E FUJINON. DIÂMETRO DO CATETER DE 7.5 FR. INDICADO PARA ESOFAGO PILORO E COLON (DESCARTAVEL).	1ª Colocada	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	CPRE PRO WG 12-15MM 240CM	10341350688	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE GMBH	80073110089	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH MBD-DM-BB-2	10306840184	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
27	CATETER DE DILATAÇÃO POR BALAO DESCARTAVEL E ESTERIL FIO GUIA 0.035" COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 200 CM E 240 CM CAPAZ DE DILATAR EM TRES DIÂMETROS DISTINTOS DE 15 – 16.5 – 18 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 5.5 PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM OLIMPUS E 3.2 PENTAX E FUJINON. DIÂMETROS DO CATETER DE 7.5 FR. INDICADO PARA ESOFAGO PILORO E COLON (DESCARTAVEL).	1ª Colocada	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	CRE PRO WG 15-18mm 240cm	10341350688	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE-GDB-04-18-055	80073110089	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH MBD -EM-BB-2	10306840184	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE GDB-04-18-55	80073110089	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

28	CATETER DE DILATAÇÃO POR BALAO DESCARTAVEL E ESTERIL FIO GUIA 0.035" COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 200 CM E 240 CM CAPAZ DE DILATAR EM TRES DIÂMETROS DISTINTOS DE 18 – 19.5 – 18 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 5.5 PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM OLIMPUS E 3.2 PENTAX E FUJINON. DIÂMETROS DO CATETER DE 7.5 FR. INDICADO PARA ESOFAGO PILORO E COLON (DESCARTAVEL).	1ª Colocada	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	CRE PRO WG 18-20mm 240cm	10341350688	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GDB-04-20-055	80073110089	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH PFS01-01023230	10306840188	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
29	CATETER DE ELETROCAUTERIZAÇÃO BIPOLAR COM CANAL DE IRRIGAÇÃO INTEGRADO DISPONIVEL COM DOIS CONCECTORES ELETRICOS DE MODELOS DIFERENTES (PADRAO E BANA). CATETER COM COMPRIMENTO DE 300 CM E DIAMETRO EXTERNO DE 7 FR. (2.33 MM). PONTA ARREDONDADA E CONFECCIONADA EM CERAMICA E OURO. PRODUTO DESCARTAVEL E ESTERIL, REVESTIMENTO DO CATETER EM HEMOGLIDE. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	DELTRONIX MODELO 5FR	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	INJECTION GOLD PROBE MS 6015	10341350675	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	BAISHENG	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
32	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO MACRO OVAL, RIGIDEZ MEDIA COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 CM E 240 CM E LAÇO COM DIÂMETRO DE 13 MM E 15MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	GPS-21-15-230	80073110029	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
33	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO CRESCENTE, RIGIDEZ MÉDIA COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 CM E 240 CM E LAÇO COM DIÂMETRO DE 25 MM E 27MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	GPS-21-10-230	80073110029	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	STERIS/BX00711119	10259750036	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	HTS	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
34	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, GIRATORIA, TIPO OVAL PEQUENA, COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 195 CM E 230 CM E LAÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM E 13MMPARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE- GPS-22-25-230	80073110029	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	SENSATION SAMLL OVAL FLEXIBLE BX/05	10341350704	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
35	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL,	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH	80073110029	APTO	OS MA APRESENT

	TIPO HEXAGONAL COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 CM E 240 CM E LAÇO COM DIÂMETRO DE 25 MM E 27MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)						AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	CAPTIVATOR MEDIUM BX/10	10341350704	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH PFS01-12423230	80117580536	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH	80073110029	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
36	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO JUMBO OVAL, FIO FINO, COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 CM E 240 CM E LAÇO COM DIÂMETRO DE 30 MM E 35MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	Remanescente	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH PFS01-01023230	10306840188	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	MICROTECH EBF33-11023180	10306840182	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH	80073110086	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
37	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO OVAL PADRAO, FIO FINO COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 CM E 240 CM E LAÇO COM DIÂMETRO ENTRE 25MM E 27MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	Remanescente	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH PFS01-02423230	1036840188	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	MICROTECH EBF33-110223230	1036840182	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE	80073110029	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
38	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO MICRO OVAL, COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 CM E 240 CM E LAÇO COM DIÂMETRO ENTRE 10MM E 13MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL)	Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	CAPTIVADOR SAMLL OVAL	10341350704	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH LCNBF63-10024230	10306840162	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
39	PINÇA BIOPSIA COM AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE DE 230 CM E 240 CM. APRESENTA MANDIBULA "FENESTRADA" DOIS ORIFICIOS LATERAIS PARA MAIOR QUANTIDADE DE AMOSTRAS E COM MOVIMENTO DE LATERALIDADE PARA BIOPSIAS TANGENCIAIS, CONSTRUÍDA COM AÇO INOXIDAVEL (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	LCNBF63-10024230	10306840162	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	JIUHONG	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
40	PINÇA BIOPSIA MANDIBULA	1ª Colocada	LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VDK-FB-23-180-O-P-B1	80102519077	APTO	OS MA APRESENT

	CAPACIDADE PADRAO. DESCARTAVEL, ESTERIL PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM, COMPRIMENTO ENTRE 160CM E 180 CM SEM AGULHA. APRESENTA MANDIBULA "FENESTRADA" DOIS ORIFICIOS LATERAIS PARA TER MAIOR QUANTIDADE DE AMOSTRAS E COM MOVIMENTO DE LATERALIDADE PARA BIOPSIAS TANGENCIAIS, CONSTRUIDA COM AÇO INOXIDAVEL (DESCARTAVEL)	Remanescente	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH LCNBF6310024180	1036840162	APTO	AUTOS AT DEM/
41	CLIP PARA HEMOSTASIA, DESCARTAVEL E ESTERIL, PRE CARREGADO COM UM (01) CLIP RADIOPACO, SENDO SEU MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APRESENTAÇÃO EM SISTEMA DE APLICAÇÃO FLEXIVEL DE MATERIAL EM POLIETILENO, POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR DE 2 A 5 VEZES ANTES DO DISPARO DO CLIP. CLIP COM 2 PONTAS COM ABERTURA APROXIMADA DE 11 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 155 CM, ATENDE CANAL DE TRABALHO ACIMA DE 2.8 MM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RESOLUTION CLIP 235CM	10341350360	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH GCS-12-26-230	80073110086	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH ROCC-D-26-235-C	10306840190	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE GMBH GGCS-12-26-230	8,00E+16	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
42	CLIP PARA HEMOSTASIA, DESCARTAVEL E ESTERIL, PRE CARREGADO COM UM (01) CLIP RADIOPACO, SENDO SEU MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APRESENTAÇÃO EM SISTEMA DE APLICAÇÃO FLEXIVEL DE MATERIAL EM POLIETILENO, POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR DE 2 A 5 VEZES ANTES DO DISPARO DO CLIP. CLIP COM 2 PONTAS COM ABERTURA APROXIMADA DE 11 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 235 CM, ATENDE CANAL DE TRABALHO ACIMA DE 2.8 MM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH	80073110069	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RESOLUTION 360 CLIP	10341350923	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
43	BALAO DILATADOR PNEUMATICO PARA ACHALASIA, DESCARTAVEL, DIAMETRO DO CATETER INTRODUTOR DE 14 FR/4,67 MM COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE 80 CM E 90 CM. INDICADO PARA USO FIO GUIA 0.038", COMPRIMENTO DO BALÃO DE 10 CM, DIAMETRO DE INSUFLAÇÃO DO BALAO DE 30 MM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	GDB-02-30-080	80073110069	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RIGIFLEX II SINGLE ABD 30MM	10341350436	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LG MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	GFE	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
44	BALAO DILATADOR PNEUMATICO PARA ACHALASIA, DESCARTAVEL,	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GDB-02-35-080	80073110069	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

	DIAMENTRO DO CATETER INTRODUTOR DE 14 FR/4,67 MM COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE 80 CM E 90 CM, INDICADO PARA USO DE FIO GUIA 0.038", COMPRIMENTO DO BALAO DE 10 CM. DIAMENTRO DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO DE 35 MM. (DESCARTAVEL)	Remanescente	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	RIGIFLEX II SINGLE ABD 30MM	10341350436	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LG MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	GFE	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
45	BALAO DILATADOR PNEUMATICO PARA ACHALASIA, DESCARTAVEL, DIAMENTRO DO CATETER INTRODUTOR DE 14 FR/4,67 MM COM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE 80 CM E 90 CM, INDICADO PARA USO DE FIO GUIA 0.038", COMPRIMENTO DO BALAO DE 10 CM. DIAMENTRO DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO DE 40 MM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GDB-02-40-080	80073110069	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	JIUHONG	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
			LG MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	GFE	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
46	AGULHA DE ESCLEROSE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CATETER TRANSPARENTE ENTRE 22G E 23 G, DIAMENTRO EXTERNO DA AGULHA DE 0.64 MM, DIAMENTRO INTERNO DA AGULHA DE 0.32 MM, DIAMETRO EXTERNO DO CATETER PLASTICO 2.3 MM. COMPRIMENTO MAXIMO DE EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE 4 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230CM E 240 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBRE GSN-23-23-230	80073110082	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519078	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			CRUZEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	JHY-IN-23-230-2305A	10289680102	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519078	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
47	AGULHA DE ESCLEROSE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CATETER TRANSPARENTE 25 G, DIAMENTRO EXTERNO DA AGULHA DE 0,51 MM, DIAMENTRO INTERNO DA AGULHA DE 0.24 MM, DIAMETRO EXTERNO DO CATETER PLASTICO 2.3 MM. COMPRIMENTO MAXIMO DE EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE 4 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230CM E 240 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE GMBH	80073119003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519078	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	INJECTER CLEAR 7 FR 25G	10341350387	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519078	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
48	AGULHA DE ESCLEROSE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CATETER TRANSPARENTE 25 G, DIAMENTRO EXTERNO DA AGULHA DE 0,51 MM, DIAMENTRO INTERNO DA AGULHA DE 0.24 MM, DIAMETRO EXTERNO DO CATETER PLASTICO 1.8 M.	1ª Colocada	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH BID 15-60-01	10306840183	INAPTO	NA PR/ APRES/ EMPRES/ DIVERGE AU/
		Remanescente	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	ALPHARAD/ 240CM, 4MM	80634880018	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

	COMPRIMENTO MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE 4 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 200 CM. (DESCARTAVEL)		MEDI-GLOBE LTDA	MEDIGLOBE GSN-21-23-230	8,00E+11	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
49	AGULHA DE ESCLEROSE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CATETER TRANSPARENTE 23 G, DIAMETRO EXTERNO DA AGULHA DE 0,64 MM, DIAMETRO INTERNO DA AGULHA DE 0.32 MM, DIAMETRO EXTERNO DO CATETER PLASTICO 1.8 M. COMPRIMENTO MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE 4 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 200 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	CRUZEL COMERCIAL LTDA	JHY-IN-18-180-2305A	10289680102	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519078	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	MICROTECH/IN12-2242322302	10306840163	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	VEDKANG	80102519078	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
50	SERINGA PRÉ MONTADA, DESCARTAVEL E ESTERIL, COM MANOMETRO EM SUA EXTREMIDADE PARA CONTROLE DA PRESSAO AO INSUFLAR/DESINSUFLAR O BALAO DILATADOR HIDROSTATICO, EM MEDIDOR CALIBRADO EM ATMOSFERAS (12ATM) E QUILOPASCAL (1.216 kPa). A SERINGA TEM MARCAÇÃO GRADUADA DE 0 A 50 ML. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	ALLIANCE INFLATION SYRINGE BX5	10341350482	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICROTECH BID15-60-01	1036840183	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	MICROTECH BID15-60-01	1036840183	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
53	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DENTE DE RATO TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.3 MM COMPRIMENTO 230 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	ZIONTECH/ALT ON-D2423G1	ZIONTECH/ALT ON-D2423G1	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE GMBH 817460	80073119003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			MEDI-GLOBELTDA	MEDIGLOBE 817460	80073119003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
54	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, JACARÉ LONGA, TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM COMPRIMENTO 160 CM. AUTOCLAVAVEL).	1ª Colocada	COTACAO COM REPRESENTACAO	VITAL/MEDICAL	80375549003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PJA-G-2318-DJ	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	VITAL/MEDICAL	80375540032	APTO	OS MA APRESENT

							AUTOS AT DEM/
55	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, DENTE DE RATO TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	VITALMEDICAL	80375549003	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PJA-P-1818-DR	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	VITAL/MEDICAL	80375540032	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
56	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DENTE DE RATO – PEDIATRICA, TUBO DE METAL DIAMETRO 1.8 MM. COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	ENDOIMPORTS MEDICAL LTDA	ZHUJI PENG TIAN MEDICAL	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PJA-C-2323-JA	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
57	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO JACARÉ LONGA, TUBO DE METAL DIAMETRO 2.3 MM, COMPRIMENTO 230 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	COTACAO COM REPRESENTACAO	VITAL MEDICAL	80375540032	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PJA-P-1818-DR	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	VITAL/MEDICAL	80375540032	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
58	PINÇA PRA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE 5 PÉS, GARRAS DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM, COMPRIMENTO 230 CM. (AUTOCLAVAVEL).	1ª Colocada	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PEF-A-C-2323-SP	8,04E+11	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			LG MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	GFE	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
			ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PEF-A-C-2323-SP	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

62	PINÇA CESTA COM REDINHA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, DIAMETRO ENTRE 2.3 MM E 2.6 MM. COMPRIMENTO 230 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	MEDI-GLOBE	MEDIGLOBE GMBH	80073110067	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	STAR COMERCIO LTDA	JIUHONG	10289680126	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	STERIS/BX0711119	10259750036	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
63	CESTA DE CAPTURA EM FORMATO OVAL DE AFACIL ABERTURA DA CESTA 25 MM E RECUPERAÇÃO EFICIENTE DE POLIPOS E CORPOS ESTRANHOS – DIAMETRO 2.6 MM. COMPRIMENTO 180 CM.	1ª Colocada	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	microtech mbls-7f-nl	10306840156	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	ARGUS	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
			VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	MICROTECH NTE30/23P	10306840156	INAPTO	A PRI APRESENT EMP APRES DESCONF EM SEU C ANVI NOME APRESENT DE LIG ELÁS ATEP
64	PINÇA PRA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO JACARÉ LONGA E DENTE DE RATO, TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.3 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PJA-G-2318-DJ	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	ENDOIMPORTS MEDICAL LTDA	ZHUJI PENGIAN MEDICAL	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	ARGUS	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
			ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PJA-G-2318-DJ	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
65	PINÇA ENDOSCOPICA PARA APREENSÃO COM REDE – PINÇA REDE – CORPO ESTRANHO PARA APREENSAO COM REDE DE 2,5X20X50X230	1ª Colocada	MEDI- GLOBE	GFB-08-35-230	80073110067	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	STAR COMERCIO LTDA	JIUHONG	10289680126	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	DYNAVEN/SIGVARIS	10103570015	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
66	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, JACARÉ LONGA COM DENTE DE RATO, TUBO DE METAL. DIAMETRO	1ª Colocada	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	PJA-G-218-DJ	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

	2.2 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCALVAVEL)		ENDOIMPORTS MEDICAL LTDA	ZHUJI PENGIAN MEDICAL	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	ARGUS	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN\
			ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	PJA-G-2318-DJ	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
73	ESCOVA DE LIMPEZA EM AMBAS EXTREMIDADES – DIAMENTRO 20 MM. COMPRIMENTO 180 CM. – (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	SAFEMED/FBC3-D01-50-240	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN\
74	ESCOVA DE LIMPEZA EM AMBAS EXTREMIDADES – DIAMENTRO 20 MM. COMPRIMENTO 230 CM. – (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	SAFEMED/FBC3-D01-50-240	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN\
75	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA (LIGADURA ELÁSTICA SPEEDBAND SUPERVIEW SUPER 7), CANAL DE TRABALHO NECESSÁRIO 2,8 MM D.E do ESCOPO (mm): 8,6 - 11,5 mm, UM CAP TRANSPARENTE, COM BONDAS MONTADAS NA PARTE TRASEIRA PARA UMA EXCELENTE VISIBILIDADE, MANDAS MOLDADAS COM FORMATO PARA MELHOR DESEMPENHO, IMPLANTE DE FIO ÚNICO, UMA EMPUNHADURA ERGNÔMICA REDESENHADA.	1ª Colocada	TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	Steris	10259759004	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	MEDI-GLOBE	GKL-01-07-001	81263810007	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	MICRO-TECH MBLS-7F-NL	10368400156	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	G-FLEX	81263810007	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
78	SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 16 - CONSTITUIDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 cm, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	CREATE/COD/800.0014350	10150470463	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	ARGUS	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN\
79	SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUIDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	CREATE/COD/800.0014350	10150470463	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	CRUZEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	CREATE MEDIC	10150470463	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

	ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.								
				PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	CREATE	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST ANV	
80	SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 20 - CONSTITUIDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONEGRAUMEDICO PURO COM 100CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA		CREATE/COD/800.0014351	10150470463	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.	
		Remanescente	CRUZEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		CREATE MEDIC	10150470463	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.	
				PRIOM TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	CREARE MEDIC	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST ANV	

LOTE 1

GRUPO	ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFI
1	81	AGULHA PARA BIOPSIA HEPÁTICA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA - 16 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFICIO CENTRAL. COM REGISTRO NA ANVISA. FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME COMODATO.	1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA -(0046200477)	COD TC-22 16/10	10287070051	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.
	82	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 16G X 16 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA) COM DISPARO. FORNECIDAS COM PISTOLAS PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			COD TC-22 16/16	10287070051	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.
	83	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 16G X 20 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO				COD TC-22 16/20	10287070051	APTO

	AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA) COM DISPARO. FORNECIDAS COM PISTOLAS PARA USO EM REGIME DE COMODATO.					
84	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 14G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			COD TC-22 18/12	10287070051	APTO OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.
85	AGULHA PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 18G X 25 CM, VEDE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			COD TC-22 18/25	10287070051	APTO OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.
86	AGULHA PARA BIOPSIA DE RIM COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 16G X 10 CM, VEDE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			COD TC-22 16/10	10287070051	APTO OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.
81	AGULHA PARA BIOPSIA HEPÁTICA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA - 16 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFICIO CENTRAL. COM REGISTRO NA ANVISA. FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME COMODATO.	Remanescente	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (0046207699)	BARD- MN 1610	80689090080	APTO OS MA APRESENT AUTOS AT DEM.
82	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 16G X 16 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA) COM DISPARO. FORNECIDAS COM PISTOLAS PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			BARD MN1616	80689090080	APTO OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
83	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 16G X 20 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL,			BARD MN 16-20	80689090080	APTO OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

		UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA) COM DISPARO. FORNECIDAS COM PISTOLAS PARA USO EM REGIME DE COMODATO.						
	84	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 14G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			BARD MN 14-10	80689090080	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
	85	AGULHA PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 18G X 25 CM, VEDE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			BARD MN 1825	80689090080	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
	86	AGULHA PARA BIOPSIA DE RIM COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 16G X 10 CM, VEDE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			BARD MN 1616	80689090080	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
COTA DO ITEM	ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFI
1	87	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 14 G X 10 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICAS INDIVIDUALMENTE SEM PISTOLA	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	SAFER	10150470627	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	BIOMEDICAL	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/	
2	88	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 14 G X 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICAS INDIVIDUALMENTE SEM PISTOLA	1ª Colocada	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	BIOMEDICAL	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/
		Remanescente	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	BIOMEDICAL	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST AN/	
3	89	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO)	1ª Colocada	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	BIOMEDICAL	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT

		16 G X 16 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA SEM PISTOLA						AUTOS AT DEM/
4	90	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE HISTO) 16 G X 10 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA SEM PISTOLA	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	SAFER	1015040627	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	BIOMEDICAL	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST ANV	
5	91	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 14G X 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA	1ª Colocada	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	BIOMEDICAL	ISENTO	INAPTO	EMPRE APRES REGIST ANV
6	92	GUIA DE BIÓPSIA RETAL COMPATIVÉL COM APARELHO TOSHIBA Model USAI-680A SUP SYMBOL (DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	80525320008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
7	93	GUIA DE BIÓPSIA RETAL COMPATIVÉL COM APARELHO PHILIS MODELO CLEAR VUE 850 (DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	80525320008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
8	94	GUIA DE BIÓPSIA RETAL COMPATIVÉL COM APARELHO GE MODELO LOGIQ P6 PRO (DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ABIMADE	80525320008	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
10	95	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA C/ PONTA FOSCA. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA. ESPESSURA APROXIMADA: 1,0 MM A 1,2 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 25,4 MM X 76,2 MM. MODELOS: BORDA PONTA FOSCA LAMINA NÃO LAPIDADA, COM EXTREMIDADE FOSCA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO MS/ANVISA, QUANDO COUBER. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 50 LÂMINAS	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	PERFECTA	80136060153	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
		Remanescente	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	PERFECTA	ISENTO	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/	
12	96	MEMBRANA EM TECIDO FILTRANTE (FILTRO) ZACTERICIDA, DESCARTÁVEL PARA USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO (COMPATÍVEL	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ALPHARAD	80393910023	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

		COM O ESPIRÔMETRO SPIDA 5) NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA) - Pacote com 200 unidades.						
16	97	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSION 20-30MMHG 7/8 LONGA , TAMANHO M	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	A620FAFMA29	10103570010	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
17	98	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSION 20-30MMHG 7/8 LONGA , TAMNHO G	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	A620FAFGA29	10289680102	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
21	101	PINÇA PARA BIOPSIA, PERMITINDO MULTIPLAS COLETAS, ATÉ 04 AMOSTRAS SEM RETIRADA DO ACESSORIO DO ENDOSCOPIO, COMPRIMENTO DE 160 CM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM DE ABERTURA DA MANDIBULA DE 2.4 MM (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910023	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
22	102	PINÇA PARA BIOPSIA PERMITINDO MULTIPLAS COLETAS, ATÉ 04 AMOSTRAS SEM RETIRADA DO ACESSORIO DO ENDOSCOPIO DO ENDOSCOPIO, COMPRIMENTO DE 240 CM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM ABERTURA DE MANDIBULA DE 2.4 MM(DESCARTAVEL).	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910023	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
46	126	AGULHA DE ESCLEROSE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CATETER TRANSPARENTE ENTRE 22G E 23 G, DIAMETRO EXTERNO DA AGULHA DE 0.64 MM, DIAMETRO INTERNO DA AGULHA DE 0.32 MM, DIAMETRO EXTERNO DO CATETER PLASTICO 2.3 MM. COMPRIMENTO MAXIMO DE EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE 4 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230CM E 240 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	JUHONG	10289680102	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
49	129	AGULHA DE ESCLEROSE, DESCARTAVEL, ESTERIL, CATETER TRANSPARENTE 23 G, DIAMETRO EXTERNO DA AGULHA DE 0,64 MM, DIAMETRO INTERNO DA AGULHA DE 0.32 MM, DIAMETRO EXTERNO DO CATETER PLASTICO 1.8 M. COMPRIMENTO MAXIMO DE EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE 4 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 200 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910028	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
53	133	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DENTE DE RATO TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.3 MM COMPRIMENTO 230 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

54	134	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, JACARÉ LONGA, TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL).	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
55	135	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, DENTE DE RATO TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80339910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
56	136	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DENTE DE RATO – PEDIATRICA, TUBO DE METAL DIAMETRO 1.8 MM. COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
57	137	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO JACARÉ LONGA, TUBO DE METAL DIAMETRO 2.3 MM, COMPRIMENTO 230 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS/ PEF-A-C-23234P	10334780042	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
58	138	PINÇA PRA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE 5 PÉS, GARRAS DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM, COMPRIMENTO 230 CM. (AUTOCLAVAVEL).	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS PEF-A-C-2323 4P	80399310021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
62	142	PINÇA CESTA COM REDINHA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, DIAMETRO ENTRE 2.3 MM E 2.6 MM. COMPRIMENTO 230 CM. (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	GFE GF4501	80393910026	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
63	143	CESTA DE CAPTURA EM FORMATO OVAL DE AFACIL ABERTURA DA CESTA 25 MM E RECUPERAÇÃO EFICIENTE DE POLIPOS E CORPOS ESTRANHOS – DIAMETRO 2.6 MM. COMPRIMENTO 180 CM.	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	BT-G-2318-OV-30	80393910026	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
65	144	PINÇA ENDOSCOPICA PARA APREENSÃO COM REDE – PINÇA REDE – CORPO ESTRANHO PARA APREENSAO COM REDE DE 2,5X20X50X230	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	(CÓD. PJA-G-2318-DJ)	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
66	145	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, JACARÉ LONGA COM DENTE DE RATO, TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.2 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCALVAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS PJA-G-2318-DJ	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
72	149	BALÃO INTRAGASTRICO DE VOLUME 500 A 700 ML – DIAMETRO 65 MM COMPRIMENTO 110 CM – (DESCARTAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	MEDICONE	80020550044	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/
64	156	PINÇA PRA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO JACARÉ LONGA E DENTE DE RATO, TUBO DE METAL. DIAMETRO 2.3 MM COMPRIMENTO 160 CM. (AUTOCLAVAVEL)	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE MEDICAL	ARGUS	80393910021	APTO	OS MA APRESENT AUTOS AT DEM/

1. CONCLUSÃO

Devolvemos os autos para apreciação e continuidade dos presentes, visando subsidiar o trabalho desta equipe de compras, conforme procedimentos de praxe.

Sendo o que se informa para o momento, reformamos votos de estima, saúde e consideração, agradecemos o alertas efetuados e finalizamos o expediente.

Atenciosamente,

Elaboração:

TUANE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

Revisão:

ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA
Chefe do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

De acordo:

DIEGO ESCOBAR
Médico Responsável Técnico
SESAU-CGPMNPL

ELESSANDRO FERREIRA DUTRA
Médico/ matrícula: 300144480

MARCELO PEREIRA
Médico/ matrícula: 300131441

DENISE DA SILVA CARDOSO
Fisioterapeuta e Técnica em Espirometria Habilitada pela SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumonia e Tisiologia) / matrícula: 300053661

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador SESAU-CGPM



Documento assinado eletronicamente por **Elessandro Ferreira Dutra, Médico(a)**, em 03/04/2024, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DENISE DA SILVA CARDOSO, Coordenador(a)**, em 03/04/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Chefe de Núcleo**, em 03/04/2024, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **TUANE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, Enfermeiro(a)**, em 03/04/2024, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO PEREIRA DA SILVA, Médico(a)**, em 03/04/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 03/04/2024, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 03/04/2024, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046966177** e o código CRC **6DCAC58C**.