



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 37/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-NP**

Processo Nº: 0036.022502/2023-89

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

PREZADO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A),

Considerando o **Despacho SUPEL-NP (0046976040)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/NP/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/NP/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046976040							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/SUPEL/ NP/RO/MATERIAIS DIVERSOS I.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 5401 - APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, COM 95 MM DE COMPRIMENTO,	1ª COLOCADA	AVF COMERCIO	AIH-1365A	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES DE APROXIMADAMENTE 04 CM, PROTEGIDA ATRAVÉS DE BORDO DENTADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
64	ID - 7006 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª COLOCADA	CIRURGICAS MULLET	IFAB/TDP200	80117610016	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA DO PRODUTO E SITE DA ANVISA NÃO VERIFICOU-SE, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL DA TOMADA GÁS/AR, SENDO ASSIM O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO. OBSERVAÇÃO; FOI PEDIDO AMOSTRA AO FORNECEDOR NO PRAZO DE 72H CONFORME ADENDO 0047425422
6	ID: 467 - COLCHÃO DE AR, ANTIESCARAS, TIPO CAIXA DE OVO ABERTA, INFLÁVEL, COM VÁLVULA ANTI-VAZAMENTO, TAMANHO DE 190CM X 90CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO	REMANESCENTE	JR LACERDA	ART-FLEX	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA						
43	ID: 5898 - BORRIFADOR PULVERIZADOR MANUAL DE PLÁSTICO COM 23CM DE ALTURA (COM GATILHO), CAPACIDADE DE 500ML E EM COR TRANSPARENTE.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	SALUTARY CENTRO NORTE	NOBRE	ISENTO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	S. ALMEIDA	NOBRE	ISENTO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AOS SITES RELACIONADO AO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
58	ID - 1002892 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 30 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA PARA VÁLVULA AGULHA COM MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO COM ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA COM ROSCA EM LATÃO CROMADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	CIRURGICAS MULLET	IFAB/FLX132	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA DO PRODUTO NÃO VERIFICOU-SE FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 30 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, ASSIM SENDO A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	81284390001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
59	ID - 1002893 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0	REMANESCENTE	CIRURGICAS MULLET	IFAB/FLX117	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM

	A 15 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA PARA VÁLVULA AGULHA COM MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO COM ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA COM ROSCA EM LATÃO CROMADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA						ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	81284390001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	HUNTER CIENTIFICA	ANDRAMED	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AOS SITES RELACIONADO AO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
69	ANVISA ID - 1002905 - VÁLVULA REDUTORA, ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM². EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	ROMED	SEM PROPOSTA PARA O ITEM			
70	ID - 1002906 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO OXIGÊNIO MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², COM FLUXOMETRO, COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL	REMANESCENTE	CIRURGICAS MULLET	IFAB/VRD100	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	CROMADO (LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA: 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT, VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	NORTEMEDICA	PROTEC	80435149003	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
71	ID - 1002907 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM 2 ESTÁGIOS E 2 MANÔMETROS, FABRICADA EM METAL (POLIDO E CROMADO), COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM DOIS MANÔMETROS INDICADORES UM DE ALTA, (0-315KGF/CM²), OUTRO DE BAIXA(0-10 KGF/CM²), VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A MESMA SUPORTA UMA PRESSÃO DE 6,5 KGF/CM². EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	CIRURGICAS MULLET	SEM PROPOSTA PARA O ITEM			
		REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	81284390014	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	HUNTER CIENTIFICA	ANDRAMED	80899380001	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA DO PRODUTO VERIFICOU QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A MESMA SUPORTA UMA PRESSÃO DE 8,0(±0,5) KGF/CM² QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
72	ID - 1002908 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MANÔMETRO DE ALTA	REMANESCENTE	CIRURGICAS MULLET	IFAB/VRD203	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO

	<p>PRESSÃO, COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM², COM FLUXÔMETRO, FABRICADO EM METAL CROMADO (LATÃO), FILTRO EM BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM², VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>						<p>ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		REMANESCENTE	HUNTER CIENTIFICA	ANDRAMED	NÃO INFORMADO	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
73	<p>ID - 1002909 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, DUPLO ESTÁGIO, COM 1 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM²), FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	81284390014	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		REMANESCENTE	HUNTER CIENTIFICA	ANDRAMED	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA DO PRODUTO VERIFICOU QUE A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO. (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, DUPLO ESTÁGIO, COM 1 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM²), FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E</p>

							VÁLVULA DE SEGURANÇA).
75	<p>ID - 1002927- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA O2 (OXIGÊNIO). EMBALAGEM</p> <p>CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	:81284390014	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	S & C COMERCIO	UNITEC / TP601	10432309001	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU QUE ATENDE AO SOLICITADO.
76	<p>ID - 1002928- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM</p> <p>CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	81284390012	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	S & C COMERCIO	UNITEC / TP602	10432309001	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU QUE ATENDE AO SOLICITADO.
77	<p>NID - 1002929 - CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA VÁCUO. EMBALAGEM</p> <p>CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA	ROMED	81284390012	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		REMANESCENTE	S & C COMERCIO	UNITEC/TP604	10432309001	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU QUE ATENDE AO SOLICITADO.

1.79	ID: 5401 - APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, COM 95 MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES DE APROXIMADAMENTE 04 CM, PROTEGIDA ATRAVÉS DE BORDO DENTADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	AVF COMERCIO	AIH-1365A	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
------	--	--------------	--------------	-----------	---------------	------	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/NP/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SEM PROPOSTA PARA O ITEM 69**
- II - **HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - itens 71, e 73**
- III - **CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT- item 58/SEM PROPOSTA PARA O ITEM 71**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas

pelas empresas, para os itens:

- I - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - **Item 06**
- II - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - **Item 43**
- III - S. ALMEIDA LTDA - **Item 43**
- IV - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT - **Itens 59, 70,72**
- V - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - **Item 58, 59,71, 73, 75, 76 e 77**
- VI - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - **Item 59,72**
- VII - NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - **Item 70**
- VIII - S & C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - **Itens 75, 76 e 77**
- IX - AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA - **Itens 01 e 79**

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub - Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 04/04/2024, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 04/04/2024, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046983188** e o código CRC **7400C3D4**.