



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 43/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: 0036.013440/2023-14

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

PREZADO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0047297103)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 359/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 359/2023/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.013440/2023-14							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2023/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
32	ID: 3610 - KIT CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR (DVE) NEONATAL, PARA DERIVAÇÃO	remanescente	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO - DVENF22	10166360068	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO

ASSÉPTICA DO LÍQUIDO CÉFALO-RAQUIDIANO, PERMITINDO MONITORAÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA, DRENAGEM LIQUÓRICA E DE HEMORRAGIAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						ATENDE AO SOLICITADO.
	remanescente	LB COMERCIO	VENTURA/ NEONATAL	10175060037	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	remanescente	HP BIOPROTESES	Hpbio/o Cód. DVENF22	10166360068	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	remanescente	SURGICALLMED	VENTURA	10175060037	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	remanescente	QUALITY COMERCIAL	VENTURA	10175060037	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	remanescente	I11 COMERCIO	VENTURA	10175060016	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	remanescente	SALUTARY CENTRO	KFF	80991380015	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA VERIFICOU-SE QUE MARCA OFERTADA NÃO ATENDE AO SOLICITADO (KIT CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR

							(DVE) NEONATAL)
		remanescente	RCORE INSUMOS	KFF	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA VERIFICOU-SE QUE MARCA OFERTADA NÃO ATENDE AO SOLICITADO (KIT CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR (DVE) NEONATAL)
		remanescente	PRIMECARE	KFF S.A.	80991380015	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (KIT CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR (DVE) NEONATAL)
33	ID: 8188 - GRAMPEADOR CIRCULAR CORTANTE PARA CONTROLE DE PROLAPSOS RETAIS E HEMORRÓIDAS COM 33 MM DE DIÂMETRO, APROXIMADAMENTE, DE HASTE, INSERE DUAS LINHAS DE GRAMPOS PARALELAS E ALTERNADAS. EQUIPADO COM RECURSO DE FEEDBACK VISUAL PARA APROXIMAÇÃO DO CONJUNTO OGIVA/CARGA. ACOMPANHADO DE PORTA DE ACESSO,	remanescente	QUALITY COMERCIAL	PANTHER/s FCSSME33	80940400005	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

ANUSCÓPIO TRANSPARENTE E DILATADOR, DESCARTÁVEL.							
---	--	--	--	--	--	--	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO N°359/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o itens:

2.3.

- I - **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - item 32**
- II - **RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - item 32**
- III - **PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - item 32**

2.4. Informo-vos que as demais propostas ofertada pelas empresas/licitantes, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertada pelas empresas para os itens:

- I - **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - item 32**
- II - **LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 32**
- III - **HP BIOPROTESES LTDA - item 32**
- IV - **SURGICALLMED COMERCIO LTDA - item 32**
- V - **QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - itens 32,33**
- VI - **I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - item 32**

2.5. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.6. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 08/04/2024, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 08/04/2024, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0047366252** e o código CRC **AE2D28C7**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.013440/2023-14

SEI nº 0047366252