



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 7/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL - DELTA**

Processo: 0036.016822/2023-08

Assunto: **Análise Técnica da Proposta.**

Senhor(a),

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar posicionamento desta Coordenadoria referente ao posicionamento das Especialidade quanto aos materiais propostos pelas Empresas:

XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA id. (0047691799), para o Grupo 04 (itens 34 ao 42).

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|------------------|-------------------|---------------|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | | |
| COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM/SESAU-RO | | | | | | | |
| MATERIAIS PARA NÚCLEO DE DIAGNÓSTICOS | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.016822/2023-08 | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482/2023 SUPEL/RO | | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPTIVO | Classificação | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
| 4.34 | FIO PARA CERCLAGEM AÇO -FIO MALEÁVEL DECERCLAGEM FIO PARA CERCLAGEM AÇO - FIO MALEÁVEL DECERCLAGEM EM AÇO, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | JOHSON JOHSON | 10314800038 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da JOHSON , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 4.35 | FIO POLIÉSTER TRANÇADO Nº 2- USO EM CIRURGIA ORTO FIO POLIÉSTER TRANÇADO Nº 2 - USO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA/DIAMETRO Nº 2 FIO 75 CM CURVA 1/2 PONTA T AG.4,0 CM | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | RAZEK | 80356130170 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da RAZEK , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é RAZEK , porém está divergente ao descritivo de FIO POLIÉSTER TRANÇADO Nº 2 . Ao verificar o Anvisa corresponde a SUTURE |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|-----------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | | NEEDLE. Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 4.36 | FIO POLIÉSTER TRANÇADO Nº 5- USO EM CIRURGIA ORTOFIO POLIÉSTER TRANÇADO Nº 5 - USO EM CIRURGIAO RTOPÉDICA. DIAMENTRO Nº 5 FIO 75 CM CURVA 1/2PONTA TC AGULHA 4,8CM. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | PLASTSURE | 80226110006 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da PLASTSURE , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é PLASTSURE , porém o registro do Anvisa encontra-se cancelado desde 15/06/2020 . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 4.37 | BARRA DE ERICH 50CM - BARRA DE ERICH 50CM BARRA DE ERICH 50CM - BARRA DE ERICH 50CM CONFORT. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | ODONTO ERICH | 80967730050 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da ODONTO ERICH , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é CSB Confecções e comércio de produtos ortopédicos radiológicos e hospitalares Ltda - BRASIL . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 4.38 | FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 0 - FIO DE AÇO TIPO ACI FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 0 - FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX PARA USO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA . | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | BIOMACANICA | 10132590029 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da BIOMACANICA , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|-------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | | empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 5.39 | FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 1 - FIO DE AÇO TIPO ACI FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 1 - FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX PARA USO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | BIOMACANICA | 10171110015 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da BIOMACANICA , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é BIOMACANICA , porém o registro do Anvisa encontra-se cancelado desde 22/12/1999 e o Anvisa correto é 10171110024. Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 5.40 | FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 2 - FIO DE AÇO TIPO ACI FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 2 - FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX PARA USO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | BIOMACANICA | 10171110015 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da BIOMACANICA , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é BIOMACANICA , porém o registro do Anvisa encontra-se cancelado desde 22/12/1999 e o Anvisa correto é 10171110024. Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 5.41 | FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 5 - FIO DE AÇO TIPO ACI FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX Nº 5 - FIO DE AÇO TIPO ACIFLEX PARA USO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | BIOMACANICA | 10171110015 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da BIOMACANICA , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é BIOMACANICA , porém o registro do Anvisa encontra-se cancelado desde 22/12/1999 e o Anvisa correto é 10171110024. Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|----------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | | empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 5.42 | LUVA DE ARTROSCOPIA - CAPADE MICROCÂMERA (LUVA DELUVA DE ARTROSCOPIA - CAPA DE MICROCÂMERA (LUVA DE ARTROSCOPIA) CAPA MALEÁVEL 15X300CM. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | BIOMACANICA | 10417460001 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da BIOMACANICA , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é STERILI-MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 33 | BARRA DE ERICH - 100CM -BARRA ERICH, AÇO INOXIDÁVBARRA DE ERICH - 100CM - BARRA ERICH, AÇO INOXIDÁVEL - ENGLOBA TODAS AS MEDIDAS. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | CONFORT ODONTO | 80967730050 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da CONFORT ODONTO , através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante é CSB Confecções e comércio de produtos ortopédicos radiológicos e hospitalares ltda . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
| 6.43 | TELA CIRURGICA - TELA DE USO CIRURGICO, TITÂNIO, TELA CIRURGICA - TELA DE USO CIRURGICO, TITÂNIO,PRÉ MOLDADA, CIRURGIA DE BUCOMAXILO FACIALORBITAL. | | XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | BIOMACANICA | 81762610002 | INAPTO | A empresa apresenta fabricante da BIOMACANICA, através de pesquisas do Anvisa informado a fabricante 81762610002 não corresponde ao item do descritivo . Informamos que realizamos diligências com a empresa e tentativas de contato com a empresa através do E-mail 0047732805 e Certidão 4 (0047801203), ligações através do número de telefone (31) 3024-6040, |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | solicitando folders e prospectos, onde não houveram manifestações, por esse motivo o item encontra-se REPROVADO , devido item oferecido estar incompatível com o Anvisa informado. |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

DIEGO ESCOBAR
Médico Responsável Técnico
SESAU-CGPMNPL



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 16/04/2024, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0047739730** e o código CRC **47CB4ADB**.