



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 48/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.026070/2023-85

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando os **Despachos (0047731820) e (0047936792)**, os quais solicitaram que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emitiu o seguinte **PARECER TÉCNICO**:

1. **ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.026070/2023-85						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 572/2023/SUPEL/RO/SISTEMA URINÁRIO E COLETORES						
Objetivo: Análise técnica dos produtos ofertados pela empresa licitante para que não hajam aquisições e/ou contratações em desacordo com o solicitado no descritivo do instrumento de convocação (Edital) .						
Método: Análise comparativa ao descritivo do Edital e de registro nos órgãos de regulação dos produtos ofertados pela empresa licitante por meio de consulta à Ficha Técnica (folders, catálogos, prospectos, sítios eletrônicos etc) e às instituições de regulamentação.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	PARECER
24	ID: 28 - KIT ASPIRADOR UTERINO CONTENDO: 1 (UM) APIRADOR EM FORMATO CILÍNDRICO, COM ÊMBOLO E VÁLVULA, DE 60ML, COMPATÍVEL COM DIFERENTES TAMANHOS DE CANULAS	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	WOMAN (DKT)	NÃO INFORMADO 10208259001 (Aspirador) 10208250035 (Cânulas)	A marca ofertada tende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório	APTA (Parecer Reformado)

	(TIPO AMIU, EasyGrip) E 8 (OITO) CÂNULAS COM OS DIÂMETROS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12 MM, E COMPRIMENTO DE 22 A 24 CM. DESTINADOS PARA ASPIRAÇÃO E/OU ESVAZIAMENTO INTRAUTERINOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				<i>(Edital). Não há objeção a que os componentes do kit (1 (um) Aspirador + 8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.</i>	
		NRX MEDICAL SYSTEMS	WOMAN (DKT)	10208259001 (Aspirador) 10208250035 (Cânulas - Obs: Registro ANVISA constante do descritivo técnico do produto informado na proposta do licitante.).	<i>A marca ofertada tende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Não há objeção a que os componentes do kit (1 (um) Aspirador + 8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.</i>	APTA (Parecer Reformado)
		G F DOS SANTOS	KOLPLAST	10237610088 (Cânula) 10237610087 (Aspirador - Não informado pela licitante)	<i>A marca ofertada atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Não há objeção a que os componentes do kit (1 (um) Aspirador + 8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.</i>	APTA (Parecer Reformado)
26	ID: 480 - COLETOR ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 80 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPAS ROSQUEÁVEL VERMELHA OU BRANCA OU PRETA OU AZUL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE	COVAN	CALPLAST	NÃO INFORMADO (10379860094)	<i>Atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>	APTA

	FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA						
30	ID: 6610 - DOSADOR ORAL CAPACIDADE DE 10 ML, NA COR AZUL, EM FORMATO DE SERINGA GRADUADA EM ML E COLHER DE CHÁ, NÃO ESTÉRIL, COM BICO QUE EVITE O ENCAIXE DE AGULHAS HIPODÉRMICAS, TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO QUE EVITE VAZAMENTOS DA MEDICAÇÃO, CONFECCIONADO EM COR PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADAPTADOR DE BORRACHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COVAN	ADVANTIVE	10296900142	Atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).	APTA	
		J&A COMÉRCIO	SEM PROPOSTA				
		NRX MEDICAL	INJEX	10160619001	A proponente apresentou folder. Em consulta ao folder e à ficha técnica no site do fabricante, foi verificado que o produto ofertado não possui graduação em colher de chá, em desacordo com o descritivo.	INAPTA	
		M MED COMERCIAL	DESCARPACK (DOSADOR ORAL)	10330660259	A proponente apresentou folder. Em consulta ao folder e à ficha técnica no site do fabricante, foi verificado que o produto ofertado não possui graduação em colher de chá, em desacordo com o descritivo.	INAPTA	
37	ID: 28 - KIT ASPIRADOR UTERINO CONTENDO: 1 (UM) APIRADOR EM FORMATO CILÍNDRICO, COM ÊMBOLO E VÁLVULA, DE 60ML, COMPATÍVEL COM DIFERENTES TAMANHOS DE CANULAS (TIPO AMIU, EasyGrip) E 8 (OITO) CÂNULAS COM OS DIÂMETROS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12 MM, E COMPRIMENTO DE 22 A 24	NRX MEDICAL SYSTEMS	WOMAN (DKT)	10208259001 (Aspirador) 10208250035 (Cânulas - Obs: Registro ANVISA constante do descritivo técnico do produto informado na proposta do licitante.).	A marca ofertada atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Não há objeção a que os componentes do kit (1 (um)	APTA (Parecer Reformado)	

<p>CM. DESTINADOS PARA ASPIRAÇÃO E/OU ESVAZIAMENTO INTRAUTERINOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>				<p><i>Aspirador + 8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.</i></p>	
	G F DOS SANTOS	KOLPLAST	<p>10237610088 (Cânula) 10237610087(Aspirador - Não informado pela licitante)</p>	<p><i>A marca ofertada atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Não há objeção a que os componentes do kit (1 (um) Aspirador + 8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.</i></p>	<p>APTA (Parecer Reformado)</p>
	SULDONORTE DISTRIBUIDORA	WOMAN (DKT)	<p>10208259001/ 10208250035</p>	<p><i>A marca ofertada atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Não há objeção a que os componentes do kit (1 (um) Aspirador + 8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.</i></p>	<p>APTA (Parecer Reformado)</p>
	M MED COMERCIAL	KOLPLAST	<p>10237610087 (Aspirador) 10237610088 (Cânulas - Obs: Registro ANVISA constante do descritivo técnico do produto informado na proposta do licitante.).</p>	<p><i>A marca ofertada atende aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Não havendo objeção a que os componentes (1 (um) Aspirador +</i></p>	<p>APTA</p>

					8(oito) Cânulas) venham separados em embalagens distintas.	
--	--	--	--	--	---	--

2. **ANÁLISE E PARECER DE ALEGAÇÕES DE EMPRESA LICITANTE E DO DESPACHO (0047936792)**

Após a análise das alegações da empresa licitante **M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0047731820)**, esta Câmara Técnica é de parecer que **não há objeção** a que o KIT ASPIRADOR UTERINO (Item 37) seja entregue com o aspirador e as cânulas separados em embalagens distintas, assim sendo, **reforma** os pareceres dos **itens 24 e 37**, do Parecer Técnico Farmacêutico NR 23 **(0046095331)**, conforme o NR 01 deste Parecer. Ficam mantidos os pareceres dos **itens 24 e 37** do Parecer Técnico Farmacêutico NR 39 **(0047104686)**.

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico analista - CGPM/SESAU-RO

3. **DESPACHO DO COORDENADOR:**

3.1 Após as análises da(s) proposta(s) apresentada(s), no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/RO**, foi concluído que a(s) empresa(s) licitante(s), abaixo relacionadas está(ão) **INAPTAS** no **item 30**, por estar(em) em **desacordo** com o solicitado por esta administração:

NRX MEDICAL

M MED COMERCIAL

3.2 As demais empresas licitantes foram consideradas **APTAS**.

3.3 Sobre as alegações da licitante **M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, este Coordenador concorda com o parecer da Câmara Técnica de que **não há objeção** para que o KIT ASPIRADOR UTERINO (Item 37) seja entregue com o aspirador e as cânulas separados em embalagens distintas.

3.4 Sejam reformados os pareceres os pareceres dos **itens 24 e 37**, do Parecer Técnico Farmacêutico NR 23 **(0046095331)**.

3.5 Mantenham-se os pareceres dos **itens 24 e 37** do Parecer Técnico Farmacêutico NR 39 **(0047104686)**.

3.6 Torno sem efeito o Parecer Técnico Farmacêutico NR 47 **(0047924302)**.

3.6 Encaminhe-se à SUPEL-DELTA para seguimento de feitos licitatórios.

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 19/04/2024, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0047965271** e o código CRC **543446FE**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.026070/2023-85

SEI nº 0047965271