



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 50/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0047915839)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DA(S) PROPOSTA(S) DA(S) EMPRESA(S) (PE Nº 378/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº. 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
7	ID: 1002749 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL	REMANESCENTE	BIONUTRI	VENTCARE	80677040004	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A

UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 12MM, COMPRIMENTO 150CM A 180CM, E CONECTOR EM "Y". NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						MARCA NÃO ATENDE AO SOLICITADO. (CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M).
	REMANESCENTE	TECHMED	RWR	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 , O PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO
	REMANESCENTE	PRIOM	VENTCARE	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO ATENDE AO SOLICITADO. (CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M), NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
	REMANESCENTE	AIRMED	RWR	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO

							VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 , O PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO
		REMANESCENTE	CENTRALMIX	VENTCARE	80677040004	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO ATENDE AO SOLICITADO. (CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M).
		REMANESCENTE	ALPHAMEDI	VENTCARE/VENT08N-1500	80677040004	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO ATENDE AO SOLICITADO. (CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M).
18	ID: 1002760 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO,	REMANESCENTE	BIONUTRI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA NÃO VERIFICOU-SE, AS MEDIDAS

<p>AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>						<p>CONFORME DESCRITIVO (CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).</p>
	REMANESCENTE	TECHMED	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR COM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).</p>
	REMANESCENTE	AIRMED	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR COM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).</p>
	REMANESCENTE	CENTRALMIX	VENTCARE	80677040003	INAPTA	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM</p>

					PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA NÃO VERIFICOU-SE, AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO (CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	ALPHAMEDI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA NÃO VERIFICOU-SE, AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO (CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	PROTEC	PROTEC	80435140044	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR COM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	CIENTIFICA	PROTEC 005373	80435140044	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á

					PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR COM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	TECNOVENT	GlobalTec/15x15x15mm	80389130061	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA VERIFICOU SE QUE ATENDE AO SOLICITADO, SENDO CONFOME DESCRITIVO.
REMANESCENTE	CRYSSIL	VENTCARE	80677040003	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA NÃO VERIFICOU-SE, AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO (CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	ORTOMEDIKA	HAOXI	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA

							MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR COM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
19	ID: 1002761 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL NEONATL, 12 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BIONUTRI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	TECHMED	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	AIRMED	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO

					VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
REMANESCENTE	CENTRALMIX	VENTCARE	80677040003	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
REMANESCENTE	ALPHAMEDI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
REMANESCENTE	CIENTIFICA	UNITEC RC632A	10432300007	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA E ANVISA VERIFICOU-SE CIRCUITO RESPIRATORIO QUE, NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL

							NEONATI, 12 MM).
		REMANESCENTE	CRYSSIL	VENTCARE	80677040003	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	ORTOMEDIKA	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
21	ID: 1002763 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BIONUTRI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	TECHMED	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA

					OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR SEM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	AIRMED	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR SEM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	CENTRALMIX	VENTCARE	80677040003	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
REMANESCENTE	ALPHAMEDI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA

					MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
REMANESCENTE	PROTEC	PROTEC 0006976	80435140044	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR SEM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	CIENTIFICA	PROTEC 006976	80435140044	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR SEM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
REMANESCENTE	TECNOVENT	GLOBALTEC	80389130061	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM

							PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA VERIFICOU SE QUE ATENDE AO SOLICITADO, SENDO CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	CRYSSIL	VENTCARE/VENT30LN	80677040003	INAPTA	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA AS MEDIDAS CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	ORTOMEDIKA	HAOXI	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA MARCA OFERTADA VERIFICOU-SE CO1409 Y SEM FURO INFANTIL QUE ATENDE AO SOLICITADO
22.58	ID: 1002763 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	1ª Colocada	NORTEMEDICA	PROTEC	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, EM PESQUISA DA MARCA OFERTADA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CONECTOR SEM FURO DE 19MM QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADP CONEXÃO EM "Y", "COM FURO",

VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.					AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM).
--------------------------------------	--	--	--	--	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. **DO PARECER:**

Após a análise técnica da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que as empresas/licitantes, **TECNOVENT E ORTOMEDIKA**, que apresentou proposta para o item **21** estão **APTAS** por estar **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração.

As demais empresas foram consideradas **INAPTAS**, por estarem em **DESACORDO** com o solicitado por esta administração.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub-Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 22/04/2024, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 22/04/2024, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048001759** e o código CRC **2BCC8B15**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011130/2023-65

SEI nº 0048001759