



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 63/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL- CEL**

Processo Nº: 0036.027672/2023-50

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-NP (0048601509)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 596/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte **PARECER TÉCNICO**:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.027672/2023-50						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 596/2023/ MATERIAIS PARA AFERIÇÃO.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

7	<p>ID: 15 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO	G-TECH	NÃO INFORMADO	NAPTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA VERIFICOU-SE, BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO COMPATÍVEL SOMENTE COM APARELHO DA MARCA DO FABRICANTE, O PRODUTO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
8	<p>ID: 16 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO OBESO, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS	PEMIUM	80275310049	APTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
10	<p>ID: 9 - PÊRA COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SULDONORTE DISTRIBUIDORA	PEMIUM	80275310022	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

15	<p>ID: 10564 - TERMÔMETRO CLINICO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO COM ACURACIDADE COMPROVADA, VISOR DIGITAL COLORIDO QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM OS RESULTADOS; DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA DE 1,5 V E OU BATERIA TIPO CÉLULA DE LÍTIO CR2032 (INCLUSA); (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	AUTOMX SOLUCOES	NINGBO/ANXIN	NÃO INFORMADO	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
----	--	-----------------	--------------	---------------	------	---

23	<p>ID: 10570 - ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PARA ECG ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE; NÃO IRRITANTE; SENSOR EM AG/AGCL, GARANTINDO EXCELENTE QUALIDADE NO TRAÇADO; REPOSICIONÁVEL E EM FORMATO DE GOTA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E A RETIRADA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS	MAXICOR SF01	10299800051	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
24	<p>ID: 32949 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO ADULTO TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	CHINMED/ SHENZHEN CHINMED PLUS TECH. CO.,LTD./	80901119012	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

25	<p>ID: 32950 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO INFANTIL TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	CHINMED/ SHENZHEN CHINMED PLUS	80901119012	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
29	<p>ID: 10587 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR 4 VIAS PRETO – F7988/CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CMOS DRAKE S.A	CONECTOR PRETO	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
30	<p>ID: 1002974 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CMOS DRAKE S.A	CONECTOR AZUL E BRANCO	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

38	<p>ID: 1002968 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO INFANTIL, MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	<p>CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP./ PC60F</p>	80102519152	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
----	--	------------------------	---	-------------	------	---

39	<p>ID: 1002969 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, RECARREGÁVEL, PC66B, LCD DE 2,2"DE</p> <p>MATRIZ DE PONTOS COLORIDOS, ALARME SONORO E VISUAL, TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O COMPUTADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE SPO2</p> <p>VARIAÇÃO DE TELA: 35%-99%. SPO2 ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: =3% PARA SPO2, VARIAÇÃO DE 70% A 100%. PR VARIAÇÃO DE TELA: 30-240 BPM. PR ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: ±2BPM OU ±2%. ENERGIA: 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL 3.70V/500MAH2.</p> <p>ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI): 0,2%~20%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 10-240 V, 50/60HZ, 0, 5ª. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS	ALFAMED VIRTO	80629379002	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
-----------	--	---------------------	---------------	-------------	---------------	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Após análise da(s) proposta(s) apresentada(s) no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 596/2023/SUPEL/RO**, conclui-se que a(s) empresa(s) licitante(s), abaixo relacionada(s) está(ão) **INAPTA(S)** no(s) item(ns), abaixo relacionados, por estar(em) em desacordo com o solicitado por esta administração:

I - **VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO - ITEM 7**

II - **EMPRESA NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E
SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO - ITEM 39**

2.2. Demais empresa(s) licitante(s) está(ão) **APTAS**.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)
REGINALDA MAIA DE SÁ
Coordenadora Adjunta
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 13/05/2024, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 13/05/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048678660** e o código CRC **5CF177B2**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.027672/2023-50

SEI nº 0048678660