



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 71/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-UPSILON**

Processo Nº: **0036.010187/2023-47**

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-ALFA (0048311320)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/UPSILON/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/UPSILON/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.050338/2023-08						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/SUPEL/RO						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

1	<p>ID: 10382 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL , ESTÉRIL, Nº 000, (40 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
	<p>ID: 294 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 00, (50 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL</p>					

2	<p>ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

3	<p>ID: 10383 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 0, (60 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
---	---	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--

4	<p>ID: 295 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 1, (70 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS) CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
---	--	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--

5	<p>ID: 296 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 2, (80 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
---	---	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--

6	<p>ID: 298 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 3, (90 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
---	--	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--

7	<p>ID: 298 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 4, (100 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
---	--	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--

8	<p>ID: 299 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 5, (110 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS) CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
---	---	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--

9	<p>ID: 300 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 6, (120 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>10330660280</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
	<p>ID: 3051 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 00 (5,0 MM DIAMETRO X 4,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM</p>	<p>XMED SAUDE PRODUTOS</p>	<p>FRADEL</p>	<p>80039960001</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

10	(01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA), EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA EM SUA ESPECJIFICAÇÃO MODELO MÉDIO CONFORME DESCRITIVO.
		HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
11	ID: 10400 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 0 (6,0 MM DIAMETRO X 5,0 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA), EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA EM SUA ESPECJIFICAÇÃO MODELO MÉDIO CONFORME DESCRITIVO.
		HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.

12	<p>ID: 314 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 01 (07 MM DIÂMETRO X 5,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	FRADEL-MED	80039960001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
		HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
13	<p>ID: 316 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 02 (08 MM DIÂMETRO X 6 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.

14	<p>ID: 317 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 03 (09 MM DIÂMETRO X 6,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
15	<p>ID:315- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 04 (10 MM DIÂMETRO X 7 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

16	<p>ID: 318 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 05 (11 MM DIÂMETRO X 7,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
17	<p>ID: 319 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 06 (12 MM DIÂMETRO X 8 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

18	<p>ID: 320 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SEM PROPOSTA
19	<p>ID: 10101 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SEM PROPOSTA

20	<p>ID: 5421 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 03 (9,0 MM DIAMETRO X 4,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	NTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
		HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
21	<p>ID: 1003017- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 02 (8,0 MM EXPESSURA 4,0 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	NTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.

22	<p>ID: 1003018- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 01 (7,0 MM EXPESSURA 3,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	NTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
23	<p>ID:1003019- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 0 (6,0 MM EXPESSURA 3,0 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	NTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

24	<p>ID:1003020 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 00 (5,0 MM EXPESSURA 2,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>NTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>STYLLE</p>	<p>10229650020</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE TAMANHO 00 NA EXPESSURA DE 5MM, E COMPRIMENTO DE 4,5 QUE NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	--------------------------------------	---------------	--------------------	---------------	---

25	<p>ID: 2869 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 3,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729008	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	-----------------	------------	-------------	------	--

26	<p>ID: 5486 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 3,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/ LB511035C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	---------------------	----------------	-------------	------	--

27	<p>ID: 2431 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 4,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/LB511040C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	---------------------	---------------	-------------	------	--

28	<p>ID: 2426 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 4,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA LB511045C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	---------------------	---------------	-------------	------	--

29	<p>ID: 2414 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 5,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA LB511050C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	---------------------	---------------	-------------	------	--

30	<p>ID: 2427 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 5,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/LB511055C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	---------------------	---------------	-------------	------	--

31	<p>ID: 321 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 6,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/ LB511060C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	---------------------	----------------	-------------	------	--

32	<p>ID: 308 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 6,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/LB511065C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	---------------------	---------------	-------------	------	--

33	<p>ID: 309 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 7,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/LB511070C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	---------------------	---------------	-------------	------	--

34	<p>ID: 310 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 7,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/ LB511075C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	---------------------	----------------	-------------	------	--

35	<p>ID: 311 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	HOSPICENTER MADELO: PA220180	81766609010	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	-----------------------------------	---------------------------------	-------------	------	--

36	<p>ID: 312 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	HOSPICENTER MADELO: PA220185	81766609010	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	-----------------------------------	---------------------------------	-------------	------	--

37	<p>ID: 313 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 9,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA: LB511090C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	---------------------	----------------	-------------	------	--

38	<p>ID: 8436 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 9,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	JR COMERCIO DE FIOS	HFA/ LB511095C	80081499005	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	--	---------------------	----------------	-------------	------	---

39	<p>ID: 302 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 3,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
40	<p>ID: 303 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 3,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

41	<p>ID: 305 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 4,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
42	<p>ID: 305 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 4,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

43	<p>ID: 307 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 5,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
44	<p>ID: 322 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 5,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

45	<p>ID: 2640 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 6,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
46	<p>ID: 7563 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 6,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

47	<p>ID: 6063 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO N° 7,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
48	<p>ID: 6064 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO N° 7,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

49	<p>ID: 2897 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
50	<p>ID: 8304 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS	10150470395	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

51	<p>ID: 10290 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 9,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL COMERCIO	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
52	<p>ID: 10291 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 9,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL COMERCIO	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

53	<p>ID: 10102 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 6. COM BALÃO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	I.S COSTA CENTRAL	GC MEDICAL MODELO: GC8041D060	10150470606	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
		HUNTER CIENTIFICA COMERCIO	GC MEDICA	10150470606	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
		STAR COMÉRCIO	BCI MEDICAL /97361204TAM6	10297020065	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
54	<p>ID: 10104 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 7. COM BALÃO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	STAR COMÉRCIO	BCI MEDI CAL/97361204TAM7	10297020065	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
		I.S COSTA CENTRAL	GC MEDICAL MODELO: GC8041D070	10150470606	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.

55	ID: 2851 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 8. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	STAR COMÉRCIO	BCI MEDI CAL/97361204TAM8	10297020065	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
		I.S COSTA CENTRAL	GC MEDICAL MODELO: GC8041D080	10150470606	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
56	ID: 10353 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SEM PROPOSTA				

57	<p>ID: 1002596 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960022	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE O FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA É FABRICADO EM ESPUMA, E NÃO APRESENTA TAMANHO PARA NEONATAL, A MARCA OFERTADA NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
----	--	-------------------	--------	-------------	--------	--

58	<p>ID : 7893 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	IMPACTO PRODUTOS MÉDICO	FIX HOLDER/IMPACTO MEDICAL	80358740002	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	----------------------------	----------------------------------	-------------	------	---

59	<p>ID:315- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 04 (10 MM DIÂMETRO X 7 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
16.60	<p>ID: 318 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 05 (11 MM DIÂMETRO X 7,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	STYLLE	10229650020	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
		HOSPSHOP PRODUTOS	FRADEL	80039960001	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

17.61	<p>ID: 319 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 06 (12 MM DIÂMETRO X 8 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>STYLLE</p>	<p>10229650020</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE Nº06 NA EXPESSURA DE 12MM, E COMPRIMENTO DE 10,5 QUE NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
		<p>HOSPSHOP PRODUTOS</p>	<p>FRADEL</p>	<p>80039960001</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
18.62	<p>ID: 320 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>				

19.63	<p>ID: 10101 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SEM PROPOSTA				
<p>ID: 311 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM</p>		INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	SOLIDOR	10369460189	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.

35.64	<p>BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	WELL LEAD PLUS/A02A05801F	10150470382	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.
-------	---	-------------------	------------------------------	-------------	------	--

36.65	<p>ID: 312 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	SOLIDOR	10369460189	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
53.66	<p>ID: 10102 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 6. COM BALÃO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO	GC MEDICA /GC8041D060	10150470606	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

54.67	<p>ID: 10104 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 7. COM BALÃO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO	GC MEDICA /GC8041D0670	10150470606	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
55.68	<p>ID: 2851 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 8. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPSHOP PRODUTOS	GC MEDICA/GC8041D080	10150470606	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
	<p>ID: 2851 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 8. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO	GC MEDICA /GC8041D080	10150470606	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

56.69	<p>ID: 10353 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	CPL MEDICALS	10014160038	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE O FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA É FABICADO EM ESPUMA, E NÃO APRESENTA TAMANHO PARA NEONATAL, A MARCA OFERTADA NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
-------	---	------------------------------	--------------	-------------	--------	--

58.70	ID : 7893 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	CPL MEDICALS	10014160038	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE O FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA É FABRICADO EM ESPUMA, E NÃO APRESENTA TAMANHO PARA NEONATAL, A MARCA OFERTADA NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
-------	--	------------------------------	--------------	-------------	--------	---

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/UPSILON/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA - itens 10,11,24,61,69,70**

II - **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 40,44,45,46,47,48,49,50,57**

III - **SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 39,41,42,43,51,52**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA - itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,21,22,23,60,61,64,65
- II - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item 10
- III - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 10,11,12,13,14,15,16,17,20,59,60,61,64,68
- IV - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 12,25
- V - JR COMERCIO DE FIOS LTDA - itens 26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38
- VI - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - itens 35,36,53,54,55
- VII - STAR COMÉRCIO LTDA - itens 53,54,55
- VIII - 0HUNTER CIENTIFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - item 53
- IX - IMPACTO PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - item 58
- X - MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO LTDA -itens 66,67,68

2.4.

2.5. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.6. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 17/05/2024, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 17/05/2024, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048879635** e o código CRC **C2E99E1E**.