



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 85/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL- CEL**

Processo Nº:0036.022514/2023-11

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-CEL (0049080952)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao **Pregão Eletrônico nº 453/2023/SUPEL/RO**, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 453/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.022514/2023-11						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2023-LABORATÓRIAL						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

2	<p>ID: 5739 -FIXADOR CELULAR SPRAY (FIXADOR CITOLÓGICO) PARA EXAMES DE COLPOSCOPIA, FRASCO COM 100 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE</p>	<p>IMPOL COMERCIO SERVICOS</p>	<p>CRALPLAST</p>	<p>NÃO SE APLICA</p>	<p>APTO</p>	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consulta ao folder e ao site do fabricante, item isento de registro ANVISA, atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
---	---	--------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	---

3	<p>ID: 697 -- ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE, PARA EXAME GINECOLÓGICO COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	KOLPLAST	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10237610153) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
---	---	----------------------------	----------	---------------	------	--

4	<p>ID: 696 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, PARA EXAME GINECOLÓGICO COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>TECNOMED DISTRIBUIDORA</p>	<p>KOPLAST</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>APTO</p>	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10237610153) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
---	--	-------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--

5	<p>ID: 698 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, PARA EXAME GINECOLÓGICO COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	KOLPLAST	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10237610153) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
---	--	----------------------------	----------	---------------	------	--

6	<p>ID: 10651-- KIT CITOLOGIA DESCARTÁVEL PARA COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COMPOSTO DE ESCOVA CERVICAL E ESPÁTULA DE AYRE, PARA COLETA CITOLÓGICA, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA..</p>	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	KOLPLAST	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10237610042) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
---	--	----------------------------	----------	---------------	------	--

18	<p>ID: 10112 - SWAB ESTÉRIL COM PONTA RAYON, HASTE PLÁSTICA, PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	ABSORVE (CX C/100)	10379860103	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10379860103) apresentado contém e satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
----	--	---------------------------------	--------------------	-------------	------	--

25	<p>ID: 1002857 - PLACA DE PETRI 90 X 15 MM. ESTÉRIL. FABRICADA EM POLIESTIRENO, ALTA TRANSPARÊNCIA, SUPERFÍCIE PLANA, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	GLOBAL TRADE	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, não possui a esterelização por RADIAÇÃO IONIZANTE e sim com ÓXIDO de ETILENO, não atendendo às especificações delineadas no descritivo publicado no edital.</i></p>
29	<p>ID: 1002858 - MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF FABRICADOS EM POLIPROPILENO. AUTOCLAVÁVEIS, FUNDO CÔNICO E TAMPA PLANA. ESPAÇO ROTULÁVEL DO CORPO APRESENTANDO TAMANHO SUFICIENTE PARA AS ANOTAÇÕES. VOLUME: MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF - 2,0ml. (PACOTE COM 1000 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	CRALPLAST	NÃO SE APLICA	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>

35	<p>ID: 1002864 - PONTEIRA PARA MICROPIPETA, TIPO GILSON, SERVE PARA USO EM MICROPIPETAS E MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS COM PRECISÃO. FABRICADA EM POLIPROPILENO; COR AMARELA SEM FILTRO; VOLUME 1-200UL; PACOTE COM 1000 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	CENTRALMIX COMERCIAL	PERFECTA LAB	NÃO SE APLICA	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante e a ficha técnica, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
----	---	----------------------	--------------	---------------	------	---

37	<p>ID: 6700 - CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP, ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO, PREVINE INFECÇÕES, INDICADO APÓS PUNÇÕES, PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. COR BEGE E FORMATO REDONDO, CAIXA COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	IMPOL COMERCIO SERVICOS	PROINLAB	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10426950002) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
----	--	-------------------------	----------	---------------	------	--

44	<p>ID: 6440 - TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CAIXA COM 50 TESTES, UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	IMPOL COMERCIO SERVICOS	ADVAGEN BIOTECH	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante e na análise das instruções do item, a empresa possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (81472060001) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
----	---	-------------------------	-----------------	---------------	------	--

46	<p>ID: 6700 - CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP, ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO, PREVINE INFECÇÕES, INDICADO APÓS PUNÇÕES, PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. COR BEGE E FORMATO REDONDO, CAIXA COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	IMPOL COMERCIO SERVICOS	PROINLAB	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consultas ao site do fabricante, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Além disso, no registro da ANVISA (10426950002) apresentado no site do fabricante, satisfaz as especificações. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
----	--	-------------------------	----------	---------------	------	--

47	<p>ID: 5897 - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO, COR BRANCA E VERMELHA. DIMENSÕES COM 6 BANDEJAS, ALÇA PARA TRANSPORTE, ALÇA PARA CADEADO E TRAVA DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	IMPOL COMERCIO SERVICOS	EMIFRAN	NÃO INFORMADO	APTO	<p><i>Verificou-se que o fabricante da marca ofertada pela empresa licitante, por meio de consulta ao site do fabricante, atende às especificações delineadas no descritivo publicado no edital. Portanto, é do interesse exclusivo desta administração que o produto solicitado seja fornecido, desde que as especificações estejam dentro dos parâmetros mencionados no edital.</i></p>
----	---	-------------------------	---------	---------------	------	---

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise da proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 453/2023/CEL/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item 25**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

I - **IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - itens 2, 37, 44, 46 e 47**

- II - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - **itens 3, 5 e 6**
- III - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - **item 04**
- IV - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **item 18**
- V - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - **item 29**
- VI - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - **item 35**

- 2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.
- 2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
REGINALDA MAIA DE SÁ
Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)
JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 27/05/2024, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 27/05/2024, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049143172** e o código CRC **C98CF9D7**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.022514/2023-11

SEI nº 0049143172