



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 55/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº:0036.011221/2023-09

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0048348840)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO):**

COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011221/2023-09							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 413/2023/SUPEL/ DELTA /RO- SONDAS II							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
28	ID: 1210 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE	2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA

	CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.						SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		4ª Colocada	TPRIOM TECNOLOGIA	WELLWELL LEAD LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
29	ID: 8285 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

		4ª Colocada	CENTRO OESTE	FRESENIUS	10004100006	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA TAMANHO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
30	ID: 8286 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		4ª Colocada	CENTRO OESTE	FRESENIUS	10004100006	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA TAMANHO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA

	DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		4ª Colocada	NOEM MEDICAL	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
33	ID: 8151 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO	2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550062	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

	DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
34	ID: 8154 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550062	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
35	ID: 8153 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM	2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550062	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
--	--	--	--	--	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, as propostas ofertada pelas empresas, para os itens:

2.3.

- I - **MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA - itens 28,29,30,32**
- II - **TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 28,29,30,32**
- III - **PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - item 28**
- IV - **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 28**

2.4. Informo-vos que as propostas ofertadas pela empresas/licitantes, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertada pela empresa, para os itens:

2.5.

- I - **MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA - itens 33, 34 e 35**

2.6. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.7. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁTécnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPESCoordenador
CGPM/SESAU-RO

Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 06/05/2024, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 06/05/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048436698** e o código CRC **EB2F7C32**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011221/2023-09

SEI nº 0048436698