



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: **SESAU-CGPM/NPL**

Para: **SUPEL-NP**

Processo Nº: **0036.103116/2022-14**

Assunto: **Análise Técnica das Propostas**

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos o Processo Administrativo referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2023/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada, em virtude da especificidade técnica dos produtos a serem adquiridos. Neste caso, observando que unidade HBAP é interessada e referência no presente caso, encaminhamos as propostas para análise técnica dos itens.

- (1) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - grupo G5 e item 26 (0048185591)
- (2) NEXOMED HOSPITALAR LTDA - grupo G5 e grupo G9 (0048185821)
- (3) BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - grupo G5 (0048186144)
- (4) MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - grupo G5 (0048186437)
- (5) QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - grupo G5 (0048186619)
- (6) PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - grupo G5 e grupo G9 (0048186750)
- (7) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - grupo G5 (0048186968)
- (8) INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - itens 09, 10, 13, 18 e item 26 (0048187228)
- (9) MB MEDICAL PHARMA LTDA - item 10 (0048187348)
- (10) PROTESORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - item 10 e 13 (0048187452)
- (18) M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 13 (0048187751)
- (11) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - itens 13 e 26 (0048187883)
- (12) UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - item 26 (0048188015)
- (13) FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA - item 26 (0048188156)
- (14) SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - item 26 (0048188374)
- (15) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - - item 26 (0048188487)

A análise limita-se tão somente no que se refere a qualificação técnica dos produtos definidas no Termo de Referência, dada a especificidade técnica dos mesmos.

Informamos que foram juntadas nos autos, as propostas de mais de uma colocada na fase de lances, considerando que as empresas poderão ser desclassificadas ou inabilitadas, assim daremos maior celeridade nesta etapa, visto que as próximas empresas já se encontram nos autos.

Ressalta-se que, **em caso de dúvidas quanto ao produto ofertado pelas empresas**, para fins de complementação da análise, os responsáveis poderão realizar **pesquisas na internet**, bem como, **diligenciar as empresas (emails e outros contatos a serem documentados)**.

Para qualquer informação, estamos a disposição pelo WhatsApp: 9.8473-4401 (Funcional Processos de Especialidades CGPM)

Atenciosamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	Colocação	Empresa	Marca/Modelo	Registro	Avaliação	Justificativa (em caso de Reprovação)
9	Fio cirúrgico mononylon 3.0 - agulha cortante 3,7cm. O fio tem que ter selo do INMETRO.	Remanescente	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - itens 09, 10, 13, 18 e item 26 (0048187228)	PROCARE	10378330013	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
10	Fio cirúrgico mononylon 2.0 – agulha cortante 3,7 cm. O fio tem que ter selo do INMETRO.	Remanescente	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - itens 09, 10, 13, 18 e item 26 (0048187228)	PROCARE	10369460141	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
		Remanescente	MB MEDICAL PHARMA LTDA - item 10 (0048187348)	ATRAMAT	80160840028	APROVADO	
		Remanescente	PROTESENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - item 10 e 13 (0048187452)	ETHICON / J&J Cod: 1174T	10132590062	APROVADO	
13	Fio cirúrgico de poliglactina 2.0, agulha cilíndrica de 3,5 cm, 1/2 circulo, tamanho do fio de 70 cm.O fio tem que ter selo do INMETRO.	Remanescente	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - itens 09, 10, 13, 18 e item 26 (0048187228)	PROCARE	10243410033	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
		Remanescente	PROTESENORTE COMERCIO E	ETHICON / J&J Cod: J323H	10132590022	APROVADO	

			REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - item 10 e 13 (0048187452)				
		Remanescente	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 13 (0048187751)	SHALON	10243410033	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
		Remanescente	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - itens 13 e 26 (0048187883)	SHALON	10243410033	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
18	Fio cirúrgico mononylon 10.0 – Agulha 3,8 mm, agulha cilíndrica atraumática. Circunferência 3/8, fio 13cm de comprimento (fio para microsutura de vasos e nervos – não é fio para oftalmologia). O fio tem que ter selo do INMETRO.	Remanescente	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - itens 09, 10, 13, 18 e item 26 (0048187228)	PROCARE	10369460141	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
26	Avental estéril confeccionado em não tecido, polipropileno tecnologia SMS, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) superior a 96%, manga longa, punho de malha, com 6 (seis) tiras para amarração, sendo 2 (duas) no pescoço, 2 (duas) na cintura externo, proporcionando um fechamento total, atóxico, hemorrepeleente, hipoalergênico,	Remanescente	I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - grupo G5 e item 26 (0048185591)	SULGRAFFMED	80398010017	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.
		Remanescente	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA - itens 09, 10, 13, 18 e item 26 (0048187228)	ANADONA	81644630005	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.
		Remanescente	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - itens 13 e 26 (0048187883)	POLAR FIX	8003400003	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.

com total barreira bacteriana.	Remanescente	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - item 26 (0048188015)	DESCARTEE	80441390008	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.
	Remanescente	FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA - item 26 (0048188156)	FLEX MAKER	81989840016	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.
	Remanescente	SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - item 26 (0048188374)	PION G	80342069005	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.
	Remanescente	MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - - item 26 (0048188487)	Protdesc	80404440008	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.

LOTE V

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Colocação	Empresa	Marca/Modelo	Registro	Avaliação	Justificativa (em caso de Reprovação)
5	56	Substituto dural absorvível e base de colágeno (duragem ou similar). Tamanho mínimo 5 x 5 cm.	Remanescente	I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - grupo G5 e item 26 (0048185591)	NACIONAL / TECHNODRY – TECHNODRY	80190460002	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
	57	Substituto dural absorvível e base de colágeno (duragem ou similar). Tamanho mínimo 7,5 x 7,5 cm.			NACIONAL / TECHNODRY – TECHNODRY			
Remanescente				NEXOMED HOSPITALAR LTDA - grupo G5 e grupo G9 (0048185821)	TECHNODRY LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA	80190460002	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.

		BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - grupo G5 (0048186144)		DURADRY 5X5 CM	80190460002	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
		MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - grupo G5 (0048186437)		DURADRY ESPONJA 5X5	80190460002	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
		QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - grupo G5 (0048186619)		B.BRAUN	80136990934	APROVADO	A descrição do produto atende, porém SOLICITAMOS AMOSTRA para certificação do insumo.
		PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - grupo G5 e grupo G9 (0048186750)		TECHNODRY	80034140032	REPROVADO	Material reprovado em razão de problemas técnicos apresentados durante a utilização do insumo.
		SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - grupo G5 (0048186968)		DURAGEM / INTEGRA	10306840037	APROVADO	

LOTE IV

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Colocação	Empresa	Marca/Modelo	Registro	Avaliação	Justificativa (em caso de Reprovação)
9	72	PINÇA BIPOLAR BAIONETA 17 CM, PONTA 0,5 CM, COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. (As pinça devera ter um fechamento preciso para evitar o encavalamento das pontas, e ser compatível com os bisturi	Remanescente	NEXOMED HOSPITALAR LTDA - grupo G5 e grupo G9 (0048185821)	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA	10243070060	APROVADO	

	eletrônico WEM).					
73	PINÇA BIPOLAR BAIONETA 20 CM, PONTA 1,2 CM, COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. (As pinça devera ter um fechamento preciso para evitar o encavalamento das pontas, e ser compatível com os bisturi eletrônico WEM).					
74	PINÇA BIPOLAR BAIONETA 20 CM, PONTA 2,0 CM, COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. (As pinça devera ter um fechamento preciso para evitar o encavalamento das pontas, e ser compatível com os bisturi eletrônico WEM).					
Remanescente		PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - grupo G5 e grupo G9 (0048186750)	MICRODENT	80445410005	REPROVADO	NAO ENVIOU FOLDER

Observação: Em anexo Análise Técnica Especialista (0048588633) avaliação do médico especialista Doutor Bruno Lobo.

ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA
Gerente do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

DIEGO ESCOBAR
Médico Responsável Técnico
SESAU-CGPMNPL

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador SESAU-CGPM

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 10/05/2024, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Gerente**, em 27/05/2024, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 27/05/2024, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048244857** e o código CRC **162E4673**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.103116/2022-14

SEI nº 0048244857