



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 11/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPM/NPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.001898/2023-21**

Assunto: **Análise Técnica (empresas remanescentes)**

Senhor(a),

Com devidos cumprimentos, em atenção ao Despacho 0048599099, referente a análise técnica do Grupo 01 remanescente:

Senhor(a),

Em virtude da desclassificação e/ou inabilitação de empresas inicialmente vencedora, para o Grupo 01, encaminhamos o Processo Administrativo referente ao **PE N.º. 280/2023/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada a análise da proposta da empresa **ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA** (0046200993), remanescente, em virtude da especificidade técnica do objeto, atestando se a mesma atende os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital.

Caso a proposta não atenda os requisitos necessários, favor **fundamentar tecnicamente o motivo da recusa.**

Enfatizo que a **SESAU-CGPMNPL, tem autonomia quanto à aplicação de diligência juntamente a empresa,** visto se tratar de assunto técnico do objeto.

Após a conclusão, solicitamos que o processo retorne a esta Equipe de Licitação, para que possamos dar continuidade aos demais atos pertinentes e necessários para finalização do certame e registro dos preços ofertados.

A análise limita-se tão somente no que se refere a qualificação técnica dos produtos definidas no Termo de Referência, dada a especificidade técnica dos mesmos.

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA (0046200993)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM/SESAU-RO
MATERAIS PARA NÚCLEO DE DIAGNÓSTICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001898/2023-21**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2023/SUPEL/RO**

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

LOTE 1

GRUPO	ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	81	AGULHA PARA BIOPSIA HEPÁTICA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA - 16 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL. COM REGISTRO NA ANVISA. FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME COMODATO.	Remanescente	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA (0046200993)	Medax / UG 16X10	80634880045	APTO	
	82	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 16G X 16 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA) COM DISPARO. FORNECIDAS COM PISTOLAS PARA USO EM REGIME DE COMODATO.			Medax / UG 16X16	80634880045	APTO	
	83	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA (TECIDO MOLE HISTO) 16G X 20 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM			Medax / UG 16X20	80634880045	APTO	

	ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA) COM DISPARO. FORNECIDAS COM PISTOLAS PARA USO EM REGIME DE COMODATO.				
84	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 14G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.	Medax / UG 14X12	80634880045	APTO	
85	AGULHA PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 18G X 25 CM, VEDE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.	Medax / UG 18X25	80634880045	APTO	
86	AGULHA PARA BIOPSIA DE RIM COM FRAGMENTO PARA PISTOLA 16G X 10 CM, VEDE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE DE USO DESCARTÁVEL, ORIFICAL CENTRAL	Medax / UG 18X10	80634880045	APTO	

COM REGISTRO NA ANVISA, FORNECIDAS COM PISTOLA PARA USO EM REGIME DE COMODATO.						
--	--	--	--	--	--	--

ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA
Gerente do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

ELESSANDRO FERREIRA DUTRA
Médico Ultrassonografista Intervencionista
CRM RO 3077 RQE 1579
Matrícula 300144480

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Chefe de Núcleo**, em 14/05/2024, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elessandro Ferreira Dutra, Médico(a)**, em 14/05/2024, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048615693** e o código CRC **A9B86BAE**.