



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 65/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº:0036.011221/2023-09

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0048663846)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011221/2023-09							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 413/2023/SUPEL/RO- SONDAS II							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
28	ID: 1210 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE	1ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA

	CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.						<b>SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
		2ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTRONTOU-SE SONDA NASOGASTROJEJUNAL DE Nº.06 CONFORME DESCRITIVO.</b>
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	<b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
		4ª Colocada	TE P PRIOM TECNOLOGIA	WELLWELL LEAD LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
		5ª Colocada	NOEM MEDICAL IMPORTACAO	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	<b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
29	<b>ID: 8285 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL,</b>	1ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	<b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO</b>

DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.						PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	2ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTROU-SE SONDA NASOGASTROJEJUNAL DE Nº.08 AO QUE É SOLICITADO.
	3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	4ª Colocada	CENTRO OESTE	FRESENIUS	10004100006	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA TAMANHO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	5ª Colocada	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.

		6ª Colocada	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL</b> CONFORME DESCRITIVO.
30	ID: 8286 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL</b> CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO <b>NÃO ENCONTRONTOU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº.10 AO QUE É SOLICITADO.</b>
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL</b> <b>QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
		4ª Colocada	CENTRO OESTE	FRESENIUS	10004100006	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>VERIFICOU-SE,QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA TAMANHO QUE</b>

							<b>ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
		5ª Colocada	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.
		6ª Colocada	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.
31	ID: 8116 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 12 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTRONTOU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº.12 CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA

							<b>SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
		5ª Colocada	CENTRO OESTE	FRESENIUS	10004100006	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA TAMANHO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		6ª Colocada	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.
		7ª Colocada	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.
<b>32</b>	<b>ID: 10366 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 14 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO</b>	1ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTROU-SE SONDA NASOGASTROJEJUNAL DE Nº.14 AO QUE É SOLICITADO.
		2ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550047	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA SONDA SONDA

	MINISTÉRIO DA SAUDE.						<b>NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
		3ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO <b>VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA Sonda Sonda NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
		4ª Colocada	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO <b>VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA Sonda Sonda NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
		5ª Colocada	NOEM MEDICAL	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA Sonda Sonda NASOGASTROJEJUNAL CONFORME DESCRITIVO.</b>
<b>33</b>	<b>ID: 8151 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM</b>	1ª Colocada	OPEN FARMA	MEDICONE	80020550040	INAPTO	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em <b>poliuretano</b> o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, <b>confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico</b> ).

LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	UNIAO SUL COMERCIAL	GVFLEX	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE <b>QUE A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
	3ª Colocada	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	GVFLEX/GV1-00108	81919860001	INAPTO	PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
	4ª Colocada	STAR COMERCIO	MAXY NUTRE	10207820024	INAPTO	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em <b>poliuretano</b> o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, <b>confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico</b> ).
	5ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	MARK MED	NÃO INFORAMDO	INAPTO	NÃO PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE <b>QUE A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO</b>



					<b>APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</b>
6ª Colocada	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR	MEDICONE	80020550065	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO CONFORME DESCRITIVO.
7ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550062	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
8ª Colocada	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO	MEDICONE PROJETOS/94895	80020550065	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
9ª Colocada	COVAN	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b>
10ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	GVFLEX	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA EM</b>

						<b>SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.</b>
11ª Colocada	TOP MED IMPORTACAO	GMI	80423540009	APTO		NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
12ª Colocada	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550065	APTO		APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
13ª Colocada	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	MEDICONE	80020550062	APTO		APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
14ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	MEDIX	80495519041	INAPTO		APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE <b>NÃO APRESENTA EM SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.</b>
15ª Colocada	TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO		APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
16ª Colocada	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	GCMEDICA	10150470509	INAPTO		APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-

							SE, QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.
34	<p><b>ID: 8154 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO</b></p> <p>CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 12</p> <p>- CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	OPEN FARMA	MEDICONE	80020550040	INAPTO	<p>A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</p>
		2ª Colocada	UNIAO SUL COMERCIAL	GVFLEX	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		3ª Colocada	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	GVFLEX	81919860001	INAPTO	<p>PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		4ª Colocada	STAR COMERCIO	MAXY NUTRE	10207820024	INAPTO	<p>A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica</p>

					em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em <b>poliuretano</b> o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, <b>confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico</b> ).
5ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	MARK MED	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	NÃO PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE <b>QUE A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</b>
6ª Colocada	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR	MEDICONE	80020550065	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
7ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550062	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
8ª Colocada	COTACAO COM REPRESENTACAO	MEDICONE PROJETOS/94896	80020550065	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
9ª Colocada	<b>COVAN</b>	<b>MAXY NUTRE</b>	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>INAPTO</b>	<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À</b>

						PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b>
10ª Colocada	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	GMI	80423540009	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO	
11ª Colocada	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550065	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO	
12ª Colocada	CENTRO OESTE COMERCIO	MEDICONE	80020550062	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO	
12ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-	MEDIX	80495519041	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.</b>	
13ª Colocada	TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	BIOSANI	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO</b>	

							VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		14ª Colocada	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	GCMEDICA	10150470509	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.
35	ID: 8153 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	OPEN FARMA	MEDICONE	80020550040	INAPTO	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).
		2ª Colocada	UNIAO SUL COMERCIAL	GVFLEX	NÃO INFORMADO	INAPTO	PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	GVFLEX	81919860001	INAPTO	PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-

					SE, SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
4ª Colocada	STAR COMERCIO	MAXY NUTRE	10207820029	INAPTO	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).
5ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO	MARK MED	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO PRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO 100% SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
6ª Colocada	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	GMI	80423540009	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
7ª Colocada	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550065	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE

					ATENDE CONFORME DESCRITIVO
8ª Colocada	CENTRO OESTE COMERCIO	MEDICONE	80020550062	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO
9ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-	MEDIX	80495519041	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.
10ª Colocada	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR	MEDICONE	80020550062	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
11ª Colocada	MEDICAL LIFE	MEDICONE	80020550062	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
12ª Colocada	COTACAO COM REPRESENTACAO	MEDICONE PROJETOS/94894	80020550065	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
13ª Colocada	COVAN	MAXY NUTRE	80020550040	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, Sonda PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA



							<b>EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b>
	14ª Colocada	J & A COMERCIO	GVFLEX	NÃO INFORMADO	INAPTO		<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.</b>
	15ª Colocada	TECNOMED	BIOSANI	NÃO INFORMADO	INAPTO		<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
	16ª Colocada	NOEM MEDICAL	GCMEDICA	10150470509	INAPTO		<b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA EM SUA COMPSIÇÃO 100 % EM SILICONE CONFORME DESCRITIVO.</b>

(assinado eletronicamente)

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

**2. DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, está **EM**

**DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, as propostas ofertada pelas empresas, para os itens:

2.3.

- I - **MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA - item 28,29,30,31,32**
- II - **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - itens 28,29,30,31,32,33,34,35**
- III - **ECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item 28**
- IV - **PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - itens 28,29,30,31,32**
- V - **NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - itens 28,29,30,31,32,33,34,35**
- VI - **TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 29,30,31,32,33,34,35**
- VII - **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - itens 29,30,31**
- VIII - **OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 33,34,35**
- IX - **UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - itens 33,34,35**
- X - **GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 33,34,35**
- XI - **STAR COMERCIO LTDA - itens 33,34,35**
- XII - **BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - itens 33**
- XIII - **COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - item 34**
- XIV - **COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - itens 33,35**
- XV - **J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 33,35**
- XVI - **XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 33,34,35**

2.4. Informo-vos que as propostas ofertadas pela empresas/licitantes, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertada pela empresa, para os itens:

2.5.

- I - **BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - itens 33,34,35**
- II - **MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA - itens 33,34,35**
- III - **COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - itens 33,34,35**
- IV - **TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - itens 33,34,35**
- V - **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - itens 33,34,35**
- VI - **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - itens 33,34,35**

2.6. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.7. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora  
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 15/05/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 15/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048766258** e o código CRC **7122B88F**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011221/2023-09

SEI nº 0048766258