



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 12/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL - DELTA**

Processo: 0036.023514/2023-21

Assunto: **Análise Técnica da Proposta.**

Senhor(a),

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar a Análise Técnica das Propostas apresentadas e avaliadas nesta Coordenadoria referente à Especialidade para os materiais proposto pela Empresa:

Proposta ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (0044052334)

Em atenção ao Despacho 0048796296, ao qual esclarece que tais itens referem-se a **AMPLA 24** e **COTA 29**, ou seja, é o mesmo item, apenas fracionados, para atendimento do Decreto Estadual 21.675/2017/RO, o qual regulamenta a Lei 123/2006. Informamos que esta CGPM avoca responsabilidade quanto a análise técnica aqui promovida. E esclarece se tratar de erro material, na qual exige correção e saneamento.

Desta forma, a Análise nº 10/2024/HB-NUALM (0046786407), onde torna **INAPTO** o item **29**, **solicitamos que seja desconsiderada**, e que esta análise técnica Análise 12 Técnica da Proposta (0048802016) seja de fato a que possua a veracidade e autenticidade do item.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM/SESAU-RO
MATERIAIS PARA "UROLOGIA PEDIÁTRICA"
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.023514/2023-21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 432/2023 SUPEL/RO
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA*
29	Balão Dilatação, aplicação ureteral, material polímero, dimensão balão 4 a 7 x40 mm, comprimento do cateter cerca de 70 cm, adicionais c/ 2 marcas radiopacas, compatível c/ fio guia 0,035', esterilidade estéril, uso único. Adicional sistema de medida da pressão no balão dilatador	COTA	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TAHINA	80984190014	APTO	

ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA

Gerente do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

Responsável pela análise técnica dos produtos:

-assinado eletronicamente-

DIEGO ESCOBAR

Médico Responsável Técnico

SESAU-CGPMNPL



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 15/05/2024, às 21:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Chefe de Núcleo**, em 16/05/2024, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048802016** e o código CRC **25F29AFC**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0036.023514/2023-21

SEI nº 0048802016