



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 69/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.026070/2023-85

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0048822262)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/DELTA**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/DELTA):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.026070/2023-85							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 572/2023/SUPEL/RO/SISTEMA URINÁRIO E COLETORES							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
15	ID: 7896 - DOSADOR ORAL CAPACIDADE DE 20 ML, NA COR AZUL, EM FORMATO DE SERINGA GRADUADA EM ML, NÃO ESTÉRIL, COM BICO QUE EVITE O ENCAIXE DE AGULHAS HIPODÉRMICAS, TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO QUE EVITE VAZAMENTOS DA MEDICAÇÃO, CONFECCIONADO EM COR PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADAPTADOR DE BORRACHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.		MEDYLOG LOGISTICA	MEDIX	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM CONSULTA AO DO SITE DO FABRICANTE MEDIX, NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICARMOS O PRODUTO NA COR ESPECIFICADA NO EDITAL (AZUL)
			STAR COMERCIO LTDA	WILT EX	10150470339/ MDLOS20LLP	APTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM CONSULTA AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, BEM COMO NA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO, NAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS
			CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK (DOSADORA ORAL)	10330660259	APTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM CONSULTA AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, BEM COMO NA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO, NAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS
			NRX MEDICAL SYSTEMS	Descarpac	10330660257	APTA	EM CONSULTA AO FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, BEM COMO AOS SÍTIOS ELETRÔNICO E NA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO, NAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS
31	ID: 7896 - DOSADOR ORAL CAPACIDADE DE 20 ML, NA COR AZUL, EM FORMATO DE SERINGA GRADUADA EM ML, NÃO ESTÉRIL, COM BICO QUE EVITE O ENCAIXE DE AGULHAS HIPODÉRMICAS, TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO QUE EVITE VAZAMENTOS DA MEDICAÇÃO, CONFECCIONADO EM COR PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADAPTADOR DE BORRACHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Remanescente	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	MEDIX	NÃO INFORMADO	INAPTA	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM CONSULTA AO DO SITE DO FABRICANTE MEDIX, NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICARMOS O PRODUTO NA COR ESPECIFICADA NO EDITAL (AZUL)
			SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	Descarpac	10330660257	APTA	EM CONSULTA AO FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, BEM COMO AOS SÍTIOS ELETRÔNICO SE NA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO, NAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS
			NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	Descarpac	10330660257	APTA	EM CONSULTA AO FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, BEM COMO AOS SÍTIOS ELETRÔNICO SE NA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO, NAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS

(assinado eletronicamente)

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica/Gerente - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/DELTA**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **MEDYLOG LOGISTICA - (item 15 e 31)**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- 2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.
- 2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Gerente**, em 16/05/2024, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 16/05/2024, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048838623** e o código CRC **9B11EDFF**.