



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 70/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.026070/2023-85

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0048853991)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/DELTA**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/DELTA):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.026070/2023-85							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 572/2023/SUPEL/RO/SISTEMA URINÁRIO E COLETORES							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em de com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
31	ID: 7896 - DOSADOR ORAL CAPACIDADE DE 20 ML, NA COR AZUL, EM FORMATO DE SERINGA GRADUADA EM ML, NÃO ESTÉRIL, COM BICO QUE EVITE O ENCAIXE DE AGULHAS HIPODÉRMICAS, TAMPÃO DE ENCAIXE E VEDAÇÃO QUE EVITE VAZAMENTOS DA MEDICAÇÃO, CONFECCIONADO EM COR PARA PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADAPTADOR DE BORRACHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	WILTEX	10150470339	APTA	NÃO APRESENTOU FOLDER E/ PROPOSTA, EM CONSULTA A ELETRÔNICOS, BEM COMO N VERIFICOU-SE QUE A MARCA APRESENTA O PRODUTO ESPECIFICAÇÕES SOLICIT
32	ID: 10177 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA REDE DE AR COMPRIMIDO EM FRASCO DE POLICARBONATO OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AUTOCLAVÁVEL, OU VIDRO, TAMPÃO INJETORA EM POLIPROPILENO/NYLON COM ENXERTO DE METAL CROMADO, BOTÃO DE REGULAGEM DE ASPIRAÇÃO, FRASCO GRADUADO DE 400ML OU 500 ML, COM CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906, REGISTRO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	remanescente	SULDONORTE DISTRIBUIDORA	HAOXI	82353590012	APTA	Por atender aos critérios técnicos normativos estabelecidos no Edital Convocatório (Edital
			J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	JG MORIYA	NÃO INFORMADO	APTA	NÃO APRESENTOU FOLDER E/ PROPOSTA, EM CONSULTA A FABRICANTE JG MORIYA, VEI QUE A MARCA OFERTADA A PI PRODUTO SOB REGISTRO N. Nº10349590072, QUE ATE ESPECIFICAÇÕES SOLICIT
			ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MORIYA	10349590072/Código ref.: 600103	APTA	Por atender aos critérios técnicos normativos estabelecidos no Edital Convocatório (Edital
			M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	JG MORIYA	10349590113	INAPTA	O PRODUTO OFERTADO, CAPACIDADE DE 250ML, NÃO AO SOLICITADO NO EDITAL (500ML)
			G F DOS SANTOS LTDA	IFAB	80117610011	INAPTA	O PRODUTO OFERTADO (V ASPIRADORA), NÃO ATE PRODUTO SOLICITADO NC

							(ASPIRADOR DE SECREÇÕES I DE AR COMPRIMIDC
			TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA	UNITEC	10432300006	APTA	Por atender aos critérios té normativos estabelecidos no li Convocatório (Edital
			SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	HAOXI	82353590001	APTA	Por atender aos critérios té normativos estabelecidos no li Convocatório (Edital
34	ID: 10372 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA REDE DE VÁCUO (VACUÔMETRO) EM FRASCO DE POLICARBONATO OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AUTOCLAVÁVEL, OU VIDRO, TAMPA INJETORA EM POLIPROPILENO/NYLON COM ENXERTO DE METAL CROMADO, BOTÃO DE REGULAGEM DE ASPIRAÇÃO, FRASCO GRADUADO DE 400 ML A 500 ML, BÓIA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO DE 0 A 30 HG, COM CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	remanescente	G F DOS SANTOS LTDA	IFAB	80117610011	INAPTA	O PRODUTO OFERTADO (V ASPIRADORA), NÃO ATEU PRODUTO SOLICITADO NC (ASPIRADOR DE SECREÇÕES I DE VÁCUO (VACUÔME:
			M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	JG MORIYA	10349590113	INAPTA	O PRODUTO OFERTADO (AS VENTURI DE POLIPROPILEN SOB REGISTRO NA ANVI 10349590113), NÃO ATEU SOLICITADO (VACUÔME
			TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA	UNITEC	10432309003	APTA	Por atender aos critérios té normativos estabelecidos no li Convocatório (Edital

(assinado eletronicamente)

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica/Gerente - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2023/SUPEL/DELTA**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (item 32 e 34)**
- II - **G F DOS SANTOS LTDA - (item 32 e 34)**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO

Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Gerente**, em 17/05/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 17/05/2024, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048854992** e o código CRC **C8626A65**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.026070/2023-85

SEI nº 0048854992