



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 95/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-UPSILON**

Processo Nº: **0036.010187/2023-47**

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-ALFA (0049221501)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/UPSILON/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/UPSILON/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.050338/2023-08						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024/SUPEL/RO						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

18	<p>ID: 320 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº Nº 07 (13 MM DIÂMETRO) CONFORME DESCRITIVO.</p>
19	<p>ID: 10101 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO) CONFORME DESCRITIVO.</p>

21	<p>ID: 1003017- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 02 (8,0 MM EXPESSURA 4,0 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 02 (8,0 MM EXPESSURA 4,0 CM DE COMPRIMENTO). CONFORME DESCRITIVO.</p>
22	<p>ID: 1003018- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 01 (7,0 MM EXPESSURA 3,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 01 (7,0 MM EXPESSURA 3,5 CM DE COMPRIMENTO). CONFORME DESCRITIVO.</p>

23	<p>ID:1003019- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 0 (6,0 MM EXPESSURA 3,0 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 0 (6,0 MM EXPESSURA 3,0 CM DE COMPRIMENTO). CONFORME DESCRITIVO.</p>
24	<p>ID:1003020 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 00 (5,0 MM EXPESSURA 2,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 00 (5,0 MM EXPESSURA 2,5 CM DE COMPRIMENTO). CONFORME DESCRITIVO.</p>

39	<p>ID: 302 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 3,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	INTEGRALMED	MEDIX	80495510044	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
40	<p>ID: 303 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 3,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

41	<p>ID: 305 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 4,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	INTEGRALMED	MEDIX	80495510044	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
42	<p>ID: 305 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 4,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	INTEGRALMED	MEDIX	80495510044	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

43	<p>ID: 307 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 5,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	SEM PROPOSTA			
44	<p>ID: 322 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 5,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

45	<p>ID: 2640 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 6,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
46	<p>ID: 7563 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 6,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

47	<p>ID: 6063 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 7,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
48	<p>ID: 6064 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 7,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

49	<p>ID: 2897 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
50	<p>ID: 8304 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SUPORTE MEDICAL	SEVEN CARE	81908729007	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES, COMO CÂNULA TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>

51	<p>ID: 10290 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 9,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	SEM PROPOSTA			
52	<p>ID: 10291 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SEM BALÃO Nº 9,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	MEDEVICES PRODUTOS	VITALGOLD / YILES	10296900164	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA NÃO APRESENTA CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REFORÇADO COM ARAME CONFORME DECRITIVO.</p>

56	<p>ID: 10353 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	COMPER	10150470590	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU- SE, QUE A MARCA APRESENTA COMPOSIÇÃO VELCRO/NYLON, ALGODÃO COM MISTURA DE FIBRAS DE POLIÉSTER E ELÁSTICO DE BORRACHA, POLIÉSTER E FIBRAS ELÁSTICAS, QUE NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
----	---	------------	--------	-------------	--------	--

57	<p>ID: 1002596 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	COMPER	10150470590	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA APRESENTA COMPOSIÇÃO VELCRO/NYLON, ALGODÃO COM MISTURA DE FIBRAS DE POLIÉSTER E ELÁSTICO DE BORRACHA, POLIÉSTER E FIBRAS ELÁSTICAS, QUE NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
18.62	<p>ID: 320 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE,UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE O MODELO NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM CONFORME DECRITIVO.</p>

19.63	<p>ID: 10101 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO) FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO VERIFICOU-SE, QUE O MODELO NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM CONFORME DECRITIVO).</p>
-------	--	------------	--------	-------------	--------	---

36.65	<p>ID: 312 - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	XMED SAUDE	MEDIX	80495510047	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE, QUE ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
-------	---	------------	-------	-------------	------	---

56.69	<p>ID: 10353 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	XMED SAUDE	COMPER	10150470590	INAPTO	<p style="color: red;">APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU- SE, QUE A MARCA APRESENTA COMPOSIÇÃO VELCRO/NYLON, ALGODÃO COM MISTURA DE FIBRAS DE POLIÉSTER E ELÁSTICO DE BORRACHA, POLIÉSTER E FIBRAS ELÁSTICAS, QUE NÃO ATENDE CONFORME DECRITIVO.</p>
-------	--	------------	--------	-------------	---------------	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 90071/2024/UPSILON/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 40,44,45,46,47,48,49,50**
- II - **XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - itens 18,19,21,22,23,24,43,51,56,57,62,63,69 ok**
- III - **MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - item 52**
- IV - **INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA - itens 39,41,42**

2.3. Informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item 65**

2.4.

2.5. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.6. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)
REGINALDA MAIA DE SÁ
Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)
JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 04/06/2024, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 04/06/2024, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049331728** e o código CRC **0FB9DF7C**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.050338/2023-08

SEI nº 0049331728