



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 103/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0049522472)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
2	ID: 1002744 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL ADULTO 1 - 22MM X 45CM-80M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E	REMANESCENTE	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VENTCARE / VENT07-1500	80677040004	APTA	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 22MM, COMPRIMENTO ENTRE 45CM E 80M, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						
3	ID: 1002745 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL ADULTO 2 - 22MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 22MM, COMPRIMENTO ENTRE 150CM E 180M, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT CARE / VENT 07-15009019.20.10	80677040004	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
4	ID: 1002746 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL INFANTIL 1 - 15MM X 45CM-80M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL	REMANESCENTE	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VENTCARE / VENT 08-1500	80677040004	APTA	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE

	UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 15MM, COMPRIMENTO ENTRE 45CM E 80M, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
5	ID: 1002747 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL INFANTIL 2 - 15MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 15MM, COMPRIMENTO ENTRE 150CM E 180CM, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENTCARE / VENT 08-18009019.20.10	80677040004	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
		REMANESCENTE	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MJV SILICONES	80568900012/ 80677040003	APTA	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
8	ID: 1002750 - CONECTOR "T" PARA CIRCUITOS.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	VENTCARE / VENT24	80677040003	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À

	AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM POLISSULFONE, POLICARBONATO. MEDIDA PADRÃO: 15F X 22MM X 15F . EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
9	ID: 1002751 - CONECTOR "T" PARA CIRCUITOS. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM POLISSULFONE, POLICARBONATO. MEDIDA PADRÃO: 22MM X 15F X 22F . EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	VENTCARE / VENT24MM	80677040003	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
10	ID: 1002752 - CONECTOR "T" PARA CIRCUITOS. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM POLISSULFONE, POLICARBONATO. MEDIDA PADRÃO: 22MM X 22F X 22F . EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VENTCARE / VENT25	80677040003	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA VERIFICOU-SE, QUE O MODELO INFORMADO NÃO ATENDE NO TAMANHO CONFORME DESCRITIVO.
11	ID: 1002753 - CONECTOR RESPIRATÓRIO, TIPO RETO COM ESPAÇADOR "MDI" E ENTRADA PARA AEROSOL NA	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT33	80677040003	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E

	<p>VENTILAÇÃO. SETA INDICANDO A DIREÇÃO DO SPRAY DE MEDICAÇÃO. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS FRASCOS DE MDI PADRÃO. TAMPA EM SILICONE À PROVA DE VAZAMENTOS OU ENTRADA DE POEIRA. MEDIDA PADRÃO: 22MM/15FX 22F. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA</p>						<p>ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
12	<p>ID: 1002754 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITOS ADULTO. AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADO EM POLICARBONATO. MEDIDA PADRÃO: 22MM EXT X 22MM EXT X 15MM INT. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT16	80677040003	APTA	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
14	<p>ID: 1002756 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR MECÂNICO NEONATAL E PEDIATRICO AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE</p>	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT18	80677040003	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

	FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						
16	ID: 1002758 - CONETOR TIPO COTOVELO PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT27	80677040003	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
20	ID: 1002762 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL. ADULTO 22MM .EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT32	80677040003	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
22	ID: 1002764 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL. NEONATAL, 12 MM, EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENT30LN	80677040003	APTA	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

23	ID: 1002765 - DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	VENTCARE / VENT 31	80677040004	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA VERIFICOU-SE, QUE O MODELO INFORMADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
----	---	--------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	--------	--

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertada pelas empresas/licitantes, estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens:

- I - **DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - item 10**
- II - **STAR COMERCIO LTDA - itens 14, 16**
- III - **BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA - item 23**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - **DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 02, 04**
- II - **STAR COMERCIO LTDA - itens 03, 05, 11, 12, 20 e 22**
- III - **BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA - itens 08, 09**
- IV - **NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - item 05**

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Sub-Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 21/06/2024, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 21/06/2024, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049791700** e o código CRC **E4C6F693**.