



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

RESPOSTA

De: Comissão Especializada de Atendimento Pré-Hospitalar (0023835950)

Para: CBM-CPOFDOFCOMPRAS

Processo Nº: 0004.002142/2023-76

Assunto: Análise Técnica da proposta de preço

Senhor Coordenador,

Considerando a solicitação contida no Despacho 0050480868, encaminhamos os autos do processo administrativo com análise e parecer técnico, quanto a proposta apresentada pela empresa indicada no quadro abaixo:

1. PROPOSTA DE PREÇOS - AJUSTADA ITEM 04 - IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA (0050475961)

ITEM	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA 0043755651	DILIGÊNCIA
				MODELO ANATÔMICO MANEQUIM BEBÊ DE CORPO INTEIRO MANEQUIM BEBÊ DE CORPO INTEIRO; CONFECCIONADO EM PVC E POLÍMERO FLEXÍVEL O QUE LHE CONFERE FINO ACABAMENTO E DETALHES ANATÔMICOS REALÍSTICOS; O MANEQUIM DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR SD-4003 ESTÁ EM ACORDO COM A DIRETRIZ DA AHA 2020 (AMERICAN HEART ASSOCIATION), O QUE LHE CONFERE UM ALTO GRAU DE CONFIABILIDADE		Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência. A comissão observou que o produto original não vem acompanhado de todos os acessórios solicitados (em quantidade), contudo, a empresa apresentou na proposta texto descritivo

04	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA (0050475961)	MARCA: SDORF FABRICANTE: SDORF MODELO/VERSÃO: SD-4003	(0050475961)	PARA OS PROCEDIMENTOS; APRESENTA DETALHES ANATÔMICOS COMO: TÓRAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; PROVIDO DE UM DISPLAY ELETRÔNICO QUE POSSUI LUZES PARA PROCEDIMENTOS: A) VENTILAÇÃO: CORRETO (VERDE) / EXCESSIVO (VERMELHO); B) MASSAGEM CARDÍACA: CORRETO (VERDE) / EXCESSIVO (VERMELHO); C) QUANDO O PONTO DA MASSAGEM ESTIVER INCORRETO: CORRETO (VERDE) / INCORRETO (VERMELHO); D) HIPERVENTILAÇÃO: OXIGÊNIO NO ESTÔMAGO (VERMELHO); E) ALERTA SONORO QUANDO ALGUM PROCEDIMENTO ESTIVER INCORRETO; F) LUZ INDICANDO A FREQUÊNCIA DE MASSAGENS 100 POR MINUTO; , É INDICADO PARA: PRÁTICA DA ABERTURA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; MASSAGEM CARDÍACA; RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL; SIMULAÇÃO DO PULSO BRAQUIAL; TREINAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RCP EM CONJUNTO COM DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO TREINO); ACOMPANHA:	MANEQUIM DE RCP PARA TREINAMENTO EM APH NEONATAL Modelo Anatômico Para Fins Didáticos, Finalidade Reanimação Neonatal, 1 Pulmão Extra, Tipo Manequim Artificial, Aplicação Maleta Plástico, 2 Faces Adicionais, 5 Vas, 6 Lenços, Características Adicionais Desobstrução Vias Aéreas, Simulação Pulso Braquial, Componentes Vas Descartáveis, Faces Removíveis E Reusáveis, Acessórios Bulbo Simulação Braquial, Monitor Tp Skillguide	compatível ao Termo de Referência. Logo, a admissão da proposta fica condicionada a adequação dos itens acessórios , sendo responsabilidade da empresa entregar o item de acordo com o descritivo contido no Termo de Referência (0043755651), <i>in verbis</i> : O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a CONTRATADA promova a substituição do objeto entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições; O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a contar da
----	--	---	--------------	--	--	---

			01 MALETA COM ALÇA PARA O FÁCIL TRANSPORTE; 01 PULMÕES DE REPOSIÇÃO; 01 CAIXA COM 50 LENÇOS PARA PROCEDIMENTO DE RESPIRAÇÃO; 01 MANTA PARA ACOMODAR O MANEQUIM; 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; 01 TERMO DE GARANTIA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO.	notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspensão o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação
--	--	--	---	---

Diante do exposto, após análise técnica da proposta apresentada pela empresa **IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA (0050475961)**, para o item 04, enviada para a Comissão Especializada em Atendimento Pré-Hospitalar, observou-se que o produto original não vem acompanhado de todos os acessórios solicitados (em quantidade), contudo, a empresa apresentou na proposta texto descritivo compatível com o Termo de Referência. Logo, **a admissão da proposta fica condicionada a adequação dos itens acessórios**, sendo responsabilidade da empresa entregar o item de acordo com o descritivo contido no Termo de Referência (0043755651).

Encaminhamos os autos com a análise constante na Resposta, com as suas devidas diligências emanadas pela comissão especializada.

Respeitosamente,

Porto Velho-RO, data e hora da assinatura eletrônica.

MARCIO BUENO LEITE - CAP BM
Presidente da Comissão

DANIEL SIQUEIRA DE FREITAS - 1º SGT BM
Membro da Comissão

ANTÔNIO LUÍS DA COSTA REBOUÇAS - 1º SGT BM
Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Bueno Leite, Comandante**, em 05/07/2024, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Luis da Costa Reboucas, 1º Sargento**, em 05/07/2024, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL SIQUEIRA DE FREITAS, 1º Sargento**, em 05/07/2024, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050485744** e o código CRC **BC89F8B6**.