



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 121/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o despacho Despacho 0050953955, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº378/2023, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/**CGPM**, através do Núcleo de Processos Licitatório-**NPL**, emite o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pela empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados, através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
5	ID: 1002747 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL INFANTIL 2 - 15MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	VENT08-18009019.20.10	80677040004	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent07-1200-1500-1800/), ao seu catálogo e ao seu registro Anvisa, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.

	15MM, COMPRIMENTO ENTRE 150CM E 180CM, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						
10	ID: 1002752 - CONECTOR "T" PARA CIRCUITOS. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM POLISSULFONE, POLICARBONATO. MEDIDA PADRÃO: 22MM X 22F X 22F. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	NÃO HOUVE PROPOSTA				
13	ID: 1002755 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR MECÂNICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	VENT17 9019.20 .10	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent12-vent13-vent13neo-vent16-vent16ff-vent17-vent18-vent20-vent20neo/), ao seu catálogo e ao seu registro Anvisa, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
14	ID: 1002756 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR MECÂNICO NEONATAL E PEDIATRICO AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent12-vent13-vent13neo-vent16-vent16ff-vent17-vent18-vent20-vent20neo/) e ao seu registro Anvisa, o produto possui o modelo vent17 que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
		REMANESCENTE	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent12-vent13-vent13neo-vent16-vent16ff-vent17-vent18-vent20-vent20neo/) e ao seu registro Anvisa, o produto possui o modelo vent17 que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
		REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	VENTCARE	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent12-vent13-vent13neo-vent16-vent16ff-vent17-vent18-vent20-vent20neo/) e ao seu registro Anvisa, o produto possui o modelo vent17 que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.

		REMANESCENTE	CENTRALMIX COMERCIAL	VENTCARE	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent12-vent13-vent13neo-vent16-vent16ff-vent17-vent18-vent20-vent20neo/) e ao seu registro Anvisa, o produto possui o modelo vent17 que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
		REMANESCENTE	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent12-vent13-vent13neo-vent16-vent16ff-vent17-vent18-vent20-vent20neo/) e ao seu registro Anvisa, o produto possui o modelo vent17 que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
26	ID: 1002768 - SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA VENTILADOR VYAIR (IX5). ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	SH	NÃO INFORMADO	INAPTO	Emprese licitante não apresentou catálogo e nem o registro Anvisa para análise das especificações, contudo, também não foi encontrado a marca/modelo mencionada(o) pela mesma. Desta forma, o item ofertado não atende as especificações delineadas no descrito publicado em edital.
		REMANESCENTE	ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO	INTERMED VYAIR	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site (https://www.suportehospitalar.com.br/produto/sensor-de-fluxo-distal/), possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
27	ID: 1002769 - SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA VENTILADOR VYAIR (IX5). ADULTO. COMPLETO. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	SH	NÃO INFORMADO	INAPTO	Emprese licitante não apresentou catálogo e nem o registro Anvisa para análise das especificações, contudo, também não foi encontrado a marca/modelo mencionada(o) pela mesma. Desta forma, o item ofertado não atende as especificações delineadas no descrito publicado em edital.
28	ID: 1002770 - SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA VENTILADOR VYAIR (IX5). INFANTIL. COMPLETO. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	SH	NÃO INFORMADO	INAPTO	Emprese licitante não apresentou catálogo e nem o registro Anvisa para análise das especificações, contudo, também não foi encontrado a marca/modelo mencionada(o) pela mesma. Desta forma, o item ofertado não atende as especificações delineadas no descrito publicado em edital.
29	ID: 1002771 - SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA VENTILADOR VYAIR (IX5). NEONATAL. COMPLETO. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	SH	NÃO INFORMADO	INAPTO	Emprese licitante não apresentou catálogo e nem o registro Anvisa para análise das especificações, contudo, também não foi encontrado a marca/modelo mencionada(o) pela mesma. Desta forma, o item ofertado não atende as especificações delineadas no descrito publicado em edital.
		REMANESCENTE	AIRMED MEDICAL	INTERMED	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site (https://www.suportehospitalar.com.br/produto/sensor-

							de-fluxo-proximal-neonatal/), possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
31	ID: 1002773 - SENSOR DE FLUXO PARA VENTILADOR NEWPORT (E360). DESINFECTÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	NÃO HOUVE PROPOSTA			
		REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	SH	NÃO INFORMADO	INAPTO	Emprese licitante não apresentou catálogo e nem o registro Anvisa para análise das especificações, contudo, também não foi encontrado a marca/modelo mencionada(o) pela mesma. Desta forma, o item ofertado não atende as especificações delineadas no descrito publicado em edital.
45	ID: 1002747 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL INFANTIL 2 - 15MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 15MM, COMPRIMENTO ENTRE 150CM E 180CM, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040004	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) e ao seu registro Anvisa, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
		REMANESCENTE	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA	VENTCARE	80677040004	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) e ao seu registro Anvisa, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
50	ID: 1002755 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR MECÂNICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent28pp/) e ao seu registro Anvisa, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.
		REMANESCENTE	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	VENTCARE	80677040003	APTO	O produto ofertado pela empresa licitante, por meios de consultas ao site do fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/conectores/vent28pp/) e ao seu registro Anvisa, possui o produto que atende às especificações delineadas no descritivo publicado em edital, satisfazendo assim a necessidade desta administração.

WILDSON ÍTALO DA SILVA
Farmacêutico Voluntário
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que a proposta ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **inapta**, para o item:

BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA - (Itens 26, 27, 28, 29 e 31);

Quanto as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **de acordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **aptas para o item**, retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ
Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 23/07/2024, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 23/07/2024, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050996246** e o código CRC **4496B3D3**.