



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 130/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**  
Para: **SUPEL -UPSILON**  
Processo Nº: 0036.001686/2024-24

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o despacho Despacho 0050658644, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº465/2023, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

**1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001686/2024-24							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2024/SUPEL/UPSILON/RO/"FIOS I- ABSORVÍVEIS".							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	FIO CATGUT SIMPLES (0), COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA 40 MM CURVATURA DE 1/2.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/ CS07MR40	10378330016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

2	<p>ID: 8441 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM</p> <p>CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/ CS17MR40	10378330016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO	10378330016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
3	<p>ID: 8135 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM</p> <p>CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/ CS27MR40	10378330016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO	10378330016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

4	<p>ID: 8064 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM AMIGDALECTOMIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA	SEM PROPOSTA			
5	<p>ID: 8454 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	SEM PROPOSTA			
		2ª Colocada	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS</p>	SHALON (3MM)	10243410012	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

6	<p>ID: 8080 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/CS47MR15	10378330016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
7	<p>ID: 2719 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/CC07MR25	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO/CC07MR25 (25MM)	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
8	<p>ID: 5167 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/CC07MR40	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
9	ID: 8136 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIACÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIACÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/ CC17MR40	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO/CC17MR40	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
10	ID: 3461 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIACÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM PONTA ROMBA PARA USO EM PROCEDIMENTOS HEPÁTICOS, COMPRIMENTO DE 80 MM (VARIACÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SEM PROPOSTA		SEM PROPOSTA		

11	<p><b>ID: 795 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM</b></p> <p>CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/ CC27MR25	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO/CC27MR25 (25MM)	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
12	<p><b>ID: 8137 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM</b></p> <p>CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO CC27MR40	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO/ CC27MR40	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
13	<p><b>ID: 8287 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM</b></p> <p>CONFORMIDADE COM</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/ CC37MR30	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO/CC37MR30	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
14	ID: 10565 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR13.904 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/CC37CR30	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TECHNOFIO/CC37CR30	10378330015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
15	ID: 8065 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	TECHNOFIO/CC47MR15	Não informado	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

<p><b>ID: 8178 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	<p><b>1ª Colocada</b></p>	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS</p>	<p>SHALON (1,5MM)</p>	<p>10243410010</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p><b>2ª Colocada</b></p>	<p>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS</p>	<p>BIOLINE/CC50MR15</p>	<p>10426020007</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p><b>3ª Colocada</b></p>	<p>BRASIL CENTRAL COMERCIO</p>	<p>TECHNOFIO/CC57MR15</p>	<p>10378330015</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
<p>16</p>						

17	<p>ID: 6680 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 150 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASI	Ethicon / Johnson & Johnson/PDP991G	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
----	---	-------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------	------	---

<p>18</p>	<p><b>ID: 8502</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>		<p>SEM PROPOSTA</p>	
	<p><b>ID: 10367</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/-5 CM),</b></p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>DOC MED COMERCIO</p>	<p>MERIL/PDX019352</p>	<p>10360810014</p>	<p>INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

19	<p>AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRAMAT/SG4071T	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
20	<p>ID: 1001888 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL,</p>	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX019352	10360810014	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

<p><b>COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p><b>ATRA MAT/SG4078-90T</b></p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	3ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	<p><b>ATRA MAT/SG4078-90T</b></p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	<p><b>MERIL/PDX010341</b></p>	10360810014	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
<p><b>ID: 8485 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA</b></p>						

21	<p><b>PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p><b>ATRA MAT/SG4878-90T</b></p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		3ª Colocada	JR LACERDA	<p><b>POINT SUTURE</b></p>	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p><b>ID: 8486 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA</b></p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	<p><b>POINT SUTURE OV1L22765FG2</b></p>	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

22	<p>LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, <b>COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASI	Ethicon /PDPB880G Johnson & Johnson	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE OV27326GI2	Não informado	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	<p><b>ID: 8363</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "2-0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM),</b> AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM</p>						

23	<p>APARELHO DIGESTIVO, <b>COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	MEGATONS SAUDE	POINT SUTURE / OV27736FG1 - FIO DE POLIDIOXANONA	10155530018	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE OV37326GI2	10155530018	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	<p><b>ID: 7430 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO</b></p>						

24	MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	MEGATONS SAUDE	POINT SUTURE / OV37325GI1 - FIO DE POLIDIOXANONA	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANT-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX409426	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

<p>25</p> <p>MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p>ATRA MAT/SR2674 T</p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	<p>POINT SUTURE</p>	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX409115	10360810014	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
<p>ID: 8366 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO</p>						

26	<p>MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p>ATRA MAT/SR1774</p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	<p>POINT SUTURE</p>	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	<p>Ethicon /PDP320H Johnson &amp; Johnson</p>	80145901126	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p>ID: 7367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO</p>						

27	<p>MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX500303	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/SR1775	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
28	<p>ID: 6466 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	SEM PROPOSTA			
		2ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /PDP127H Johnson & Johnson	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, <b>COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	3ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX60127DN	10360810014	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
29	<p>ID: 8251 - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "7-0" COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2</b> AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, <b>COMPRIMENTO DE 9,3 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE</b> 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /Z135H Johnson & Johnson	10132590004	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
29	<p>3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	PDX701711DN	10360810014	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

30	<p>ID: 6055 -KIT OBSTETRÍCIA 3 FIOS AGULHADOS CATGUT CROMADO (2-0).UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA			SEM PROPOSTA
31	<p>ID: 5904 - FIO POLIDIOXANONA COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "2-0", COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXPP1A403 Johnson & Johnson	80145901775	APTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, <b>COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b> E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	ATRAMAT/S63672T	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
32	<p><b>ID: 6461</b> - FIO POLIGLECAPRONE 25 COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, <b>COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b> E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
	<p><b>ID: 5858</b> - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon/SXMD2B402 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

33	<p><b>MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO,</b>  PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PGN300311	10360810013	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO APRESENTA PGLA VIO 3-0 X 70-22MM HC RBDO, NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
34	<p><b>ID: 5863 - FIO</b> COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM),</b> COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE <b>19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM),</b> PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E <b>CURVATURA DE 3/8.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B408 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p><b>ID: 5862 - FIO</b> COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM),</b> COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE <b>17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO,</b></p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B403 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

35	<p>PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PGN400310	10360810013	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO APRESENTA PGLA VIO 4-0 X 70-22MM HC RB, QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
36	<p>ID: 6646 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE <b>19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b>, PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E <b>CURVATURA DE 3/8</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B409 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

37	<p>ID: 8905 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTD				
38	<p>ID: 8910 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /CF129T Johnson & Johnson	81245800003	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	POINT SUTURE DO BRASIL	POINT SUTURE/MV173364GI2	10155530019	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

39	<p>ID: 6673 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	BIOLINE/PGL20MR26G	10426020015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
40	<p>ID: 5602 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	BIOLINE/PGL20CR31G	10426020015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

41	<p>ID: 8906 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA			
42	<p>ID: 6675 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN347219P2	Não informado	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /MCP427H. Johnson & Johnson	80145901005	APTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
43	ID: 5868 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN347224P2	Não informado	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MATPPE2403-BH	80160840027	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.	

	<p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
44	<p>ID: 6674 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA			

45	<p><b>ID: 7369 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA USO UROLÓGICO, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	BIOLINE/PGCL50MR17	10426020015	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	SALUTARY	POINT SUTURE/MV57317U2	10155530019	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
46	<p><b>ID: 7368 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN547219P2	Não informado	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PCL503209U	10360810016	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
ID: 6465 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN547216P2	Não informado	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
47	1ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT	80160840027	INAPTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
48	ID: 814 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	PGN100583/MERIL	10360810013	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O FIO NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	PROCARE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>ID: 815 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERITAL/PGN30683U	10360810013	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O FIO NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
49		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	PROCARE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

50	<p>ID: 10334 - FIO  POLIGLACTINA 910,  DIÂMETRO "2-0",  <b>COMPRIMENTO DE NO  MÍNIMO 70 CM  (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>,  COM COBERTURA  ANTI-SÉPTICA COM  EFICIÊNCIA  COMPROVADA NO  COMBATE AOS  PATÓGENOS  RELACIONADOS AO  SÍTIO CIRÚRGICO  ATRAVÉS DE ESTUDO  CIENTÍFICO EM  HUMANOS, AGULHA  CILÍNDRICA PARA  USO EM APARELHO  DIGESTIVO,  <b>COMPRIMENTO DE 26  MM (VARIAÇÃO +/- 1  MM) E CURVATURA  DE 1/2. EM</b>  CONFORMIDADE COM  A NBR 13.904 DE 30  DE JUNHO DE 2003. A  EMBALAGEM DEVE  APRESENTAR  IMPRESSO NO  RÓTULO  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA  DE FABRICAÇÃO,  VALIDADE, NUMERO  DO LOTE , REGISTRO  E CADASTRO NA  ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA
----	--	-------------	--------------

51	<p>ID: 6057 - FIO POLIGLACTINA 910, <b>DIÂMETRO "2-0"</b>, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM)</b>, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, <b>COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>			
52	<p>ID: 5166 - FIO POLIGLACTINA 910, <b>DIÂMETRO "2-0"</b>, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM)</b>, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS,AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, <b>COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	BIOLINE/BII20UR37	1.04.2602.0019	APTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	SEM PROPOSTA				
53	<p><b>ID: 8081 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
		1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /VCP683G Johnson & Johnson	Não informado	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

54	<p>ID: 7214 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. <b>COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b> E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PGN30683U	10360810013	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	STAR COMERCIO	<p>ATRA MAT/CE2493- 45B</p>	80160840024	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE O FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

55	<p>ID: 8082 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /VCP305H Johnson & Johnson	80145900706	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
56	<p>ID: 6641 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /VCP316H Johnson & Johnson	80145900706	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/G25303 H 8	80160840016	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE O FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	C M P AINETTE COMERCIO	SHALON	10243410025	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE O FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
57	ID: 8907 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon VCP122H /Johnson & Johnson	Não informado	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	POINT SUTURE DO BRASIL	POINT SUTURE	10155530024	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	ID: 7370 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE VN447219P2	Não informado	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

58	ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. <b>COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/PE1930 4-45B	80160840016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
59	<b>ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM),</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, <b>COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	C M P AINETTE COMERCIO	SHALON	10243410025	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A <b>MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO,</b> ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

60	<p>ID: 830 - FIO  POLIGLACTINA 910,  <b>DIÂMETRO "5-0"</b>,  <b>COMPRIMENTO DE NO  MÍNIMO 70 CM  (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>,  COM COBERTURA  ANTI-SÉPTICA COM  EFICIÊNCIA  COMPROVADA NO  COMBATE AOS  PATÓGENOS  RELACIONADOS AO  SÍTIO CIRÚRGICO  ATRAVÉS DE ESTUDO  CIENTÍFICO EM  HUMANOS, AGULHA  CILÍNDRICA COM  CORPO RETANGULAR  PARA UMA MAIOR  ESTABILIDADE NO  PORTA-AGULHAS  PARA USO EM  PROCEDIMENTOS  UROLÓGICOS E  PEDIÁTRICOS,  <b>COMPRIMENTO DE 17  MM (VARIAÇÃO +/- 1  MM) E CURVATURA  DE 1/2. EM</b>  CONFORMIDADE COM  A NBR 13.904 DE 30  DE JUNHO DE 2003. A  EMBALAGEM DEVE  APRESENTAR  IMPRESSO NO  RÓTULO  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA  DE FABRICAÇÃO,  VALIDADE, NUMERO  DO LOTE , REGISTRO  E CADASTRO NA  ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA
----	---	-------------	--------------

61	<p><b>ID: 7371</b> - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, <b>DIÂMETRO "4-0"</b>, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, AGULHA TRIANGULAR COMPOSTA PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, <b>COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	C M P AINETTE COMERCIO	SHALON	10243410033	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
62	<p><b>ID: 8128</b> - FIO POLIGLACTINA 910, <b>DIÂMETRO "5-0"</b>, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, <b>COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>				

63	<p>ID: 6639 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/4. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
	<p>ID: 6062 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTAMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /J546G Johnson & Johnson	10132590022	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
64	<p>ID: 6062 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTAMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/EE6307/2	80160840016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	ATRAMAT/EE6307/2	80160840016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

65	<p>ID: 3258 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM (VARIÇÃO +/- 5CM, 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /J547G Johnson & Johnson	10132590022	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/EE6308 0/2-20	80160840016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	ATRAMAT/EE63080	80160840016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
66	<p>ID: 10454 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /VR9915G Johnson & Johnson	10132590057	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

67	<p><b>ID: 6692</b> - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, <b>DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM</b>, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, <b>COMPRIMENTO DE 13 MM E CURVATURA DE 3/8</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>			
68	<p><b>ID: 8129</b> - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, <b>DIÂMETRO 6-0, COMPRIMENTO DE 45 CM</b>, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, <b>COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon/XCW9913 Johnson & Johnson	Não informado	APTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	POINT SUTURE	10155530014	APTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

69	<p><b>ID: 6676 - KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2,</b></p> <p><b>2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8.</b></p> <p>EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /YCK13G Johnson & Johnson	81245800005	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	BIOLINE/KCZPGCLE	1.04.2602.0013/1.04.2602.0015	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA KIT CESÁREA CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	POINT SUTURE DO BRASIL	POINT SUTURE/KCE12V0V2M4FG1	10155530023	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
70	<p><b>ID: 8259 - KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 6 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 75 CM, AGULHA CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8, 3 FIOS CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 2 FIOS CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2.</b></p> <p>EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /CK120G Johnson & Johnson	81245800004	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	C M P AINETTE COMERCIO	SHALON	10243410037	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE, O FIO CATGUT SIMPLES 2-0 MR 1/2 CIR. CIL. 3,5 CM 90CM, NÃO APRESENTA COMPRIMENTO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	<b>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>	<b>SHALON</b>	<b>10243410037</b>	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE, O FIO CATGUT SIMPLES 2-0 MR 1/2 CIR. CIL. 3,5 CM 90CM, NÃO APRESENTA COMPRIMENTO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>
71	<b>ID: 6678 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	<b>JR LACERDA MATERIAL</b>	<b>POINT SUTURE</b>	<b>Não informado</b>	<b>INAPTO</b>	<b>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO, VERIFICOU-SE, QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b>

	<p>ID: 6679 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO CATGUT CROMADO <b>DIÂMETRO "2-0"</b>, COMPRIMENTO <b>70 CM</b>, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO CATGUT CROMADO, <b>DIÂMETRO "2-0"</b>, COMPRIMENTO <b>70 CM</b>, AGULHA CILÍNDRICA DE <b>40MM</b> E 1 FIO CATGUT CROMADO, <b>DIÂMETRO "2-0"</b>, COMPRIMENTO <b>70 CM</b>, AGULHA CILÍNDRICA DE <b>48 MM</b> E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS</p>	SHALON	10243410010	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA <b>VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM CONFORME DESCRITIVO.</b></p>
72	<p>CROMADO, <b>DIÂMETRO "2-0"</b>, COMPRIMENTO <b>70 CM</b>, AGULHA CILÍNDRICA DE <b>48 MM</b> E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA</p>	SHALON/KC420	10243410037	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO, E ANVISA <b>VERIFICOU-SE QUE A MARCA E MODELO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b></p>
73	<p>ID: 8442 - FIO CATGUT SIMPLES, <b>DIÂMETRO "5-0"</b>, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, <b>COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM)</b> E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				

17	<p><b>ID: 6680</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 150 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /PDP991G Johnson & Johnson	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
74	<p><b>ID: 10367</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO</b></p>	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX019352	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

19 75

MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRAMAT/SG4071T	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX019352	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

ID: 1001888 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANT-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO

20 76

<p>GERAL,  <b>COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p>ATRA  MAT/SG4078-90T</p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	3ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	<p>ATRA  MAT/SG4078-90T</p>	80160840026	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX010341	10360810014	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
<p>ID: 8485 - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "1"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS.</p> <p><b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO</b></p> <p>GERAL,  <b>COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM</p>						

21 77

A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/SG4878- 90T	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL		SEM PROPOSTA		

1ª Colocada	VR HOSPITALAR	SEM PROPOSTA			
2ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /PDPB880G Johnson & Johnson	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

**ID: 8486** - FIO POLIDIOXANONA, **DIÂMETRO "1"** COM COBERTURA ANTISÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, **COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO**, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES

	<p>PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, <b>COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>	
23 79	<p><b>ID: 8363 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM</b></p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	SEM PROPOSTA				
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>	

	<p>A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	3ª Colocada	MEGATONS SAUDE	POINT SUTURE / OV27736FG1 - FIO DE POLIDIOXANONA	10155530018	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>	
24 80	<p><b>ID: 7430</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "3-0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM)</b>, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, <b>COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	SEM PROPOSTA			INAPTO	
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>	
		3ª Colocada	MEGATONS SAUDE	POINT SUTURE / OV27736FG1 - FIO DE POLIDIOXANONA	10155530018	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>	

<p>25 81</p> <p>ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "4-0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM)</b>, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, <b>COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX409426	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/SR2674 T	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

<p>ID: 8366 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX409115	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/SR1774	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

27	83	<p><b>ID: 7367</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "5-0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2</b> AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, <b>COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /PDP320H Johnson & Johnson	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
			2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX500303	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
			3ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/SR1775	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		<p><b>ID: 6466</b> - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "6-0"</b> COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE NO</b></p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	SEM PROPOSTA			
			2ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /PDP127H Johnson & Johnson	80145901126	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

28	84 MÍNIMO 75 CM (VARIÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PDX60127DN	10360810014	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
29	85 ID: 8251 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "7-0" COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 9,3 MM (VARIÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /Z135H Johnson & Johnson	10132590004	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	PDX701711DN	10360810014	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	SEM PROPOSTA			
		1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXPP1A403 Johnson & Johnson	80145901775	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

31	86 PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, <b>COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b> , COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, <b>COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b> E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA	ATRAMAT/S63672T	80160840026	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
32	87 <b>ID: 6461</b> - FIO POLIGLECAPRONE 25 COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "3-0"</b> , <b>COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b> , COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, <b>COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b> E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
	<b>ID: 5858</b> - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "3-0"</b> , <b>COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b> , COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B402 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

33	88 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PGN300311	10360810013	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO APRESENTA PGLA VIO 3-0 X 70-22MM HC RBDO QUE DESCRITIVO.
34	89 ID: 5863 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B408 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	ID: 5862 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO,	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B403 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

35	90	<p>PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PGN400310	10360810013	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO APRESENTA PGLA VIO 4-0 X 70-22MM HC RB, QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
36	91	<p><b>ID: 6646</b> - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, <b>DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE <b>19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)</b>, PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E <b>CURVATURA DE 3/8</b>. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /SXMD2B409 Johnson & Johnson	80145901495	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

38	92	ID: 8910 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	BIOLINE	10426020015	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIÇÃO +/- 0,2 MM) PARA APARELHO DIGESTIVO CONFORME DESCRITIVO.
42	93	ID: 6675 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN347219P2	Não informado	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
			2ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /MCP427H. Johnson & Johnson	80145901005	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
43 94	<p>ID: 5868 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN347224P2	Não informado	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MATPPE2403-BH	80160840027	INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	ID: 7368 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN547219P2	Não informado	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
46 95		2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PCL503209U	10360810016	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	<p>INAPTO</p> <p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
47 96	<p>ID: 6465 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE MN547216P2	Não informado	<p>INAPTO</p> <p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO, O PRODUTO NÃO TENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT	80160840027	<p>INAPTO</p> <p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

<p>IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>3ª Colocada</p>	<p>JR LACERDA MATERIAL</p>	<p>POINT SUTURE</p>	<p>Não informado</p>	<p>INAPTO NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO, O PRODUTO NÃO TENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
<p>ID: 814 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>DOC MED COMERCIO</p>	<p>PGN100583/MERIL</p>	<p>10360810013</p>	<p>INAPTO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O FIO NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

48 97

<p>RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, <b>COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	PROCARE	Não informado	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
---	-------------	---------------------	---------	---------------	--------	---

49 98	<p><b>ID: 815 - FIO</b>  POLIGLACTINA 910,  DIÂMETRO "1",  COMPRIMENTO DE NO  MÍNIMO 70 CM  (VARIAÇÃO +/- 5 CM),  COM COBERTURA  ANTI-SÉPTICA COM  EFICIÊNCIA  COMPROVADA NO  COMBATE AOS  PATÓGENOS  RELACIONADOS AO  SÍTIO CIRÚRGICO  ATRAVÉS DE ESTUDO  CIENTÍFICO EM  HUMANOS, AGULHA  CILÍNDRICA, PONTA  ROMBA, COM  CAPACIDADE DE  PENETRAÇÃO  INFERIOR À  RESISTÊNCIA DA  LUVA CIRÚRGICA QUE  MINIMIZA A  POSSIBILIDADE DE  ACIDENTES  PERFUROCORTANTES  PARA USO EM  FECHAMENTO GERAL  / OBGIN,  COMPRIMENTO DE 40  MM (VARIAÇÃO +/- 1  MM) E CURVATURA DE  1/2. EM  CONFORMIDADE COM  A NBR 13.904 DE 30  DE JUNHO DE 2003. A  EMBALAGEM DEVE  APRESENTAR  IMPRESSO NO  RÓTULO  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA  DE FABRICAÇÃO,  VALIDADE, NUMERO  DO LOTE , REGISTRO  E CADASTRO NA  ANVISA.</p>	1ª Colocada	<b>INTEGRALMED  DISTRIBUIDORA</b>	<b>SHALON/L501MR</b>	<b>10243410033</b>	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU  PROSPECTO/FOLDER  DO PRODUTO EM  ANEXO À PROPOSTA  COMERCIAL,EM  PESQUISA AO SITE  DO PRODUTO  OFERTADO  VERIFICOU-SE QUE A  MARCA NÃO  APRESENTA  COBERTURA ANT-  SÉPTICA DE  COMBATE À  PATÓGENOS  RELACIONADOS AO  SÍTIO CIRÚRGICO,  ASSIM SENDO NÃO  ATENDE CONFORME  DESCRIPTIVO.</b>
-------	---	-------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------	---

51	99	<p><b>ID: 6057</b> - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>				
52	100	<p><b>ID: 5166</b> - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS,AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
			2ª Colocada	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	BIOLINE/BII20UR37	1.04.2602.0019	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	3ª Colocada	POINT SUTURE DO BRASIL	VICPOINT PLUS/ VBV274364U2	10155530024	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
54 101	<p><b>ID: 7214</b> - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /VCP683G Johnson & Johnson	Não informado	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		2ª Colocada	DOC MED COMERCIO	MERIL/PGN30683U	10360810013	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
		3ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/CE2493-45B	80160840024	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE O FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

<p>55102</p> <p>ID: 8082 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON</p>	<p>Ethicon /VCP305H Johnson &amp; Johnson</p>	<p>80145900706</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p>2ª Colocada</p>	<p>JR LACERDA MATERIAL</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>			
	<p>3ª Colocada</p>	<p>POINT SUTURE DO BRASIL</p>	<p>POINT SUTURE /BV37317U2</p>	<p>10155530024</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

56	103	<p><b>ID: 6641</b> - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p><b>INTEGRALMED</b> <b>DISTRIBUIDORA</b></p>	<p><b>SHALON/L530MR</b> <b>25</b></p>	<p><b>10243410033</b></p>	INAPTO	<p><b>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO, ASSIM SENDO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b></p>
57	104	<p><b>ID: 8907</b> - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</p>	1ª Colocada	<p><b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b></p>	<p><b>Johnson &amp; Johnson/VCP122H</b></p>	<p><b>Não informado</b></p>	APTO	<p><b>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b></p>
			2ª Colocada	<p><b>JR LACERDA MATERIAL</b></p>	<p><b>POINT SUTURE</b></p>	<p><b>Não informado</b></p>	APTO	<p><b>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</b></p>

	EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	POINT SUTURE DO BRASIL	POINT SUTURE/VBV471319FC2	10155530024	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
58105	ID: 7370 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE. COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE VN447219P2	Não informado	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	ATRA MAT/PE1930 4-45B	80160840016	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	POINT SUTURE	Não informado	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	ID: 6062 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTAMOLOGIA,	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon /J546G Johnson & Johnson	10132590022	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

64	106	<p>COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p>ATRA MAT/EE6307/2</p>	80160840016	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
			3ª Colocada	<p>LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA</p>	<p>ATRAMAT/EE6307/2</p>	80160840016	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
65	107	<p>ID: 3258 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM (VARIAÇÃO +/- 5CM, 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON</p>	<p>Ethicon /J547G Johnson &amp; Johnson</p>	10132590022	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
			2ª Colocada	STAR COMERCIO	<p>ATRA MAT/EE6308 0/2-20</p>	80160840016	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
			3ª Colocada	<p>LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA</p>	<p>ATRAMAT/EE63080</p>	80160840016	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

66	108 ID: 10454 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon/VR9915G	10132590057	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
68	109 ID: 8129 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 6-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SALUTARY	POINT SUTURE/ VN647211P2	10155530014	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

69110	<p><b>ID: 6676 - KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2, 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	BIOLINE	10426020013 / 10426020015	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA KIT CESÁREA CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p><b>ID: 8259 - KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 6 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 75 CM, AGULHA CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8, 3 FIOS CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4</b></p>	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	SEM PROPOSTA			

70	<p>111</p> <p>MM E CURVATURA DE 1/2 E 2 FIOS CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA	SHALON	10243410037	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO , E ANVISA VERIFICOU-SE, O FIO CATGUT SIMPLES 2-0 MR 1/2 CIR. CIL. 3,5 CM 90CM, NÃO APRESENTA COMPRIMENTO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
71	<p>112</p> <p>ID: 6678 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E 1 FIO POLIGLACTINA</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON	Ethicon / KVR14G Johnson & Johnson	10132590057	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

<p>910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>2ª Colocada</p>	<p>JR LACERDA MATERIAL</p>	<p>POINT SUTURE</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>INAPTO</p>	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO, VERIFICOU-SE, QUE A MARCA NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
--	--------------------	----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**  
 Farmacêutica  
 Licitação de Produtos Médicos Gerais  
 SESAUCGPM/RO

## 2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

- I - OVR HOSPITALAR LTDA - **itens 22,23,24,05,28,42,43,46,47,93,94,95,96** - sem proposta **05,28,78,79,80,84**
- II - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS - **item 72**
- III - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - **itens 92,110** - sem proposta **111**
- IV - DOC MED COMERCIO - **itens 19,20,21,25,26,27,28,33,46,48,49,54,75,76,77,81,82,83,84,88,90,95,97,101**
- V - STAR COMERCIO LTDA - **itens 19,20,21,22,26,27,43,47,54,56,75,76,77,78,79,83,94,96,101**
- VI - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - **itens 19,21,22,23,24,25,26,43,46,47,48,49,71,75,78,79,80,81,82,93,96,97 ,112** - sem proposta **77,102**
- VII - MEGATONS SAUDE LTDA - **itens 23,24,79,80**
- VIII - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - **item 69, sem proposta 85**
- IX - C M P AINETTE COMERCIO -**itens 56,59,70**
- X - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - **item 70**
- XI - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA - **itens 72,98,103,11**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **de acordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **aptas**, as propostas ofertadas pelas empresas, para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Subcoordenadora  
SESAU-CGPM/RO

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 05/08/2024, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/08/2024, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0051476782** e o código CRC **D53114D7**.