



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 135/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL - UPSILON

Processo Nº: 0036.001200/2024-58

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Considerando os despachos 0051956647, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº90116/2024, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001200/2024-58							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90116/2024 SUPEL/RO.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
		REMANESCENTE	FLEX MAKER PRODUCAO	FLEX MAKER	81989840016	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM ANÁLISE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU - SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

REMANESCENTE	JN-MAXIMED COMERCIO	DESCARTE	80441390008	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRIPTIVO.OBSERVAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO PRODUTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.
--------------	------------------------	----------	-------------	------	--

**ID: 10626 -
AVENTAL
CIRÚRGICO EM
SMS-SSMMS, 100%
EM
POLIPROPILENO,
COR AZUL OU
VERDE, ESTÉRIL
TAMANHO G OU
(TAMANHO
APROXIMADO DE
1,50M X 1,20M)., MANGA LONGA,
GRAMATURA A
PARTIR DE
50G/M2, GOLA
RENTE, TIRAS NA
CINTURA E
VELCRO NO
PESCOÇO, PUNHO
DE MALHA
ELÁSTICA,
BARREIRA
BACTERIANA,
ESTERILIZAÇÃO A
ÓXIDO DE
ETILENO. A
EMBALAGEM
DEVE SER
IDENTIFICADA
EXTERNAMENTE
COM A
GRAMATURA,
COM
PROCEDÊNCIA,
NUMERO DE
LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO,
PRAZO DE
VALIDADE,
NÚMERO DE
REGISTRO NA
ANVISA. O**

4

<p>PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).</p>	<p>REMANESCENTE</p>	<p>ARTE IMPLANTES MATERIAIS</p>	<p>MILESKI</p>	<p>80599870001</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.OBSERVAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO PRODUTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.</p>
--	---------------------	---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--

6	<p>ID: 1002640 - AVENTAL IMPERMEÁVEL FECHADO LONGO DE PVC (VINIL) LAMINADO, REUTILIZÁVEL, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, COM TIRAS PARA FECHAMENTO NAS COSTAS, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1,40 X 70 CM. COM CERTIFICAÇÃO C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).</p>	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	MAICOL	CA 45219	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AVENTAL IMPERMEÁVEL CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO DESCRITIVO</p>
		REMANESCENTE	PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO	MAICOL	CA45219	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA AVENTAL IMPERMEÁVEL CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO DESCRITIVO</p>

14	<p>ID: 3003044 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 80 G, COM ALÇA REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA O OMBRO, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO PP (TAMANHO APROXIMADO DE 25 A 30 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	REMANESCENTE	STARMED	TAKCARE	80228410013	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA NÃO APRESENTA TAMANHO PP (TAMANHO APROXIMADO DE 25 A 30 CM) CONFORME PEDE DESCRITIVO.</p>
----	---	--------------	---------	---------	-------------	--------	---

15	<p>ID: 3003045 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 80 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO P (TAMANHO APROXIMADO DE 30 A 35 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	REMANESCENTE	ARTE IMPLANTES MATERIAIS	TAKCARE	80228410013	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.OBSERVAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO PRODUTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.</p>
----	--	--------------	--------------------------	---------	-------------	------	--

16	<p>ID: 3003046 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 100 G, COM ALÇA REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA O OMBRO, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO M (TAMANHO APROXIMADO DE 35 A 40 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	REMANESCENTE	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS	SEM PROPOSTA			
	<p>ID: 3003047 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO,</p>	REMANESCENTE	ARTE IMPLANTES MATERIAIS	TAKCARE	80228410013	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.OBSERVAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO PRODUTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.</p>

17	<p>TAMANHO G (TAMANHO APROXIMADO DE 40 A 45 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	REMANESCENTE	COVAN	SHIMPAX	Não informado	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AOS SITES RELACIONADO A MARCA OFERTADO VERIFICOU QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENTE CONFORME DESCRITIVO</p>
18	<p>ID: 3003048 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO,</p>	REMANESCENTE	COVAN	SHIMPAX	Não informado	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AOS SITES RELACIONADO A MARCA OFERTADO VERIFICOU QUE NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENTE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p>TAMANHO GG (TAMANHO APROXIMADO DE 45 A 50 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	REMANESCENTE	MEDIMAC COMERCIO	CONFORTELL	Não informado	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AOS SITES RELACIONADO A MARCA OFERATDA, VERIFICOU QUE NÃO APRESENTA GRAMATURA QUE ATENTE CONFORME DESCRITIVO.</p>

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

STARMED LTDA - **item 6**

PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA - **item 6**

MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA - **item 16 (sem proposta)**

COVAN - COM. VAREJISTA - **itens 17 e 18**

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - **item 18**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **de acordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **aptas**, as propostas ofertadas pelas empresas para os itens:

PRODUCAO E COFLEX MAKERMERCIO LTDA - **item 4**

JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - **item 4**

ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - **itens 4,15,17**

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ
Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 20/08/2024, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 20/08/2024, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0051991439** e o código CRC **3453CAB0**.