



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 138/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL -UPSILON

Processo Nº: 0036.001686/2024-24

Assunto: Parecer Técnico Farmacêutico.

Considerando o despacho Despacho 0051976179, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº465/2023, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001686/2024-24						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2024/SUPEL/UPSILON/RO/"FIOS I- ABSORVÍVEIS".						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
19	ID: 10367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO	LABNORTE CIRURGICA	ATRAMAT/SG4071T	80160840026	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta cobertura antisséptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, conforme descritivo.

	<p>+/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP352H	80145901126	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.
20	<p>ID: 1001888 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP359T	80145901126	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.

21	<p>ID: 8485 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	LABNORTE CIRURGICA	ATRAMAT/SG4878-90T	80160840026	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta cobertura anti-séptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, conforme descritivo.
		JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP371T	80145901126	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.
		VR HOSPITALAR	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta cobertura anti-séptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, conforme descritivo.

22	<p>ID: 8486 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDPB880G	80145901126	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>
----	--	-------------------	--------------------------------------	-------------	------	---

23	<p>ID: 8363 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP317H	80145901126	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>
----	--	-------------------	-------------------------------------	-------------	------	---

24	<p>ID: 7430 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP316H	80145901126	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>
----	---	-------------------	--	-------------	------	---

25	<p>ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP315H	80145901126	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.
26	<p>ID: 8366 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson PDP304H	80145901126	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.

	<p>17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VR HOSPITALAR	POINT SUTURE	Não informado	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta cobertura anti-séptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, conforme descritivo.</p>
46	<p>ID: 7368 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</p>	LABNORTE CIRURGICA	ATRAMAT/PE1905-B	80160840027	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta cobertura anti-séptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, conforme descritivo.</p>

	<p>EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson MCP495G	80145901005	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>
47	<p>ID: 6465 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	LABNORTE CIRURGICA	ATRAMAT/PE1605-45B	80160840027	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta cobertura anti-séptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, conforme descritivo.</p>
		JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson MCP844G	80145901005	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>

49	<p>ID: 815 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson VCPB353H	80145900706	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.
		POINT SUTURE	VICPOINT PLUS/VBV17740FG2	10155530024	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.

71	<p>ID: 6678 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson KVR14G	80145901126	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>
----	--	-------------------	--	-------------	------	---

72	<p>ID: 6679 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO:</p> <p>1 FIO CATGUT CROMADO DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8,</p> <p>1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NEVALLI ARTIGOS	BIOLINE	10426020007	INAPTO	<p>Não apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que o registro informado não apresenta kit obstetrícia conforme descritivo.</p>
----	--	-----------------	---------	-------------	---------------	--

103	<p>ID: 6641 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NEVALLI ARTIGOS	BIOLINE	10426020019	APTO	<p>Não apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.</p>
-----	---	-----------------	---------	-------------	------	---

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica

Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

LABNORTE CIRURGICA - **itens 19,21,46,47**
 VR HOSPITALAR - **itens 21,26**
 POINT SUTURE
 NEVALLI ARTIGOS MED E ORTOPEDICOS - **item 72**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **de acordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **aptas**, as propostas ofertadas pelas empresas para os itens:

JHONSON E JHONSON DO BRASIL - **itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 47 e 49 ,71**
 POINT SUTURE - **item 49**
 NEVALLI ARTIGOS MED E ORTOPEDICOS - **item 103**

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 22/08/2024, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 22/08/2024, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052044132** e o código CRC **183A2B91**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.001686/2024-24

SEI nº 0052044132