



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 140/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL - UPSILON

Processo Nº: 0036.008945/2024-48

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o despacho Despacho 0052094951, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº465/2023, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | |
| COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.008945/2024-48 | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90157/2024/SUPEL/RO | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | |
| ITEM | DESCRITIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|---------------|------|---|
| 6 | <p>ID: 6273 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 20 A 40 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL ATÉ 120 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, DUAS TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> | JR LACERDA | BEFRAL | ISENTO | APTO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| | | VISÃO MATERIAIS | BEFRAL | NÃO INFORMADO | APTO | NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| | | CALL MED | COMFORTCARE/MEGAFRAL | ISENTO | APTO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|---------------|--------|---|
| 9 | <p>ID: 926 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG. PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 80 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL DE 150 A 160 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> | VISÃO MATERIAIS MEDICOS | BEFRAL | Não informado | APTO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| | | TATEX CONFECÇÕES | MURYFRAL | Não informado | INAPTO | NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA CONTORNO NA CINTURA DE 115, QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| | | JR LACERDA | BEFRAL | Não informado | APTO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 10 | <p>ID: 2276 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 CM DE COMPRIMENTO E 14 DE LARGURA, ALOGÊNICO ATÔXICO, COM GEL ABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> | JA COMERCIO | MAXI CONFORT | Não informado | INAPTO | <p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM PESQUISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA TAMANHO QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p> |
|----|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---|

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|---------------|------|--|
| 11 | <p>ID: 1002714 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO E 10 DE LARGURA, ALOGÊNICO ATÔXICO, COM GEL ABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> | JA COMERCIO | MXI CONFORT | Não informado | APTO | <p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p> |
|----|--|-------------|-------------|---------------|------|--|

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

TATEX CONFECÇÕES - **item 9**
JA COMERCIO - **item 10**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas

pelas empresas para os itens:

VISÃO MATERIAIS MEDICOS - **itens 6,9**

CALL MED - **item 6**

JR LACERDA - **itens 6,9**

JA COMERCIO - **item 11**

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 23/08/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 23/08/2024, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052131802** e o código CRC **5E6AF16C**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.008945/2024-48

SEI nº 0052131802