



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 131/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL - CEL

Processo Nº: [0036.027672/2023-50](#)

Assunto: Parecer Técnico Farmacêutico.

Considerando o despacho Despacho [0051485816](#), o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº596/2023, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | |
| COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.027672/2023-50 | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 596/2023/ MATERIAIS PARA AFERIÇÃO. | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPTIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
| 1 | ID: 3681 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO (07 A 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE). MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E | VITALLE COMERCIO E IMPORTAÇÃO | G-TECH/PREMIUM | 80275310022 | APTO | APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AOS SITES RELACIONADO AO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE BRAÇADEIRA EM ALGODÃO, E AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO, OBSERVAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO SE FOR COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO. |
| 3 | ID: 692 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE NYLON, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE). MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE | CIRURGICA SÃO FELIPE | PREMIUM | 80901110021/80275310022 | APTO | APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------------|-------------|------|--|
| | BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAÇÕES OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR. GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXÍVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | | | | | |
| 5 | ID: 13 - BRAÇADEIRA ALGODÃO FECHO VELCRO NEONATAL , COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | PREMIUM | 80275310022 | APTO | APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO, OBSERVAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO SE FOR COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO. |
| 6 | ID: 14 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO INFANTIL , COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | PREMIUM | 80275310022 | APTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 10 | ID: 9 - PÊRA COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL SYSTEMS | PREMIUM | 80275310022 | APTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 13 | ID: 710 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA, AUSCULTADOR DUPLO , DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO (DUO SONIC), GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL SYSTEMS | Advantive | 10296900044 | APTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 14 | ID: 8174 - LANCETA INDIVIDUAL , DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) 28G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INDICADAS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS PARA TESTES SANGÜÍNEOS. COM SISTEMA DE DISPARO E RETRAÇÃO DA LANCETA AUTOMATICAMENTE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | DNA MED BRASIL | SHANDONG LIANFA | 10098710058 | APTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 19 | ID: 1775 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32 A 42° C COM PRECISÃO DE +/- 0,2°C - VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓRIA, ACURACIDADE COMPROVADA, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA) BEEP | NRX MEDICAL SYSTEMS | Winner Lemon | 82255349001 | APTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|---------------|-------------|--------|--|
| | SONORO INDICADOR DE BATERIA BAIXA, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | | | | | ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 20 | ID: 633 -ELETRODO COM PRÉ GEL PARA MONITOR CARDÍACO DESCARTÁVEL ADULTO. DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PRENDEDOR METÁLICO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | STAR COMERCIO | MEDIX | 80495510048 | APTO | APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 38 | ID: 1002968 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO INFANTIL, MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | G-TECH | 80275310062 | APTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |
| 39 | ID: 1002969 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, RECARREGÁVEL, PC66B, LCD DE 2,2"DE MATRIZ DE PONTOS COLORIDOS, ALARME SONORO E VISUAL, TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O COMPUTADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE SPO2 VARIACÃO DE TELA: 35%-99%. SPO2 ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: -3% PARA SPO2. VARIACÃO DE 70% A 100%. PR VARIACÃO DE TELA: 30-240 BPM. PR ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: ±2BPM OU ±2%. ENERGIA: 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL 3.70V/500MAH2. ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI): 0,2%-20%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 10-240 V, 50/60HZ, 0, 5°. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL SYSTEMS | Alfamed Virto | 80629379002 | INAPTO | NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, E ANVISA VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO. |

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que a proposta ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inapta**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - NRX MEDICAL SYSTEMS - **Item 39**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ
Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 06/08/2024, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 06/08/2024, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0051527492** e o código CRC **ADB90678**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.027672/2023-50

SEI nº 0051527492

Criado por 66311217287, versão 11 por 66311217287 em 06/08/2024 13:10:14.