



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

**ANÁLISE**

Análise nº 30/2024/SESAU-CGPMNPL

**ASSUNTO:**

Relatório de Análise Técnica de Registros de implantes Ortopédicos

**REFERÊNCIAS:**

Informações coletadas das propostas dos possíveis fornecedores, analisadas individualmente junto ao órgão regulador Agência Nacional de Vigilância Sanitária ([ANVISA](#))

**RELATÓRIO**

**DOS FATOS:**

A análise foi realizada através da coleta e avaliação de dados disponíveis no banco de dados da ANVISA, incluindo o registro de produtos, histórico de atendimento a normas regulamentares, e informações sobre certificações e históricos.

Para a realização desta análise, foram coletados dados dos registros de OPME ortopédicos, abrangendo diferentes categorias de produtos, suas respectivas indicações de uso, status regulatório, e a conformidade com as normas estabelecidas pela ANVISA. A avaliação incluiu a verificação do prazo de validade dos registros e a existência de reclamações ou denúncias relacionadas aos produtos.

**DA ANÁLISE:**

Foram coletadas as seguintes informações de cada empresa analisada:

- Nome da empresa
- Número de registro do produto
- Tipo de implante
- Indicações de uso
- Data de validade do registro
- Histórico de reclamações e denúncias junto à ANVISA
- Certificações e conformidade técnica

**CONCLUSÃO:**

A análise técnica permite concluir que as empresas listadas como aptas se encontram autorizadas a seguir com o processo licitatório.

Segue abaixo quadro informativo da análise realizada individualmente por item(ns) e empresas participantes:

GRUPO 1 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS (BLOQUEADA)									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50752234	G1	443672	1	Placa DCP 3,5mm bloqueada (Reta) (inclui parafusos), de vários tamanhos.	1) HEXAGON	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Hexagon	10209780063	APTO - APROVADO	
		435310	2	Placa 3,5mm bloqueada 1/3 (semi - tubular) de de vários tamanhos.					
		401233	3	Parafusos bloqueados auto rosqueável 3,5mm compatível com placas. de vários tamanhos.					
		436695	4	Placa de reconstrução acetabular bloqueada 3,5mm . de vários tamanhos.					
		436631	5	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					

443798	6	Parafusos esponjosos 4.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.							
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
443672	1	Placa DCP 3,5mm bloqueada (Reta) (inclui parafusos), de vários tamanhos.	2) ELITE ORTOPEDIA	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Traumédica	80057410037	APTO - APROVADO			
435310	2	Placa 3,5mm bloqueada 1/3 (semi - tubular) de de vários tamanhos.							
401233	3	Parafusos bloqueados auto rosqueável 3,5mm compatível com placas. de vários tamanhos.							
436695	4	Placa de reconstrução acetabular bloqueada 3,5mm . de vários tamanhos.							
436631	5	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.							
443798	6	Parafusos esponjosos 4.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.							
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
443672	1	Placa DCP 3,5mm bloqueada (Reta) (inclui parafusos), de vários tamanhos.	3) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Ortosintese	10223710068	APTO - APROVADO			
435310	2	Placa 3,5mm bloqueada 1/3 (semi - tubular) de de vários tamanhos.							
401233	3	Parafusos bloqueados auto rosqueável 3,5mm compatível com placas. de vários tamanhos.							
436695	4	Placa de reconstrução acetabular bloqueada 3,5mm . de vários tamanhos.							
436631	5	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.							
443798	6	Parafusos esponjosos 4.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.							
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
<b>GRUPO 2 - MATERIAL EM AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS ÚMERO PROXIMAL (BLOQUEADA)</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
	G2	435699	7	Placa bloqueada para úmero proximal "placa phillos". Vários tamanhos	1) CVL SANTOS	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Traumédica	80057410037	APTO - APROVADO	
		401233	8	Parafusos Bloqueado auto rosqueavel 3,5mm compatível com placas. Vários tamanhos					
50752916		435706	9	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
		443798	10	Parafusos esponjosos 4.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

2

435699	7	Placa bloqueada para úmero proximal "placa phillos". Vários tamanhos	2) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Ortosintese	10223710082	APTO - APROVADO
401233	8	Parafusos Bloqueado auto rosqueavel 3,5mm compatível com placas. Vários tamanhos			10223710074	
435706	9	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.			10223710068	
443798	10	Parafusos esponjosos 4.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.			10223710038	

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

435699	7	Placa bloqueada para úmero proximal "placa phillos". Vários tamanhos	3) ELITE ORTOPEDIA	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Traumédica	80057410037	APTO - APROVADO
401233	8	Parafusos Bloqueado auto rosqueavel 3,5mm compatível com placas. Vários tamanhos				
435706	9	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				
443798	10	Parafusos esponjosos 4.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

**GRUPO - 3 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 01**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50753082	G3	441563	11	Placa DCP 4,5mm bloqueada Larga. de vários tamanhos.	1) HEXAGON	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Hexagon	APTO - APROVADO	
		441451	12	Placa DCP 4,5mm bloqueada Estreita. Tam. de vários tamanhos.				
		435371	13	Placa de reconstrução 4,5mm. de vários tamanhos.				
		367266	14	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				
		460625	15	Parafusos corticais (com variação entre 4,5 e 5,0mm) compatíveis com as placas.				
		460624	16	Parafusos esponjosos (com variação entre 6,0 e 6,5mm) compatíveis com as placas.				
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
		441563	11	Placa DCP 4,5mm bloqueada Larga. de vários tamanhos.	2) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F138 / ASTM F139	APTO - APROVADO	
		441451	12	Placa DCP 4,5mm bloqueada Estreita. Tam. de vários tamanhos.				
		435371	13	Placa de reconstrução 4,5mm. de vários tamanhos.				

367266	14	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.	Ortosintese	10223710074				
460625	15	Parafusos corticais(com variação entre 4,5 e 5.0mm)compatíveis com as placas.						
460624	16	Parafusos esponjosos (com variação entre 6.0 e 6,5mm) compatíveis com as placas.					10223710038	
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
441563	11	Placa DCP 4,5mm bloqueada Larga. de vários tamanhos.	3) CVL SANTOS	Traumédica	80057410041	APTO - APROVADO		
441451	12	Placa DCP 4,5mm bloqueada Estreita. Tam. de vários tamanhos.						
435371	13	Placa de reconstrução 4,5mm. de vários tamanhos.					Ortosintese	10223710098
367266	14	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.						
460625	15	Parafusos corticais(com variação entre 4,5 e 5.0mm)compatíveis com as placas.						
460624	16	Parafusos esponjosos (com variação entre 6.0 e 6,5mm) compatíveis com as placas.					Traumédica	80057410041
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								

**GRUPO - 4 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 02**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
G4	50753436	444007	17	Placa sustentação bloqueada tibial tipo taco de golfe Direita. de vários tamanhos.	1) CVL SANTOS	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Ortosintese	10223710065	INAPTO	PLACA NÃO ANATÔMICA - MEDIAL E LATERAL
		443944	18	Placa sustentação bloqueada tibial tipo taco de golfe Esquerda. de vários tamanhos.					
		435706	19	Placa de sustentação condilar bloqueada direita de vários tamanhos.					
		356574	20	Placa de sustentação condilar bloqueada esquerda. de vários tamanhos.					
		401233	21	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
		411859	22	Parafusos auto rosqueável bloqueado 4,5mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
		443323	23	Parafusos corticais 4,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

444007	17	Placa sustentação bloqueada tibial tipo taco de golfe Direita. de vários tamanhos.	2) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Ortosintese	10223710090	INAPTO	PLACA NÃO ANATÔMICA - MEDIAL E LATERAL  A PLACA NÃO ENCAIXA NO OSSO DO PACIENTE COMO DEVERIA - NÃO É VIÁVEL AO ESTADO UTILIZA-LÁ.
443944	18	Placa sustentação bloqueada tibial tipo taco de golfe Esquerda. de vários tamanhos.					
435706	19	Placa de sustentação condilar bloqueada direita de vários tamanhos.					
356574	20	Placa de sustentação condilar bloqueada esquerda. de vários tamanhos.					
401233	21	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.			10223710074		
411859	22	Parafusos auto rosqueável bloqueado 4,5mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
443323	23	Parafusos corticais 4,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							

**GRUPO - 5 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 03**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50753591	G5	460624	24	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T curvo. de vários tamanhos.	1) HEXAGON	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Hexagon	10209780080	APTO - APROVADO
		460623	25	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T curvo. de vários tamanhos..				
		460614	26	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T curvo. T de vários tamanhos.				
		465749	27	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T. de vários tamanhos.				
		435752	28	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T. de vários tamanhos.				
		460608	29	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T. de vários tamanhos.				
		443944	30	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Esquerda. de vários tamanhos..				
		443750	31	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Esquerda. de vários tamanhos.				
		443754	32	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Esquerda. de vários tamanhos.				
		435696	33	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Direita. de vários tamanhos.				
		435692	34	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Direita. de vários tamanhos.				

435676	35	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Direita. de vários tamanhos.					
401233	36	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
460626	37	Parafusos corticais 4,5 (vários tamanhos) compatíveis com s placas.			10209780031		
444413	38	Parafusos esponjosos 6.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							
460624	24	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T curvo. de vários tamanhos.					PLACA NÃO ANATÔMICA - MEDIAL E LATERAL
460623	25	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T curvo. de vários tamanhos..					
460614	26	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T curvo. T de vários tamanhos.					A PLACA NÃO ENCAIXA NO OSSO DO PACIENTE COMO DEVERIA - NÃO É VIÁVEL AO ESTADO UTILIZA-LÁ.
465749	27	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T. de vários tamanho					
435752	28	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T. de vários tamanhos.					
460608	29	Placa sustentação bloqueada tibial tipo T. de vários tamanhos.			10223710090		
443944	30	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Esquerda. de vários tamanhos..					
443750	31	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Esquerda. de vários tamanhos.	2) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Ortosintese			INAPTO
443754	32	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Esquerda. de vários tamanhos.					
435696	33	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Direita. de vários tamanhos.					
435692	34	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Direita. de vários tamanhos.					
435676	35	Placa sustentação bloqueada tibial tipo L - Direita. de vários tamanhos.					
401233	36	Parafusos auto rosqueável bloqueado 5,0mm (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				10223710074	
460626	37	Parafusos corticais 4,5 (vários tamanhos) compatíveis com s placas.					
444413	38	Parafusos esponjosos 6.0 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				10223710038	
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							

GRUPO - 6 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA										
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
6	G6	435706	39	Placa bloqueada para rádio distal direita. Vários tamanhos	1) HEXAGON	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Hexagon	10209780068	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIAS Adendo Atualização Anvisa HEXAGON (0052327982). SOLICITADAS AMOSTRAS E APROVADO MATERIAL.	
		435705	40	Placa bloqueada para rádio distal esquerda. Vários tamanhos						
		50753709	401233	41			Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos			
		436572	42	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos						
		444413	43	Parafusos esponjosos compatíveis com as placas. Vários tamanhos						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
	G6	50753709	435706	39	Placa bloqueada para rádio distal direita. Vários tamanhos	2) SAGA MEDICAL	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Traumédica	80057410037	<b>APTO - APROVADO</b>	
			435705	40	Placa bloqueada para rádio distal esquerda. Vários tamanhos					
			401233	41	Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos					
			436572	42	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos					
444413			43	Parafusos esponjosos compatíveis com as placas. Vários tamanhos						
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
GRUPO - 7 MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA										
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
7	G7	435706	44	Placa bloqueada para rádio distal direita. Vários tamanhos	1) HEXAGON	Liga ASTM F138 / ASTM F139 Hexagon	10209780068	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIAS Adendo Atualização Anvisa HEXAGON (0052327982). SOLICITADAS AMOSTRAS E APROVADO MATERIAL.	
		435705	45	Placa bloqueada para rádio distal esquerda. Vários tamanhos						
		50753851	401233	46			Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos			
		436567	47	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
	G7	50753851	435706	44	Placa bloqueada para rádio distal direita. Vários tamanhos	2) I11 COMERCIO			<b>INAPTO</b>	Proposta não corresponde aos itens do grupo
			435705	45	Placa bloqueada para rádio distal esquerda. Vários tamanhos					
			401233	46	Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos					
			436567	47	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos					
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

435706	44	Placa bloqueada para rádio distal direita. Vários tamanhos	3) ARTE IMPLANTES	Liga - ASTM F136 Ortosintese	10223710118	APTO - APROVADO
435705	45	Placa bloqueada para rádio distal esquerda. Vários tamanhos				
401233	46	Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos				
436567	47	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos				
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.						

**GRUPO 8 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CLAVÍCULA - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50753964	G8	443755	48	Placa bloqueada em "S" diafase para clavícula direita. de vários tamanhos	1) HEXAGON	Hexagon	10209780068; 10209780032; 10209780068	APTO - APROVADO	
	443754	49	Placa bloqueada em "S" diafase para clavícula esquerda. de vários tamanhos.						
	443751	50	Placa bloqueada congruente para clavícula direita. de vários tamanhos						
	443752	51	Placa bloqueada congruente para clavícula esquerda. de vários tamanhos						
	436474	52	Placa bloqueada de clavícula distal Direita. Vários Tamanhos.						
	435759	53	Placa bloqueada de clavícula distal Esquerda. Vários Tamanhos.						
	401233	54	Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos						
	436567	55	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos						
	444413	56	Parafusos esponjosos compatíveis com as placas. Vários tamanhos						
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
8		443755	48	Placa bloqueada em "S" diafase para clavícula direita. de vários tamanhos	2) CVL SANTOS	Titânio Puro (ABNT NBR ISO 5832-2) -Ortobio	80062900003	APTO - APROVADO	REALIZADA DILIGÊNCIA, SE TRATANDO DE ERRO FORMAL SANÁVEL REFERENTE AO ANVISA. CONFORME Adendo Atualização Anvisa CVL (0052314840)
		443754	49	Placa bloqueada em "S" diafase para clavícula esquerda. de vários tamanhos.					
		443751	50	Placa bloqueada congruente para clavícula direita. de vários tamanhos					
		443752	51	Placa bloqueada congruente para clavícula esquerda. de vários tamanhos					
		436474	52	Placa bloqueada de clavícula distal Direita. Vários Tamanhos.					
		435759	53	Placa bloqueada de clavícula distal Esquerda. Vários Tamanhos.					
		401233	54	Parafusos auto rosqueável compatível com placas. Vários tamanhos					

436567	55	Parafusos corticais compatíveis com as placas. Vários tamanhos
444413	56	Parafusos esponjosos compatíveis com as placas. Vários tamanhos
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.		

**GRUPO - 9 MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-CERAMICA**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)		
9	G9	50754261	310552	57	Componente acetabular metálico (calota)	1) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F136 Bio Mecânica	10171110014	<b>INAPTO</b>	A empresa não apresenta material cimentado - Não é apresentado material em cerâmica, conforme solicitado - material em desconformidade com o descritivo.	
			373601	58	Inserto de cerâmica para componente acetabular (liner)						
			442458	59	Componente cefalico de cerâmica (cabeça)						
			449272	60	Componente femoral cimentada (haste)						
			449269	61	Componente femoral não - cimentada (haste)						
			436695	62	Parafusos para componente acetabular - (Média de uso 03 und por cirurgia)						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
				310552	57	Componente acetabular metálico (calota)	2) BRUMED MEDICAL	Liga (Ti-6Al-4V Amplitude	80726260047	<b>INAPTO</b>	O Material apresenta modelo de colo/cone (a empresa utiliza tamanho 10/12) diferente do usualmente utilizado nesta Secretaria (tamanho 12/14), e comprometerá procedimentos futuros, criando reserva de mercado em favor da empresa (tornando obrigatório que o modelo seja adquirido para um possível reposição). e tornando financeira e tecnicamente inviável a aquisição.
				373601	58	Inserto de cerâmica para componente acetabular (liner)		Matéria-Prima Al2O3 / ZrO2 Amplitude	80726260048		
				442458	59	Componente cefalico de cerâmica (cabeça)		Liga - Ti6Al4V Amplitude	80726260045		
				449272	60	Componente femoral cimentada (haste)		Amplitude	80726260031		
				449269	61	Componente femoral não - cimentada (haste)		Liga Ti-6Al-4V Amplitude	80726260050		
			436695	62	Parafusos para componente acetabular - (Média de uso 03 und por cirurgia)	Liga (Ti-6Al-4V Amplitude		80726260047			
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.											
			310552	57	Componente acetabular metálico (calota)	3) BML HOSPITALAR	Liga Ti-6Al-4V - Vincula	10417940072	<b>APTO - APROVADO</b>		
			373601	58	Inserto de cerâmica para componente acetabular (liner)						
			442458	59	Componente cefalico de cerâmica (cabeça)						
			449272	60	Componente femoral cimentada (haste)						
			449269	61	Componente femoral não - cimentada (haste)						
			436695	62	Parafusos para componente acetabular - (Média de uso 03 und por cirurgia)						
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.											

**GRUPO 10 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-POLIETILENO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
	G10	310552	63	Componente acetabular metálico (calota)					

10	50754497	455535	64	Inserto de Polietileno para componente acetabular (liner)	1) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F136 Biomecanica	10171110014	INAPTO	A empresa não apresenta material cimentado, conforme solicitado - material em desconformidade com o descritivo.	
		442458	65	Componente cefalico de ceramica (cabeça)						
		449272	66	Componente femoral cimentada (haste)						
		449269	67	Componente femoral não - cimentada (haste)						
		436695	68	Parafusos para componete acetabular - (Média de uso 03 und por cirurgia)						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
	10	50754497	310552	63	Componente acetabular metalico (calota)	2) J S EQUIPAMENTOS	Liga ASTM F1472 Smith Nephew	80804050250	APTO - APROVADO	
			455535	64	Inserto de Polietileno para componente acetabular (liner)					
			442458	65	Componente cefalico de ceramica (cabeça)					
			449272	66	Componente femoral cimentada (haste)					
449269			67	Componente femoral não - cimentada (haste)						
436695			68	Parafusos para componete acetabular - (Média de uso 03 und por cirurgia)						
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
10	50754497	310552	63	Componente acetabular metalico (calota)	3) BML HOSPITALAR	Liga Ti-6Al-4V Vincula	1047940085	APTO - APROVADO		
		455535	64	Inserto de Polietileno para componente acetabular (liner)						
		442458	65	Componente cefalico de ceramica (cabeça)						
		449272	66	Componente femoral cimentada (haste)						
		449269	67	Componente femoral não - cimentada (haste)						
		436695	68	Parafusos para componete acetabular - (Média de uso 03 und por cirurgia)						
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
<b>GRUPO 11 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓTESE DE REVERSA DE OMBRO</b>										
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
11	ITEM 69	443998	69	Componente glenoidal reverso (metaglena) - (Placa) /Componente cefalico reversa (glenosfera) Haste umeral reversa (não - cimentada) Base metalica reversa - (Placa adpatadora)Componente umeral reverso de polietileno (inserto) - (liner) Parafusos para componente glenoidal (conforme placa glenoidal no mínimo 3 por placa)	1) BRUMED	Arrow	80158100019	APTO - APROVADO		
				DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.						
11	50833545			Componente glenoidal reverso (metaglena) - (Placa) /Componente cefalico reversa (glenosfera) Haste					Não enviou proposta para o grupo	

		443998	69	umeral reversa (não - cimentada) Base metálica reversa - (Placa adaptadora)Componente umeral reverso de polietileno (inserto) - (liner) Parafusos para componente glenoidal (conforme placa glenoidal no mínimo 3 por placa)	2)TECNOMED				<b>INAPTO</b>		
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.											
<b>GRUPO 12 - MATERIAL EM TITÂNIO DE PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR DISTAL - BLOQUEADA</b>											
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)		
12	G11	443777	70	Placa bloqueada pré-moldada para fêmur distal direita (inclui parafusos compatíveis com as placas), vários tamanhos	1) J. A. COMÉRCIO			<b>INAPTO</b>	Não enviou proposta para o grupo		
		436474	71	Placa bloqueada pré-moldada para fêmur distal esquerda (inclui parafusos compatíveis com as placas), vários tamanhos							
	50820357 DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
			443777	70	Placa bloqueada pré-moldada para fêmur distal direita (inclui parafusos compatíveis com as placas), vários tamanhos	2) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710094	<b>APTO - APROVADO</b>		
			436474	71	Placa bloqueada pré-moldada para fêmur distal esquerda (inclui parafusos compatíveis com as placas), vários tamanhos						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
			443777	70	Placa bloqueada pré-moldada para fêmur distal direita (inclui parafusos compatíveis com as placas), vários tamanhos	3) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710094	<b>APTO - APROVADO</b>		
			436474	71	Placa bloqueada pré-moldada para fêmur distal esquerda (inclui parafusos compatíveis com as placas), vários tamanhos						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 02 CAIXAS DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
	<b>GRUPO 13 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEOARTROSCOPIA JOELHO, OMBRO E QUADRIL</b>										
	GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
	50820528	G12	439230	72	Placa de Endobutton ajustável		Liga Ti-6Al-4V Sartori	80083650080			
612895			73	Lâminas de shaver (partes moles)	Liga ASTM F899 e PTFE Nexxmed		80743230026				
612891			74	Lâminas de shaver (partes ósseas)	Nexxmed		80743230036				
480030			75	Cânulas descartáveis para artroscopia, tam. Entre 6,0 a 9,0mm	American Instruments		80251140047				
396226			76	Capa de vídeo envelopada para artroscopia descartável, tam. 15x250cm							
455757			77	Fio guia rasgado							

13

455757	78	Fio guia perfurado	2) ARTE IMPLANTES	Traumédica	80057410033	APTO - APROVADO
440361	79	Parafuso de interferência titânio. Entre 6 a 10mm		Liga Ti-6Al-4V Sartori	80083650032	
439230	80	Arruela dentada 4,5mm.		Liga Ti-6Al-4V Sartori	80083650041	
341922	81	Kit de eletrodo de ablação completo		Composição (PVC/ABS/Nylon) AISI 304/tungstênio Nexxmed	80743230025	
388926	82	Equipo 4 vias para cirurgia artroscópica		Composição PVC Volmed	81130100008	
386406	83	Equipo 2 vias com sensor para cirurgia artroscópica		Composição PVC Nexxmed	80743230006	

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PERTINENTES AOS INSUMOS CONFORME DESCRITO NA TABELA 2

439230	72	Placa de Endobutton ajustável	1) I11 COMERCIO	Liga ASTM F67 Bio Advane	80301890011	APTO - APROVADO
612895	73	Lâminas de shaver (partes moles)		Hortron	81288540001	
612891	74	Lâminas de shaver (partes ósseas)		Hortron	81288540008	
480030	75	Cânulas descartáveis para artroscopia, tam. Entre 6,0 a 9,0mm		Protector	81004770003	
396226	76	Capa de vídeo envelopada para artroscopia descartável, tam. 15x250cm		Liga de Níquel Titânio (Nitinol) Implanfix	80521210011	
455757	77	Fio guia rasgado		Liga Ti-6Al-4V Ortobio	80062900028	
455757	78	Fio guia perfurado		Liga Ti-6Al-4V ELI Ortobio	80062900029	
440361	79	Parafuso de interferência titânio. Entre 6 a 10mm		Hortron	81288540031	
439230	80	Arruela dentada 4,5mm.		Hortron	81288549001	
341922	81	Kit de eletrodo de ablação completo		Hortron	81288540007	
388926	82	Equipo 4 vias para cirurgia artroscópica				
386406	83	Equipo 2 vias com sensor para cirurgia artroscópica				

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PERTINENTES AOS INSUMOS CONFORME DESCRITO NA TABELA 2

**GRUPO 14 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INFANTIL - PLACA ANGULADA BLOQUEADA**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50820633	G13	443296	84	Placa angulada bloqueada 90° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm	1) ARTE IMPLANTES	ORTOSINTESE	10223710087	APTO - APROVADO	Solicitado PLACA ANGULADA PARA OSTEOTOMIA INFANTIL . Apresentado registro da Anvisa de placa tubo com angulo 95°, 135° e 150° - DCS/DHS.  REALIZADA DILIGÊNCIA APRESENTADA ATUALIZAÇÃO DO ANVISA TRATANDO-SE DE ERRO FORMAL. Adendo Atualização Anvisa Arte Implantes (0052342244)
		435671	85	Placa angulada bloqueada 100° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm					
		443299	86	Placa angulada bloqueada 135° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
		443296	84	Placa angulada bloqueada 90° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm					

14

		435671	85	Placa angulada bloqueada 100° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm	2) J. A. COMÉRCIO			INAPTO	NÃO APRESENTOU PROPOSTA
		443299	86	Placa angulada bloqueada 135° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm					
		443296	84	Placa angulada bloqueada 90° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm					
		435671	85	Placa angulada bloqueada 100° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm	3) TECNOMED			INAPTO	NÃO APRESENTOU PROPOSTA
		443299	86	Placa angulada bloqueada 135° infantil (inclui parafusos), tam. 25 a 55mm					

**GRUPO 15 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FRATURA DE TIBIA DISTAL - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
------------	-----------------------	-------------	------	-------------	----------	----------------	-------------------	---------	---------------------------------------

50754826	G14	435679	87	Placa bloqueada para tibia distal medial direita. de vários tamanhos.	1) BML HOSPITALAR	LigaASTM F136 Ortositese	10223710074	APTO - APROVADO	REALIZADA DILIGÊNCIA E-mail BML (0052236237)
		435676	88	Placa bloqueada para tibia distal medial esquerda. de vários tamanhos.					
		435675	89	Placa bloqueada para tibia distal anterolateral direita. de vários tamanhos.					
		435677	90	Placa bloqueada para tibia distal anterolateral esquerda. de vários tamanhos.					
		602648	91	Placa bloqueada para fibula distal direita. de vários tamanhos..		Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710112		
		602648	92	Placa bloqueada para fibula distal esquerda. de vários tamanhos.		Liga ASTM F139 Ortosintese	10223710074		
		440305	93	Placa bloqueada tipo estrela para calcâneo. Vários tamanhos					
		401233	94	Parafusos bloqueado auto rosqueavel 3,5mm compatível com placas. Vários tamanhos					
		436631	95	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.		Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710098		
		444413	96	Parafusos esponjosos (vários tamanhos) compatíveis com as placas.					

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

		435679	87	Placa bloqueada para tibia distal medial direita. de vários tamanhos.					
		435676	88	Placa bloqueada para tibia distal medial esquerda. de vários tamanhos.					
		435675	89	Placa bloqueada para tibia distal anterolateral direita. de vários tamanhos.					
		435677	90	Placa bloqueada para tibia distal anterolateral esquerda. de vários tamanhos.					

602648	91	Placa bloqueada para fíbula distal direita. de vários tamanhos..	2) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F136	80546720110	APTO - APROVADO
602648	92	Placa bloqueada para fíbula distal esquerda. de vários tamanhos.				
440305	93	Placa bloqueada tipo estrela para calcâneo. Vários tamanhos				
401233	94	Parafusos bloqueado auto rosqueavel 3,5mm compatível com placas. Vários tamanhos				
436631	95	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				
444413	96	Parafusos esponjosos (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

435679	87	Placa bloqueada para tibia distal medial direita. de vários tamanhos.	2) CVL SANTOS	Liga ASTM F138-08/F139-08 Traumédica	80057410037	APTO - APROVADO
435676	88	Placa bloqueada para tibia distal medial esquerda. de vários tamanhos.				
435675	89	Placa bloqueada para tibia distal anterolateral direita. de vários tamanhos.				
435677	90	Placa bloqueada para tibia distal anterolateral esquerda. de vários tamanhos.				
602648	91	Placa bloqueada para fíbula distal direita. de vários tamanhos..				
602648	92	Placa bloqueada para fíbula distal esquerda. de vários tamanhos.				
440305	93	Placa bloqueada tipo estrela para calcâneo. Vários tamanhos				
401233	94	Parafusos bloqueado auto rosqueavel 3,5mm compatível com placas. Vários tamanhos				
436631	95	Parafusos corticais 3,5 (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				
444413	96	Parafusos esponjosos (vários tamanhos) compatíveis com as placas.				

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

**GRUPO 16 - MATERIAL AÇO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PLACAS CORRETIVAS BLOQUEADAS - GRANDES FRAGMENTOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
G15	50820869	445840	97	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.	1) CVL SANTOS	Liga ASTM F139 Ortosintese	10223710089	APTO - APROVADO	REALIZADO DILIGÊNCIA PARA SANAR DÚVIDAS REFERENTE AO TIPO DE PLACA DE ACORDO COM Adendo
		425604	98	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.					
		425603	99	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.					

443800	100	Placa corretiva tibial bloqueada com calço (inclui parafusos). Diversos tamanhos 2 a 20mm.						Atualização Anvisa CVL (0052314840)	
443323	101	Parafuso cortical 4,5mm compatível com placas.							
443799	102	Parafuso esponjoso 6,5mm compatível com placas.							
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
445840	97	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.	2) BML HOSPITALAR	Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710094	APTO - APROVADO	REALIZADA DILIGÊNCIA E-mail BML (0052236237)		
425604	98	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.							
425603	99	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.							
443800	100	Placa corretiva tibial bloqueada com calço (inclui parafusos). Diversos tamanhos 2 a 20mm.							
443323	101	Parafuso cortical 4,5mm compatível com placas.							
443799	102	Parafuso esponjoso 6,5mm compatível com placas.							
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
445840	97	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.	3) 111 COMÉRCIO			INAPTO	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro		
425604	98	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.							
425603	99	Placa corretiva femoral bloqueada "Puddu" com calço (inclui parafusos), de vários tamanhos.							
443800	100	Placa corretiva tibial bloqueada com calço (inclui parafusos). Diversos tamanhos 2 a 20mm.							
443323	101	Parafuso cortical 4,5mm compatível com placas.							
443799	102	Parafuso esponjoso 6,5mm compatível com placas.							
<b>GRUPO 17 - MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PARAFUSO DE HEBERT 3.0MM</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50820943	G16	436643	103	Parafusos de Hebert 3.0. Diversos tamanhos	1) 111 COMERCIO	Liga Ti-6Al-4V OCX	81463850003 - 81463850004	INAPTO	REALIZADA DILIGÊNCIA VIA E-mail I 11 (0052236299). A EMPRESA ENVIOU Adendo Atualização Anvisa I 11 (0052327300), MAS NÃO FOI IDENTIFICADO O Parafusos de Hebert 3.0 EM SEU PROSPECTO.
		436643	104	Parafuso escafoide auto compressivo. Tam 3.0. de vários tamanhos.					
		330824	105	Parafuso cônico auto compressivo. Tam 3.0. de vários tamanhos.					
		401174	106	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

17

436643	103	Parafusos de Hebert 3.0. Diversos tamanhos	2) CVL SANTOS	Liga ASTM F136-08 Traumédica	80057410029	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIA E-mail CVL (0052236146). A EMPRESA ENVIOU Adendo Atualização Anvisa CVL (0052314840 NA QUAL AS DÚVIDAS FORAM SANADAS POR SE TRATAR DE ERRO FORMAL.
436643	104	Parafuso escafoide auto compressivo. Tam 3.0. de vários tamanhos.					
330824	105	Parafuso cônico auto compressivo. Tam 3.0. de vários tamanhos.					
401174	106	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							
436643	103		3) J.A COMÉRCIO	Liga ASTM F136-08 Traumédica	80057410029	<b>INAPTO</b>	Não apresentou proposta
436643	104	Parafuso escafoide auto compressivo. Tam 3.0. de vários tamanhos.					
330824	105	Parafuso cônico auto compressivo. Tam 3.0. de vários tamanhos.					
401174	106	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							

## GRUPO 18 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MINI PARAFUSO CANULADO DE AUTO COMPRESSÃO ÓSSEA

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
50821004	G17	436672	107	Parafuso canulado (rosca parcial), 2.7mm à 3,5mm de vários tamanhos.	1) 111 COMÉRCIO	Liga Ti-6Al-4V OCX	81163850003; 81163850004	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIA VIA E-mail I 11 (0052236299). A EMPRESA ENVIOU Adendo Atualização Anvisa I 11 (0052327300). SANADAS AS DÚVIDAS.
		436645	108	Parafuso canulado (rosca total), 2.7mm à 3,5mm de vários tamanhos.					
		401174	109	Arruela compatível com mini parafuso autobloqueante					
		401174	110	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
18		436672	107	Parafuso canulado (rosca parcial), 2.7mm à 3,5mm de vários tamanhos.	2) J. S EQUIPAMENTOS	Liga ASTM F 138 Traumédica	80057410018	<b>APTO - APROVADO</b>	
		436645	108	Parafuso canulado (rosca total), 2.7mm à 3,5mm de vários tamanhos.					
		401174	109	Arruela compatível com mini parafuso autobloqueante					
		401174	110	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
		436672	107	Parafuso canulado (rosca parcial), 2.7mm à 3,5mm de vários tamanhos.	3) CVL SANTOS	Liga Ti-6Al-4V TRAUMÉDICA	80057410029	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIA E-mail CVL (0052236146). A EMPRESA ENVIOU Adendo Atualização Anvisa CVL (0052314840 NA QUAL AS DÚVIDAS FORAM SANADAS POR SE TRATAR DE ERRO FORMAL.
	436645	108	Parafuso canulado (rosca total), 2.7mm à 3,5mm de vários tamanhos.						
	401174	109	Arruela compatível com mini parafuso autobloqueante						
	401174	110	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante						

DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

**GRUPO 19 MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
19	ITEM 111	118990	111	Cera óssea com no mínimo 2,5g					<b>DESERTO</b>

**GRUPO 20 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
20	G18	392289	112	Fio poliéster trançado nº 2					<b>DESERTO</b>
		392289	113	Fio poliéster trançado nº 5 com cobertura Polibutilato sutura cirúrgica não absorvível, estéril e trançada composta de Poli (tereftalato de etileno)					

**GRUPO 21 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
21	G19	459187	114	Aspirador Cirúrgico tipo ASPLAS. Indicado para aspiração na cavidade. Composto por: Bico de aspiração; Extensão em PVC atóxico entre 3 e 3 metros e meio; Embalado em papel grau cirúrgico; Estéril.					<b>DESERTO</b>
		486532	115	Almofada para abdução. Para prevenção das lesões de pele causadas por pressão constante. Ideal durante longas cirurgias e recuperações. Posicionamento dos membros inferiores, em pós-cirurgia de artroplastia de quadril. Espuma com perfil especialmente desenhado para distribuir o peso e posicionamento. Fechos aderentes. Tamanho único					

**GRUPO 22 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
22	ITEM 116	474418	116	Fio de aço p/ cerclagem, tam. 0,60mm, 1,0mm, 1,2mm , 1,5mm E 2,0mm.	111 COMERCIO	Liga ASTB F138 IOL	10223680057	<b>APTO - APROVADO</b>	
	50833614	474418	116	Fio de aço p/ cerclagem, tam. 0,60mm, 1,0mm, 1,2mm , 1,5mm E 2,0mm.	CVL	Liga ASTB F138 IOL	10223680057	<b>APTO - APROVADO</b>	

**GRUPO 23 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
------------	-----------------------	-------------	------	-------------	----------	----------------	-------------------	---------	---------------------------------------

23	G20	379804	117	Campo plástico cirúrgico: campo cirúrgico incisional antimicrobiano, com adesivo acrílico hipoalérgico. Medidas aproximadas de: Área total 60cm x 40 cm e área incisional 50cm x 40 cm (para os procedimentos de joelho, quadril e ombro).					DESERTO
		331575	118	Campo cirúrgico estéril impermeável. Tamanhos: Mínimo 1,60m x 1,60m e Máximo 1,65m x 1,70m. (para os procedimentos de joelho, quadril e ombro).					

**GRUPO 24 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO COM ÂNCORAS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
24	G21	440581	119	Ancora metálica com agulha, montada com fio e cabo, tam.3.5mm até 5.0mm	1) 111 COMERCIO	Liga ASTM F136-08 IOL	10223680066	APTO - APROVADO	ITEM 119 - O FIO DE POLIESTER POSSUI RESISTENCIA INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA O PROCEDIMENTO. <b>REALIZADO DILIGÊNCIA, TRATANDO-SE DE ERRO FORMAL SANÁVEL, CORRIGIDO ANVISA CONFORME</b> Adendo Atualização Anvisa I 11 (0052312221).	
		443219	120	Ancoras absorvíveis com agulha montada com fio e cabo de tamanhos 3.1mm até 5.5mm		Liga ASTM F 899 GM Reis	10247700035			
		390975	121	Mini âncoras com agulha montadas com fio e cabo de tam 1.2mm até 3.0mm		Matéria-Prima ASTM F899 Sartori	80062900022			
		309445	122	Dispositivo de fixação 1.8mm até 3.5mm		IOL	10223680066			
	50821115	G21	440581	119	Ancora metálica com agulha, montada com fio e cabo, tam.3.5mm até 5.0mm	2) CVL	Liga ASTM F136-08 Traumédica	80062900022	APTO - APROVADO	
			443219	120	Ancoras absorvíveis com agulha montada com fio e cabo de tamanhos 3.1mm até 5.5mm		Matéria-Prima PLDLA 70/30 Corefix	81207910018		
			390975	121	Mini âncoras com agulha montadas com fio e cabo de tam 1.2mm até 3.0mm		Matéria-Prima ASTM F899 Sartori	80083650087		
			309445	122	Dispositivo de fixação 1.8mm até 3.5mm		Traumédica	80057410024		
	50821115	G21	440581	119	Ancora metálica com agulha, montada com fio e cabo, tam.3.5mm até 5.0mm	3) BML HOSPITALAR	IOL	10223680071	APTO - APROVADO	
			443219	120	Ancoras absorvíveis com agulha montada com fio e cabo de tamanhos 3.1mm até 5.5mm		Liga ASTM F 899 GM Reis	10247700035		
			390975	121	Mini âncoras com agulha montadas com fio e cabo de tam 1.2mm até 3.0mm		IOL	10223680071		
			309445	122	Dispositivo de fixação 1.8mm até 3.5mm					

**GRUPO 25 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO - MAXILO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
	G22	486765	123	Placa absorvível para buco maxilo 1,5mm 1,6mm e 1,7mm	1) MEDICAL	Liga ASTM F67	80546720024		Proposta apresenta
	G22	486765	124	Placa absorvível para buco maxilo 2,0mm 2,2mm					

25	50821167	486765	125	Parafuso absorvível para buco maxilo 1,5mm 1,6mm e 1,7mm	LINE	Neoortho	8,05467E+11	INAPTO	implante não absorvível			
		486765	126	Parafuso absorvível para buco maxilo 2,0mm 2,2mm								
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.											
	486765	123	Placa absorvível para buco maxilo 1,5mm 1,6mm e 1,7mm	2) I11 COMÉRCIO				INAPTO	Não apresentou proposta			
	486765	124	Placa absorvível para buco maxilo 2,0mm 2,2mm									
	486765	125	Parafuso absorvível para buco maxilo 1,5mm 1,6mm e 1,7mm									
	486765	126	Parafuso absorvível para buco maxilo 2,0mm 2,2mm									
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.											
	486765	123	Placa absorvível para buco maxilo 1,5mm 1,6mm e 1,7mm	2) J S EQUIPAMENTOS	Liga Poli D, L - Lactideo (PDLLA) Flex Lab		80081350324	APTO - APROVADO				
	486765	124	Placa absorvível para buco maxilo 2,0mm 2,2mm									
486765	125	Parafuso absorvível para buco maxilo 1,5mm 1,6mm e 1,7mm										
486765	126	Parafuso absorvível para buco maxilo 2,0mm 2,2mm										
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.												
<b>GRUPO 26 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>												
26	ITEM 127	469649	127	Barra de Erich - 100cm	1) I11 COMERCIO	Liga ASTM 136 Jhon - Jhon	10415649020	APTO - APROVADO				
										50833715	469649	127
<b>GRUPO 27 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ENXERTO DE ÓSSEO</b>												
27	G23	459808	128	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 2.0g.	1) I11 COMERCIO	Liga (β-TCP) Procell	80492000002	APTO - APROVADO				
										459808	129	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 5.0g.
										50829063	459808	130
	459808	128	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 2.0g.	2) LICITRADE	Matéria-Prima Ca10(PO4)6(OH)2 Bionnovation	10392710010	APTO - APROVADO					
	459808	129	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 5.0g.									

459808	130	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 10g.						
459808	128	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 2.0g.						
459808	129	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 5.0g.	3) BML	JHS Biomateriais	1045720001		<b>APTO - APROVADO</b>	
459808	130	ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA, tam. 10g.						

**GRUPO 28 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE JOELHO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)			
28	ITEM 131	323311	131	Artroplastia total de joelho (PTJ) para Revisão - Kit de próteses completo. (Componente Femoral revisão/Componente Tibial de Revisão de Joelho com Haste e cunha/ Polietileno (liner) / Componente Patelar /Parafusos (pinos) de bloqueio/ Calços femoral e tibial )	1) BRUMED	AMPLITUDE	80726260041	<b>APTO - APROVADO</b>				
				DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
				50833799			Artroplastia total de joelho (PTJ) para Revisão - Kit de próteses completo. (Componente Femoral revisão/Componente Tibial de Revisão de Joelho com Haste e cunha/ Polietileno (liner) / Componente Patelar /Parafusos (pinos) de bloqueio/ Calços femoral e tibial )	2) BML HOSPITALAR	VINCULA	10417940046; 10417940041; 10417940061	<b>APTO - APROVADO</b>	
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.												

**GRUPO 29 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE KIT SUTURA DE MENISCO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
29	G24	302144	132	Agulhas para Sutura de Menisco	1) CVL	UHMWPE CONMED	81544220043	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADO DILIGÊNCIA, TRATANDO-SE DE ERRO FORMAL DE ANVISA. CONFORME Adendo Atualização Anvisa CVL (0052314840)
				359052					
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
	50829113	302144	132	Agulhas para Sutura de Menisco	2) J. S. EQUIPAMENTOS	Smith Nephew	80804050132	<b>APTO - APROVADO</b>	
				359052			133		
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
50829113	302144	132	Agulhas para Sutura de Menisco	3) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F899 Bioteck	80371250042	<b>APTO - APROVADO</b>		
			359052			133			Dispositivo de reparo de Menisco com 7 disparos
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 KIT DE CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

GRUPO 30 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FIXADOR PARA COTOVELO										
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
30	G25	443894	134	Fixador articulado para cotovelo, tam. pequenas	1) I11 COMÉRCIO	Liga AISI-304; 6351-T6; 5052; Polipropileno ADJ	80100020015	APTO - APROVADO		
		443894	135	Fixador articulado para cotovelo, tam. medias						
		443894	136	Fixador articulado para cotovelo, tam. grandes.						
	50829154	G25	443894	134	Fixador articulado para cotovelo, tam. pequenas	2) BRUMED MEDICAL	Liga AISI-304; 6351-T6; 5052; Polipropileno ADJ	80100020015	APTO - APROVADO	
			443894	135	Fixador articulado para cotovelo, tam. medias					
			443894	136	Fixador articulado para cotovelo, tam. grandes.					
	50829186	G26	437933	137	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) longa. Diversos tamanhos	1) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F 1264 Biomecanica	80128580091	APTO - APROVADO	
			437933	138	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) curta. Diversos tamanhos					
			419925	139	Parafuso trocantérico de vários tamanhos compatível com hastes					
31	50829186	G26	422306	140	Parafuso de bloqueio distal de vários tamanhos compatível com hastes	2) BML MEDICAL	Liga ASTM F 1264 GM Reis	10247700027	APTO - APROVADO	
			438903	141	Parafuso tampão compatível com hastes					
			437933	137	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) longa. Diversos tamanhos					
			437933	138	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) curta. Diversos tamanhos					
			419925	139	Parafuso trocantérico de vários tamanhos compatível com hastes					
			422306	140	Parafuso de bloqueio distal de vários tamanhos compatível com hastes					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
31	50829186	G26	437933	137	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) longa. Diversos tamanhos					
			437933	137	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) longa. Diversos tamanhos					

437933	138	Haste bloqueada de fêmur c/ bloqueio trocantérico (SPN/PFN) curta. Diversos tamanhos	3) SAGA MEDICAL	Liga ASTM F138 Sartori	80083650039	<b>APTO - APROVADO</b>	
419925	139	Parafuso trocantérico de vários tamanhos compatível com hastes					
422306	140	Parafuso de bloqueio distal de vários tamanhos compatível com hastes					
438903	141	Parafuso tampão compatível com hastes					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							

**GRUPO 32 - MATERIAL EM TITÂNIO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PARAFUSO DE HEBERT TAM 4.0MM**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de reprovação)	
50829231	G27	436643	142	Parafusos de Hebert 4.0 - Diversos Tamanhos	1) I11 COMÉRCIO	Liga ASTM F 136 OCX Implantex	81163850004	<b>INAPTO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIA VIA E-mail I 11 (0052236299). A EMPRESA ENVIOU Adendo Atualização Anvisa I 11 (0052327300), <b>MAS NÃO FOI IDENTIFICADO O</b> Parafusos de Hebert 4.0 EM SEU PROSPECTO. <b>REPROVADO</b>
		443798	143	Parafuso escafoíd auto compressivo tam 4.0. Diversos Tamanhos					
		422373	144	Parafuso conico auto compressivo, tam 4.0. Diversos Tamanhos					
		401174	145	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

32		436643	142	Parafusos de Hebert 4.0 - Diversos Tamanhos	2) ARTE MEDICAL	Liga ASTM F136 Sartori	80083650041	<b>APTO - APROVADO</b>	
		443798	143	Parafuso escafoíd auto compressivo tam 4.0. Diversos Tamanhos					
		422373	144	Parafuso conico auto compressivo, tam 4.0. Diversos Tamanhos					
		401174	145	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

		436643	142	Parafusos de Hebert 4.0 - Diversos Tamanhos	3) SAGA MEDICAL	Liga ASTM F-136 Toride	80084420013	<b>APTO - APROVADO</b>	
		443798	143	Parafuso escafoíd auto compressivo tam 4.0. Diversos Tamanhos					
		422373	144	Parafuso conico auto compressivo, tam 4.0. Diversos Tamanhos					
		401174	145	Fio guia calibrado compatível com mini parafuso autobloqueante					
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

**GRUPO 33 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de reprovação)
ITEM 146		285601	146	Cola biológica de fibrina humana + Trombina + Cloreto de Cálcio - 2 ml com aplicador para cola de fibrina compatível com cola	1) J S EQUIPAMENTOS	Baxter	1,0683E+12	<b>APTO - APROVADO</b>

33	50833996	285601	146	Cola biológica de fibrina humana + Trombina + Cloreto de Cálcio - 2 ml com aplicador para cola de fibrina compatível com cola	2) ALLIANCE HOSPITALAR				Não consta proposta no arquivo do pregoeiro	
		285601	146	Cola biológica de fibrina humana + Trombina + Cloreto de Cálcio - 2 ml com aplicador para cola de fibrina compatível com cola	3) MEDICAL LINE				Não consta proposta no arquivo do pregoeiro	
<b>GRUPO 34 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>										
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
34	G28	604284	147	Fio de aço tipo aciflex nº 0	1) HEXAGON			<b>DESERTO</b>	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro	
		600165	148	Fio de aço tipo aciflex nº 1						
		605757	149	Fio de aço tipo aciflex nº 2						
		600123	150	Fio de aço tipo aciflex nº 5						
		604284	147	Fio de aço tipo aciflex nº 0	2) ARTE IMPLANTES			<b>DESERTO</b>	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro	
		600165	148	Fio de aço tipo aciflex nº 1						
		605757	149	Fio de aço tipo aciflex nº 2						
		600123	150	Fio de aço tipo aciflex nº 5						
		604284	147	Fio de aço tipo aciflex nº 0	3) TECHNOMED			<b>DESERTO</b>	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro	
		600165	148	Fio de aço tipo aciflex nº 1						
		605757	149	Fio de aço tipo aciflex nº 2						
		600123	150	Fio de aço tipo aciflex nº 5						
<b>GRUPO 35 - PLACA PARA ÚMERO MEDIAL BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>										
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
35	G29	322406	151	Placa para úmero medial Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.	1) HEXAGON	Liga ASTM F139 Hexagon	10209780068; 10209780032; 10209780043	<b>INAPTO</b>	A empresa Licitante apresenta em seu prospecto material em AÇO, e o solicitado por esta Secretaria através do Termo de Referência é <b>TITÂNIO. Dito isto, reprovamos o material ofertado.</b>	
		310675	152	Placa para úmero medial Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.						
		50829312	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							
		322406	151	Placa para úmero medial Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.	2) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710112	<b>APTO - APROVADO</b>		
310675	152	Placa para úmero medial Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.								

322406	151	Placa para úmero medial Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.	3) TECNOMED				INAPTO	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro
310675	152	Placa para úmero medial Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.						
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								

**GRUPO 36 - PLACA PARA ÚMERO POSTERIOR LATERAL BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)		
36	G30	277271	153	Placa para úmero Posterior Lateral Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.	1) HEXAGON	Liga ASTM F139 Hexagon	10209780068; 10209780032; 10209780043	INAPTO	A empresa Licitante apresenta em seu prospecto material em AÇO, e o solicitado por esta Secretaria através do Termo de Referência é <b>TITÂNIO. Dito isto, reprovamos o material ofertado.</b>	
		277271	154	Placa para úmero Posterior Lateral Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.						
	50829373 DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
			277271	153	Placa para úmero Posterior Lateral Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.	2) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F139 Ortosintese	10223710112	APTO - APROVADO	
			277271	154	Placa para úmero Posterior Lateral Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.					
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
		277271	153	Placa para úmero Posterior Lateral Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.	3) CVL	Liga ASTM F139 Ortobio	80062900027	APTO - APROVADO		
		277271	154	Placa para úmero Posterior Lateral Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do úmero distal medial, inclui parafusos.						

**GRUPO 37 - PLACA PARA OLÉCRANO BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
	G31	443904	155	Placas para olécrano Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do olécrano, inclui parafusos.	1) CVL	Liga ASTM F139	80062900027	APTO -	

37	50829438	443904	156	Placas para olécrano Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do olécrano, inclui parafusos.					<b>APROVADO</b>			
		DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
		443904	155	Placas para olécrano Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do olécrano, inclui parafusos.	2) ARTE IMPLANTES	Liga ASTM F139 Ortosintese	10223710112			<b>APTO - APROVADO</b>		
		443904	156	Placas para olécrano Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do olécrano, inclui parafusos.								
		DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										
		443904	155	Placas para olécrano Direita anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do olécrano, inclui parafusos.	3) TECNOMED					<b>INAPTO</b>	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro	
443904	156	Placas para olécrano Esquerda anatômicas para fraturas, osteotomias e pseudoartrose do olécrano, inclui parafusos.										
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.												
<b>GRUPO 38 - MINI PLACA GANCHO DISTAL DE ULNA TITÂNIO</b>												
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)			
38	ITEM 157 50834083	435670	157	Mini placa gancho para tratamento de fraturas, osteotomias e pseudoartrose da ulna distal, inclui parafusos.	1) J S EQUIPAMENTOS	Liga ASTM316	80804050304	<b>INAPTO</b>	Proposta apresentada registro da Anvisa trata de material em aço, não atendendo ao solicitado no grupo - Titânio			
				DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
				435670	157	Mini placa gancho para tratamento de fraturas, osteotomias e pseudoartrose da ulna distal, inclui parafusos.	2) SAGA MEDICAL	Liga ASTM F67 GM Reis	10247700111	<b>APTO - APROVADO</b>		
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.												
<b>GRUPO 39 - PLACA VOLAR TITÂNIO</b>												
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)			
38	ITEM 158 50834375	435670	158	Placas anatômicas para tratamento de fraturas, osteotomias e pseudoartrose do rádio distal via volar, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável. Inclui parafusos.	1) J S EQUIPAMENTOS	Liga ASTM F136 Ortosintese	10223710118	<b>INAPTO</b>	A MARCA NÃO APRESENTA PLACAS COM ÂNGULOS VARIÁVEIS COMO SOLCITADO NO TR.			
				DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								

39		435670	158	Placas anatômicas para tratamento de fraturas, osteotomias e pseudoartrose do rádio distal via volar, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável. Inclui parafusos.	2) BML MEDICAL	Liga ASTM F-67 GM Reis	10247700053	<b>APTO - APROVADO</b>	
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
			435670	158	Placas anatômicas para tratamento de fraturas, osteotomias e pseudoartrose do rádio distal via volar, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável. Inclui parafusos.	3) I11 COMÉRCIO			<b>INAPTO</b>
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
<b>GRUPO 40 - PLACA DE SUPORTE PELVICO PÉLVICO 3.5 MM AÇO</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
40	ITEM 159	469152	159	Placas mola desenvolvidas para o tratamento das fraturas na parede posterior do acetábulo. vários tamanhos.. Inclui parafusos.					<b>DESERTO</b>
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
<b>GRUPO 41 - PLACA DE SUPORTE DE SUPERFÍCIE QUADRILÁTERA 3.5 MM AÇO</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
41	ITEM 160	286977	160	Placas lâmina para o tratamento de fraturas da superfície quadrilátera do acetábulo, vários tamanhos. Inclui parafusos.					<b>DESERTO</b>
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
<b>GRUPO 42 - PLACAS PERIPROTÉTICAS PARA FEMUR PROXIMAL DIR E ESQ TITÂNIO</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
	G32	443777	161	Placas anatômicas para tratamento de fraturas periprotéticas do fêmur Direita de vários tamanhos, aplicação proximal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável, parafusos periprotéticos com cabo de cerclagem bloqueado na placa. Inclui parafusos.					A empresa apresenta proposta para item <b>divergente</b> do solicitado -
		443777	162	Placas anatômicas para tratamento de fraturas periprotéticas do fêmur Esquerda de vários tamanhos, aplicação proximal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável, parafusos periprotéticos com cabo de cerclagem bloqueado na placa. Inclui parafusos.	1) BRUMED	ORTOSINTESE	10223710112	<b>INAPTO</b>	solicita-se: Placas anatômicas para tratamento de fraturas periprotéticas do fêmur Direita  Material apresentado: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Formato: Anatômica , Modelo: Distal De Úmero

42	50829478	423203	163	Placas Periprotéticas trocantérica Direita. Inclui parafusos			10223710087			
		423201	164	Placas Periprotéticas trocantérica Esquerda. Inclui parafusos						
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
	443777	161	Placas anatômicas para tratamento de fraturas periprotéticas do fêmur Direita de vários tamanhos, aplicação proximal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável, parafusos periprotéticos com cabo de cerclagem bloqueado na placa. Inclui parafusos.	2) SAGA MEDICAL	Liga ASTM F136 GM Reis	10247700145	APTO - APROVADO			
	443777	162	Placas anatômicas para tratamento de fraturas periprotéticas do fêmur Esquerda de vários tamanhos, aplicação proximal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável, parafusos periprotéticos com cabo de cerclagem bloqueado na placa. Inclui parafusos.							
	423203	163	Placas Periprotéticas trocantérica Direita. Inclui parafusos							
423201	164	Placas Periprotéticas trocantérica Esquerda. Inclui parafusos								
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										

**GRUPO 43 - PLACA PEDIÁTRICA PARA EPIFISIODÉSE EM TITÂNIO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)	
43	ITEM 165	443309	165	Placas para epifisiódese para correção de deformidade em ossos de pacientes pediátrico através do crescimento guiado com 2 e 4 furos, inclui parafuso canulado 4,5mm tit.	1) BML HOSPITALAR	Liga Ti6AL4V Ortofix	10392060085	APTO - APROVADO		
				DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.						
	50834475	443309	165	Placas para epifisiódese para correção de deformidade em ossos de pacientes pediátrico através do crescimento guiado com 2 e 4 furos, inclui parafuso canulado 4,5mm tit.	2) J S EQUIPAMENTOS				INAPTO	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro
	DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
			443309	165	Placas para epifisiódese para correção de deformidade em ossos de pacientes pediátrico através do crescimento guiado com 2 e 4 furos, inclui parafuso canulado 4,5mm tit.	3) TECNOMED			INAPTO	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro
DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.										

**GRUPO 44 - Pinos de Schanz**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
44	ITEM 166 50834566	443508	166	Pinos de Schanz fabricados em aço inoxidável, com rosca recoberta com hidróxiapatita de 3,0 a 6,0mm	CVL	Liga astm F138 World Fix	80305080023	<b>APTO - APROVADO</b>	
<b>LOTE 45 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PRÓTESE DE REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA / NÃO CIMENTADA / HIBRIDA</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
	G33 50829544	428675	167	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL NÃO CIMENTADA MODULAR Tamanhos variados para uso.	1) BRUMED			<b>INAPTO</b>	A empresa apresentou proposta completamente divergente do solicitado - nenhum dos itens apresentados corresponde ao solicitado.
		428572	168	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA MODULAR. Tamanhos variados para uso.					
		425118	169	COMPONENTE ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL NÃO CIMENTADA. Tamanhos variados para uso.					
		425106	170	COMPONENTE ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA. Tamanhos variados para uso.					
		455356	171	COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO MULTIFUROS COM REVESTIMENTO EM METAL TRABECULAR. Tamanhos variados para uso.					
		455552	172	COMPONENTE ACETABULAR INSERTO PARA REVISÃO DE QUADRIL Tamanhos variados para uso.					
		455390	173	PARAFUSO ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.					
		455365	174	COMPONENTE CUNHA DE METAL TRABECULAR, INCLUINDO CUNHA DO TIPO BUTRES. Tamanhos variados para uso.					
		425038	175	CABEÇA FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.					
		455210	176	CABEÇA FEMORAL CERAMICA PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.					
		445847	177	ANEL DE REFORÇO ACETABULAR					
		445841	178	TELA DE REFORÇO ACETABULAR E FEMORAL					
		448654	179	KIT PLACA + CABOS DE DALL MILLES					
Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

428675	167	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL NÃO CIMENTADA MODULAR Tamanhos variados para uso.	2) TECNOMED	INAPTO	Não consta proposta no arquivo do pregoeiro
428572	168	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA MODULAR. Tamanhos variados para uso.			
425118	169	COMPONENTE ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL NÃO CIMENTADA. Tamanhos variados para uso.			
425106	170	COMPONENTE ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA. Tamanhos variados para uso.			
455356	171	COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO MULTIFUROS COM REVESTIMENTO EM METAL TRABECULAR. Tamanhos variados para uso.			
455552	172	COMPONENTE ACETABULAR INSERTO PARA REVISÃO DE QUADRIL Tamanhos variados para uso.			
455390	173	PARAFUSO ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.			
455365	174	COMPONENTE CUNHA DE METAL TRABECULAR, INCLUINDO CUNHA DO TIPO BUTRES. Tamanhos variados para uso.			
425038	175	CABEÇA FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.			
455210	176	CABEÇA FEMORAL CERAMICA PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.			
445847	177	ANEL DE REFORÇO ACETABULAR			
445841	178	TELA DE REFORÇO ACETABULAR E FEMORAL			
448654	179	KIT PLACA + CABOS DE DALL MILLES			

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

428675	167	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL NÃO CIMENTADA MODULAR Tamanhos variados para uso.	Liga ASTM F1472 Smith Nephew	80804050255
--------	-----	---	------------------------------	-------------

428572	168	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA MODULAR. Tamanhos variados para uso.	Liga ASTM F 799 Smith Nephew	80804050097
425118	169	COMPONENTE ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL NÃO CIMENTADA. Tamanhos variados para uso.	Liga ASTM F1472 Smith Nephew	80804050116
425106	170	COMPONENTE ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA. Tamanhos variados para uso.	Liga ASTM F67 Smith Nephew	80804050249
455356	171	COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO MULTIFUROS COM REVESTIMENTO EM METAL TRABECULAR. Tamanhos variados para uso.	Liga Ti-6Al-4V (ASTM F1472) Smith Nephew	80804050337
455552	172	COMPONENTE ACETABULAR INSERTO PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.	Liga (ASTM F1472) Smith Nephew	80804050116
455390	173	PARAFUSO ACETABULAR PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.	Liga Ti-6Al-4V (ASTM F1472) Smith Nephew	80804050337
455365	174	COMPONENTE CUNHA DE METAL TRABECULAR, INCLUINDO CUNHA DO TIPO BUTRES. Tamanhos variados para uso.	Liga Ti-6Al-4V (ISO 5832-3)/UHMWPE Smith Nephew	80804050254
425038	175	CABEÇA FEMORAL PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.	Liga ASTM F799 Smith Nephew	80804050085
455210	176	CABEÇA FEMORAL CERAMICA PARA REVISÃO DE QUADRIL. Tamanhos variados para uso.	Smith Nephew	80804050268
445847	177	ANEL DE REFORÇO ACETABULAR		
445841	178	TELA DE REFORÇO ACETABULAR E FEMORAL	Liga ASTM F67 Smith Nephew	80804050249
448654	179	KIT PLACA + CABOS DE DALL MILLES		

3) J. S. EQUIPAMENTOS

APTO - APROVADO

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

**LOTE 46 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
G34	434810	180	COMPONENTE TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados.		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940061		
		181	COMPONENTE FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados.		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940046		
	50829596	455371	182	INSERT TIBIAL RESTRITO PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-648 Vincula	10417940041	

434821	183	INSERTO DE PATELA PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados	1) BRUMED	Liga ASTM F-648 Vincula	10417940042	APTO - APROVADO
443910	184	CALÇO FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940046	
479579	185	CALÇO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
443802	186	HASTE DE EXTENSÃO FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
443802	187	HASTE DE EXTENSÃO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940061	
443369	188	PINO DE TRAVAMENTO PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
455365	189	CONE DE METAL TRABECULAR				

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

434810	180	COMPONENTE TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados.	2) 111 COMERCIO	Liga ASTM F-75 Vincula	10417940061	APTO - APROVADO
434806	181	COMPONENTE FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados.		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940046	
455371	182	INSERT TIBIAL RESTRITO PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-648 Vincula	10417940041	
434821	183	INSERTO DE PATELA PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-648 Vincula	10417940042	
443910	184	CALÇO FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940046	
479579	185	CALÇO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
443802	186	HASTE DE EXTENSÃO FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
443802	187	HASTE DE EXTENSÃO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-75 Vincula5	10417940061	
443369	188	PINO DE TRAVAMENTO PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
455365	189	CONE DE METAL TRABECULAR				

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

434810	180	COMPONENTE TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados.	3) BML MEDICAL	Liga ASTM F-75 Vincula	10417940061	APTO - APROVADO
434806	181	COMPONENTE FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados.		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940046	
455371	182	INSERT TIBIAL RESTRITO PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-648 Vincula	10417940041	
434821	183	INSERTO DE PATELA PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-648 Vincula	10417940042	
443910	184	CALÇO FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940046	
479579	185	CALÇO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados		Liga ASTM F-75 Vincula	10417940061	
443802	186	HASTE DE EXTENSÃO FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
443802	187	HASTE DE EXTENSÃO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
443369	188	PINO DE TRAVAMENTO PARA REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO. De tamanhos variados				
455365	189	CONE DE METAL TRABECULAR				

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

**LOTE 47 - Endoprótese não convencional para membros inferiores (Sistema Modular Não Convencional)**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
47	ITEM 190	455436	190 O Sistema Não Convencional Para Quadril composto por módulos de diversos tamanhos e formatos, fabricados em liga de titânio segundo a especificação, com o intuito de substituir articulações e parte ósseas, principalmente afetadas por tumores. O sistema é modular e os componentes apresentados numa variedade de tamanhos permitem que sejam montadas as configurações mais adequadas ao tratamento da fratura.	1) BRUMED	Liga ASTM F136 Impol	10108770086	APTO - APROVADO	

50834629 Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

**LOTE 48 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
50832890	G35	437789	191	HASTE UMERAL PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.	1) BRUMED	Arrow	80158100019	APTO - APROVADO	
		437791	192	GLENOSFERA REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		437806	193	POLI LINER UMERAL REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		437792	194	PLACA GLENOXE REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		443612	195	PARAFUSO DE TORQUE REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		437810	196	ADAPTADOR UMERAL REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		443613	197	PARAFUSO DE TRAVAMENTO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso					
		436672	198	PARAFUSO DE COMPRESSÃO LOCKING PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.									
48		437789	191	HASTE UMERAL PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.	2) J S EQUIPAMENTOS	Lima	80070180073	APTO - APROVADO	
		437791	192	GLENOSFERA REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		437806	193	POLI LINER UMERAL REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		437792	194	PLACA GLENOXE REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		443612	195	PARAFUSO DE TORQUE REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					
		437810	196	ADAPTADOR UMERAL REVERSO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.					

443613	197	PARAFUSO DE TRAVAMENTO PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso						
436672	198	PARAFUSO DE COMPRESSÃO LOCKING PARA PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. Tamanhos variados para uso.				80070180059		
Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.								

**LOTE 49 - ESPAÇADOR TEMPORARIO DE QUADRIL COM ANTIBIÓTICO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
49	ITEM 190	443351	199	<p>Projetado para substituir (por um tempo limitado) componentes protéticos em uma articulação infectada e auxiliar na sua cicatrização. Oferece também diversas vantagens relacionadas à qualidade de vida do paciente durante o tratamento da infecção e facilita a cirurgia de revisão, tanto no posicionamento da prótese definitiva como durante a reabilitação do paciente. Liberação eficiente de antibiótico no local. A estrutura metálica espaçadora (núcleo) garante resistência aos esforços mecânicos fisiológicos. A presença do Espaçador evita movimentos proximais (elevação) do fêmur superior com o consequente desvio do eixo do membro inferior causado pela retração da musculatura periarticular do quadril, facilitando assim a posterior cirurgia de revisão e reimplante. Recuperação precoce do paciente devido ao movimento correto e mobilização precoce. Todos os tamanhos disponíveis.</p>	1) J S EQUIPAMENTOS	Liga - ASTM F-451-76; 316L-AISI 3016L Oyster/Subiton	81361440027	<b>APTO - APROVADO</b>	
50834629 Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									

**LOTE 50 - ESPAÇADOR TEMPORARIO DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
------------	-----------------------	-------------	------	-------------	----------	----------------	-------------------	---------	---------------------------------------



443695	201	<p>ESPAÇADOR DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO ESQUERDO Os espaçadores são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente. Liberação eficaz do antibiótico "in loco". Mantém o espaço articular. Possibilita a movimentação articular com melhor condição de conforto para o paciente. Simplificação da via de acesso para a revisão, já que o tendão rotuliano se encontra sem as aderências resultantes da imobilização. Sistema muscular em ótimas condições por ter mantido seu funcionamento durante o período de uso do espaçador. Ligamentos colaterais preservados e funcionando. Melhor mobilidade comparado aos espaçadores feitos em salas cirúrgicas.</p>					
50832964	<p>Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.</p> <p>Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.</p>						

443695	200	<p>ESPAÇADOR DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO DIREITO</p> <p>Os espaçadores são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente. Liberação eficaz do antibiótico "in loco". Mantém o espaço articular. Possibilita a movimentação articular com melhor condição de conforto para o paciente. Simplificação da via de acesso para a revisão, já que o tendão rotuliano se encontra sem as aderências resultantes da imobilização. Sistema muscular em ótimas condições por ter mantido seu funcionamento durante o período de uso do espaçador. Ligamentos colaterais preservados e funcionando. Melhor mobilidade comparado aos espaçadores feitos em salas cirúrgicas.</p>	2) BRUMED	Liga ASTM F-451-76 Oyster/Subiton	81361440028	APTO - APROVADO	
--------	-----	---	-----------	-----------------------------------	-------------	-----------------	--

443695	201	<p>ESPAÇADOR DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO ESQUERDO Os espaçadores são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente. Liberação eficaz do antibiótico "in loco". Mantém o espaço articular. Possibilita a movimentação articular com melhor condição de conforto para o paciente. Simplificação da via de acesso para a revisão, já que o tendão rotuliano se encontra sem as aderências resultantes da imobilização. Sistema muscular em ótimas condições por ter mantido seu funcionamento durante o período de uso do espaçador. Ligamentos colaterais preservados e funcionando. Melhor mobilidade comparado aos espaçadores feitos em salas cirúrgicas.</p>					
<p>Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.</p>							
<p>Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.</p>							

443695	200	<p>ESPAÇADOR DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO DIREITO</p> <p>Os espaçadores são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente. Liberação eficaz do antibiótico "in loco". Mantém o espaço articular. Possibilita a movimentação articular com melhor condição de conforto para o paciente. Simplificação da via de acesso para a revisão, já que o tendão rotuliano se encontra sem as aderências resultantes da imobilização. Sistema muscular em ótimas condições por ter mantido seu funcionamento durante o período de uso do espaçador. Ligamentos colaterais preservados e funcionando. Melhor mobilidade comparado aos espaçadores feitos em salas cirúrgicas.</p>	3) J S EQUIPAMENTOS	Liga ASTM F-451-76 Oyster/Subiton	81361440028	APTO - APROVADO	
--------	-----	---	---------------------	-----------------------------------	-------------	-----------------	--

		443695	201	<p>ESPAÇADOR DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO ESQUERDO Os espaçadores são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente. Liberação eficaz do antibiótico "in loco". Mantém o espaço articular. Possibilita a movimentação articular com melhor condição de conforto para o paciente. Simplificação da via de acesso para a revisão, já que o tendão rotuliano se encontra sem as aderências resultantes da imobilização. Sistema muscular em ótimas condições por ter mantido seu funcionamento durante o período de uso do espaçador. Ligamentos colaterais preservados e funcionando. Melhor mobilidade comparado aos espaçadores feitos em salas cirúrgicas.</p>					
--	--	--------	-----	---	--	--	--	--	--

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.

**LOTE 51 - KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
			<p>KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE: Anel furação simples de 100mm a 300mm, Anel furação dupla de 100mm a 300mm, Anel 1/3 de 140 a 260mm, Anel 2/3 140 mm a 260mm, Arco para pé curto 160mm a 180mm, Anel para pé longo 120mm a 220mm, hastes telescópicas (mini, curto, médio, longo extra longo) Clips de numeração(1,2,3,4,5,6) Anel radiotransparente furação simples de 100 a 300mm, Anel radiotransparente furação dupla de 100mm a 300mm, Anel radiotransparente 2/3, Anel radiotransparente</p>					

ITEM 202	420902	202	<p>1/3, Adaptador Strut, Arco para pé radiotransparente longo de 120mm a 220mm, Arco radiotransparente para pé curto de 160mm a 180mm. Pino de Schanz 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm. parafuso especial m6,suporte angular para pino,suporte 1 pino,suporte 2 pinos,suporte 3 pinos,suporte 4 pinos, luva 6 mm,luva 5 mm,luva 4 mm,parafuso ø4 x 4 mm sem cabeça, suporte para fixação rápida - 1 pino,suporte para fixação rápida - 2 pinos,suporte para fixação rápida - 3 pinos,suporte para fixação rápida - 4 pinos,porca especial para pino 6 mm,porca especial para pino 5 mm,porca especial para pino 4 mm,1/2 anel radiotransparente 120 mm a 220mm, parafuso sextavado com flange m6 x 12,parafuso sextavado com flange m6 x 16,parafuso sextavado com flange m6 x 20,parafuso sextavado com flange m6 x 25, parafuso sextavado com flange m6 x 30, parafuso sextavado com flange m6 x 40,parafuso fixa fio - m6 x 20,porca sextavada com flange m6, porca sextavada m6 auto travante,porca sextavada m6,parafuso especial m6- 10 mm,parafuso especial m6 -8 mm,trava de segurança – direita,trava de segurança - esquerda,cap silicone para pinos ø6,cap silicone para pinos ø5,cap silicone para pinos ø4,parafuso allen sem cabeça m6 inox,conexão para 1/2 anel fiducial,indicador de sentido de giro, adaptador strut- to-ring.</p>	1) 111 COMERCIO	BFIX INTERNATIONAL	82117660022	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU SOFTWARE ADEQUADO COMO SOLICITADO NO ITEM, ONDE CONSTA OBSERVAÇÃO QUE DEVERÁ EM CONJUNTO COM SOFTWARE OPERADO PELO TÉCNICO ACESSÍVEL PELA WEB, POSSIBILITA A CORREÇÃO DE DEFORMIDADES ÓSSEAS COMPLEXAS DE FORMA MAIS SIMPLES E PRECISA. É INDICADO PARA PACIENTES COM DEFORMIDADES SEVERAS.</p>
50834887	<p>Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.</p>							
<p>Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes.</p>								
<p>Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens. O fixador Hexapode é constituído por um sistema de fixação externa do tipo circular que, em conjunto com software operado pelo técnico acessível pela web, possibilita a correção de deformidades ósseas complexas de forma mais simples e precisa. É indicado para pacientes com deformidades severas.</p>								
			<p>KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE: Anel furação simples de 100mm a 300mm, Anel furação dupla de 100mm</p>					

420902	202	<p>a 300mm, Anel 1/3 de 140 a 260mm, Anel 2/3 140 mm a 260mm, Arco para pé curto 160mm a 180mm, Anel para pé longo 120mm a 220mm, hastes telescópicas (mini, curto, médio, longo extra longo) Clips de numeração(1,2,3,4,5,6) Anel radiotransparente furação simples de 100 a 300mm, Anel radiotransparente furação dupla de 100mm a 300mm, Anel radiotransparente 2/3, Anel radiotransparente 1/3, Adaptador Strut, Arco para pé radiotransparente longo de 120mm a 220mm, Arco radiotransparente para pé curto de 160mm a 180mm. Pino de Schanz 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm. parafuso especial m6,suporte angular para pino, suporte 1 pino, suporte 2 pinos, suporte 3 pinos, suporte 4 pinos, luva 6 mm, luva 5 mm, luva 4 mm, parafuso ø4 x 4 mm sem cabeça, suporte para fixação rápida - 1 pino, suporte para fixação rápida - 2 pinos, suporte para fixação rápida - 3 pinos, suporte para fixação rápida - 4 pinos, porca especial para pino 6 mm, porca especial para pino 5 mm, porca especial para pino 4 mm, 1/2 anel radiotransparente 120 mm a 220mm, parafuso sextavado com flange m6 x 12,parafuso sextavado com flange m6 x 16,parafuso sextavado com flange m6 x 20,parafuso sextavado com flange m6 x 25, parafuso sextavado com flange m6 x 30, parafuso sextavado com flange m6 x 40,parafuso fixa fio - m6 x 20,porca sextavada com flange m6, porca sextavada m6 auto travante, porca sextavada m6,parafuso especial m6- 10 mm, parafuso especial m6 -8 mm, trava de segurança - direita,trava de segurança - esquerda, cap silicone para pinos ø6,cap silicone para pinos ø5,cap silicone para pinos ø4,parafuso allen sem cabeça m6 inox, conexão para 1/2 anel fiducial, indicador de sentido de giro, adaptador strut- to-ring.</p>	2) J S EQUIPAMENTOS	Liga ASTM F 899 Orthofix	10392060071	APTO - APROVADO
Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.						

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes.

Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens. O fixador Hexapode é constituído por um sistema de fixação externa do tipo circular que, em conjunto com software operado pelo técnico acessível pela web, possibilita a correção de deformidades ósseas complexas de forma mais simples e precisa. É indicado para pacientes com deformidades severas.

420902	202	KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE: Anel furação simples de 100mm a 300mm, Anel furação dupla de 100mm a 300mm, Anel 1/3 de 140 a 260mm, Anel 2/3 140 mm a 260mm, Arco para pé curto 160mm a 180mm, Anel para pé longo 120mm a 220mm, hastes telescópicas (mini, curto, médio, longo extra longo) Clips de numeração(1,2,3,4,5,6) Anel radiotransparente furação simples de 100 a 300mm, Anel radiotransparente furação dupla de 100mm a 300mm, Anel radiotransparente 2/3, Anel radiotransparente 1/3, Adaptador Strut, Arco para pé radiotransparente longo de 120mm a 220mm, Arco radiotransparente para pé curto de 160mm a 180mm. Pino de Schanz 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm. parafuso especial m6,suporte angular para pino, suporte 1 pino,suporte 2 pinos, suporte 3 pinos,suporte 4 pinos, luva 6 mm, luva 5 mm, luva 4 mm, parafuso ø4 x 4 mm sem cabeça, suporte para fixação rápida - 1 pino, suporte para fixação rápida - 2 pinos, suporte para fixação rápida - 3 pinos, suporte para fixação rápida - 4 pinos, porca especial para pino 6 mm, porca especial para pino 5 mm, porca especial para pino 4 mm, 1/2 anel radiotransparente 120 mm a 220mm, parafuso sextavado com flange m6 x 12,parafuso sextavado com flange m6 x 16,parafuso sextavado com flange m6 x 20,parafuso sextavado com flange m6 x 25, parafuso sextavado com flange m6 x 30, parafuso sextavado com flange m6 x 40,parafuso fixa fio - m6 x 20,porca sextavada com flange m6, porca sextavada m6 auto travante, porca	3) BRUMED	SARTORI	INAPTO	Em pesquisa no site da marca apresentada, verifica-se que a mesma não produz a tecnologia solicitada <b>- KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE</b>
--------	-----	---	-----------	---------	--------	---

sextavada m6,parafuso especial m6- 10 mm, parafuso especial m6 -8 mm,trava de segurança - direita, trava de segurança - esquerda, cap silicone para pinos ø6,cap silicone para pinos ø5,cap silicone para pinos ø4, parafuso allen sem cabeça m6 inox, conexão para 1/2 anel fiducial, indicador de sentido de giro, adaptador strut- to-ring.

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

Justifica-se que os itens do lote devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT DE INSTRUMENTAL (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) ser compatível com os implantes.

Caso seja necessário para termos uma melhor Análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens. O fixador Hexapode é constituído por um sistema de fixação externa do tipo circular que, em conjunto com software operado pelo técnico acessível pela web, possibilita a correção de deformidades ósseas complexas de forma mais simples e precisa. É indicado para pacientes com deformidades severas.

**LOTE 52 - ENXERTO OSSEO LIOFILISADO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
52	ITEM 203	203	ENXERTO ÓSSEO LIOFILIZADO BOVINO 0,50g a 1g	1) CRITÉRIA	Critéria	81666770000	<b>APTO - APROVADO</b>	
	50834954	203	ENXERTO ÓSSEO LIOFILIZADO BOVINO 0,50g a 1g	2) MEDICAL LINE	Critéria	81666770000	<b>APTO - APROVADO</b>	
		203	ENXERTO ÓSSEO LIOFILIZADO BOVINO 0,50g a 1g	3) MAQUIRA	Critéria	80522420001	<b>APTO - APROVADO</b>	

**LOTE 53 - ENXERTO DE BIOVIDRO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
G37	459808	204	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO2, 24,5% CaO, 24,5% Na2O e 6% P2O5. Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 1g, Pó (Granulometria ≤ 150 µM)	1)BRUMED	Sintegra	80739420032	<b>APTO - APROVADO</b>	
	459808	205	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO2, 24,5% CaO, 24,5% Na2O e 6% P2O5. Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 3g. Pó (Granulometria ≤ 150 µM)					

50833035	459808	206	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 5g. Pó (Granulometria ≤ 150 μM)				
Obs: É um produto implantável, que é absorvido e metabolizado pelo organismo formando novo tecido ósseo. O produto foi desenvolvido para ser utilizado como substituto ósseo, quando houver necessidade de preenchimento ou reconstrução óssea. Possui elevada bioatividade, 100% sintético, derivado de vidro bioativo.							
459808	204	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 1g, Pó (Granulometria ≤ 150 μM)					
459808	205	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 3g. Pó (Granulometria ≤ 150 μM)	2) TOTAL IMPLANTES	Sintegra	80739420032	<b>APTO - APROVADO</b>	
459808	206	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 5g. Pó (Granulometria ≤ 150 μM)					

459808	204	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 1g. Pó (Granulometria ≤ 150 μM)						
459808	205	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 3g. Pó (Granulometria ≤ 150 μM)	3) ARTE IMPLANTES	AKTIBONE	81666770001	<b>APTO - APROVADO</b>		
459808	206	BIOVIDRO - O biovidro tem a seguinte composição em peso: 45% SiO <sub>2</sub> , 24,5% CaO, 24,5% Na <sub>2</sub> O e 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Ele é composto de minerais que ocorrem naturalmente no corpo e as proporções moleculares dos óxidos de cálcio e de fósforo são semelhantes aos dos ossos (XYNOS et al., 2000). Em frascos com: 5g. Pó (Granulometria ≤ 150 μM)						

**LOTE 54 - ALMOFADA COXIM ABDUTOR DE PERNA E QUADRIL**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
ITEM 207		482161	207	A Almofada Coxim para Abdução é indicada para pós-operatório de Artroplastia de quadril e outras afecções onde os membros inferiores devem permanecer na posição de abdução. Espuma de poliuretano de fácil aplicação, se moldando a perna do paciente de forma confortável. Regulagem acima do joelho: até 65cm CARACTERÍSTICAS: Espuma 100% Poliuretano (32 x 15,5 cm) - Azul e regulagem em velcro.	1) STAR COMÉRCIO	AQUASONUS	81759100007	<b>APTO - APROVADO</b>	

50835057	482161	207	A Almofada Coxim para Abdução é indicada para pós-operatório de Artroplastia de quadril e outras afecções onde os membros inferiores devem permanecer na posição de abdução. Espuma de poliuretano de fácil aplicação, se moldando a perna do paciente de forma confortável. Regulagem acima do joelho: até 65cm CARACTERÍSTICAS: Espuma 100% Poliuretano (32 x 15,5 cm) - Azul e regulagem em velcro.	2) CVL	SALVAPE PRODUTOS	81218560030	APTO - APROVADO	
----------	--------	-----	--	--------	------------------	-------------	-----------------	--

**LOTE 55 - ASPIRADOR DESCARTAVEL COM FILTRO**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
55	ITEM 208	406294	208	Aspirador cirúrgico descartavel com filtro é indicado para aspiração e sucção cirúrgica de todos os procedimentos cirúrgicos que gerem fluídos e fragmentos ósseos, grumos, gorduras e restos em geral, durante o procedimento cirúrgico.	1) CVL	Via Medical	81841280003	APTO - APROVADO
		406294	208	Aspirador cirúrgico descartavel com filtro é indicado para aspiração e sucção cirúrgica de todos os procedimentos cirúrgicos que gerem fluídos e fragmentos ósseos, grumos, gorduras e restos em geral, durante o procedimento cirúrgico.	2) MEDICAL LINE	Nexxmed	80743230041	APTO - APROVADO
		406294	208	Aspirador cirúrgico descartavel com filtro é indicado para aspiração e sucção cirúrgica de todos os procedimentos cirúrgicos que gerem fluídos e fragmentos ósseos, grumos, gorduras e restos em geral, durante o procedimento cirúrgico.	3) BML MEDICAL	Via Medical	81841280003	APTO - APROVADO

**LOTE 56 - CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM DESCRITIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
56	G38	607214	209	Campo cirúrgico incisional antimicrobiano ioban/opsite area total tam: 10cm x 25cm aproximadamente.	1) CVL	DBI Medical	80722800009	APTO - APROVADO
		607217	210	Campo cirúrgico incisional antimicrobiano ioban/opsite area total tam: 30cm x 45cm aproximadamente.				
		607219	211	Campo cirúrgico incisional antimicrobiano ioban/opsite area total tam: 40cm x 60cm aproximadamente.				

		607214	209	Campo cirúrgico incisional antimicrobiano ioban/opsite area total tam: 10cm x 25cm aproximadamente.					
		607217	210	Campo cirúrgico incisional antimicrobiano ioban/opsite area total tam: 30cm x 45cm aproximadamente.	2) MEDICAL LINE	DBI Medical	80722800009	APTO - APROVADO	
		607219	211	Campo cirúrgico incisional antimicrobiano ioban/opsite area total tam: 40cm x 60cm aproximadamente.					

**LOTE 57 - KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
	G39	604915	212	Avental descartável estéril Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m². Atóxico. Manga longa, Punho em malha. Cor: azul. Repelente a todos os líquidos, exceto solventes. Dobra cirúrgica, Esterilizado por óxido de etileno. Possui tiras internas e externas para fechamento por transpasse, cartão de transferência e toalha de mão absorvente. Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica.		Winner	80201960184		
	50833406			Kit Cirúrgico Universal Estéril Uso: Universal – 4 campos embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico e filme hospitalar e selados termicamente SMS 40 g/m². 01 Campo Cirúrgico Superior 01 unidade Posição do campo acima da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la medindo 240 cm x 160 cm (aproximadamente). 01 Cobertura de Mesa de Instrumentos 01 unidade Posição no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda) em polipropileno laminado plástico 40 g/m² medindo 120 cm x 200 cm (aproximadamente). 01 Campo Cirúrgico Inferior 01 unidade Posição do campo abaixo da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido dos pés do paciente medindo 180 cm x 160 cm (aproximadamente).	1) WINNER			APTO - APROVADO	
		607183	213			Winner	80201960060		

		01 Campos Cirúrgicos Lateral 2 unidades Posição do campo lateralmente á área de incisão e fixar com a fita adesiva medindo 100 cm x 120 cm (aproximadamente).				
604915	212	Avental descartável estéril Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m². Atóxico. Manga longa, Punho em malha. Cor: azul. Repelente a todos os líquidos, exceto solventes. Dobra cirúrgica, Esterilizado por óxido de etileno. Possui tiras internas e externas para fechamento por transpasse, cartão de transferência e toalha de mão absorvente. Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica.	2) MEDIMAC	Confortell	80451210012	O REGISTRO ANVISA NÃO É APRESENTADO FOLDER COM CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL  EM BUSCA NO SITE DA EMPRESA NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS APRESENTADOS GRAMATURA NÃO APRESENTADA
607183	213	Kit Cirúrgico Universal Estéril Uso: Universal – 4 campos embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico e filme hospitalar e selados termicamente SMS 40 g/m². 01 Campo Cirúrgico Superior 01 unidade Posição do campo acima da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la medindo 240 cm x 160 cm (aproximadamente). 01 Cobertura de Mesa de Instrumentos 01 unidade Posição no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda) em polipropileno laminado plástico 40 g/m² medindo 120 cm x 200 cm (aproximadamente). 01 Campo Cirúrgico Inferior 01 unidade Posição do campo abaixo da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido dos pés do paciente medindo 180 cm x 160 cm (aproximadamente). 01 Campos Cirúrgicos Lateral 2 unidades Posição do campo lateralmente á área de incisão e fixar com a fita adesiva medindo 100 cm x 120 cm (aproximadamente).	2) MEDIMAC	Confortell	80451210011	TENDO EM VISTA SE TRATAR DE AQUISIÇÃO EM GRUPO, EM FUNÇÃO DA REPROVAÇÃO DO PRIMEIRO ITEM, O GRUPO PASSA A SER DESCONSIDERADO

		604915	212	Avental descartável estéril Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m². Atóxico. Manga longa, Punho em malha. Cor: azul. Repelente a todos os líquidos, exceto solventes. Dobra cirúrgica, Esterilizado por óxido de etileno. Possui tiras internas e externas para fechamento por transpasse, cartão de transferência e toalha de mão absorvente. Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica.		Mileski	80599770013		
		607183	213	Kit Cirúrgico Universal Estéril Uso: Universal – 4 campos embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico e filme hospitalar e selados termicamente SMS 40 g/m². 01 Campo Cirúrgico Superior 01 unidade Posição do campo acima da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la medindo 240 cm x 160 cm (aproximadamente). 01 Cobertura de Mesa de Instrumentos 01 unidade Posição no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda) em polipropileno laminado plástico 40 g/m² medindo 120 cm x 200 cm (aproximadamente). 01 Campo Cirúrgico Inferior 01 unidade Posição do campo abaixo da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido dos pés do paciente medindo 180 cm x 160 cm (aproximadamente). 01 Campos Cirúrgicos Lateral 2 unidades Posição do campo lateralmente á área de incisão e fixar com a fita adesiva medindo 100 cm x 120 cm (aproximadamente).	3) ARTE IMPLANTES	Mileski	80599870005	APTO - APROVADO	
<b>LOTE 58 - SISTEMA DE LAVAGEM</b>									
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)

58	ITEM 214	464182	214	Sistema de lavagem por pulso para cirurgia ortopédica. Descartável, alimentado por pilhas e proporciona um desbridamento eficaz da ferida após procedimentos ortopédicos em traumas e artroplastias articulares	1) CVL	Orto Medical	80769979003	<b>APTO - APROVADO</b>	
	50838891	464182	214	Sistema de lavagem por pulso para cirurgia ortopédica. Descartável, alimentado por pilhas e proporciona um desbridamento eficaz da ferida após procedimentos ortopédicos em traumas e artroplastias articulares	2) I11 COMÉRCIO	Orto Medical	80769979003	<b>APTO - APROVADO</b>	

**LOTE 59 - PARAFUSO DE INTERFERENCIA BIOABSORVÍVEL**

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
ITEM 215	440348	215		O dispositivo consiste em ser um parafuso de interferência com fixação absorvível fabricado em poliéster, ácido L – poliláctico. O mesmo é utilizado para fornecer uma fixação de interferência na reconstrução do ligamento cruzado anterior e posterior, utilizado enxertos osso-tendão-osso e para fixação femoral e/ou tibial na reconstrução do ligamento cruzado anterior utilizando um enxerto de tecido mole. A implantação do parafuso de interferência é conseguida através da realização de uma artroscopia ou artrotomia. Fornecido em embalagem individual e estéril. Todos os tamanhos, disponíveis.	1) I11 COMÉRCIO	EUROSCREW	80686360193	<b>APTO - APROVADO</b>	
50835369	Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								

440348	215	O dispositivo consiste em ser um parafuso de interferência com fixação absorvível fabricado em poliéster, ácido L – poliláctico. O mesmo é utilizado para fornecer uma fixação de interferência na reconstrução do ligamento cruzado anterior e posterior, utilizado enxertos ossotendão-osso e para fixação femoral e/ou tibial na reconstrução do ligamento cruzado anterior utilizando um enxerto de tecido mole. A implantação do parafuso de interferência é conseguida através da realização de uma artroscopia ou artrotomia. Fornecido em embalagem individual e estéril. Todos os tamanhos, disponíveis.	2) CVL	Movitek /Importek Reg.	81207910019	<b>APTO - APROVADO</b>	
--------	-----	---	--------	------------------------	-------------	------------------------	--

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

440348	215	O dispositivo consiste em ser um parafuso de interferência com fixação absorvível fabricado em poliéster, ácido L – poliláctico. O mesmo é utilizado para fornecer uma fixação de interferência na reconstrução do ligamento cruzado anterior e posterior, utilizado enxertos ossotendão-osso e para fixação femoral e/ou tibial na reconstrução do ligamento cruzado anterior utilizando um enxerto de tecido mole. A implantação do parafuso de interferência é conseguida através da realização de uma artroscopia ou artrotomia. Fornecido em embalagem individual e estéril. Todos os tamanhos, disponíveis.	3) J S EQUIPAMENTOS	Smith Nephew	80804050173	<b>APTO - APROVADO</b>	
--------	-----	---	---------------------	--------------	-------------	------------------------	--

Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.

#### LOTE 60 - PLACA PARA OSTEOTOMIA VALGIZANTE AÇO

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
60	ITEM 216	443384	216	Placa para osteotomia de baixo perfil 110°, 100° VARIZANTE E 120°, 130°, 140° VALGIZANTE PARA FEMUR PROXIMAL	1) BRUMED	Hexagon	10209780025	<b>APTO - APROVADO</b>	
	50835568	Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.							

#### LOTE 61 - FIXADOR ILIZAROV INFANTIL

GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)
------------	-----------------------	-------------	------	-------------	----------	----------------	-------------------	---------	---------------------------------------

61	ITEM 217	420896	217	Fixador externo circular e semi-circular ilizarov infantil com anéis de fibra de carbono e pinos de shanztz revestidos com hidroxapatita de tam 4.0mm a 6.0mm	1) I11 COMÉRCIO	Minas Med	80195660007	<b>INAPTO</b>	Proposta apresenta registro Anvisa - material com <b>fabricação em Alumínio</b> - Grupo solicita que item seja fabricado em fibra de carbono.			
				Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
				50835912	420896	217	Fixador externo circular e semi-circular ilizarov infantil com anéis de fibra de carbono e pinos de shanztz revestidos com hidroxapatita de tam 4.0mm a 6.0mm	2) J S EQUIPAMENTOS	Liga Aço Inoxidável - ASTM A276 Word Fix	80305080016	<b>INAPTO</b>	Proposta apresenta registro Anvisa - material com <b>fabricação em Aço</b> - Grupo solicita que item seja fabricado em fibra de carbono.
							Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.					
50835912	420896	217	Fixador externo circular e semi-circular ilizarov infantil com anéis de fibra de carbono e pinos de shanztz revestidos com hidroxapatita de tam 4.0mm a 6.0mm	3) BRUMED	Sartori	80083650033	<b>APTO - APROVADO</b>	<a href="https://sartori.ind.br/perfil-produto/sistema-de-fixacao-externo-ilarov/47">https://sartori.ind.br/perfil-produto/sistema-de-fixacao-externo-ilarov/47</a>				
			Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.									
<b>LOTE 62 - CAGE EXPANSIVO TORÁCICO E LOMBAR</b>												
GRUPO/LOTE	ORDEM DE GRUPOS SUPEL	CÓD. CATMAT	ITEM	DESCRIPTIVO	PROPOSTA	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (em caso de Reprovação)			
62	ITEM 218	442065	218	O Cage Expansivo Torácico e Lombar é um Dispositivo de Fusão Intersomática de perfil cilíndrico, dotado de orifícios redondos, para permitir a adequada colocação do enxerto ósseo, acompanhamento do crescimento e fusão óssea, através de controle radiográfico ou ressonância magnética. Todos os tamanhos.	1) BML MEDICAL	Liga Ti-6Al-4V OTP Biomédica	80078590011	<b>APTO - APROVADO</b>				
				Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.								
				50836065	442065	218	O Cage Expansivo Torácico e Lombar é um Dispositivo de Fusão Intersomática de perfil cilíndrico, dotado de orifícios redondos, para permitir a adequada colocação do enxerto ósseo, acompanhamento do crescimento e fusão óssea, através de controle radiográfico ou ressonância magnética. Todos os tamanhos.	2) MEDICAL LINE	Liga Ti-6Al-4V Neoortho	80546720009	<b>APTO - APROVADO</b>	REALIZADA DILIGÊNCIA CONFORME Adendo Atualização de Anvisa Medical Line (0052312038)
							Obs: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO, 01 CAIXA DE INSTRUMENTAL COMPATÍVEL COM O MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO ITENS.					

Em síntese, a análise técnica não apenas identificou as condições atuais de habilitação das empresas envolvidas, mas também destacou a importância da conformidade regulatória e da ética nos negócios como pilares fundamentais para a qualidade e eficiência no fornecimento de OPME ortopédicos.

Portaria de **COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE INSUMOS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS**, bem como, **Análise Documental Administrativa e Impulsionamento** do procedimento Licitatório em tela, **Processo 0036.016229/2023-53. Portaria 5762 (0052100986)**.

Elaboração / Padronização:

**SILVANA NASCIMENTO GIOBOM**  
Técnico - SESAUCGPMNL

Revisão:

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9

**ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA**  
Gerente do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades  
SESAU-CGPMNPL

**ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO**  
Agente de Contratações  
CGPM/SESAU-RO

**WELLINGTON MAGALHAES DE MORAIS**  
Diretor Técnico  
**Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro**

**EDUARDO RODRIGO NUNES DITZEL**  
Coordenador Médico da Seção de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME  
**Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro**

**DIEGO ESCOBAR**  
Médico Responsável Técnico  
SESAU-CGPMNPL

**JEFERSON FREITAS LOPES**  
Coordenador  
SESAU-CGPM



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Rodrigo Nunes Ditzel, Médico(a)**, em 05/09/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katiane Guedes Moreira Brandao, Diretor(a)**, em 05/09/2024, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 05/09/2024, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Gerente**, em 05/09/2024, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/09/2024, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVANA NASCIMENTO GIOBOM, Técnico**, em 05/09/2024, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052565991** e o código CRC **37D7BCDD**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

## ATA

### Ata da Reunião de Análise Técnica

**Data:** 27 de Agosto ao dia 05 de Setembro de 2024

**Horário:**

**Local:** CGPM/SESAU-RO

**Assunto:** Análise Técnica Processo Licitatório **0036.016229/2023-53**

**Objetivo:** Realizar análise técnica lotes.

#### Participantes:

##### Servidores Técnicos da Unidade CGPM/SESAU-RO:

ALYSSON CARVALHO

ESTÉFANE SAMANTA

SILVANA GIOBOM

**Responsável Técnico pela Unidade de Saúde HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO - HB:**

WELLINGTON MAGALHAES DE MORAIS - **Diretor Técnico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro**

EDUARDO RODRIGO NUNES DITZEL - **Coordenador Médico da Seção de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME**

Conforme **Portaria 5762 (0052100986) COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE INSUMOS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS**, bem como, **Análise Documental Administrativa e Impulsionamento** do procedimento Licitatório **0036.016229/2023-53**.

#### Descrição da Reunião:

A reunião foi iniciada no dia 27 de agosto com a presença de todos os participantes de acordo com o Despacho 0052171312, no qual houve alinhamento para agilizar o processo em tela. Os servidores técnicos Alysson Carvalho, Estéfane Samanta e Silvana Giobom, apresentaram os **Objetos** destacados no Análise 22 Técnica - Proposta (marcas e modelos) OPME (0051131194), conforme as informações apresentadas no Despacho SUPEL- NP 0050836172, sendo as proposta das empresas a serem

avaliadas as seguintes:

**1. LOTE 01**

PROPOSTA LOTE 1 (0050752234)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) ELITE ORTOPEDIA LTDA, CNPJ: 20.974.766/0001-84

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**2. LOTE 02**

PROPOSTA LOTE 2 (0050752916)

1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

3º) ELITE ORTOPEDIA LTDA, CNPJ: 20.974.766/0001-84

**3. LOTE 03**

PROPOSTA LOTE 3 (0050753082)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**4. LOTE 04**

PROPOSTA LOTE 4 (0050753436)

1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

**5. LOTE 05 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 5 (0050753591)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

3º) RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ: 06.043.786/0001-00

**6. LOTE 06 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 6 (0050753709)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

3º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

**7. LOTE 07**

PROPOSTA LOTE 7 (0050753851)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ:

36.257.530/0001-67

2º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**8. LOTE 08 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 8 (0050753964)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ:

36.257.530/0001-67

2º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**9. LOTE 09**

PROPOSTA LOTE 9 (0050754261)

1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**10. LOTE 10**

PROPOSTA LOTE 10 (0050754497)

1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**11. LOTE 11 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 11 (0050820357)

1º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**12. LOTE 12**

PROPOSTA LOTE 12 (0050820528)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

3º) RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 38.714.672/0001-31

**13. LOTE 13 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A. E TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 13 (0050820633)

1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

2º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**14. LOTE 14**

PROPOSTA LOTE 14 (0050754826)

1º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**15. LOTE 15**

PROPOSTA LOTE 15 (0050820869)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

**16. LOTE 16 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 16 (0050820943)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 3º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

**17. LOTE 17**

PROPOSTA LOTE 17 (0050821004)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**18. LOTE 19 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

- 1º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

**19. LOTE 21**

PROPOSTA LOTE 21 (0050821115)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**20. LOTE 22**

PROPOSTA LOTE 22 (0050821167)

- 1º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69
- 2º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**21. LOTE 23**

PROPOSTA LOTE 23 (0050829063)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ: 32.258.056/0001-37
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**22. LOTE 24**

PROPOSTA LOTE 24 (0050829113)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93
- 3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**23. LOTE 25**

PROPOSTA LOTE 25 (0050829154)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**24. LOTE 26**

PROPOSTA LOTE 26 (0050829186)

- 1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**25. LOTE 27**

PROPOSTA LOTE 27 (0050829231)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

**26. LOTE 28 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA HEXAGON, ARTE E TECNOMED)**

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**27. LOTE 29 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 29 (0050829312)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**28. LOTE 30**

PROPOSTA LOTE 30 (0050829373)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**29. LOTE 31 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 31 (0050829438)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**30. LOTE 32**

PROPOSTA LOTE 32 (0050829478)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

**31. LOTE 33 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 33 (0050829544)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**32. LOTE 34 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11)**

PROPOSTA LOTE 34 (0050829596)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**33. LOTE 35 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 35 (0050832890)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**34. LOTE 36**

PROPOSTA LOTE 36 (0050832964)

1º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**35. LOTE 37 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11)**

PROPOSTA LOTE 37 (0050833035)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) KINCHESKI IMP, EXP E COM DE IMPLANTES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**36. LOTE 38 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 38 (0050833120)

1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

**37. LOTE 39**

PROPOSTA LOTE 39 (0050833406)

- 1º) WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 05.421.585/0001-37  
2º) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 03.596.923/0001-46  
3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**38. ITEM 69 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 69 (0050833545)

- 1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**39. ITEM 116**

PROPOSTA ITEM 116 (0050833614)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**40. ITEM 127 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA MEDICAL)**

PROPOSTA ITEM 127 (0050833715)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

**41. ITEM 131**

PROPOSTA ITEM 131 (0050833799)

- 1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**42. ITEM 146 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA ALLIANCE E MEDICAL)**

PROPOSTA ITEM 146 (0050833996)

- 1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93  
2º) ALLIANCE HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA, CNPJ: 36.967.328/0001-29  
3º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

**43. ITEM 157 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11)**

PROPOSTA ITEM 157 (0050834083)

- 1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93  
2º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10  
3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

**44. ITEM 158 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 158 (0050834375)

- 1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93  
2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37  
3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**45. ITEM 160 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11 E TECNOMED)**

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**46. ITEM 165 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 165 (0050834475)

1º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37  
2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93  
3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**47. ITEM 166 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11 E J.A.)**

PROPOSTA ITEM 166 (0050834566)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80  
3º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

**48. ITEM 190 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 190 (0050834629)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**49. ITEM 199 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 199 (0050834765)

1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93  
2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**50. ITEM 202**

PROPOSTA ITEM 202 (0050834887)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93  
3º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

**51. ITEM 203**

PROPOSTA ITEM 203 (0050834954)

1º) CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 08.444.319/0001-18  
2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69  
3º) MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ: 05.823.205/0001-90

**52. ITEM 207**

PROPOSTA ITEM 207 (0050835057)

1º) STAR COMERCIO LTDA, CNPJ: 05.252.941/0001-36

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**53. ITEM 208**

PROPOSTA ITEM 208 (0050835133)

1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**54. ITEM 214**

PROPOSTA ITEM 214 (0050838891)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**55. ITEM 215 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J S EQUIPAMENTOS)**

PROPOSTA ITEM 215 (0050835369)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**56. ITEM 216**

PROPOSTA ITEM 216 (0050835568)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

**57. ITEM 217**

PROPOSTA ITEM 217 (0050835912)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

3º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

**58. ITEM 218**

PROPOSTA ITEM 218 (0050836065)

1º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

De acordo com o despacho id.0050675346 *informo que os Lotes: 18 e 20 restaram desertos, de igual modo os itens 111 e 159.*

Segue tabela com os grupos e respectivas Empresas aptas ou inaptas de acordo com Análise 22 Técnica - Proposta (marcas e modelos) OPME (0051131194).

GRUPO 1 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS (BLOQUEADA)		
GRUPO/LOTE	EMPRESA	AVALIAÇÃO
1 / G1	1) HEXAGON	APTO - APROVADO
	2) ELITE ORTOPIEDIA	APTO - APROVADO

	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 2 - MATERIAL EM AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS ÚMERO PROXIMAL (BLOQUEADA)</b>		
2 / G2	1) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) ELITE ORTOPIEDIA	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO - 3 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 01</b>		
3 / G3	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO - 4 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 02</b>		
4 / G4	1) CVL SANTOS	<b>INAPTO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO - 5 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 03</b>		
5 / G5	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO - 6 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA</b>		
6 / G6	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO - 7 MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA</b>		
7 / G7	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) I11 COMERCIO	<b>INAPTO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 8 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CLAVÍCULA - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA</b>		
8 / G8	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO - 9 MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-CERAMICA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
9 / G9	1) ARTE IMPLANTES	<b>INAPTO</b>
	2) BRUMED MEDICAL	<b>INAPTO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 10 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-POLIETILENO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
10 / G10	1) ARTE IMPLANTES	<b>INAPTO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>

<b>GRUPO 11 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓTESE DE REVERSA DE OMBRO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
11 / ITEM 69	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2)TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 12 - MATERIAL EM TITÂNIO DE PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR DISTAL - BLOQUEADA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
12 / G11	1) J. A. COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 13 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEOARTROSCOPIA JOELHO, OMBRO E QUADRIL</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
13 / G12	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	1) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 14 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INFANTIL - PLACA ANGULADA BLOQUEADA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
14 / G13	1) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J. A. COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 15 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FRATURA DE TIBIA DISTAL - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
15 / G14	1) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 16 - MATERIAL AÇO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PLACAS CORRETIVAS BLOQUEADAS - GRANDES FRAGMENTOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
16 / G15	1) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 17 - MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PARAFUSO DE HEBERT 3.0MM</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
17 / G16	1) I11 COMERCIO	<b>INAPTO</b>
	2) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) J.A COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 18 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MINI PARAFUSO CANULADO DE AUTO COMPRESSÃO ÓSSEA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
18 / G17	1) I11 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J. S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>

	3) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 19 MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
19 / ITEM 111	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 20 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
20 / G18	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 21 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
21 / G19	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 22 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
22 / ITEM 116	I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 23 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
23 / G20	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 24 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO COM ÂNCORAS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
24 / G21	1) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 25 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO - MAXILO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
25 / G22	1) MEDICAL LINE	<b>INAPTO</b>
	2) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	3) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 26 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
26 / ITEM 127	1) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 27 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ENXERTO DE ÓSSEO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
27 / G23	1) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) LICITRADE	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 28 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE JOELHO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>

28 / ITEM 131	1) BRUMED	APTO - APROVADO
	2) BML HOSPITALAR	APTO - APROVADO
<b>GRUPO 29 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE KIT SUTURA DE MENISCO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
29 / G24	1) CVL	APTO - APROVADO
	2) J. S. EQUIPAMENTOS	APTO - APROVADO
	3) ARTE IMPLANTES	APTO - APROVADO
<b>GRUPO 30 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FIXADOR PARA COTOVELO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
30 / G25	1) I11 COMÉRCIO	APTO - APROVADO
	2) BRUMED MEDICAL	APTO - APROVADO
	3) CVL SANTOS	APTO - APROVADO
<b>GRUPO 31 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE HASTE INTRAMEDULAR PROXIMAL DE FEMUR EM TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
31 / G26	1) ARTE IMPLANTES	APTO - APROVADO
	2) BML MEDICAL	APTO - APROVADO
	3) SAGA MEDICAL	APTO - APROVADO
<b>GRUPO 32 - MATERIAL EM TITÂNIO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PARAFUSO DE HEBERT TAM 4.0MM</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
32 / G27	1) I11 COMÉRCIO	INAPTO
	2) ARTE MEDICAL	APTO - APROVADO
	3) SAGA MEDICAL	APTO - APROVADO
<b>GRUPO 33 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
33 / ITEM 146	1) J S EQUIPAMENTOS	APTO - APROVADO
	2) ALLIANCE HOSPITALAR	
	3) MEDICAL LINE	
<b>GRUPO 34 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
34 / G28	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 35 - PLACA PARA ÚMERO MEDIAL BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
35 / G29	1) HEXAGON	INAPTO
	2) ARTE IMPLANTES	APTO - APROVADO
	3) TECNOMED	INAPTO
<b>GRUPO 36 - PLACA PARA ÚMERO POSTERIOR LATERAL BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
36 / G30	1) HEXAGON	INAPTO
	2) ARTE IMPLANTES	APTO - APROVADO

	3) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 37 - PLACA PARA OLÉCRANO BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
37 / G31	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 38 - MINI PLACA GANCHO DISTAL DE ULNA TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
38 / ITEM 157	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	2) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 39 - PLACA VOLAR TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
39 / ITEM 158	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	2) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) 111 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 40 - PLACA DE SUPORTE PELVICO PÉLVICO 3.5 MM AÇO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
40 / ITEM 159	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 41 - PLACA DE SUPORTE DE SUPERFÍCIE QUADRILÁTERA 3.5 MM AÇO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
41 / ITEM 160	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 42 - PLACAS PERIPROTÉTICAS PARA FEMUR PROXIMAL DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
42 / G32	1) BRUMED	<b>INAPTO</b>
	2) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 43 - PLACA PEDIÁTRICA PARA EPIFISIODÉSE EM TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
43 / ITEM 165	1) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 44 - Pinos de Schanz</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
44 / ITEM 166	CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 45 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PRÓTESE DE REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA / NÃO CIMENTADA / HIBRIDA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
45 / G33	1) BRUMED	<b>INAPTO</b>
	2) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
	3) J. S. EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>

<b>LOTE 46 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
46 / G34	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 47 - Endoprótese não convencional para membros inferiores (Sistema Modular Não Convencional)</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
47 / ITEM 190	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 48 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
48 / G35	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 49 - ESPAÇADOR TEMPORARIO DE QUADRIL COM ANTIBIÓTICO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
49 / ITEM 199	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 50 - ESPAÇADOR TEMPORARIO DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
50 / G36	1) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
	2) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 51 - KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
51 / ITEM 202	1) I11 COMERCIO	<b>INAPTO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BRUMED	<b>INAPTO</b>
<b>LOTE 52 - ENXERTO OSSEO LIOFILISADO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
52 / ITEM 203	1) CRITÉRIA	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) MAQUIRA	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 53 - ENXERTO DE BIOVIDRO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
53 / G37	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) TOTAL IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 54 - ALMOFADA COXIM ABDUTOR DE PERNA E QUADRIL</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
54 / ITEM 207	1) STAR COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 55 - ASPIRADOR DESCARTAVEL COM FILTRO</b>		

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
55 / ITEM 208	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 56 - CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
56 / G38	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 57 - KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
57 / G39	1) WINNER	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDIMAC	<b>INAPTO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 58 - SISTEMA DE LAVAGEM</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
58 / ITEM 214	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) I11 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 59 - PARAFUSO DE INTERFERENCIA BIOABSORVÍVEL</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
59 / ITEM 215	1) I11 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 60 - PLACA PARA OSTEOTOMIA VALGIZANTE AÇO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
60 / ITEM 216	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 61 - FIXADOR ILIZAROV INFANTIL</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
61 / ITEM 217	1) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	3) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 62 - CAGE EXPANSIVO TORÁCICO E LOMBAR</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
62 / ITEM 218	1) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>

Elaboração / Padronização:

**SILVANA NASCIMENTO GIOBOM**

Técnico - SESAUCGPMNL

Revisão:

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9

**ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA**  
Gerente do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades  
**SESAU-CGPMNPL**

**ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO**  
Agente de Contratações  
**CGPM/SESAU-RO**

**WELLINGTON MAGALHAES DE MORAIS**  
Diretor Técnico  
**Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro**

**EDUARDO RODRIGO NUNES DITZEL**  
Coordenador Médico da Seção de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME  
**Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro**

**DIEGO ESCOBAR**  
Médico Responsável Técnico  
**SESAU-CGPMNPL**

**JEFERSON FREITAS LOPES**  
Coordenador  
**SESAU-CGPM**



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Rodrigo Nunes Ditzel, Médico(a)**, em 05/09/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Katiane Guedes Moreira Brandao, Diretor(a)**, em 05/09/2024, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 05/09/2024, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Gerente**, em 05/09/2024, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/09/2024, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **SILVANA NASCIMENTO GIOBOM**, Técnico, em 05/09/2024, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052566008** e o código CRC **0BD329C9**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0036.016229/2023-53

SEI nº 0052566008



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL - KAPPA**

Processo : 0036.016229/2023-53(Compras: Licitação Pregão Eletrônico - Registro de Preço)

Assunto: **Relatório Análise Técnicas**

Senhor(a),

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar posicionamento do Departamento de Especialidade referente a proposta encaminhada pelas empresas, **em virtude da especificidade técnica dos produtos a serem adquiridos**, a Análise das propostas enviadas pelas empresas:

1. **LOTE 01**

PROPOSTA LOTE 1 (0050752234)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) ELITE ORTOPEDIA LTDA, CNPJ: 20.974.766/0001-84
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

2. **LOTE 02**

PROPOSTA LOTE 2 (0050752916)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) ELITE ORTOPEDIA LTDA, CNPJ: 20.974.766/0001-84

3. **LOTE 03**

PROPOSTA LOTE 3 (0050753082)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

4. **LOTE 04**

PROPOSTA LOTE 4 (0050753436)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

5. **LOTE 05 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 5 (0050753591)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ: 06.043.786/0001-00

6. **LOTE 06 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 6 (0050753709)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52
- 3º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

7. **LOTE 07**

PROPOSTA LOTE 7 (0050753851)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

8. **LOTE 08 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 8 (0050753964)

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67
- 2º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

9. **LOTE 09**

PROPOSTA LOTE 9 (0050754261)

- 1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

10. **LOTE 10**

PROPOSTA LOTE 10 (0050754497)

- 1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

11. **LOTE 11 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 11 (0050820357)

- 1º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**12. LOTE 12**

PROPOSTA LOTE 12 (0050820528)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 38.714.672/0001-31

**13. LOTE 13 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A. E TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 13 (0050820633)

- 1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 2º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52
- 3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**14. LOTE 14**

PROPOSTA LOTE 14 (0050754826)

- 1º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**15. LOTE 15**

PROPOSTA LOTE 15 (0050820869)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

**16. LOTE 16 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

PROPOSTA LOTE 16 (0050820943)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 3º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

**17. LOTE 17**

PROPOSTA LOTE 17 (0050821004)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**18. LOTE 19 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J. A.)**

- 1º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

**19. LOTE 21**

PROPOSTA LOTE 21 (0050821115)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**20. LOTE 22**

PROPOSTA LOTE 22 (0050821167)

- 1º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69
- 2º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**21. LOTE 23**

PROPOSTA LOTE 23 (0050829063)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) LICITATRADE SERVICIO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ: 32.258.056/0001-37
- 3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**22. LOTE 24**

PROPOSTA LOTE 24 (0050829113)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80
- 2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93
- 3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**23. LOTE 25**

PROPOSTA LOTE 25 (0050829154)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30
- 3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**24. LOTE 26**

PROPOSTA LOTE 26 (0050829186)

- 1º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37
- 3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**25. LOTE 27**

PROPOSTA LOTE 27 (0050829231)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83
- 2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02
- 3º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

**26. LOTE 28 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA HEXAGON, ARTE E TECNOMED)**

- 1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02  
3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**27. LOTE 29 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 29 (0050829312)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02  
3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**28. LOTE 30**

PROPOSTA LOTE 30 (0050829373)

1º) HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 36.257.530/0001-67

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02  
3º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**29. LOTE 31 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 31 (0050829438)

1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

2º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02  
3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**30. LOTE 32**

PROPOSTA LOTE 32 (0050829478)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

**31. LOTE 33 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 33 (0050829544)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01  
3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**32. LOTE 34 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11)**

PROPOSTA LOTE 34 (0050829596)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**33. LOTE 35 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 35 (0050832890)

- 1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01  
3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**34. LOTE 36**

PROPOSTA LOTE 36 (0050832964)

- 1º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01  
2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**35. LOTE 37 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11)**

PROPOSTA LOTE 37 (0050833035)

- 1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
2º) KINCHESKI IMP, EXP E COM DE IMPLANTES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**36. LOTE 38 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA LOTE 38 (0050833120)

- 1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80  
2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69  
3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

**37. LOTE 39**

PROPOSTA LOTE 39 (0050833406)

- 1º) WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 05.421.585/0001-37  
2º) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 03.596.923/0001-46  
3º) ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 23.651.234/0001-02

**38. ITEM 69 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 69 (0050833545)

- 1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30  
2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**39. ITEM 116**

PROPOSTA ITEM 116 (0050833614)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**40. ITEM 127 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA MEDICAL)**

PROPOSTA ITEM 127 (0050833715)

- 1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83  
2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

**41. ITEM 131**

PROPOSTA ITEM 131 (0050833799)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

42. **ITEM 146 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA ALLIANCE E MEDICAL)**

PROPOSTA ITEM 146 (0050833996)

1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

2º) ALLIANCE HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA, CNPJ: 36.967.328/0001-29

3º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

43. **ITEM 157 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11)**

PROPOSTA ITEM 157 (0050834083)

1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

2º) SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.879.231/0001-10

3º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

44. **ITEM 158 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 158 (0050834375)

1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

2º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

45. **ITEM 160 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11 E TECNOMED)**

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

46. **ITEM 165 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 165 (0050834475)

1º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

47. **ITEM 166 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA I11 E J.A.)**

PROPOSTA ITEM 166 (0050834566)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

3º) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 11.201.854/0001-52

48. **ITEM 190 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 190 (0050834629)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

2º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**49. ITEM 199 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA TECNOMED)**

PROPOSTA ITEM 199 (0050834765)

1º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

2º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

3º) TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 63.777.940/0001-01

**50. ITEM 202**

PROPOSTA ITEM 202 (0050834887)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

3º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

**51. ITEM 203**

PROPOSTA ITEM 203 (0050834954)

1º) CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 08.444.319/0001-18

2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

3º) MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ: 05.823.205/0001-90

**52. ITEM 207**

PROPOSTA ITEM 207 (0050835057)

1º) STAR COMERCIO LTDA, CNPJ: 05.252.941/0001-36

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**53. ITEM 208**

PROPOSTA ITEM 208 (0050835133)

1º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

3º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

**54. ITEM 214**

PROPOSTA ITEM 214 (0050838891)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

**55. ITEM 215 (SEM PROPOSTAS DA EMPRESA J S EQUIPAMENTOS)**

PROPOSTA ITEM 215 (0050835369)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) CVL SANTOS LOPES LTDA, CNPJ: 46.960.146/0001-80

3º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

**56. ITEM 216**

PROPOSTA ITEM 216 (0050835568)

1º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

**57. ITEM 217**

PROPOSTA ITEM 217 (0050835912)

1º) I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83

2º) J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.770.079/0001-93

3º) BRUMED MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.609.193/0001-30

**58. ITEM 218**

PROPOSTA ITEM 218 (0050836065)

1º) BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.187.758/0001-37

2º) MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 27.567.571/0001-69

De acordo com o despacho id.0050675346 *informo que os Lotes: 18 e 20 restaram desertos, de igual modo os itens 111 e 159.*

Desta forma, segue tabela com os grupos e respectivas Empresas aptas ou inaptas de acordo com **Análise 22 Técnica - Proposta (marcas e modelos) OPME (0051131194) E Ata Análise Técnica (0052566008)**.

<b>GRUPO 1 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS (BLOQUEADA)</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>AVALIAÇÃO</b>
1 / G1	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) ELITE ORTOPEDIA	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 2 - MATERIAL EM AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS ÚMERO PROXIMAL (BLOQUEADA)</b>		
2 / G2	1) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) ELITE ORTOPEDIA	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO - 3 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 01</b>		
3 / G3	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO - 4 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 02</b>		
4 / G4	1) CVL SANTOS	<b>INAPTO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>INAPTO</b>

**GRUPO - 5 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 03**

5 / G5	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>INAPTO</b>

**GRUPO - 6 MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA**

6 / G6	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>

**GRUPO - 7 MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA**

7 / G7	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) I11 COMERCIO	<b>INAPTO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>

**GRUPO 8 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CLAVÍCULA - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA**

8 / G8	1) HEXAGON	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>

**GRUPO - 9 MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-CERAMICA**

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
9 / G9	1) ARTE IMPLANTES	<b>INAPTO</b>
	2) BRUMED MEDICAL	<b>INAPTO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>

**GRUPO 10 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-POLIETILENO**

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
10 / G10	1) ARTE IMPLANTES	<b>INAPTO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>

**GRUPO 11 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓTESE DE REVERSA DE OMBRO**

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
11 / ITEM 69	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2)TECNOMED	<b>INAPTO</b>

**GRUPO 12 - MATERIAL EM TITÂNIO DE PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR DISTAL - BLOQUEADA**

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
12 / G11	1) J. A. COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>

**GRUPO 13 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEOARTROSCOPIA JOELHO, OMBRO E QUADRIL**

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
13 / G12	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	1) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>

GRUPO 14 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INFANTIL - PLACA ANGULADA BLOQUEADA		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
14 / G13	1) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J. A. COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
GRUPO 15 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FRATURA DE TIBIA DISTAL - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
15 / G14	1) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
GRUPO 16 - MATERIAL AÇO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PLACAS CORRETIVAS BLOQUEADAS - GRANDES FRAGMENTOS		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
16 / G15	1) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
GRUPO 17 - MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PARAFUSO DE HEBERT 3.0MM		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
17 / G16	1) I11 COMERCIO	<b>INAPTO</b>
	2) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) J.A COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
GRUPO 18 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MINI PARAFUSO CANULADO DE AUTO COMPRESSÃO ÓSSEA		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
18 / G17	1) I11 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J. S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
GRUPO 19 MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
19 / ITEM 111	<b>DESERTO</b>	
GRUPO 20 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
20 / G18	<b>DESERTO</b>	
GRUPO 21 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
21 / G19	<b>DESERTO</b>	
GRUPO 22 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE

22 / ITEM 116	111 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 23 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
23 / G20	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 24 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO COM ÂNCORAS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
24 / G21	1) 111 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 25 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO - MAXILO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
25 / G22	1) MEDICAL LINE	<b>INAPTO</b>
	2) 111 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	3) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 26 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
26 / ITEM 127	1) 111 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 27 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ENXERTO DE ÓSSEO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
27 / G23	1) 111 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) LICITRADE	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 28 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE JOELHO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
28 / ITEM 131	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 29 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE KIT SUTURA DE MENISCO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
29 / G24	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J. S. EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 30 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FIXADOR PARA COTOVELO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
30 / G25	1) 111 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BRUMED MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) CVL SANTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 31 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE HASTE INTRAMEDULAR PROXIMAL DE FEMUR EM TITÂNIO</b>		

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
31 / G26	1) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 32 - MATERIAL EM TITÂNIO PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PARAFUSO DE HEBERT TAM 4.0MM</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
32 / G27	1) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	2) ARTE MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 33 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
33 / ITEM 146	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) ALLIANCE HOSPITALAR	
	3) MEDICAL LINE	
<b>GRUPO 34 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
34 / G28	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 35 - PLACA PARA ÚMERO MEDIAL BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
35 / G29	1) HEXAGON	<b>INAPTO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 36 - PLACA PARA ÚMERO POSTERIOR LATERAL BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
36 / G30	1) HEXAGON	<b>INAPTO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 37 - PLACA PARA OLÉCRANO BLOQUEADA DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
37 / G31	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 38 - MINI PLACA GANCHO DISTAL DE ULNA TITÂNIO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
38 / ITEM 157	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	2) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 39 - PLACA VOLAR TITÂNIO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
39 / ITEM 158	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	2) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>

	3) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 40 - PLACA DE SUPORTE PELVICO PÉLVICO 3.5 MM AÇO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
40 / ITEM 159	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 41 - PLACA DE SUPORTE DE SUPERFÍCIE QUADRILÁTERA 3.5 MM AÇO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
41 / ITEM 160	<b>DESERTO</b>	
<b>GRUPO 42 - PLACAS PERIPROTÉTICAS PARA FEMUR PROXIMAL DIR E ESQ TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
42 / G32	1) BRUMED	<b>INAPTO</b>
	2) SAGA MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>GRUPO 43 - PLACA PEDIÁTRICA PARA EPIFISIODÉSE EM TITÂNIO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
43 / ITEM 165	1) BML HOSPITALAR	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	3) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
<b>GRUPO 44 - Pinos de Schanz</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
44 / ITEM 166	CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 45 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PRÓTESE DE REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADA / NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
45 / G33	1) BRUMED	<b>INAPTO</b>
	2) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
	3) J. S. EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 46 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE PRÓTESE DE JOELHO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
46 / G34	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) I11 COMERCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 47 - Endoprótese não convencional para membros inferiores (Sistema Modular Não Convencional)</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
47 / ITEM 190	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 48 - KIT DE MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
48 / G35	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>

<b>LOTE 49 - ESPAÇADOR TEMPORARIO DE QUADRIL COM ANTIBIÓTICO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
49 / ITEM 199	1) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 50 - ESPAÇADOR TEMPORARIO DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
50 / G36	1) TECNOMED	<b>INAPTO</b>
	2) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 51 - KIT DE FIXAÇÃO EXTERNA COM CORREÇÃO HEXAPODE</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
51 / ITEM 202	1) I11 COMERCIO	<b>INAPTO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BRUMED	<b>INAPTO</b>
<b>LOTE 52 - ENXERTO OSSEO LIOFILISADO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
52 / ITEM 203	1) CRITÉRIA	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) MAQUIRA	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 53 - ENXERTO DE BIOVIDRO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
53 / G37	1)BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) TOTAL IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 54 - ALMOFADA COXIM ABDUTOR DE PERNA E QUADRIL</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
54 / ITEM 207	1) STAR COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 55 - ASPIRADOR DESCARTAVEL COM FILTRO</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
55 / ITEM 208	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 56 - CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
56 / G38	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 57 - KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL</b>		
<b>GRUPO/LOTE</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>ANÁLISE</b>
57 / G39	1) WINNER	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDIMAC	<b>INAPTO</b>
	3) ARTE IMPLANTES	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 58 - SISTEMA DE LAVAGEM</b>		

GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
58 / ITEM 214	1) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) I11 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 59 - PARAFUSO DE INTERFERENCIA BIOABSORVÍVEL</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
59 / ITEM 215	1) I11 COMÉRCIO	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) CVL	<b>APTO - APROVADO</b>
	3) J S EQUIPAMENTOS	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 60 - PLACA PARA OSTEOTOMIA VALGIZANTE AÇO</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
60 / ITEM 216	1) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 61 - FIXADOR ILIZAROV INFANTIL</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
61 / ITEM 217	1) I11 COMÉRCIO	<b>INAPTO</b>
	2) J S EQUIPAMENTOS	<b>INAPTO</b>
	3) BRUMED	<b>APTO - APROVADO</b>
<b>LOTE 62 - CAGE EXPANSIVO TORÁCICO E LOMBAR</b>		
GRUPO/LOTE	PROPOSTA	ANÁLISE
62 / ITEM 218	1) BML MEDICAL	<b>APTO - APROVADO</b>
	2) MEDICAL LINE	<b>APTO - APROVADO</b>

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador

**SESAU-CGPM**

**SESAU**  
Secretaria de Estado  
da Saúde

**RONDÔNIA**  
★  
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/09/2024, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052568554** e o código CRC **499C1B78**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.016229/2023-53

SEI nº 0052568554