



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

ANÁLISE

Análise nº 12/2024/HB-NUALM

De: **HB-NUALM**

Para: **SESAU-CGPMNPL**

Processo Nº: 0036.012329/2023-19

Assunto: **Relatório de Análise das Amostras**

Aos Cuidados: Adriana (Comissão de Curativos)

Senhor(a),

Ao cumprimentá-los, encaminhamos o processo em tela com pedido de análise das amostras dos itens, referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada a análise das amostras das empresas, **em virtude da especificidade técnica dos produtos a serem adquiridos, tratando-se de itens novos incluídos no processo de compras**, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital.

ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
78	ID: 1002792 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA COMPOSTO POR TECIDO DUPLO EM ALGODÃO ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI ESCARA, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO, COM COBERTURA IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ. TAMANHO APROXIMADO DE 30 CM COMPRIMENTO TOTAL; 7 X 3 CM (ÓCULOS) E 2,0 CM ENCAIXE NO NARIZ. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MAKE LINE	80171539001	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, bem como a ANVISA e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.

79	ID: 1002793 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA COMPOSTO POR TECIDO DUPLO EM ALGODÃO ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI ESCARA, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO, COM COBERTURA IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ. TAMANHO APROXIMADO DE 31 CM COMPRIMENTO TOTAL; 10X 5 CM (ÓCULOS) E 3CM DE ENCAIXE NO NARIZ. REGISTRADO NA ANVISA.	2ª Colocada	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	52POM	80171539001	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, bem como a ANVISA e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.
80	ID: 1002794 - PROTETOR OCULAR TAMANHO P COM FACE INTERNA, QUE FICARÁ EM CONTATO COM OS OLHOS, EM TECIDO DE ALGODÃO PRETO QUE DIFICULTA A PASSAGEM DE LUZ; COM SUPERFÍCIE INFERIOR DE CONTATO COM A PELE CONFECCIONADA EM SILICONE ADESIVO QUE DISPENSA QUALQUER OUTRA FIXAÇÃO, GARANTINDO DESLOCAMENTO ACIDENTAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	NEO PHOTOSHA DE	80301130031	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, bem como a ANVISA e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.
81	ID: 1002795 - PROTETOR OCULAR TAMANHO M COM FACE INTERNA, QUE FICARÁ EM CONTATO COM OS OLHOS, EM TECIDO DE ALGODÃO PRETO QUE DIFICULTA A PASSAGEM DE LUZ; COM SUPERFÍCIE INFERIOR DE CONTATO COM A PELE CONFECCIONADA EM SILICONE ADESIVO QUE DISPENSA QUALQUER OUTRA FIXAÇÃO, GARANTINDO DESLOCAMENTO ACIDENTAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PHOTOSHA DE	80301130031	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, bem como a ANVISA e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.
82	ID: 1002790 - FIXADOR DE SENSOR DE OXÍMETRO DE PULSO, TAMANHO P, EM POLIURETANO, ANTIDESLIZANTE, TRANSPIRÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO, AJUSTÁVEL. LIVRE DE LÁTEX E DEHP. TAMANHO APROXIMADO (L 70MM X C 20MM). REUTILIZÁVEL. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FIX HOLDER/IMPACTO MEDICAL	80358740002	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, bem como a ANVISA e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.

83	ID: 1002791 - FIXADOR DE SENSOR DE OXIMETRO DE PULSO, TAMANHO M EM POLIURETANO, ANTIDESLIZANTE, TRANSPIRÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO, AJUSTÁVEL. LIVRE DE LÁTEX E DEHP. TAMANHO APROXIMADO (L 120MM X C 20MM). REUTILIZÁVEL. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FIX HOLDER/IMPACTO MEDICAL	80358740002	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, bem como a ANVISA e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.
87	ID: 1002821 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPÁTIVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA TAMANHO 0 - NG000 - 6,0CM COMPRIMENTO X 2,0CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	SANOVIE	não informado	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.
88	ID: 1002822 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPÁTIVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA TAMANHO 1 - NG001 - 7,7CM COMPRIMENTO X 2,2CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	NEO GUARD	80301130030	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.
89	ID: 1002823 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPÁTIVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA TAMANHO 2 - NG002 - 8,5CM COMPRIMENTO X 2,2CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	SANOVIE	não informado	APTO	Em consulta ao folder/catálogo anexo a proposta, e/ou site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado apresenta as especificações que atende ao solicitado no edital. considera - se também o uso do mesmo anteriormente na unidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, reformamos votos de estima, saúde e consideração, e finalizamos o expediente.

Atenciosamente.

ADRIANA PEREIRA

Chefe do Núcleo de Almoarifado
Específicos de Especialidades/Órteses e Próteses
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - SESAU-HBAP
Portaria n° 389 de 11 de agosto de 2023

CHRISTIANNE G. G. CHIARELLI

*Enfermeira membro da Comissão Multidisciplinar de Cuidados com a Pele
Portaria n° 112 de 16 de Abril de 2024*



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANNE GARCIA GIMENES CHIARELLI, Enfermeiro(a)**, em 26/06/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Pereira, Chefe de Núcleo**, em 26/06/2024, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050169191** e o código CRC **3382FB02**.