



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - JP II

ANÁLISE

Análise nº 6/2024/JPII-NMP

De: **NMP-JPII**

Para: **SESAU-CGPMNPL**

Processo Nº: 0036.012329/2023-19

Assunto: **Relatório de Análise das Amostras**

Prezados(as) Senhores(as),

Ao cumprimentá-los, encaminhamos o relatório com a análise das propostas, referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO, em virtude da especificidade técnica dos produtos a serem adquiridos**, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital.

Segue tabela:

ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANÁLISE
6	ID: 1002688 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, RECORTÁVEL, PODENDO SER USADO DE AMBOS OS LADOS, COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, Prensado entre duas camadas de rayon / POLIAMIDA, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	GOLDMED	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende às necessidades do hospital. O tecido utilizado é áspero e de difícil absorção, não se acomodando adequadamente no leito da lesão. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer sua qualidade. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.
12	ID: 1002667 - CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, ESTÉRIL, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS, COMPOSTO POR ÁCIDOS MANURÔNICO E GULURÔNICO, FABRICADO EM NÃO TECIDO AGULHADO, NÃO ADERENTE E COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM, PODENDO VARIAR (+- 1 CM) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PHARMA-ALGI F	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado. O produto apresentou uma característica áspera após entrar em contato com o exsudato, não formando um gel coeso e mantendo um aspecto áspero, o que pode causar atrito no tecido neoformado. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer sua qualidade. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Portanto, o item foi desclassificado .

15	ID: 1002729 - CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTENDO PRATA COMO COMPONENTE ATIVO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, TAMANHO APROXIMADO: 10CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	ESPUMA GENTLE AG	Após análise técnica da composição do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado. Foi identificada a presença de uma camada de silicone na face interna do produto, substância que não foi solicitada no edital em questão. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer sua qualidade. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Portanto, o item foi desclassificado .
16	ID: 1002692 - CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRAFINO), ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, ABSORVENTE, FLEXÍVEL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ALGINATO DE CÁLCIO, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL QUE É IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS EXTERNAS E PERMITE EVAPORAÇÃO DE GASES INTERNOS. TAMANHO APROXIMADAMENTE 15X20 CM. COM (VARIAÇÃO +/- 1CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.	1ª Colocada	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	GOLDMED	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende às necessidades do hospital. Durante o período de teste, observou-se dificuldade na aplicabilidade, além de problemas como desprendimento e enrolamento das bordas já no primeiro dia de uso. Sua baixa aderência aumenta a manipulação da ferida, elevando o risco de infecção e causando desconforto para o paciente, resultando em custos adicionais para a instituição e desperdício de tempo da equipe de enfermagem. Essa avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.
29	ID: 1002727 - CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,0 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO	VITALDERME	Após análise técnica do catálogo, verificou-se que o produto contém as substâncias solicitadas no edital em questão. No entanto, por se tratar de um produto de uma marca desconhecida pela instituição, foi solicitada uma amostra para avaliação técnica posterior. Infelizmente, a empresa não enviou a amostra, enviando apenas o catálogo. É importante ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é crucial conhecer sua qualidade. A licitante não especificou o modelo nem o registro na Anvisa do produto que será entregue. A análise técnica prévia à compra é fundamental para garantir que adquiramos produtos que atendam às necessidades da instituição, evitando assim prejuízos financeiros. Essa avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.

32	ID: 1002788 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA COM CAPACIDADE DE ABSORVER E RETER LÍQUIDOS E EXSUDATOS E PROMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA. PODENDO PERMANECER EM MÉDIA POR VÁRIOS DIAS NA AUSÊNCIA DE SECREÇÕES E/OU LÍQUIDOS. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 6 CM X 7 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1º colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PHARMAPLAST	Amostra foi encaminhada ao Hospital de Base.
33	ID: 1002789 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA COM CAPACIDADE DE ABSORVER E RETER LÍQUIDOS E EXSUDATOS E PROMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA. PODENDO PERMANECER EM MÉDIA POR 7 DIAS NA AUSÊNCIA DE SECREÇÕES E/OU LÍQUIDOS. ESTÉRIL. REGISTRADO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO 10CM X 10CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1º colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PHARMAPLAST	Amostra foi encaminhada ao Hospital de Base.
36	ID: 1002813 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE SONDA VESICAL DE DEMORA. ADESIVO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) , PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1º colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	P FIX	Após análise técnica da composição e características do produto oferecido, constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado.
37	ID: 10539 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES DE OXIGÊNIO E SONDAS NASAIS. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) , PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1º colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROCARE	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui formato anatômico ao nariz. As indústrias oferecem diversos produtos com características diferentes, e essa especificação é essencial para a aplicabilidade adequada, tornando alguns produtos mais seguros que outros. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido de maneira adequada. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.

38	<p>ID: 886 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES DE OXIGÊNIO E SONDAS NASAIS . ADESIVO FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 3X4 CM, (VARIAÇÃO +/- 1 CM). PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROCARE	<p>Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui formato anatômico ao nariz e o tamanho é maior que o solicitado de aproximadamente 7,5x5,5 cm, sendo que o dispositivo será utilizado em crianças, com tamanho aproximado de 3x4 cm. As indústrias oferecem diversos produtos com características diferentes, e essas especificações são essenciais para a aplicabilidade adequada, especialmente em crianças, tornando alguns produtos mais seguros que outros. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido de maneira adequada, especialmente considerando o uso pediátrico. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.</p>
45	<p>ID: 1002120 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO DE POLIURETANO COM ADESIVO DE POLIACRILATO, COM TIRAS DE COR PARA AUXÍLIO NA APLICAÇÃO, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E A VAPORES ÚMIDOS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. CONFORMÁVEL, COMPLEMENTADO POR PAPEL DE POLIÉSTER REVESTIDO COM POLIURETANO EM AMBOS OS LADOS E SILICONIZADO EM UM LADO. PODE SER RECORTADO E ADAPTADO, DE FÁCIL APLICAÇÃO. TAMANHO 10CM X 12M APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO</p>	1ª colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	<p>Após análise técnica da composição e características do produto oferecido, constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado.</p>

46	<p>ID: 1002652 - CURATIVO PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES ÚMIDOS, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, COM BORDAS FENESTRADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO ENTRE 10CM X12 CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VITALDERM	<p>Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui tiras de fita microporada revestidas por adesivo acrílico e bordas fenestradas. As indústrias oferecem diversos produtos com características diferentes, e essas especificações são essenciais para a aplicabilidade adequada, tornando alguns produtos mais seguros que outros. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido de maneira adequada. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.</p>
47	<p>ID: 10566 - FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS. HIPOALERGÊNICO, SEMIPERMEÁVEL A TROCAS GASOSAS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, FORMANDO UMA BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM REFORÇO DE TECIDO MACIO EM UMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE APLICAÇÃO COM MOLDURA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9 CM X 11 CM COM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PROCARE/ PHARMAPL AST	<p>Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui fenestração com reforço de tecido macio em uma das extremidades e sistema de aplicação com moldura. O produto apenas apresenta tiras fenestradas para auxiliar na fixação. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para assegurar que o paciente seja atendido plenamente. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.</p>

48	ID: 10537 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, RESPIRÁVEL, PERMITINDO BOA TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE. À PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS, COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. O TAMANHO APROXIMADO 5CM X 6 CM. VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PROTECTFILM ORIGINAL FRAME STYLE	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta moldura e rótulo pré - impresso para anotar as trocas de curativo. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido plenamente. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.
49	ID: 6031 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX. RESPIRÁVEL, PERMITINDO TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE, PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS. COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. SEM FENESTRA COM RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. TAMANHO APROXIMADO 10 X 12 CM (COM VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PROTECTFILM ORIGINAL FRAME STYLE	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta moldura e rótulo pré-impreso para anotar as trocas de curativo. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido plenamente. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.
58	ID: 1002712 - BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO, COMPOSIÇÃO DE VISCOSE, ALGODÃO, NYLON E LYCRA. POSSUI LINHA CENTRAL COM COR DE IDENTIFICAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO. DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO, PARA PERNAS DE DIFERENTES DIÂMETROS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 3 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) . OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TENSIFIX	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui dois indicadores de extensão para pernas de diferentes diâmetros. As indústrias oferecem diversos produtos com características diferentes, e essa especificação faz uma diferença significativa na aplicabilidade, tornando alguns mais seguros que outros. É crucial ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido de maneira adequada. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.

60	ID: 1002796 - FILME ADESIVO DE SILICONE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 100%, COBERTO POR UMA CAMADA DE SILICONE. CONFORMÁVEL À PELE, ATRAUMÁTICO, SEMIPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL, MICROPOROSO. NO TAMANHO APROXIMADO DE 5 M X 2,5 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	VITA L DER ME	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele não atende às necessidades do hospital. Durante o período de teste, observou-se que ao ser desenrolado para aplicação, o produto deixa cola em ambos os lados. A presença de cola na parte externa pode servir como meio de cultura para microorganismos, representando um risco potencial de infecção cruzada para os pacientes. Essa avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.
74	ID: 1002802 - SOLUÇÃO DE PHMB 0,2% AQUOSA PARA ANTISSEPSE E HIGIENIZAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTO NO MÍNIMO POR ÁGUA, POLIHEXANIDA 0,2%, COCOAMIDROPROPIL BETAÍNA, BISABOOL, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, PELEMOL, POLIDOCANOL E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO, NÃO ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. APRESENTADO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 250ML (VARIAÇÃO +/- 05 ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO	1ª Colocada	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DERMILON LIMPADOR SEM ENXAGUE/ COSMODERMA	Após análise técnica da composição do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, às substâncias oferecidas: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Poloxamer 407, Propylene Glycol, PEG- 12 Dimethicone, Polysorbate 20, Methylisothiazolinone /Phenoxyethanol, Amodimethicone, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, estão em desacordo com as especificações solicitadas. Essa avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado
85	ID: 1002806 - COXIM PARA APOIO DE CABEÇA, FORMATO CIRCULAR, EM GEL, MACIO, DE MATERIAL NÃO POROSO E QUE NÃO VAZE SE PERFURADO. DIMENSÃO: LARGURA 21CM x COMPRIMENTO 21CM x ALTURA 5 CM. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO.	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	O'GEL	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele atende ao descritivo em evidência. No entanto, é importante ressaltar que a durabilidade do produto e sua função, que é auxiliar na prevenção de lesões por pressão e conforto do paciente não foram testadas devido ao curto período de avaliação disponível. Produto Classificado.

86	ID: 1002807 - COXIM PARA APOIO DE CABEÇA, FORMATO CIRCULAR, EM GEL, MACIO, DE MATERIAL NÃO POROSO E QUE NÃO VAZE SE PERFURADO. DIMENSÃO: LARGURA 16CM x COMPRIMENTO 16CM x ALTURA 5 CM. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO.	1ª Colocada	ALEX DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA	O'GEL	Após análise técnica do produto oferecido, constatou-se que ele atende ao descritivo em evidência. No entanto, é importante ressaltar que a durabilidade do produto e sua função, que é auxiliar na prevenção de lesões por pressão e conforto do paciente não foram testadas devido ao curto período de avaliação disponível. Produto Classificado.
----	--	-------------	----------------------------------	-------	---

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.

GRACILENE SILVA MEDEIROS
Coordenadora do Núcleo de Material Penso do HEPSJPII
Portaria nº 331 de 01 de julho de 2021



MARIA OLINDA DE ARAÚJO
Coordenadora da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas /Ostomia do HEPSJPII



Documento assinado eletronicamente por **MARIA OLINDA DE ARAUJO SANTOS**, **Chefe de Núcleo**, em 27/06/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **GRACILENE SILVA MEDEIROS**, **Chefe de Núcleo**, em 28/06/2024, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050219427** e o código CRC **4E2A2CEF**.