



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer nº 5/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL
Para: SUPEL-CEL
Processo Nº: 0036.012329/2023-19
Assunto: PARECER TÉCNICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-CEL 0048327432**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO,):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.012329/2023-19							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8620 - COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, ALTAMENTE ABSORVENTE, APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ABSORÇÃO VERTICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM, PODENDO VARIAR (+/- 1 CM) ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATEC	Não informado	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta folder técnico, registro da ANVISA, modelo do produto, a embalagem menciona a marca do produto CURATEC. Em pesquisa em meios de comunicações verificamos que o produto apresenta substância em desacordo com o Edital, evidência, a exemplo: algália cálcio e prata, não possui camada de fibras entrelaçadas costurada por fibra celulosa absorção vertical. Prodesclassificado
		2ª Colocada	N. A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CASEX - modelo não informado	Não informado	INAPTO	A ofertante disponibilizou proposta folder/ficha técnica somente de um produto, numero do registro da ANVISA, modelo do produto, a embalagem menciona a marca do produto CASEX, em pesquisa em meios de comunicações verificamos que o produto apresenta substância em desacordo com o Edital, evidência, a exemplo: algália cálcio e prata, não possui camada de fibras entrelaçadas costurada por fibra celulosa absorção vertical. Prodesclassificado

		3ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO	Casex	Não informado	INAPTO	A ofertante não possui em sua proposta qual será entregue, apenas a marca Casex , em pesquisa técnica oferecida, o apresenta substância: desacordo com o Edital evidência, a exemplo: alg cálcio, prata, não possui camada de fibras entrelaçada costurada por fibra celulosa absorção vertical. Produto desclassificado
2	ID: 8109 - COBERTURA ANTIMICROBIANA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA DE NÃO TECIDO, ALTAMENTE ABSORVENTE, COM ABSORÇÃO VERTICAL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC) E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA, PODENDO SER RECORTADO E DE FÁCIL REMOÇÃO. TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE, PODENDO VARIAR (+/- 1 CM) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATEC	Não informado	INAPTO	A ofertante não possui em sua proposta folder técnico, registro da ANVISA, modelo do produto, apenas menciona a marca do produto CURATEC . Em pesquisa técnica o produto ofertado apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: alg cálcio, CLORÍDIO DE BENZETÔNIO (BEC) E (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE possui linhas costuradas absorção vertical. Produto desclassificado a marca o disponibiliza de diversos produtos, tornando impossível identificar qual produto entregue. Produto desclassificado
		2ª Colocada	N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CASEX	Não informado	INAPTO	A ofertante disponibilizou em sua proposta folder/ficha técnica somente de um produto, não menciona o numero do registro da ANVISA, modelo do produto, apenas menciona a marca do produto CASEX , em pesquisa técnica oferecida, o apresenta substância: desacordo com o Edital evidência, a exemplo: alg cálcio e prata, não possui camada de fibras entrelaçada costurada por fibra celulosa absorção vertical. Produto desclassificado
3	ID: 5622 - COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE PODENDO OU NÃO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, E RICO EM ÁCIDO GULURÔNICO. DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, ESTÉRIL, COM CAMADA DE FIBRAS ENTRELÇADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA UM GEL E MANTÉM A UNIDADE NO LEITO DA FERIDA. COM APRESENTAÇÃO EM LÂMINA, ABSORVENTE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, MEDINDO 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2 CM). ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO	1ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATEC	Não informado	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo solicitado. Produto classificado

4	<p>ID: 6612 - COBERTURA ANTIMICROBIANA COMPOSTA POR HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE PODENDO OU NÃO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, E/OU OUTROS COMPONENTES, COM PRATA IÔNICA, COM CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA UM GEL E MANTÉM A UNIDADE NO LEITO DA FERIDA. APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO 10X10 (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2 CM). ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO</p>	1ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATEC	Não informado	INAPTO	O produto ofertado não descritivo solicitado, apresenta prata iônica composição. Produt desclassificado
5	<p>ID: 1002669 - CURATIVO DE FIBRAS DE CELULOSE E ETILSSULFONATO DE CELULOSE. APRESENTA ALTA ABSORÇÃO DE FORMA VERTICAL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM, PODENDO VARIAR (+/- 1 CM) ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA .COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pharmaplast	81606090061	INAPTO	O produto oferecido contém as Substâncias solicitadas no edital evidência, a exemplo fi celulose e etilssulfon celulose. Produt desclassificado
		2ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATEC	Não informado	INAPTO	O produto oferecido contém as Substâncias solicitadas no edital evidência, a exemplo fi celulose e etilssulfon celulose. Produt desclassificado
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	SUPRASOR B LIQUACEL \ LOHMANN & RAUCHER	80.102.512.038	INAPTO	Com base no Anexo di "VENOSAN BRAS LOHMANN & RAUCH (0048938586) a empre está autorizada pe fabricante, a comercia produto para SES/
		3ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	Sem proposta			
6	<p>ID: 1002688 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, RECORTÁVEL, PODENDO SER USADO DE AMBOS OS LADOS, COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA,ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	GOLDMED	81606090040	INAPTO	<p>Após análise técnica Amostra, constatou-se que não atende às necessidades hospital. O tecido utilizado é áspero e de difícil absorção, não se acomodando adequadamente no leito da lesão. É preciso ressaltar que, antes de escolher qualquer produto, é fundamental conhecer sua qualidade para avaliação técnica prévia, essencial para mitigar riscos na aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição.</p> <p>Produto desclassificado conforme análise 6 0050</p>

7	ID: 1002665 - CURATIVO EM MULTICAMADAS, ABSORVENTE E NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE TRÊS CAMADAS EM MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSE, ALUMINIZADO NO LADO APLICADO SOBRE A FERIDA UNIDO POR ACRÍLICO E REFORÇADO POR AGULHAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 8cm x 9cm APROXIMADAMENTE COM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102511882	APTO	A ofertante disponibilizou proposta a descrição do de acordo com a descrição edital, registro da ANVISA modelo e marca do produto. Considera-se tal uso do mesmo anteriormente unidade com satisfação desempenho- Produto classificado.
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	METALLINE 8X9 \ LOHMANN & RAUCHER	80.102.511.882	INAPTO	Com base no Anexo II "VENOSAN BRAS LOHMANN & RAUCHER (0048938586) a empresa está autorizada pelo fabricante, a comercializar produto para SES/
		3ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Lohmann & Rauscher	Não informado	INAPTO	Com base no Anexo II "VENOSAN BRAS LOHMANN & RAUCHER (0048938586) a empresa está autorizada pelo fabricante, a comercializar produto para SES/
8	ID: 1002668 - CURATIVO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA E HYDROBALANCE PARA FERIDAS, ESTÉRIL, COMPOSTO BIOCELULOSE, ÁGUA, POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (0,3%) E FILME DE POLIÉSTER DE BAIXA ADERÊNCIA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9CM X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	VITAMEDICAL	Não informado	INAPTO	O produto oferecido contém as Substâncias solicitadas no edital evidência, a exemplo: biocelulose, água; polihexametileno biguanida (0,3%). Produto desclassificado
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	SUPRASOR B X + PHMB \ LOHMANN & RAUCHER	80.102.511.874	INAPTO	Com base no Anexo II "VENOSAN BRAS LOHMANN & RAUCHER (0048938586) a empresa está autorizada pelo fabricante, a comercializar produto para SES/
		3ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CURATEC	Não informado	INAPTO	O produto oferecido contém as Substâncias solicitadas no edital evidência, a exemplo: biocelulose, água; polihexametileno biguanida (0,3%). Produto desclassificado
9	ID: 8360 - CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 08 X10CM. APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO	1ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	VITAMEDICA/KANGLI SORB	Não informado	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta folder técnico, ausência de número de registro da ANVISA. proposta oferece produto celulose e clorexidina de acordo com edital pesquisa em meios de comunicação vigentes modelo oferecido anteriormente composição de alginato e sódio. Produto desclassificado
		2ª Colocada	VUELO PHARMA LTDA	Membracel	80074780002	APTO	A ofertante disponibilizou proposta a descrição do de acordo com a descrição edital, registro da ANVISA modelo e marca do produto. Considera-se tal uso do mesmo anteriormente unidade com satisfação desempenho- Produto classificado.

	MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	VUELO PHARMA	80.074.780.002	APTO	A ofertante disponibilizou proposta a descrição do de acordo com a descri edital, registro da AN modelo e marca d produto.Considera-se ta uso do mesmo anteriorr unidade com satisf desempenho- Prod classificado.
10	ID: 1002720 - CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELOULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PHARMACOLL THIN	80327910004	INAPTO	O produto ofertado não ao descritivo, não coi substância, a exemplo: ç entre outras, conforme E evidência. Produt desclassificado.
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	WOUND CARE A	Não informado	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI NÃO POSSUI AS SUBS TAIS COMO: PECTII GELATINA. PRODL OFERECIDO APENAS CARBOXIMETILCELU SODICA E FILME POLIURETANO- Pro Desclassificado.
		3ª Colocada	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pharmaplast	81606090054	INAPTO	O produto ofertado não ao descritivo, não coi substância, a exemplo: ç entre outras, conforme E evidência. Produt desclassificado.
11	ID: 1002666 - CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA, ESTÉRIL, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS, COMPOSTO PELOS ÁCIDOS MANURÔNICO E GULURÔNICO, E FIBRAS DE ALGINATO DE PRATA – 1,5% DE PRATA IÔNICA, FABRICADO EM NÃO TECIDO AGULHADO, NÃO ADERENTE E COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.	1ª Colocada	N. A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CASEX	10222320031	INAPTO	O produto oferecido contém as Substân solicitada no edital evidencia, a exemplo, iônica,1,5% . Prodi desclassificado
		2ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CURATEC	80246910010	INAPTO	O produto oferecido contém as Substân solicitada no edital evidencia, a exemplo, iônica,1,5% . Prodi desclassificado
		3ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO	Casex	Não infomado	INAPTO	O produto oferecido contém as Substân solicitada no edital evidencia, a exemplo, iônica,1,5% . Prodi desclassificado

12	<p>ID: 1002667 - CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, ESTÉRIL, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS, COMPOSTO POR ÁCIDOS MANURÔNICO E GULURÔNICO, FABRICADO EM NÃO TECIDO AGULHADO, NÃO ADERENTE E COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM, PODENDO VARIAR (+/- 1 CM) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PHARMA-ALGI F	80327910008	INAPTO	<p>Após análise técnica Amostra, constatou-se que não atende ao descrito evidenciado. O produto apresentou uma característica áspera após entrar em contato com o exsudato, não formando gel coeso e mantendo um aspecto áspero, o que pode causar desconforto no tecido neoformado. É ressaltar que, antes de qualquer produto, é fundamental conhecer sua qualidade através de avaliação técnica prévia, essencial para mitigar riscos na aquisição de produtos inadequados que não atende aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Portanto, o item é</p> <p>desclassificado conforme Análise 6 00502194</p>
		2ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CURATEC	80246910004	APTO	<p>A ofertante disponibilizou proposta folder/ficha técnica, imagens, registro de Anvisa. Produto coerente com o edital. Produto classificado.</p>
13	<p>ID: 6701 - GAZES DE RAYON, EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINA A E ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA. APRESENTAÇÃO: 7,5 X 7,5 CM, (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). CAIXA COM 24 UNIDADES 5 ML CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PIELSANA	80175820002	APTO	<p>A ofertante disponibilizou proposta folder/ficha técnica, imagens, registro de Anvisa. Produto coerente com o edital. Produto classificado.</p>
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Helianto Farmaceutica	80225200005	INAPTO	<p>O produto ofertado não atende ao descritivo, não contém a substância, a exemplo de melaleuca e copaíba, conforme Edital. Produto desclassificado.</p>
14	<p>ID: 10529 - CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE, COM APROXIMADAMENTE 10 CM X 10 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102512631	INAPTO	<p>O produto ofertado não atende ao descritivo, contém sulco de parafina branca. Produto desclassificado.</p>
		2ª Colocada	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pharmaplast	81606090049	INAPTO	<p>O produto ofertado não atende ao descritivo, contém sulco de parafina branca. Produto desclassificado.</p>
		3ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO	POLARFIX	Não informado	INAPTO	<p>A ofertante não disponibilizou em sua proposta folder técnico da marca POLARFIX, registro da ANVISA, modelo do produto, apenas mencionou a marca do produto. Em atendimento à solicitação, foi realizada a comunicação vigente, disponibilizando a oferta de vários produtos, sendo impossível saber qual item é o ofertado. Produto desclassificado.</p>

15	<p>ID: 1002729 - CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTENDO PRATA COMO COMPONENTE ATIVO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, TAMANHO APROXIMADO: 10CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	ESPUMA GENTLE AG	80327910014	INAPTO	<p>Após análise técnica da composição do produto constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciando a presença de uma camada de silicone na face do produto, substância que não foi solicitada no edital em que é crucial ressaltar que, ao adquirir qualquer produto, o hospital deve ter conhecimento fundamental da qualidade. Esta avaliação prévia é essencial para evitar riscos como aquisição de produtos inadequados que não atende aos padrões necessários o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Portanto, o produto é desclassificado.</p> <p>desclassificado conforme Análise 6 00502194</p>
		2ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	POLARFIX	Não informado	INAPTO	<p>A ofertante não disponibilizou em sua proposta a ficha técnica, número de ANVISA, apenas menciona a marca, mas não apresenta o modelo do produto. Em função disso, não é possível verificar se os produtos vigentes o produto WOUNDCARE P não contém prata e possui orifício para traqueostomia, além de não apresentar a possibilidade de haver presença de borda não soldada em descritivo do edital vigente. Produto desclassificado</p>
16	<p>ID: 1002692 - CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRAFINO), ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, ABSORVENTE, FLEXÍVEL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ALGINATO DE CÁLCIO, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL QUE É IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS EXTERNAS E PERMITE EVAPORAÇÃO DE GASES INTERNOS. TAMANHO APROXIMADAMENTE 15X20 CM. COM (VARIAÇÃO +/- 1CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	GOLDMED	81606090054	INAPTO	<p>Após análise técnica do produto (Amostra) oferecido, constatou-se que ele não atende às necessidades do hospital. Durante o período de teste, observou-se dificuldade na aplicabilidade de problemas com desprendimento e enrolamento das bordas já no primeiro uso. Sua baixa aderência aumenta o risco de infecção e causa desconforto para o paciente, resultando em custos adicionais para a instituição e desperdício de tempo da equipe de enfermagem. Essa avaliação técnica é essencial para mitigar riscos de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição.</p> <p>Produto desclassificado conforme Análise 6 00502194</p>
17	<p>ID: 8108 - CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BORDAS DE SILICONE E CARBOXIMETILCELULOSE POSSUINDO CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. POSSUINDO CAMADA DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMADA ABSORVENTE E A CAMADA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10CM X 10CM; (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO</p>	1ª Colocada	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pharmaplast	81606090031	INAPTO	<p>PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL NÃO POSSUI 03 CAMADAS. APRESENTA AUSÊNCIA DE VARIAS SUBSTÂNCIAS EM SUA COMPOSIÇÃO A SER VERIFICADA COMO CARBOXIMETILCELULOSE. PRODUTO DESCLASSIFICADO</p>
		2ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO	Polarfix	Não informado	INAPTO	<p>PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL NÃO POSSUI 03 CAMADAS. APRESENTA AUSÊNCIA DE VARIAS SUBSTÂNCIAS EM SUA COMPOSIÇÃO A SER VERIFICADA COMO CARBOXIMETILCELULOSE. PRODUTO DESCLASSIFICADO</p>

	INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.	3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PHARMAPL AST /WOUND CARE P	8.003.400.128	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL, NÃO POSSUI 03 CAMADAS, APRESENTA AUSÊNCIA DE VÁRIAS SUBSTÂNCIAS EM SUA COMPOSIÇÃO, COMO CARBOXIMETILCELULOSE. PRODUTO DESCLASSIFICADO
18	ID: 10530 - CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE E SAIS DE PRATA, COM APROXIMADAMENTE 10 CM X 12CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	POLARFIX	Não informado	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL, NÃO POSSUI NA SUA COMPOSIÇÃO ESPUMA DE SILICONE, NÃO SOLICITADO EM EDITAL VIRGENTE. PRODUTO DESCLASSIFICADO
		2ª colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	Sem proposta			
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	URGO	80.246.910.050	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
19	ID: 8648 - CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 15CM x 15CM (COM VARIAÇÃO DE +OU- 1CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO	1ª Colocada	BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESSITYCUTIMED SILTRC15X15 CM (cod 7328503)	10224000155	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL, NÃO POSSUI COMPOSIÇÃO DE IBUPROFENO NA COMPOSIÇÃO SOLICITADA EM EDITAL VIRGENTE. PRODUTO DESCLASSIFICADO
		2ª colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	Sem proposta			
		3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310038	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
20	ID: 8113 - COBERTURA 100% COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, IMPREGNADO COM IONS DE PRATA COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES, FLEXIVEL, MOLDAVEL E RECORTAVEL, ABSORÇÃO BILATERAL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA MEIO UMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO, NÃO ADESIVO, TAMANHO 5X8CM (variação de - ou - 2cm) . EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS.A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO.	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	SILVERSOFT	80691910040	INAPTO	O PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL, POIS NÃO APRESENTA ABSORÇÃO BILATERAL E POSSE MEDIDAS IRREGULARES, SOLICITADO NO EDITAL VIRGENTE- PRODUTO DESCLASSIFICADO

21	ID: 1002670 - COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO, ÁCIDO GULURÔNICO, COM ÍONS DE PRATA DE DISPENSAÇÃO SUSTENTADA, COM APROXIMADAMENTE 3X44CM DE COMPRIMENTO (VARIAÇÃO DE +OU - 2XCM) ESTÉRIL, DISPOSTAS EM TIRAS ENTRELACADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA GEL COESO E MANTÉM A UMIDADE NO LEITO DA FERIDA. DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, COM APRESENTAÇÃO EM LÂMINA, ABSORVENTE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pharmaplast/ Fibrosol Ag Non Adhesive - FibAgEx 245	81606090032	INAPTO	O PRODUTO OFERTADO COMPOSIÇÃO DE (FIB carboximetilcelulose de cardadas e perfuradas produzir um tecido não contendo fibras de poli NÃO ATENDE AO SOLI NO EDITAL (COBERTL HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELUL ALGINATO DE CALCIO, GULURÔNICO, COM ÍC PRATA DE DISPENS/ SUSTENTADA), pro desclassificado.
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast/Advanced Medical Solutions	10430310120	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		3ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MISSNER	80003300015	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO CO EDITAL,POIS APRES COMPOSIÇÃO DE FIBF ALGINATO DE SOD CLORETO DE CALC SODIO NÃO SOLICITA EDITAL VIRGENTE- PR DESCLASSIFICAD
22	ID: 1002808 - COBERTURA ANTIMICROBIANA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA DE NÃO TECIDO, ALTAMENTE ABSORVENTE, COM ABSORÇÃO VERTICAL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC) E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA, PODENDO SER RECORTADO E DE FÁCIL REMOÇÃO. TAMANHO 20x30 CM APROXIMADAMENTE, PODENDO VARIAR (+/- 1 CM) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA	AQUACEL AG + EXTRA 20x30 cm	80523020049	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		1ª Colocada	BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESSITYCUTIMED Ssorbion sorbact 20cmx30cm (cod 7269803)	10224000200	INAPTO	A ofertante não disponi em sua proposta folder i técnica, registro da AN modelo do produto, ap menciona a marca do p ESSITYCUTIMED Ssc sorbact . Em pesquisa e técnica oferecida, o pr apresenta substância desacordo com o Edit evidência, a exemplo: e de cálcio, CLORETC BENZETÔNIO (BEC) E (ÁCIDO ETILENODIA TETRA-ACÉTICO). C COSTURAS DE CELU não possui linhas costur absorção vertical. Pro desclassificado
		2ª Colocada	ORTOMED LTDA	AQUACEL AG + EXTRA 20x30 cm	80523020049	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
23	ID: 1002809 - CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM PRATA, CARBOXIMETILCELULOSE, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, TAMANHO APROXIMADO: 10CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADOMUL	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	ESPUMA GENTLE AG	80327910014	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO CO EDITAL,POIS NÃO APRESENTA COMPO: DE CARBOXIMETILCEL SOLICITADO EM ED VIRGENTE- PRODL DESCLASSIFICAD
		3ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	HARTMAN	Não informado	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO CO EDITAL,POIS NÃO APRESENTA COMPO: DE CARBOXIMETILCEL SOLICITADO EM ED VIRGENTE- PRODL DESCLASSIFICAD

24	<p>ID: 1002810 - CURATIVO EM MALHA, IMPREGNADO COM UMA MASSA CONTENDO VASELINA, OU ÓLEO BRANCO DE GRAU MEDICINAL, CELULOSE CARBOXIMETIL DE SÓDIO.TAMANHO APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM. PODENDO VARIAR(+ -2 CM).EMBALADO INDIVIDUALMENTE,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA.DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102512631	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
25	<p>ID: 1002815 - CURATIVO BIOLÓGICO, ORIGEM OVINA, AÇÃO ANTIMICROBIANA COM 0,3% DE PRATA IÔNICA, FENESTRADO, COMUM A MATRIZ EXTRACELULAR (MEC) INTACTA CONSTITUÍDO POR COLÁGENO TIPO I E TIPO III .TAMANHO APROXIMADAMENTE: 10X10 CM, VARIAÇÃO+/-2CM). DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO,NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
26	<p>ID: 1002721 - COMPRESSA NÃO ADERENTE ESTÉRIL COM ESTRUTURA POROSA, COMPOSTO POR VISCOSE E POLIESTER 40g/m2 PERFURADO. TEM ABSORÇÃO 10 VEZES MAIOR QUE UMA COMPRESSA DE GAZE (100% ALGODÃO). DIMENSÕES: DOBRADA (FECHADA) 7.5 CM X 7.5 CM (VARIAÇÃO +/- 0,5 CM), ABERTA 15CM x 15 CM, COM 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO</p>	1ª Colocada	UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	POLAR FIX INDUSTRIA	8003400109	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI composição oferecida algodão. Sendo solicit: composição viscosa e p Produto desclassific
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	SANFARMA	80015040002	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI composição oferecida algodão. Sendo solicit: composição viscosa e p Produto desclassific
		3ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	CICA TRIS AN	80015040022	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
27	<p>ID: 1002691 - CURATIVO COM FORMATO MULTIDIRECIONAL (PARA REGIAO CALCÂNEA E OUTRAS), COM BORDAS DE SILICONE,MULTICAMADAS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DISPERSIVA DE VISCOSE E POLIÉSTER, CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO DE ALTA ABSORÇÃO, E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUÍDO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. "TAMANHO APROXIMADO: ENTRE (14 A 16) X (19 A 24) CM."COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	CONVATEC BRASIL LTDA	Aquacel Foam Pro	80523020068	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310110	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI não possui viscosa, poli camada de algodão. Pr desclassificado
		3ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	HARTMAN	Não informado	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI não possui viscosa, poli camada de algodão. Pr desclassificado
	<p>ID: 1002671 - CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL COM BORDA ADESIVA, MODELO CALCANEIO,</p>	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310147	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class

28	<p>TAMANHO 19 X 20 CM (VARIAÇÃO DE +OU – 2CM), COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. BORDA ADESIVA COMPOSTA POR HIDROCOLÓIDE. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO COM IMPRESSÃO, IMPERMEÁVEL À ÁGUA QUE MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	2ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA	COLOPLAST	10430310062	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	CONVATEC BRASIL LTDA	Aquacel Foam	80523020044	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL, não possui bordas hidrocólóide. Produto desclassificado
29	<p>ID: 1002727 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,0 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO	Vitalderme	Não informado	INAPTO	Após análise técnica no catálogo, verificou-se que o produto contém as substâncias solicitadas no edital em conformidade. No entanto, por se tratar de um produto de uma marca desconhecida pela instituição, solicitada uma amostra para avaliação técnica posterior. Infelizmente, a empresa não enviou a amostra, enviando apenas o catálogo. É importante ressaltar que, antes de aceitar qualquer produto, é necessário conhecer sua qualidade. A empresa não especificou o modelo registrado na Anvisa do produto que será entregue. A análise prévia à compra é fundamental para garantir que adquiremos produtos que atendam às necessidades da instituição, evitando assim prejuízos financeiros. Essa avaliação prévia é essencial para evitar riscos como produtos inadequados que não atendem aos procedimentos necessários, o que pode resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição.
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310141	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDITAL, possui apenas 01 componente Carboximetilcelulose de Produto desclassificado
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PHARMAPLAST / WOUND CARE P	8.003.400.132	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta a ficha técnica, número de ANVISA, apenas menciona a marca e o modelo do produto. Em conformidade com os meios de comunicação vigentes o produto WOUNDCARE P não responde ao solicitado no descritivo, apresenta substância de poliuretano e o ofertante solicita composição a base de hidrocolóides. Produto desclassificado

30	ID: 1002672 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, FLEXÍVEL, FORMATO DE BORBOLETA, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO, RECOBERTO POR UMA MEMBRANA INTELIGENTE DE PERMEABILIDADE SELETIVA E GRADE DEMARCADORA DA FERIDA, BORDAS COM HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE E SINAL DE TROCA. TAMANHO 9X11 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310148	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado como APTO.
31	ID: 1002722 - CURATIVO ESTÉRIL, FORMATO SACRAL COM BORDAS DE SILICONE, DE ESPUMA DE POLIURETANO E CARBOXIMETILCELULOSE POSSUINDO CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. POSSUINDO CAMADA DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMADA ABSORVENTE E A CAMADA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 24CM X 21CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.	1ª Colocada	QUARTIMED HOSPITALAR LTDA	SMITH & NEPHEW	80804050137	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM O EDITAL. NÃO POSSUI AS SUBSTÂNCIAS COMO: CARBOXIMETILCELULOSE ASSIM SEGUINDO DESACORDO COM O SOLICITADO -PRODUTO REPROVADO
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310110	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM O EDITAL. NÃO POSSUI AS SUBSTÂNCIAS COMO: CARBOXIMETILCELULOSE ASSIM SEGUINDO DESACORDO COM O SOLICITADO -PRODUTO REPROVADO
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PHARMAPLAST / WOUND CARE P	8.003.400.128	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM O EDITAL. NÃO POSSUI AS SUBSTÂNCIAS COMO: CARBOXIMETILCELULOSE ASSIM SEGUINDO DESACORDO COM O SOLICITADO -PRODUTO REPROVADO
32	ID: 1002788 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA COM CAPACIDADE DE ABSORVER E RETER LÍQUIDOS E EXSUDATOS E PROMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA. PODENDO PERMANECER EM MÉDIA POR VÁRIOS DIAS NA AUSÊNCIA DE SECREÇÕES E/OU LÍQUIDOS. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 6 CM X 7 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PHARMAPLAST	Não informado	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta a ficha técnica, número de ANVISA, modelo do produto, apresentando apenas uma pesquisa em meios de comunicações vigentes, não disponibilizando de diversos produtos e medidas, e impossibilitando o conhecimento de qual modelo a ser disponibilizado. Quando solicitada a amostra, a empresa não enviou. Produto desclassificado
33	ID: 1002789 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA COM CAPACIDADE DE ABSORVER E RETER LÍQUIDOS E EXSUDATOS E PROMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA. PODENDO PERMANECER EM MÉDIA POR 7 DIAS NA AUSÊNCIA DE SECREÇÕES E/OU LÍQUIDOS. ESTÉRIL. REGISTRADO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO 10CM X 10CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PHARMAPLAST	Não informado	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta a ficha técnica, número de ANVISA, modelo do produto, apresentando apenas uma pesquisa em meios de comunicações vigentes, não disponibilizando de diversos produtos e medidas, e impossibilitando o conhecimento de qual modelo a ser disponibilizado. Quando solicitada a amostra, a empresa solicitou a desclassificação do item, pois foi cotado erroneamente. Produto desclassificado
	ID: 1002801 - FIXADOR DE Sonda NASOENTERAL E NASOGÁTRICA, COM BARREIRA ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE, EM	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	P FIX	Não informado	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM O EDITAL. NÃO POSSUI AS SUBSTÂNCIAS DE HIDROLOIDE CARACTERÍSTICAS FORMATO BORBOLETA, BRAÇADEIRA GIRATÓRIA. PRODUTO REPROVADO

34	FORMATO DE BORBOLETA, ADAPTÁVEL AO FORMATO DO NARIZ, COM UMA ABRAÇADEIRA ÚNICA EM PÊNULO E GIRATÓRIA QUE MANTÉM A SONDA FIXA E ELIMINANDO A PRESSÃO NA NARINA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	2ª Colocada	ALPHAMEDIC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PHARMAPLAST	80327910007	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM E NÃO POSSUI AS SUBS DE HIDROLOIDE CARACTERISTICAS FORMATO BORBOLETA ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA PRODUTO REPROVADO
		3ª Colocada	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA	amp produtos terapêuticos	10158910008	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM E NÃO POSSUI AS SUBS DE HIDROLOIDE CARACTERISTICAS FORMATO BORBOLETA ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA PRODUTO REPROVADO
35	ID: 1002664 - FIXADOR HORIZONTAL PARA CATETERES VESICAL E DRENOS, COM BARREIRA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA E BORDA ADESIVA MICROPOROSA. BRAÇADEIRAS DENTADAS E AJUSTÁVEIS AO DIÂMETRO DOS TUBOS, DRENOS OU CATETERES QUE VARIAM DE 5 – 40 FR. NÃO CONTÉM LÁTEX. PRODUTO ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sem proposta			
		2ª Colocada	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	BARD	80689090087	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM E NÃO POSSUI AS SUBS DE RESINA SINTETICA BORDA ADESIVA BRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PRODUTO REPROVADO
		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	SHOLLISTER	10326400031	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado como APTO
36	ID: 1002813 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE SONDA VESICAL DE DEMORA. ADESIVO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM), PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	P FIX	Não informado	APTO	O produto ofertado (Análise 6 00502194) atende ao descritivo sol Produto classificado como APTO
37	ID: 10539 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES DE OXIGÊNIO E SONDAS NASAIS. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM), PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROCARE	Não informado	INAPTO	Após análise técnica (Análise 6 00502194) do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descrito, pois não possui o formato anatômico ao nariz. As indústrias oferecem diversos produtos com características diferentes, e essa especificação é essencial para a aplicação adequada, tornando alguns produtos mais seguros que outros. Produto desclassificado conforme Análise 6 00502194
38	ID: 886 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES DE OXIGÊNIO E SONDAS NASAIS. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 3X4 CM, (VARIAÇÃO +/- 1 CM). PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROCARE	Não informado	INAPTO	Após análise técnica (Análise 6 00502194) do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descrito, pois não possui o formato anatômico ao nariz e o tamanho é maior que o solicitado, sendo que o dispositivo utilizado em crianças, com tamanho aproximado de 3x4 cm, são essenciais para a aplicação adequada, especialmente em crianças, tornando alguns produtos mais seguros que outros. Produto desclassificado conforme Análise 6 00502194

39	ID: 10538 - DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO), COM BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE, POSSUI MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSICIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO. COM TRIPLO MECANISMO DE FIXAÇÃO DO TUBO, DIMINUINDO RISCO DE EXTUBAÇÃO. CONTÉM TIRA ALCOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX E NÃO ESTÉRIL. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.	1ª Colocada	SALUARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	Sem proposta			
		2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	HOLLISTER	10326409027	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	OROTRAQUEAL ANCHORFAST - HOLLISTER	10.326.409.027	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
40	ID: 1002816 - SUPORTE PARA TUBO OROTRAQUEAL/ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR UM ARCO EM POLIPROPILENO, BASES ACRÍLICAS NAS EXTREMIDADES, FACE DE CONTATO EM HIDROCOLÓIDE E NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO. LIVRE DE LÁTEX E DE HP. TAMANHO: MINI. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO, DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
41	ID: 1002817 - SUPORTE PARA TUBO OROTRAQUEAL/ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR UM ARCO EM POLIPROPILENO, BASES ACRÍLICAS NAS EXTREMIDADES, FACE DE CONTATO EM HIDROCOLÓIDE E NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO. LIVRE DE LÁTEX E DE HP. TAMANHO: XPP. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO, DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
42	ID: 1002818 - SUPORTE PARA TUBO OROTRAQUEAL/ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR UM ARCO EM POLIPROPILENO, BASES ACRÍLICAS NAS EXTREMIDADES, FACE DE CONTATO EM HIDROCOLÓIDE E NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO. LIVRE DE LÁTEX E DE HP. TAMANHO: PP. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO, DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				

43	<p>ID: 1002819 - SUPORTE PARA TUBO OROTRAQUEAL/ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR UM ARCO EM POLIPROPILENO, BASES ACRÍLICAS NAS EXTREMIDADES, FACE DE CONTATO EM HIDROCOLOIDE E NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO. LIVRE DE LÁTEX E DEHP. TAMANHO: P. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO, DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
44	<p>ID: 1002820 - SUPORTE PARA TUBO OROTRAQUEAL/ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR UM ARCO EM POLIPROPILENO, BASES ACRÍLICAS NAS EXTREMIDADES, FACE DE CONTATO EM HIDROCOLOIDE E NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO. LIVRE DE LÁTEX E DEHP. TAMANHO: G. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO, DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
45	<p>ID: 1002120 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO DE POLIURETANO COM ADESIVO DE POLIACRILATO, COM TIRAS DE COR PARA AUXÍLIO NA APLICAÇÃO, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E A VAPORES ÚMIDOS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. CONFORMÁVEL, COMPLEMENTADO POR PAPEL DE POLIÉSTER REVESTIDO COM POLIURETANO EM AMBOS OS LADOS E SILICONIZADO EM UM LADO. PODE SER RECORTADO E ADAPTADO, DE FÁCIL APLICAÇÃO. TAMANHO 10CM X 12M APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO</p>	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	8003400110	APTO	<p>Após análise técnica (Análise 6 00502194) da composição e características do produto oferecido, constatou-se que ele atende ao descrito e evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição.</p> <p>Produto Classificado conforme Análise 6 00502194</p>
46	<p>ID: 1002652 - CURATIVO PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES ÚMIDOS, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, COM BORDAS FENESTRADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO ENTRE 10CM X12 CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VITALDERM	Não informado	INAPTO	<p>Após análise técnica (Análise 6 0051) do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois possui tiras de fita microporada revestidas por adesivo a bordas fenestradas. Essas características diferenciam essas especificações essenciais para a aplicação adequada, tornando a aquisição de produtos mais segura. É crucial ressaltar antes de adquirir qualquer produto, é fundamental conhecer suas substâncias características para garantir que o paciente seja atendido de maneira adequada. Portanto, a avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição.</p> <p>Produto desclassificado conforme Análise 6 0051</p>

47	<p>ID: 10566 - FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS. HIPOALERGÊNICO, SEMIPERMEÁVEL A TROCAS GASOSAS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, FORMANDO UMA BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM REFORÇO DE TECIDO MACIO EM UMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE APLICAÇÃO COM MOLDURA.</p> <p>TAMANHO APROXIMADAMENTE 9 CM X 11 CM COM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PROCARE/ PHARMAPL AST	10.369.469.015	INAPTO	<p>Após análise técnica (Análise 6 0051) do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, e possui fenestração com de tecido macio em um extremidades e sistema aplicação com moldura produto apenas apresser fenestradas para auxílio fixação.</p> <p>É crucial ressaltar que, para adquirir qualquer produto fundamental conhecer substâncias e características para assegurar que o produto seja atendido plenamente avaliação técnica pré-essencial para mitigar riscos inadequados que não atende aos padrões necessários: poderia resultar em problemas operacionais e financeiros instituição.</p> <p>Produto desclassificado conforme Análise 6 0051</p>
48	<p>ID: 10537 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, RESPIRÁVEL, PERMITINDO BOA TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE. À PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS, COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. O TAMANHO APROXIMADO 5CM X 6 CM. VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PROTECTFILM ORIGINAL FRAME STYLE	80327910003	INAPTO	<p>Após análise técnica (Análise 6 0051) do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que apresenta moldura e rótulo impresso para anotar as trocas de curativo. É crucial ressaltar antes de adquirir qualquer produto é fundamental conhecer substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido plenamente. avaliação técnica pré-essencial para mitigar riscos aquisição de produtos inadequados que não atende aos padrões necessários: poderia resultar em problemas operacionais e financeiros instituição.</p> <p>Produto desclassificado conforme Análise 6 0051</p>
49	<p>ID: 6031 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX. RESPIRÁVEL, PERMITINDO TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE, PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS. COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. SEM FENESTRA COM RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. TAMANHO APROXIMADO 10 X 12 CM (COM VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR LTDA	PROTECTFILM ORIGINAL FRAME STYLE	80327910003	INAPTO	<p>Após análise técnica (Análise 6 0051) do produto oferecido, constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que apresenta moldura e rótulo impresso para anotar as trocas de curativo. É crucial ressaltar antes de adquirir qualquer produto é fundamental conhecer substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido plenamente. avaliação técnica pré-essencial para mitigar riscos aquisição de produtos inadequados que não atende aos padrões necessários: poderia resultar em problemas operacionais e financeiros instituição.</p> <p>Produto desclassificado conforme Análise 6 0051</p>
	<p>ID: 1002812 - FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETER CENTRAL. COMPOSTO POR UMA PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, UMA</p>	1ª Colocada	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS	PHARMAPORE PU IV	Não informado	INAPTO	<p>O produto ofertado atende ao descritivo. Não contém clorexidina. Produto desclassificado.</p>

50	PLACA EM GEL IMPREGNADA COM CLOREXIDINA A 2% AQUOSA , REFORÇO DE BORDAS EM TODA A EXTENSÃO, FENDAS PARA A SAÍDA DE TUBULAÇÕES E EQUIPOS, DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 CM X 11 CM COM (VARIAÇÃO +/- 1 CM) . EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO.	2ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	8003400111	INAPTO	O produto ofertado atende descritivo. Não contém clorexidina. Produto desclassificado.
		3ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA	POLARFIX	8003400111	INAPTO	O produto ofertado atende descritivo. Não contém clorexidina. Produto desclassificado.
51	ID: 1002673 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 2 (17 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) E DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE COR, PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5) , OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO.	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pooltex Ind e Com de Prod Méd Hosp	80445680001	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto class
		2ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	SURG IFIX	10271210001	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto class
		3ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SURGIFIX / CALIBRE 2	Não informado	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto class
52	ID: 1002674 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 5 (29 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE COR, PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	Sem proposta			
		2ª Colocada	UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MOLNLYCKE	80733280009	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto class
		3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pooltex Ind e Com de Prod Méd Hosp	80445680001	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto class
		1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	Sem proposta			

53	ID: 1002676 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 10 (100 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) E DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE COR PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) . OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	2ª Colocada	UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MOLNLYCKE	80733280009	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pooltex Ind e Com de Prod Méd Hosp	80445680001	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
54	ID: 1002675 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 6 (57 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) E DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE COR PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	Sem proposta			
		2ª Colocada	UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MOLNLYCKE	80733280009	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pooltex Ind e Com de Prod Méd Hosp	80445680001	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
55	ID: 1002677 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 8 (66 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) E DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO D DE COR PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) . OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MOLNLYCKE	80733280009	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	Sem proposta			
		3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pooltex Ind e Com de Prod Méd H	80445680001	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
	ID: 1002689 - COBERTURA ATADURA DE RAYON, IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM, NÃO ADERENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS E FIOS SOLTOS. ATÓXICA E	1ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CURATEC	80246910006	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class

56	APIROGÊNICA, ESTÉRIL. ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 X200 CM PODENDO VARIAR (+/- 5 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.	2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	CURATEC	80.246.910.006	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
57	ID: 1002725 - CURATIVO DE FIXAÇÃO ELÁSTICA, COMPOSIÇÃO VISCOSE E POLIAMIDA, COM BORDAS DE TECELAGEM, ELÁSTICO LONGITUDINAL, COESIVA CONFORMÁVEL, COM DUPLO ESTIRAMENTO E UMA EXPANSÃO ESPECIAL, ADERE A SI MESMO, MAS NÃO À PELE NEM AOS PELOS, PROPORCIONA UM BOM AJUSTE, PODENDO SER APLICADA COM EFICÁCIA AOS MEMBROS DE FORMA CÔNICA E ARTICULAÇÕES, SEM PROVOCAR CONSTRICÇÕES OU DESLIZAMENTO DO MESMO. TAMANHO 10CM X 20M APROXIMADAMENTE COM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TENSIFIX	Não informado	INAPTO	A ofertante não disponibiliza em sua proposta folha descritiva, e nem registra a anvisa, assim como imagem e modelo do produto. Produto desclassificado
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	MOLLELAST ® HAFT / Lohmann & Rauscher	80102511590	INAPTO	Com base no Anexo de especificação "VENOSAN BRASIL LOHMANN & RAUSCHER (0048938586) a empresa não está autorizada pelo fabricante, a comercializar o produto para SES/RS
		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102511589	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
58	ID: 1002712 - BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO, COMPOSIÇÃO DE VISCOSE, ALGODÃO, NYLON E LYCRA. POSSUI LINHA CENTRAL COM COR DE IDENTIFICAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO. DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO, PARA PERNAS DE DIFERENTES DIÂMETROS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 3 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM). OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TENSIFIX	Não informado	INAPTO	Após análise técnica do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele não atende ao descritivo evidenciado, pois possui dois indicadores de extensão para pernas de diferentes diâmetros. As tiras oferecem diversos produtos com características diferentes e a especificação faz uma distinção significativa na aplicação tornando alguns mais seguros que outros. É crucial ressaltar antes de adquirir qualquer produto que é fundamental conhecer as substâncias e características para garantir que o paciente seja atendido de maneira adequada. Esta avaliação técnica preliminar é essencial para mitigar riscos na aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado conforme Análise 6 0051
		2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102511872	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado

		3ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	FAMARA	80180100016	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM EDI composição ofertada Algodão, 20% Poliamid Elastodieno, não aten tamanho 15 cm x 1,30 POSSUI OS COMPONENTES DE ALGOD VISCOSA DE ALGOD nAYLON EM SUA COMPO não apresenta linha cen cor de identificação indicadores de exten -Produto desclassific
59	ID: 1002787 - BANDAGEM ELÁSTICA, PERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM VISCOSE ALGODÃO POLIAMIDA, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 10CM X 4M. REVESTIDO DE MATERIAL LIVRE DE LÁTEX, AUTOADERENTE, COM ELASTICIDADE APROXIMADAMENTE DE 80%, PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1ª Colocada	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	SUZHOU MEDSPORT	10178010297	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM E NÃO POSSUI OS COMPONENTES: VISCO ALGODÃO E POLIAMID SUA COMPOSIÇÃO , , SEGUINDO EM DESACORDO COM O SOLICITADO COM O SOLICITADO PRODUTO DESCLASSIFIC
		2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102511589	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto class
		3ª Colocada	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA	POLAR FEX	80003400132	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO DESACORDO COM E NÃO POSSUI OS COMPONENTES: VISCO ALGODÃO E POLIAMID SUA COMPOSIÇÃO , , SEGUINDO EM DESACORDO COM O SOLICITADO COM O SOLICITADO PRODUTO DESCLASSIFIC
60	ID: 1002796 - FILME ADESIVO DE SILICONE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 100%, COBERTO POR UMA CAMADA DE SILICONE.CONFORMÁVEL À PELE, ATRAUMÁTICO, SEMIPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL, MICROPOROSO. NO TAMANHO APROXIMADO DE 5 M X 2,5 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	VITA L DER ME	10296900154	INAPTO	Após análise técnica do oferecido (Amostra), conclui-se que ele não atende necessidades do hospital. Durante o período de teste, observou-se que ao ser desenrolado para aplicação, o produto deixa cola em ambos os lados. A presença de cola na parte externa pode servir como meio de cultura para microorganismos, representando um risco potencial de infecção cruzada para os pacientes. análise técnica do produto oferecido, constatou-se que não atende às necessidades do hospital. Durante o período de teste, observou-se que ao ser desenrolado para aplicação, o produto deixa cola em ambos os lados. A presença de cola externa pode servir como meio de cultura para microorganismos, representando um risco de infecção cruzada para os pacientes. Produto desclassificado conforme Análise 6 0051
61	ID: 1002797 - FILME ADESIVO DE SILICONE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 100%, COBERTO POR UMA CAMADA DE SILICONE.CONFORMÁVEL À PELE, ATRAUMÁTICO, SEMIPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL, MICROPOROSO. NO TAMANHO APROXIMADO DE 5 M X 5 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				

62	ID: 1002814 - SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA DE MÚLTIPLOS COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FAVORECEM A PRESSÃO TERAPÊUTICA. A PRIMEIRA: E DE CURTO ESTIRAMENTO MACIA, CONFORTÁVEL E ABSORVENTE. APROXIMADAMENTE 10 CM X 3,5 METROS E DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5CM). A SEGUNDA BANDAGEM, É UM MATERIAL COESIVO E SEM LÁTEX EM TECIDO DE POLIAMIDA, POLIURETANO E ALGODÃO. APROXIMADAMENTE 10CM X 6 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5CM). OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	LOHMANN	80102511484	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	URGO	80246910036	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	ROSIDAL® TCS / Lohmann & Rauscher	80.102.511.484	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
63	ID: 1002826 - CURATIVO EM BANDAGEM CONSTITUÍDA DE ALGODÃO PURO OU MISTO, PRONTA PARA USO IMPREGNADA COM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO, ÓLEO DE CASTOR E GOMAS QUE NÃO ENDURECE. TAMANHO 10 X 10CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2 CM). ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO	1ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CURATEC	80246910003	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	CONVATEC BRASIL LTDA	Flexi-Dress	80523020015	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	HELIANTO	80.225.200.004	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
64	ID: 1002713 - GEL PHMB - GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS. COMPOSTO DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAÍNA, 0,1% DE POLIHEXANIDA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE E ÁGUA PURIFICADA. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 100ML (VARIAÇÃO +/- 3 ML). NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA LTDA	PIELSANA	Não informado	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CURATEC	80246910059	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	CASE X	10222320032	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO ATENDE AO DESCRITO SOLICITADO, POR ENCONTRA-SE E DIVERGÊNCIA NA SUBSTÂNCIA: Polihexanida (PHMB): OFERECIDA A PORCENTAGEM SUPERIOR AO SOLICITADO - ITO DESCLASSIFICADO
		1ª Colocada	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	DERMATROL MS/ TROL 100ML	81196230001	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado

65	ID: 5615 - ÓLEO AUXILIAR DA CICATRIZAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL POLIINSATURADO (GIRASSOL), ACIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL (VITAMINA A) , ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), PECTINA DE SOJA, ANTI OXIDANTE (BHT) . FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	2ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	DERM ATROL	81196230001	APTO	O produto ofertado ateí descritivo. Produto class
		3ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO□□□□□□	Trol	não informado	APTO	O produto ofertado ateí descritivo. Produto class
66	ID: 1002690 - LIBERADOR REMOVEDOR ADESIVO, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 100% SILICONE BIOCAMPATÍVEL , HIPOALERGÊNICO, ATRAUMÁTICO, INDOLOR, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE PULVERIZAÇÃO CONTINUA, DE SECAGEM RÁPIDA, SEM RESÍDUO E LIVRE DE VEÍCULO ALCOOLICO OU OLEOSO. SPRAY AEROSSOL 50ML, APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO +/- 2 ML) . COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DERMILON REMOVEDOR DE ADESIVOS/ COSMODERMA	25.351.231.351	INAPTO	PRODUTO ofertado DESACORDO COM EI não contém as substâ solicitada, sendo sua pi substancia Disiloxoan. S 100% silicone. PROC DECLASSIFICAD
		2ª Colocada	CONVATEC BRASIL LTDA□□□□□□□□	Esenta	25.351.574.933	APTO	O produto ofertado ateí descritivo. Produto class
		3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA□□□□□□□□	Coloplast S/A - Dinamarca	256441/2017-67	APTO	O produto ofertado ateí descritivo. Produto class
67	ID: 6586 - GEL COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO E ALGINATO DE CÁLCIO. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 8g (VARIAÇÃO +/- 1g) . ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
	ID: 1147 - PROTETOR CUTÂNEO	1ª Colocada	VUELO PHARMA LTDA	Spray Barreira	80074780003	APTO	O produto ofertado ateí descritivo. Produto class

68	SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE, APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. NÃO POSSUI ÁLCOOL. BARREIRA QUE OFERECE TOTAL PROTEÇÃO CONTRA IRRITAÇÕES DE PELE DECORRENTES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, E DANOS CAUSADOS PELOS ADESIVOS EM CURATIVOS REPETITIVOS. FRASCO AEROSOL CONTENDO NO MÍNIMO 50 ML. COM (VARIAÇÃO +/- 5 ML) EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA COM TAMPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE..	2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA □□□□□□□□	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310128	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		3ª Colocada	CONVATEC BRASIL LTDA □□□□□□□□	Esenta	80523029018	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
69	ID: 8645 - PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, NÃO ALCOOLICO, COMPOSTO POR SILOXANOS E SÍLICA TRIMETILADA, SILICONE. FRASCO SPRAY CONTENDO NO MÍNIMO 28 ML.(COM VARIAÇÃO +/- 2 ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA COM TAMPA,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PR	1ª Colocada	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DERMILON PELICULA PROTETORA/ COSMODERMA	8140320001	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		2ª Colocada	RIOQUIMICA S.A. □□□□□□□□	RIOQUIMICA RIODERM PROTECTION – PELICULA PROTETORA SEM ARDOR 30ML SPRAY	80146019001	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
		3ª Colocada	VUELO PHARMA LTDA	Spray Barreira	80074780003	APTO	O produto ofertado atei descritivo. Produto class
70	ID: 2652 - CURATIVO ESTÉRIL, COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85 G (VARIAÇÃO +/- 5G), NÃO ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CURATEC	80246910008	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI NÃO POSSUI AS SUBS TAIS COMO: IDANTC SORBATO DE POTÁ: TRIETANOLAMINA, A BORICO, CARBOMER ASSIM SEGUINDO DESACORDO COM SOLICITADO - PROC DESCLASSIFICAD
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA □□□□□□□□	Helianto Farmaceutico	80225200009	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI NÃO POSSUI AS SUBS TAIS COMO: HIDANTC SORBATO DE POTÁ: TRIETANOLAMINA, Á BÓRICO HIDANTO/ SORBATO DE POTÁ: TRIETANOLAMINA, A BORICO, CARBOMER ASSIM SEGUINDO DESACORDO COM SOLICITADO - PROC DESCLASSIFICAD
		3ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	8003400121	INAPTO	PRODUTO OFERECIE DESACORDO COM EI NÃO POSSUI AS SUBS TAIS COMO: HIDANTC SORBATO DE POTÁ: TRIETANOLAMINA, Á BÓRICO, HIDANTO/ SORBATO DE POTÁ: TRIETANOLAMINA, A BORICO, CARBOMER ASSIM SEGUINDO DESACORDO COM SOLICITADO - PROC DESCLASSIFICAD

71	ID: 1002685 - CREME BARREIRA PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), COMPOSTO DE EMOLIENTES, UMECTANTES, 1,3% DE DIMETICONA E TERPOLYMER (acrilonitrila-butadieno-estireno), EMBALAGEM, TUBO COM APROXIMADAMENTE, 28G COM VARIAÇÃO +/- 2 CM. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO.	1ª Colocada	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3M		APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Helianto Farmaceutico	80225209003	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO EM DESACORDO COM EMBALAGEM POSSUI AS SUBSTÂNCIAS COMO: OLEO DE GIRASSOL, PROPILENOGLICOL E APRESENTAÇÃO DO FRASCO EM 100GR ASSIM SEGUNDO EM DESACORDO COM SOLICITADO - PROCESSO DE DESCCLASSIFICAÇÃO
		3ª Colocada	RIOQUIMICA S.A.	RIOQUIMICA RIODERM PROTECTION – CREME BARREIRA 92G BISNAGA	80146019002	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
72	ID: 8687 - CREME BARREIRA PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL, AÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EXSUDATOS E EFLUENTES AGRESSIVOS, PARA HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE DANIFICADA. EMBALAGEM, TUBO COM 60 ML, APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO +/- 2 G). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO.	1ª Colocada	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DERMILON CREME BARREIRA/ COSMODERMA	81403200004	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Coloplast S/A - Dinamarca	10430319010	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	Cosmoderma	Não informado	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
73	ID: 10526 - SOLUÇÃO PHMB - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINE, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA COM TAMPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Helianto Farmaceutico	80225200020	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	HELIANTO	80.225.200.020	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CS350	10222320033	APTO	O produto ofertado atende descritivo. Produto classificado

74	<p>ID: 1002802 - SOLUÇÃO DE PHMB 0,2% AQUOSA PARA ANTISSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTO NO MÍNIMO POR ÁGUA, POLIHEXANIDA 0,2%, COCOAMIDROPROPIL BETAÍNA, BISABOLOL, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, PELEMOL, POLIDOCANOL E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO, NÃO ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. APRESENTADO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 250ML (VARIAÇÃO +/- 05 ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO</p>	1ª Colocada	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DERMILON LIMPADOR SEM ENXAGUE/ COSMODERMA	25.351.417.931	INAPTO	<p>Após análise técnica composição do produto c (Amostra), constatou-se não atende ao descri evidenciado, às substâ oferecidas: Aqua, Glyc Dipropylene Glycol, Polc 407, Propylene Glycol, P Dimethicone, Polysorba Methylisothiazolinon Phenoxyethanol, Amodim Citric Acid, Tetrasodium estão em desacordo c especificações solicitada avaliação técnica prév essencial para mitigar risc produtos inadequados q atendem aos padrões nec o que poderia resultat problemas operaciona financeiros para a instit</p> <p>Produto desclassific conforme Análise 6 0051</p>
		2ª Colocada	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA LTDA	PIELSANA	Não informado	APTO	<p>O produto ofertado atei descritivo. Produto class</p>
		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	WALKMED A	25351.512847/2016-90	APTO	<p>O produto ofertado atei descritivo. Produto class</p>
75	<p>ID: 1002803 - LOÇÃO HIDRATANTE DE USO EXTERNO, A BASE DE AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), DERIVADO DE ÓLEOS VEGETAIS, LECITINA DE SOJA, ALOE VERA, D-PANTENOL, URÉIA, LECITINA DE SOJA, SILICONE, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL, VASELINA LÍQUIDA E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO 100 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO.</p>	1ª Colocada	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DERMASKIN A.G.E/ COSMODERMA	251160008	INAPTO	<p>O produto ofertado, não todas as substâncias sol no edital .Substânc encontradasTocopheryl a caprylic/capricTriglycerid acid; linoleic acid;Lec cetearyl alcohol, phenoxyethanol;Cyclome bht; disodium edta. I reprovado.</p>
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	TROL	ISENTO	INAPTO	<p>A ofertante não disponi em sua proposta, qual p será entregue, apenas m a marca Trol pesquisa r em meios de comunicaç localizada substâncias qu ao descritivo, a exemplo Aloe vera, silicone, uréia outras substâncias r encontrada. A marca ofe disponibiliza diversos i tornando impossível sab será entregue, Prod desclassificado.</p>
		3ª Colocada	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA LTDA	PIELSANA	Não informado	APTO	<p>O produto ofertado atei descritivo. Produto class</p>
		1ª Colocada	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA LTDA	PIELSANA	Não informado	APTO	<p>O produto ofertado atei descritivo. Produto class</p>

76	ID: 1002804 - SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB 0,2%, SOLUÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO CORPORAL E ÁREA PERI LESIONAL, SEM ENXÁGUE, COMPOSTO POR CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA - PHMB0,2%, COCOAMIDOPROPILBETAINA, GLICERINA, CARBOXIMETILCELULOSE. APRESENTAÇÃO EM FRASCO CONTENDO 100 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO	2ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PIELSANA	2036165	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
		3ª Colocada	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	WALKMED	25.351.072.460	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
77	ID: 1002811 - CURATIVO NÃO ESTÉRIL, COBERTURA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULO, PECTINA, PROPILENOGLICOL, IMIDASOLIDINILUREIA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, CARBÔMERO E ÁGUA APURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 G(VARIAÇÃO O +/- 2G), COM TAMPA "FLIP-FLOP" NÃO ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	VITAMEDICAL	Não informado	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta ficha técnica após pesquisa realizada pelos meios de comunicação. Não atende ao descritivo solicitado. Produto classificado
		2ª Colocada	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA LTDA	PIELSANA	Não Informado	INAPTO	PRODUTO OFERECIDO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO SOLICITADO. CONTEÚDO SÓMENTE AS SEGUINTE SUBSTÂNCIAS: Água purificada, Carboximetilcelulose, Glicerina 0,1%, polihexan biguanida 0,1%, betadina, cocoamidopropilbetaina. produto desclassificado
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	HELIANTO	81.605.660.019	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
78	ID: 1002792 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA COMPOSTO POR TECIDO DUPLO EM ALGODÃO ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI ESCARA, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO, COM COBERTURA IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ. TAMANHO APROXIMADO DE 30 CM COMPRIMENTO TOTAL; 7 X 3 CM (ÓCULOS) E 2,0 CM ENCAIXE NO NARIZ. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MAKE LINE	80171539001	APTO	O produto ofertado (Amarelo) atende ao solicitado cor Amarelo. Análise 12 0050169
		2ª Colocada	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	BABY BLOCK/IMPACTO MEDICAL	80358749005	INAPTO	Produto em desacordo com edital, apresenta banda elástica autocolante amarela. produto desclassificado
		3ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SURGIBABY / TAM G	Não informado	INAPTO	Produto em desacordo com edital, não apresenta lentes duplas e não possui velcro. produto desclassificado
	ID: 1002793 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA COMPOSTO POR TECIDO DUPLO EM ALGODÃO ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI ESCARA, COM VELCRO NA	1ª Colocada	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	BABY BLOCK /IMPACTO MEDICAL	80358749005	INAPTO	Produto em desacordo com edital, apresenta banda elástica autocolante amarela. produto desclassificado
		2ª Colocada	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	52POM	80171539001	APTO	O produto ofertado (Amarelo) atende ao solicitado cor Amarelo. Análise 12 0050169

79	EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO, COM COBERTURA IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ. TAMANHO APROXIMADO DE 31 CM COMPRIMENTO TOTAL; 10X 5 CM (ÓCULOS) E 3CM DE ENCAIXE NO NARIZ. REGISTRADO NA ANVISA.	3ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA □□□□□□□□	SURGIBABY / TAM GG	Não informado	INAPTO	Produto em desacordo edital, não apresenta l duplo e não possui ve produto desclassificado
80	ID: 1002794 - PROTETOR OCULAR TAMANHO P COM FACE INTERNA, QUE FICARÁ EM CONTATO COM OS OLHOS, EM TECIDO DE ALGODÃO PRETO QUE DIFICULTA A PASSAGEM DE LUZ; COM SUPERFÍCIE INFERIOR DE CONTATO COM A PELE CONFECCIONADA EM SILICONE ADESIVO QUE DISPENSA QUALQUER OUTRA FIXAÇÃO, GARANTINDO DESLOCAMENTO ACIDENTAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	DEJAMARO	81605660019	INAPTO	Produto em desacordo edital, apresenta pl poliamida, espuma po blackout central - pro desclassificado
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	NEO PHOTOSHA DE	80.301.130.031	APTO	O produto ofertado (Am atende ao solicitado cor Análise 12 0050169'
81	ID: 1002795 - PROTETOR OCULAR TAMANHO M COM FACE INTERNA, QUE FICARÁ EM CONTATO COM OS OLHOS, EM TECIDO DE ALGODÃO PRETO QUE DIFICULTA A PASSAGEM DE LUZ; COM SUPERFÍCIE INFERIOR DE CONTATO COM A PELE CONFECCIONADA EM SILICONE ADESIVO QUE DISPENSA QUALQUER OUTRA FIXAÇÃO, GARANTINDO DESLOCAMENTO ACIDENTAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	DEJAMARO	81605660019	INAPTO	Produto em desacordo edital, apresenta pl poliamida, espuma po blackout central - pro desclassificado
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PHOTOSHA DE	80.301.130.031	APTO	O produto ofertado (Am atende ao solicitado cor Análise 12 (0050169
		3ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA □□□□□□□□	DEJAMARO	81605660019	INAPTO	Produto em desacordo edital, apresenta pl poliamida, espuma pol blackout central - pro desclassificado
82	ID: 1002790 - FIXADOR DE SENSOR DE OXÍMETRO DE PULSO, TAMANHO P, EM POLIURETANO, ANTIDESLIZANTE, TRANSPIRÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO, AJUSTÁVEL. LIVRE DE LÁTEX E DEHP. TAMANHO APROXIMADO (L 70MM X C 20MM). REUTILIZÁVEL. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA □□□□□□□□	FIX HOLDER/IMPACTO MEDICAL	FIX HOLDER/IMPACTO MEDICAL	APTO	O produto ofertado (Am atende ao solicitado cor Análise 12 0050169'
83	ID: 1002791 - FIXADOR DE SENSOR DE OXÍMETRO DE PULSO, TAMANHO M EM POLIURETANO, ANTIDESLIZANTE, TRANSPIRÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO, AJUSTÁVEL. LIVRE DE LÁTEX E DEHP. TAMANHO APROXIMADO (L 120MM X C 20MM). REUTILIZÁVEL. REGISTRADO NA ANVISA.	1ª Colocada	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA □□□□□□□□	FIX HOLDER/IMPACTO MEDICAL	80358740002	APTO	O produto ofertado (Am atende ao solicitado cor Análise 12 0050169'
84	ID: 1002805 - APOIO DE CALCÂNEO ANATÔMICO. APOIO NA REGIÃO POSTERIOR DO TORNOZELO/PERNA, ABAIXO DA PANTURRILHA DEIXANDO O CALCANHAR LIVRE; COMPRIMENTO (CM) 21,5 LARGURA (CM) 13,5; ALTURA (CM) 6,5. FORMATO ANATÔMICO; RADIOTRANSARENTE; GEL POLÍMERO CONSISTENTE RECOBERTO COM FILME SOLDADO DE PU DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; NÃO VAZA SE FOR PERFURADO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				

85	ID: 1002806 - COXIM PARA APOIO DE CABEÇA, FORMATO CIRCULAR, EM GEL, MACIO, DE MATERIAL NÃO POROSO E QUE NÃO VAZE SE PERFURADO. DIMENSÃO: LARGURA 21CM x COMPRIMENTO 21CM x ALTURA 5 CM. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO.	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	O GEL	ISENTO	APTO	Após análise técnica do oferecido (Amostra), conclui-se que ele atende ao descrito na evidência. No entanto, é importante ressaltar que a durabilidade do produto não foi avaliada, que é auxiliada pela prevenção de lesões por pressão e conforto do paciente não testadas devido ao curto prazo de avaliação disponível.
		2ª Colocada	ALEX DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA	O'GEL	Não informado	APTO	Em pesquisa em ficha técnica não foi encontrada, compõe as su do Edital em evidências. Classificado.
		3ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	O'GEL HOSPITALAR	10362580008	APTO	Em pesquisa em ficha técnica não foi encontrada, compõe as su do Edital em evidências. Classificado.
86	ID: 1002807 - COXIM PARA APOIO DE CABEÇA, FORMATO CIRCULAR, EM GEL, MACIO, DE MATERIAL NÃO POROSO E QUE NÃO VAZE SE PERFURADO. DIMENSÃO: LARGURA 16CM x COMPRIMENTO 16CM x ALTURA 5 CM. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. PRODUTO HIPOALERGÊNICO.	1ª Colocada	ALEX DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA	O'GEL	Não informado	APTO	Após análise técnica do oferecido (amostra), conclui-se que ele atende ao descrito na evidência. No entanto, é importante ressaltar que a durabilidade do produto não foi avaliada, que é auxiliada pela prevenção de lesões por pressão e conforto do paciente não testadas devido ao curto prazo de avaliação disponível.
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	OGEL	ISENTO	APTO	Após análise técnica do oferecido (Amostra), conclui-se que ele atende ao descrito na evidência. No entanto, é importante ressaltar que a durabilidade do produto não foi avaliada, que é auxiliada pela prevenção de lesões por pressão e conforto do paciente não testadas devido ao curto prazo de avaliação disponível. Classificado.
		3ª Colocada	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	O'GEL HOSPITALAR	10362580008	APTO	Em pesquisa em ficha técnica não foi encontrada, compõe as su do Edital em evidências.
87	ID: 1002821 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEADA TAMANHO 0 - NG000 - 6,0CM COMPRIMENTO X 2,0CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	SANOVIE	Não informado	APTO	O produto ofertado (Amostra) atende ao solicitado conforme a especificação técnica. Análise 12 0050169

88	ID: 1002822 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPÁTIVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA TAMANHO 1 - NG001 - 7,7CM COMPRIMENTO X 2,2CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	NEO GUARD	80.301.130.030	APTO	O produto ofertado (Am atende ao solicitado cor Análise 12 0050169'
89	ID: 1002823 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPÁTIVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEILHADA TAMANHO 2 - NG002 - 8,5CM COMPRIMENTO X 2,2CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA□□□□□□	SANOVIE	Não informado	APTO	O produto ofertado (Am atende ao solicitado cor Análise 12 0050169'
90	ID: 3453 - COLCHÃO PNEUMÁTICO COM SISTEMA DE ALÍVIO DE PRESÃO ALTERNADA, KIT COMPLETO (COLCHÃO INFLÁVEL, UNIDADE DE CONTROLE/MOTOR, MANGUEIRA DE AR,KIT PARA PEQUENOS REPAROS), PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS, MATERIAL EM PVC RESISTENTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, A PROVA D'AGUA, SUPORTA ATÉ 135 KG, VOLTAGEM 110v OU 220 v, CICLOS DE 10 MINUTOS PARA INFLAR E DESINFLAR, ALTERNANDO A PRESSÃO DE AR DE CADA CÉLULA, COMPOSTO POR 130 CÉLULAS UNIFORMES, TAMANHO INFLADO APROXIMADO: 7CM X 89CM X 198CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO, DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.□□□□□□	FOSHAN HONGFENG	81596320069	APTO	O produto ofertado ater descritivo. Produto class
		2ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	MULT ILASE R	81596320069	APTO	O produto ofertado ater descritivo. Produto class
		3ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA□□□□□□	SUPERMEDY	Não informado	APTO	O produto ofertado ater descritivo. Produto class
Grupo 1							
		1ª Colocada	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO	CURATIVO AVELLE	80523020056	APTO	O produto ofertado ater descritivo. Produto class
	ID: 1002723 - CURATIVO PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. COMPOSTO POR ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO, FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE OU SILICONE, PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA E NÚCLEO DE OITO CAMADAS PARA ABSORÇÃO E CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO RECOBERTA POR FI						

91	LME DE POLIURETANO. ACOPLADO AO CONECTOR, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. ACOMPANHADO POR SEIS TIRAS DE FIM LME DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO. TAMANHO 16CMX16CM, APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	2ª Colocada	ORTOMED LTDA	CURATIVO AVELLE	80523020056	APTO	O produto ofertado atende o descritivo. Produto classificado
92	ID: 1002726 - CURATIVO PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. COMPOSTO POR ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO, FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE OU SILICONE , PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA E NÚCLEO DE OITO CAMADAS PARA ABSORÇÃO E CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO RECOBERTA POR FIM LME DE POLIURETANO. ACOPLADO AO CONECTOR, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. ACOMPANHADO POR SEIS TIRAS DE FIM LME DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO. TAMANHO 16X21CM APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO	CURATIVO AVELLE	80523020056	APTO	O produto ofertado atende o descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	ORTOMED LTDA	CURATIVO AVELLE	80523020056	APTO	O produto ofertado atende o descritivo. Produto classificado
93	ID: 1002724 - EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS. PRESSÃO CONTROLADA EM MODO CONTÍNUO, NOMINAL EM 80MMHG, COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 30 DIAS , EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO	EQUIPAMENTO AVELLE	80523020055	APTO	O produto ofertado atende o descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	ORTOMED LTDA	EQUIPAMENTO AVELLE	80523020055/ 80523020080	APTO	O produto ofertado atende o descritivo. Produto classificado
Grupo 2							
94	ID: 1002799 - KIT CURATIVO COM TUBO ÚNICO LÚMEN SISTEMA PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA COMPOSTO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO DIMENSÕES APROXIMADAS 180x125x30MM (PU, MÉDIA) , UM TUBO 2M E UMA PELÍCULA DE FILME TRANSPARENTE ADESIVA DE 350x320MM TAMANHO MÉDIO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. ACOMPANHA EQUIPAMENTO PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.	1ª Colocada	QUARTIMED HOSPITALAR	SMITH & NEPHEW	80804050349	INAPTO	O produto ofertado (Ampliação) não atende ao solicitado c/c Parecer de análise da ANVISA nº 3 0052340051

95	ID: 1002799 - KIT CURATIVO COM TUBO ÚNICO LÚMEN SISTEMA PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA COMPOSTO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO DIMENSÕES APROXIMADAS 260x150x30MM (PU, GRANDE) UM TUBO 2M E UMA PELÍCULA DE FILME TRANSPARENTE ADESIVA DE 350X320MM TAMANHO GRANDE. USO ÚNICO. ESTÉRIL. ACOMPANHA EQUIPAMENTO PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.	1ª Colocada	QUARTIMED HOSPITALAR	SMITH & NEPHEW	80804050349	INAPTO	O produto ofertado (Am não atende ao solicitado c Parecer de análise da an 0052340051
96	ID: 1002798 - RESERVATÓRIO DE VOLUME 800 ML PARA USO EM TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. USO ÚNICO. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.	1ª Colocada	QUARTIMED HOSPITALAR	SMITH & NEPHEW	80804050287	INAPTO	O produto ofertado (Am não atende ao solicitado c Parecer de análise da an 0052340051

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas /Ostomia do HEPSJPII

(assinado eletronicamente)

MARIA OLINDA DE ARAÚJO

Coordenadora da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas/Ostomias - JPPII

CAREN JULIANA MOURA DE SOUZA

Enfermeira/ comissão de curativos - CEMETRON

LARISSA AYRES DE SOUZA

Enfermeira/ comissão de curativos - (SAMD)

LUANA DEISE CORDEIRO DA SILVA

Enfermeira/ comissão de curativos - (AMI)

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens, conforme tabela acima.

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **MARIA OLINDA DE ARAUJO SANTOS**, **Coordenador(a)**, em 30/08/2024, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUANA DEISE CORDEIRO DA SILVA**, **Coordenador(a)**, em 30/08/2024, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA AIRES**, **Chefe de Núcleo**, em 30/08/2024, às 23:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CAREN JULIANA MOURA DE SOUZA**, **Enfermeiro(a)**, em 02/09/2024, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 02/09/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050324059** e o código CRC **FB9759DA**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.012329/2023-19

SEI nº 0050324059