



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 25/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-UPSILON**

Processo: 0036.025346/2023-16

Assunto: **Análise Técnica das Propostas.**

Senhor(a),

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar posicionamento desta Coordenadoria referente ao posicionamento das Especialidade quanto aos materiais propostos pelas Empresas:

0051314906 *PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - GRUPO 01,04 E 06*

0051315686 *BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - GRUPO 04*

0051323459 *INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - GRUPO 06*

Neste sentido, iremos nos posicionar para cada caso, conforme segue:

GRUPO 01/LOTE I								
GRUPO/LOTE	CATMAT	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA	MARCA	REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (EM CASO DE REPROVAÇÃO)

1	1	406206	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL: baixo perfil , baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, adequadamente embalado. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas mitral, conforme números de: 25.	JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
1	2	406207	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL: baixo perfil , baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, adequadamente embalado. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas mitral, conforme números de: 27	JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
1	3	406208	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL: baixo perfil , baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, adequadamente embalado. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas mitral, conforme números de: 29	JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

1	4	406209	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL: baixo perfil , baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e aprotogênico, adequadamente embalado. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas mitral, conforme números de: 31.
1	5	406210	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL: baixo perfil , baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e aprotogênico, adequadamente embalado. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas mitral, conforme números de: 33.
1	6	406184	PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA – estéril e aprotogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que Próteses Biológicas Aórtica , conforme números de: 21.
1	6	406184	PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA – estéril e aprotogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que Próteses Biológicas Aórtica , conforme números de: 21.

JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

1	7	406185	PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA – estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que Próteses Biológicas Aórtica, conforme números de: 23.
1	8	406186	PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA – estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses Biológicas Aórtica, conforme números de: 25
1	9	406187	PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA – estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer Próteses Biológicas, conforme números de: 27
1	10	406191	PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL - com suporte estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses biológica mitral, conforme números de: 27
1	11	406192	PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL - com suporte estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses biológica mitral , conforme números de: 29
1	12	406193	PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL - com suporte estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses biológica mitral, conforme números de: 31

Proposta
PRIMECARE
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
HOSP LTDA
(0051314906)

LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

1	13	406194	PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL - com suporte estéril e apirogênico. OBS. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses biológica mitral, conforme números de: 33
1	14	440017	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, adequadamente embalado. A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas aórtica, conforme números de: 19
1	15	440366	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, adequadamente embalado. A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas aórtica em, conforme números de: 21

LABCOR	10171250041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

1	16	440018	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotogênico, adequadamente embalado. A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas, conforme números de:23
1	17	440019	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotogênico, adequadamente embalado. A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas aórtica, conforme números de: 25
1	18	406199	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotogênico, adequadamente embalado. A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas, conforme números de: 27

JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

1	19	440020	PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotogênico, adequadamente embalado. A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer próteses mecânicas aórtica, conforme números de: 29	JOTEC	81398250015	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
---	----	--------	--	-------	-------------	------	---

GRUPO IV

GRUPO/LOTE	CATMAT	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA	MARCA	REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (EM CASO DE REPROVAÇÃO)
4	39	457238	PERFURADOR AÓRTICO com cabo de comprimento longo 3,5.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	BIOMEDICAL	802150300045	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS.
				Proposta BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES (0051315686)	BIOMEDICAL	10196320041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
4	40	455870	PATCH DE PERICÁRDIO BOVINO - é constituído de pericárdio bovino previamente tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Tamanho no mínimo 11x6 cm - estéril e aprotogênico, embalado em papel cirúrgico e termoselado.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	BIOMEDICAL	10196320047	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
				Proposta BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES (0051315686)	BIOMEDICAL	10196320049	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
			TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA- Contendo cabo e suporte, compatível com o monitor	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	LOGICAL	80228990023	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

4	41	456959	multiparametrico que dispomos, cuja marca é Dixtal e Drager, disponível nesta unidade hospitalar.	Proposta BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES (0051315686)	EDWARDS	80219050173	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
4	42	443989	CLIP Hemostático de Titâneo puro, tamanho de 4,5mm, com estrias internas piramidais que permite ao clip apreender de forma multi-direcional os tecidos, sem danificá-los, atraumático. Deve acompanhar o aplicador.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	EDLO	10230390041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
				Proposta BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES (0051315686)	MEDWELL	10230390041	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
4	43	443932	KIT PARA CIRURGIA DE CORONÁRIA SEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA – contendo: cordonê(acima de 3m), protetor mosquito(acima de 12pç), reperfusor(acima de 1pç), fita cardíaca(acima de 220cm), pipoca(acima de 6pç), extensor MM(acima de 1pç), tubo silicone(acima de 630cm), passafio(acima de 2pç), cânula vessel(acima de 3pç), bulldog(acima de 3pç), jelco(acima de 1pç), fio de silicone(acima de 3pç), campo cirúrgico(acima de 1pç), soprador(acima de 1pç), shunt para coronária(acima de 3pç), afastador de coronária(acima de 2pç), oclisor para coronária(acima de 1pç), utilizados para estabilização, hemostasia e perfusão das artérias coronárias durante a confecção das anastomoses. Kit estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termoselado.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	BRAILE	10159030038	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
				Proposta BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES (0051315686)	LIVANOVA	10159030038	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

4	44	361118	ESTABILIZADOR PARA CIRURGIA DE CORONÁRIA SEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA descartável, com fixação no afastador de tórax, articulado com estabilização da área cardíaca por sucção do afastador.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	MAQUET	80259110191	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
				Proposta BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES (0051315686)	BRAILE	10159030038	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
GRUPO VI								
GRUPO/LOTE	CATMAT	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA	MARCA	REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA (EM CASO DE REPROVAÇÃO)
6	75	378009	CATETER BALÃO DE CONTRAPULSAÇÃO AORTICA. 1? A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DESTES ITEM TERÁ QUE FORNECER OS JOSGOS COMPLETOS DOS CATETERES BALÃO DE CONTRAPULSAÇÃO AORTICA, CONFORME OS NÚMEROS: Nº 34.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	TELEFLEX	80004970004	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
				Proposta INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MED HOSPITALARES (0051323459)	GETINGE	10390690076	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
6	75	378010	CATETER BALÃO DE CONTRAPULSAÇÃO AORTICA. 1? A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DESTES ITEM TERÁ QUE FORNECER OS JOSGOS COMPLETOS DOS CATETERES BALÃO DE CONTRAPULSAÇÃO AORTICA, CONFORME OS NÚMEROS: Nº 40.	Proposta PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA (0051314906)	TELEFLEX	80004970004	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS
				Proposta INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MED HOSPITALARES (0051323459)	GETINGE	10390690076	APTO	O MATERIAL ATENDE AS DEMANDAS NOS AUTOS

1. CONCLUSÃO

Devolvemos os autos para apreciação e continuidade dos presentes, visando subsidiar o trabalho desta equipe de

compras, conforme procedimentos de praxe.

Sendo o que se informa para o momento, reformamos votos de estima, saúde e consideração, agradecemos o alertas efetuados e finalizamos o expediente.

Atenciosamente,

Elaboração:

TUANE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

Revisão:

ESTÉFANE SAMANTA SANTOS FONSECA
Gerente do Núcleo de Processos Licitatórios das Especialidades
SESAU-CGPMNPL

DIEGO ESCOBAR
Médico Responsável Técnico
SESAU-CGPMNPL

JOSÉ CARLOS MULASKI
Coordenador de Cardiologia
SESAU-HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Jose Carlos Mulaski, Médico(a)**, em 10/09/2024, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA, Gerente**, em 10/09/2024, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ESCOBAR, Médico(a)**, em 10/09/2024, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0051339316** e o código CRC **775A3233**.