



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

DESPACHO

De: Comissão Especializada de Atendimento Pré-Hospitalar (0023835950)
Para: CBM-CPOFDOFCOMPRAS
Processo Nº: 0004.070172/2022-24
Assunto: **Análise técnica.**

Senhor Coordenador,

Em atenção ao Despacho CBM-CPOFDOFCOMPRAS (id 0052469669), encaminhamos a planilha abaixo com as análises dos itens propostos pelas empresas previamente classificadas, em relação ao Termo de Referência (id 0037150548), para futura aquisição de **Materiais e Equipamentos de Atendimento Pré-Hospitalar - APH.**

ITEM	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TR	ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA	DILIGÊNCIA
19	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	MARCA: LEMON FABRICANTE: LONGNAN REZBONG MEDICAL EQUIPAMENT MODELO / VERSÃO: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - LED	0052386558	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - LED - Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão $\pm 2\%$; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 30-250 BPM; Precisão FP: $\pm 1\%$ ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 12 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - LED - Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão $\pm 2\%$; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 30-250 BPM; Precisão FP: $\pm 1\%$ ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 12 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).	Realizado o comparativo entre as especificações contidas no TR e a proposta apresentada pela empresa, constatou -se que: Atende. De acordo com as especificações do Termo de Referência - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - LED

20	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MARCA: FOYOMED FABRICANTE: Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd MODELO / VERSÃO: RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO	0052386675	<p>RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</p> <p>Reanimador ventilatório manual tipo pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade mínima de 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico.</p> <p>Acompanha bolsa reservatória em pvc mínima de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos. Apresentar Registro na Anvisa. Com validade mínima de 36 meses a contar da data de entrega.</p>	<p>O Ressuscitador Respiratório Manual é composto de máscara, válvula para paciente, válvula limitadora de pressão (válvula PEEP), válvula interna, bolsa, reservatório de oxigênio e tubo de oxigênio estando disponível nas seguintes opções:</p> <p>LB311001 - Adulto LB311002 - Pediátrico LB311003 - Neonatal LB311001M - Adulto (com maleta de transporte) LB311002M - Pediátrico (com maleta de transporte) LB311003M - Neonatal (com maleta de transporte). Partes: LB303000 - Máscara de Anestesia Neonatal LB303001 - Máscara de Anestesia Infantil LB303002 - Máscara de Anestesia Pediátrica LB303003 - Máscara de Anestesia Adulto (P) LB303004 - Máscara de Anestesia Adulto (M) LB303005 - Máscara de Anestesia Adulto (G) LB303100 - Máscara de Anestesia Arredondada Neonatal LB303101 - Máscara de Anestesia Arredondada Infantil LB303102 - Máscara de Anestesia Arredondada Pediátrica LB3110P - Válvula PEEP LB311006 - Reservatório 900ml LB311004 - Reservatório 1600ml LB311005 - Reservatório 2.000ml LB1611B - Tubo de oxigênio transparente LB1610 - Tubo de oxigênio verde</p>	<p>Realizado o comparativo entre as especificações contidas no TR e a proposta apresentada pela empresa, constatou-se que:</p> <p>Não Atende. Volume da bolsa reservatória está desacordo as especificações do Termo de Referência - RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</p>
				RESSUSCITADOR MANUAL		

21	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	MARCA: FOYOMED FABRICANTE: Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd MODELO / VERSÃO: RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO	0052386675	<p>ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</p> <p>- Reanimador ventilatório manual tipo adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade mínima de 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos.</p> <p>Acompanha bolsa reservatória em pvc de no mínimo 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos. Apresentar Registro na Anvisa. Com validade mínima de 36 meses a contar da data de</p>	<p>O Ressuscitador Respiratório Manual é composto de máscara, válvula para paciente, válvula limitadora de pressão (válvula PEEP), válvula interna, bolsa, reservatório de oxigênio e tubo de oxigênio estando disponível nas seguintes opções: LB311001 - Adulto LB311002 - Pediátrico LB311003 - Neonatal LB311001M - Adulto (com maleta de transporte) LB311002M - Pediátrico (com maleta de transporte) LB311003M - Neonatal (com maleta de transporte). Partes: LB303000 - Máscara de Anestesia Neonatal LB303001 - Máscara de Anestesia Infantil LB303002 - Máscara de Anestesia Pediátrica LB303003 - Máscara de Anestesia Adulto (P) LB303004 - Máscara de Anestesia Adulto (M) LB303005 - Máscara de Anestesia Adulto (G) LB303100 - Máscara de Anestesia Arredondada Neonatal LB303101 - Máscara de Anestesia Arredondada Infantil LB303102 - Máscara de Anestesia Arredondada Pediátrica LB3110P - Válvula PEEP LB311006 - Reservatório 900ml LB311004 - Reservatório 1600ml LB311005 - Reservatório 2.000ml LB1611B - Tubo de oxigênio transparente LB1610 - Tubo de oxigênio verde</p>	<p>Realizado o comparativo entre as especificações contidas no TR e a proposta apresentada pela empresa, constatou-se que:</p> <p>Não Atende. Volume da bolsa reservatória está desacordo com as especificações do Termo de Referência - RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</p>
----	--	---	------------	---	---	--

				entrega.		
45	MODESTO COMERCIO LTDA	MARCA: PLASTCOR FABRICANTE: PLASTCOR MODELO / VERSÃO: CINTO ERGONOMICO	0052444039	<p>CINTA LOMBAR Tamanho "P" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho P, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p>	<p>CINTA LOMBAR Tamanho "P" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho P, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p>	<p>Realizado o comparativo entre as especificações contidas no TR e a proposta apresentada pela empresa, constatou-se que:</p> <p>Atende. De acordo com as especificações do Termo de Referência - CINTA LOMBAR Tamanho "P"</p>
46	MODESTO COMERCIO LTDA	MARCA: PLASTCOR FABRICANTE: MODELO / VERSÃO: CINTO ERGONOMICO	0052444039	<p>CINTA LOMBAR Tamanho "M" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho M, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p>	<p>CINTA LOMBAR Tamanho "M" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho M, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p>	<p>Realizado o comparativo entre as especificações contidas no TR e a proposta apresentada pela empresa, constatou-se que:</p> <p>Atende. De acordo com as especificações do Termo de Referência - CINTA LOMBAR Tamanho "M"</p>

47	MODESTO COMERCIO LTDA	MARCA: PLASTCOR FABRICANTE: MODELO / VERSÃO: CINTO ERGONOMICO	0052444039	CINTA LOMBAR Tamanho "G" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho G , costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.	CINTA LOMBAR Tamanho "G" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho G , costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção.Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.	Realizado o comparativo entre as especificações contidas no TR e a proposta apresentada pela empresa, constatou -se que: Atende. De acordo com as especificações do Termo de Referência - CINTA LOMBAR Tamanho "G"
----	-----------------------------	---	------------	---	--	--

Observou-se que a empresa CIRÚRGICA apresentou proposta realinhada (0052386675) para os itens 17, 20, 21, 49 e 54, sendo que as descrições apresentadas para esses itens são cópias idênticas às contidas no Termo de Referência, fato aplicável também a proposta apresentada pela empresa MODESTO [Itens 45,46,47] (0052444039), portanto, **em que pese esta comissão não ter obtido acesso ao catálogo de todos os produtos, entende que as descrições estão de acordo com o solicitado. Contudo, torna-se imperioso trazer à baila e recomendar atenção às exigências contidas no Termo de Referência 0037150548, in verbis:**

6.2.2 A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou **não compatíveis com as especificações do Termo.**

6.2.3 Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

Porto Velho - RO, data e hora da assinatura eletrônica.

MARCIO BUENO LEITE - MAJ BM

Presidente da Comissão

DANIEL SIQUEIRA DE FREITAS - 1º SGT BM

Membro da Comissão

ANTONIO LUÍS DA COSTA REBOUÇAS - 1º SGT BM

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Bueno Leite, Comandante**, em 06/09/2024, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL SIQUEIRA DE FREITAS, 1º Sargento**, em 06/09/2024, às 20:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Luis da Costa Reboucas, 1º Sargento**, em 09/09/2024, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052550738** e o código CRC **C6ED3785**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0004.070172/2022-24

SEI nº 0052550738