



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 143/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL -UPSILON

Processo Nº: 0036.001686/2024-24

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o despacho 0052571203, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº465/2023, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001686/2024-24						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2024/SUPEL/UPSILON/RO/"FIOS I- ABSORVÍVEIS".						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para não haver contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	ID: 5868 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA					

43	<p>COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDA COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JHONSON E JHONSON	Ethicon / Johnson & Johnson MCP936H	80145901005	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, em pesquisa ao site do produto ofertado, e Anvisa verificou-se que atende conforme descritivo.
----	---	-------------------	--	-------------	------	--

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que a proposta ofertada, está **de acordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **apta**, a proposta ofertada pela, empresas para o item:

JHONSON E JHONSON DO BRASIL - item 43

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Subcoordenadora
SESAU-CPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
SESAU-CPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 06/09/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052581779** e o código CRC **56C5F991**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.001686/2024-24

SEI nº 0052581779