



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 147/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL - UPSILON

Processo Nº: 0036.031203/2023-35

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando os **Despachos SUPEL-UPSILON (0052688673,0052912579)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2024/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2024/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS						
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 0036.031203/2023-35						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2024/SUPEL/RO						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Mediante consulta eletrônica, fôlder, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

2	<p>ID: 490 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CÂMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 35 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CADARÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRAMED COMERCIO	AMED - ANTONELLA	81481900002	APTO	<p>Apresentou catálogo/fôlder em anexo à proposta, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada atende as especificações conforme descritivo.</p> <p>Observação o produto só será aceito na entrega de acordo com as especificações solicitadas no descritivo.</p>
		BIOTEXTIL INDUSTRIA	PRÓPRIA	80113320005	APTO	<p>Não apresentou catálogo/fôlder em anexo à proposta, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada atende as especificações conforme descritivo.</p> <p>Observação o produto só será aceito na entrega de acordo com as especificações solicitada no descritivo.</p>

13	<p>ID: 1002649 - COMPRESSAS PARA CURATIVO DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, COM DUAS CAMADAS DE MANTADE ALGODÃO HIDRÓFILO, UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, COM ALTA ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS.TAMANHO 15 X 30 CM, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS QUE EVITE SOLTAR FIOS, ISENTA DE MANCHASE E IMPUREZAS, PACOTE COM 1 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15053, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	OPEN FARMA	MEDI HOUSE	10181820021	INAPTO	<p>Apresentou catálogo/fôlder em anexo à proposta, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta camada de papel absorvente de acordo com solicitado.</p>
----	---	------------	------------	-------------	--------	---

15	<p>ID: 490 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 35 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CADARÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	DIOMA PRODUTOS MEDICOS	BIOTEXTIL	80113320005	APTO	<p>Não apresentou catálogo/fôlder em anexo à proposta, em reanálise da amostra enviada pelo fornecedor, verificou-se que a marca ofertada atende as especificações conforme descritivo. Reanálise referente ao parecer técnico farmacêutico (id 0052012433).</p>
----	--	------------------------	-----------	-------------	------	--

24	<p>ID: 1002649 - COMPRESSAS PARA CURATIVO DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, COM DUAS CAMADAS DE MANTADE ALGODÃO HIDRÓFILO, UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, COM ALTA ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS.TAMANHO 15 X 30 CM, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS QUE EVITE SOLTAR FIOS, ISENTA DE MANCHASE E IMPUREZAS, PACOTE COM 1 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15053, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	OPEN FARMA	MEDI HOUSE	10181820021	INAPTO	<p>Apresentou catálogo/fôlder em anexo à proposta, em pesquisa ao site do produto, e Anvisa verificou-se que a marca ofertada não apresenta camada de papel absorvente de acordo com solicitado.</p>
----	---	------------	------------	-------------	--------	---

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise da proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2024/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens:

OPEN FARMA - itens 13,24

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas para os itens:

BRAMED COMERCIO - **item 2**
BIOTEXTIL INDUSTRIA - **item 2**
DIOMA PRODUTOS MEDICOS - **item 15**

- 2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.
2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

REGINALDA MAIA DE SÁ
Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 18/09/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 18/09/2024, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052737813** e o código CRC **4D2D7766**.