



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 151/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - UPSILON**

Processo Nº: 0036.001200/2024-58

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Considerando os despacho 0053109196 , o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico n.º**90116/2024**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/**CGPM**, através do Núcleo de Processos Licitatório-**NPL**, emite o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001200/2024-58 | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90116/2024 SUPEL/RO. | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | |
| ITEM | DESCRITIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |

| | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------------|------|---|
| 9 | <p>ID: 11 - CUECA DESCARTÁVEL, TECIDO EM TNT NA COR BRANCA NO TAMANHO GG, GRAMATURA 30. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).</p> | SALUTARY | BEST FABRIL | ISENTO | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | <p>ID: 5423 - AVENTAL PADRÃO PARA PROFISSIONAL MÉDICO, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50 MMPB E PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25 MM PB, TAMANHOS: 100 X 60CM E 110 X 60 CM. PESO: 4,9 KG ATÉ 5,0 KG.</p> | SALUTARY | KONEX | 10358460005 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----------|-------------|------|---|
| 19 | <p>ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, NAS CORES AZUL MARINHO OU VERDE. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. SENDO UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS RADIOLOGIA EM GERAL E ORTOPÉDICOS. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE,</p> | ASLI COMERCIAL | KONEX | 10358460005 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | <p>DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).</p> | TOTAL SUPRI | Nmartins | 10376790004 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---|
| 21 | <p>ID: 10416 - AVENTAL NÃO ESTÉRIL USO HOSPITALAR, COR AZUL OU VERDE, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS, ERGONÔMETRO, RESISTENTE, COM ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR COM TIRAS NA CINTURA. GOLA RENTE, COM MANGAS LONGAS, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO, 100% DE POLIPROPILENO COM GRAMATURA A PARTIR DE 50G/M2. TAMANHO G OU (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA</p> | <p>ATIVIDADE COMERCIO</p> | <p>POLARFIX - F08669</p> | <p>8003400114</p> | <p>APTO</p> | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | <p>STARMED</p> | <p>MILESKI</p> | <p>80599870011</p> | <p>APTO</p> | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------|-------------|------|---|
| | <p>ANVISA. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).</p> | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | 80451210005 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | <p>ID: 10486 - AVENTAL NÃO ESTÉRIL USO HOSPITALAR COR, AZUL OU VERDE, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS, ERGONÔMETRO, RESISTENTE, COM ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR COM</p> | ATIVIDADE COMERCIO | POLARFIX - F08669 | 8003400114 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------------|-------------|------|---|
| 22 | <p>TIRAS NA CINTURA. GOLA RENTE, COM MANGAS LONGAS, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO, 100% DE POLIPROPILENO COM GRAMATURA A PARTIR DE 50G/M2, TAMANHO M OU (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).</p> | STARMED | MILESKI | 80599870011 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | 80451210005 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------------------|-------------|--------|--|
| 28 | <p>ID: 3003045 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 80 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO P (TAMANHO APROXIMADO DE 30 A 35 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p> | STARMED | TAKCARE /TNT | 80228410013 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE APRESENTA GRAMATURA QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |
| | | SALUTARY | ARTIPÉ | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA TECIDO NÃO TECIDO - TNT , ASSIM SENDO A MARCA OFERTADA NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------------------------|-------------|--------|--|
| 29 | <p>ID: 3003046 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 100 G, COM ALÇA REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA O OMBRO, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO M (TAMANHO APROXIMADO DE 35 A 40 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p> | STARMED | TAKCARE /TNT | 80228410013 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE APRESENTA GRAMATURA QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |
| | | SALUTARY | ARTIPÉ | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA TECIDO NÃO TECIDO - TNT , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------------------------|-------------|--------|---|
| 30 | <p>ID: 3003047 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO G (TAMANHO APROXIMADO DE 40 A 45 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p> | STARMED | TAKCARE /TNT | 80228410013 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE DE ACORDO COM SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE APRESENTA GRAMATURA QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |
| | | SALUTARY | ARTIPÉ | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA TECIDO NÃO TECIDO - TNT , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------------|-------------|--------|---|
| 31 | <p>ID: 3003048 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO GG (TAMANHO APROXIMADO DE 45 A 50 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p> | STARMED | TAKCARE /TNT | 80228410013 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE DE ACORDO COM SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | ISENTO | INAPTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO, VERIFICOU-SE QUE APRESENTA GRAMATURA QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------------|-------------|------|---|
| 33 | <p>ID: 5335 - AVENTAL PADRÃO PARA PROFISSIONAL MÉDICO, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50 MMPB E PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25 MM PB, TAMANHOS: 100 X 60CM E 110 X 60 CM. PESO: 4,9 KG ATÉ 5,0 KG. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, NAS CORES CINZA OU VINHO. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. SENDO UTILIZADO NO CENTRO CIRÚRGICO NOS PROCEDIMENTOS DE CPRE ADULTO/INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO</p> | TOTAL SUPRI | Nmartins | 10376790004 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | PRIME MEDICAL | CONFORTELL/ CONFORTELL | 10358460005 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA,EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE DE ACORDO COM SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-------|-------------|------|--|
| SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG). | SALUTARY | KONEX | 10358460005 | APTO | <p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE DE ACORDO COM SOLICITADO.</p> <p>OBSERVAÇÃO O PRODUTO SÓ SERÁ ACEITO NA ENTREGA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES NO DESCRITIVO.</p> |
|---|----------|-------|-------------|------|--|

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro do produto ofertado pela empresa/licitante, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que a proposta ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inapta**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

PRIME MEDICAL - itens 28,29,30,31
SALUTARY COMERCIO - itens 28,29,30

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **de acordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **aptas**, as propostas ofertadas pelas empresas para os itens:

ASLI COMERCIAL LTDA - item 19
TOTAL SUPRI - itens 19,33
ATIVIDADE COMERCIO - itens 21,22
STARMED LTDA - itens 21,22,28,29,30,21
PRIME MEDICAL - itens 21,22,33
SALUTARY COMERCIO - itens 9,19,33

Para Sendo o que temos para o momento

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ
Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 25/09/2024, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 25/09/2024, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053188335** e o código CRC **6FAE21F2**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.001200/2024-58

SEI nº 0053188335