



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer nº 9/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL
Para: SUPEL-CEL
Processo Nº: 0036.012329/2023-19
Assunto: PARECER TÉCNICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-CEL 0052818892**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO,):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.012329/2023-19							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	ID: 8620 - COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELAÇADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, ALTAMENTE ABSORVENTE, APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ABSORÇÃO VERTICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X	1ª Colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA	Casex	NÃO INFORMADO	INAPTO	Ofertante não disponibilizou em sua proposta folder ou ficha técnica, registro da ANVISA, modelo do produto, apenas menciona a marca CASEX. Pesquisa em meios de comunicações vigentes, o produto apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: alginato de cálcio e prata, não possui dupla camada de fibras entrelaçadas e costurada por fibra celulósica e absorção vertical. Produto desclassificado

1	10 CM, PODENDO VARIAR (+- 1 CM) ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	2ª Colocada	STAR COMERCIO	CASEX - HC1011	10222320029	INAPTO	Pesquisa em ficha técnica, o produto apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: não possui dupla camada de fibras entrelaçadas e costurada por fibra celulósica e e absorção vertical. Produto desclassificado.
		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	80102512038	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica, o produto ofertado, apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: Fibras de celulose/celulose e etilsulfonato com traços de polissorbato 20, acetato de sódio, citrato de sódio, etilenosulfonato de sódio e 2-hidroxietanosulfonato de sódio, substâncias não solicitada no edital. Produto desclassificado.
2	ID: 8109 - COBERTURA ANTIMICROBIANA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA DE NÃO TECIDO, ALTAMENTE ABSORVENTE, COM ABSORÇÃO VERTICAL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC) E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA, PODENDO SER RECORTADO E DE FÁCIL REMOÇÃO. TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE, PODENDO VARIAR (+- 1 CM) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	POLARFIX	8003400140	INAPTO	Em pesquisa em meios de comunicações vigentes, o produto ofertado apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: não contém, cloreto de benzetônio (BEC) e EDTA ((ácido etilenodiamino tetra-acético), com costuras de celulose, não possui linhas costuradas e absorção vertical. Produto desclassificado
		2ª Colocada	BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO	ESSITY CUTIMEDSORBI ON SORBACT 10CM10CM (COD72698000	10224000200	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica, o produto apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: Malha de acetato com Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC). Substâncias solicitada: fibras de carboximetilcelulose, cloreto de benzetônio (bec) e edta (ácido etilenodiamino tetra-acético), com prata iônica. Produto desclassificado

<p>DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	<p>3ª Colocada</p>	<p>MEDICAL LIFE COMERCIO</p>	<p>POLARFIX</p>	<p>8003400140</p>	<p>INAPTO</p> <p>Em pesquisa em meios de comunicações vigentes, o produto ofertado apresenta substâncias em desacordo com o Edital em evidência, a exemplo: não contém, cloreto de benzetônio (bec) e edta (ácido etilenodiamino tetra-acético), com costuras de celulose não possui linhas costuradas e absorção vertical. Produto desclassificado</p>
<p>ID: 6612 - COBERTURA ANTIMICROBIANA COMPOSTA POR HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE PODENDO OU NÃO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, E/OU OUTROS COMPONENTES, COM PRATA IÔNICA, COM CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA UM GEL E MANTÉM A UNIDADE NO LEITO DA FERIDA. APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO 10X10 (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2 CM). ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</p>	<p>CASEX</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>INAPTO</p> <p>Em pesquisa em ficha técnica oferecida, o produto compõe as substâncias do Edital em evidências. Solicitou-se amostra para posterior parecer Técnico. A empresa fornecedora, não encaminhou a amostras, dificultado o processo de análise. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Não atendeu aos requisitos do subitem 8.3. do TR. (envio de amostra). Produto desclassificado.</p>

4

	2ª colocada	KORAL HOSPITALAR	FIBROSOL AG	80327910015	<p>Após análise técnica do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele não atendeu ao descritivo evidenciado. O contato com exsudato resultou em deterioração, dificultando tanto o processo de remoção quanto a limpeza do leito da ferida. É fundamental ressaltar que, antes de adquirir qualquer produto, é imprescindível conhecer sua qualidade. Essa avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos relacionados à aquisição de produtos inadequados, que não atendem aos padrões necessários, o que pode resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado</p>
<p>5</p> <p>ID: 1002669 - CURATIVO DE FIBRAS DE CELULOSE E ETILSSULFONATO DE CELULOSE. APRESENTA ALTA ABSORÇÃO DE FORMA VERTICAL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM, PODENDO VARIAR (+- 1 CM) ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA .COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO</p>	1ª Colocada	QUARTIMED HOSPITALAR	SMITH & NEPHEW	80804050185	<p>Em pesquisa em ficha técnica oferecida, o produto compõe as substâncias do Edital em evidências. Solicitou-se amostra para posterior parecer Técnico. A empresa fornecedora, não encaminhou a amostras, dificultado o processo de análise. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Não atendeu aos requisitos do subitem 8.3. do TR. (envio de amostra). Produto desclassificado.</p>
	2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	80102512038	<p>O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.</p>

	ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	3ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE	VITAMEDICAL/ Silicare Ag	NÃO INFORMADO	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta a ficha técnica, folder, numero de ANVISA, apenas menciona a marca e modelo do produto. Em pesquisa em meios de comunicações vigentes o produto não contém as substâncias e características solicitada no Edital em evidencias, produto ofertado: espuma tridimensional de poliuretano, revestido por uma película adesiva de silicone e uma película externa semipermeável.. Produto desclassificado
6	ID: 1002688 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, RECORTÁVEL, PODENDO SER USADO DE AMBOS OS LADOS, COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, Prensado entre duas camadas de rayon / POLIAMIDA, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	1ª Colocada	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	CURATEC	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
		3ª Colocada	STAR COMERCIO	CASEX	10222320009	INAPTO	Em pesquisa no registro da ANVISA, o modelo oferecido não pode ser recortado Produto desclassificado
8	ID: 1002668 - CURATIVO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA E HYDROBALANCE PARA FERIDAS, ESTÉRIL, COMPOSTO BIOCELULOSE, ÁGUA, POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (0,3%) E FILME DE POLIÉSTER DE BAIXA ADERÊNCIA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9CM X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	80102511874	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	LOHMANN - RAUSCHER	80.102.511.874	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
		3ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO	Lohmann &Rauscher	80102511874	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.

10	<p>ID: 1002720 - CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	PHARMAPLAST WOUNDCARE P	8.003.400.132	INAPTO	Produto oferecido em desacordo com edital, possui na sua composição apenas um hidricolóide carboximetilcelulose. Produto desclassificado.
		2ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO	Casex	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele não atende às necessidades do hospital. Durante o período de teste, observou-se problemas como desprendimento e enrolamento das bordas já no primeiro dia de uso. Sua baixa aderência aumenta a manipulação da ferida, elevando o risco de infecção e causando desconforto para o paciente, resultando em custos adicionais para a instituição e desperdício de tempo da equipe de enfermagem. Essa avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto desclassificado.
		3ª Colocada	STAR COMERCIO	KANGLI DERM	80691910026	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica oferecida, o produto em desacordo com edital, possui na sua composição apenas um hidricolóide carboximetilcelulose. Produto desclassificado
11	<p>ID: 1002666 - CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA, ESTÉRIL, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS, COMPOSTO PELOS ÁCIDOS MANURÔNICO E GULURÔNICO, E FIBRAS DE ALGINATO DE PRATA - 1,5% DE PRATA IÔNICA, FABRICADO EM NÃO TECIDO AGULHADO, NÃO ADERENTE E COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10CM (VARIAÇÃO +/- 1</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	SILVERCARE	80691910044	INAPTO	Produto oferecido em desacordo com edital, possui na sua composição porcentagem de prata inferior ao solicitado. Produto desclassificado.
		2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE	Coloplast/Advan ced Medical Solutions Limited - Reino Unido	10430310120	INAPTO	Produto oferecido em desacordo com edital, possui na sua composição porcentagem de prata inferior ao solicitado. Produto desclassificado

	<p>CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	3ª Colocada	<p>UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO</p>	<p>VITA MEDICAL MATERAL</p>	<p>8069190044</p>	<p>INAPTO</p>	<p>Produto oferecido em desacordo com edital, possui na sua composição porcentagem de prata inferior ao solicitado. Produto desclassificado</p>
14	<p>ID: 10529 - CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE, COM APROXIMADAMENTE 10 CM X 10 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	<p>XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES</p>	<p>POLARFIX FP0139</p>		<p>INAPTO</p>	<p>A ofertante não disponibilizou em sua proposta folder ou ficha técnica. Pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substância em desacordo com edital em evidencia á exemplo: parafina - produto desclassificado.</p>
		2ª Colocada	<p>UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO</p>	<p>POLAR FIX INDUSTRIA</p>	<p>80733280023</p>	<p>INAPTO</p>	<p>Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: Poliuretano, silicone, sulfato de prata - produto desclassificado.</p>
		3ª Colocada	<p>SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL</p>	<p>POLAR FIX</p>	<p>8003400133</p>	<p>INAPTO</p>	<p>Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: Fibras de alginato de cálcio e sódio.- produto desclassificado.</p>
15	<p>ID: 1002729 - CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTENDO PRATA COMO COMPONENTE ATIVO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, TAMANHO APROXIMADO: 10CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	<p>ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES</p>	<p>PHARMAPLAST</p>	<p>80327910013</p>	<p>INAPTO</p>	<p>Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: contem película de silicone em contato com a pele- produto desclassificado.</p>
		2ª Colocada	<p>ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE</p>	<p>Coloplast S/A - Dinamarca</p>	<p>10430310062</p>	<p>APTO</p>	<p>O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.</p>

16	<p>ID: 1002692 - CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRAFINO), ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, ABSORVENTE, FLEXÍVEL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ALGINATO DE CÁLCIO, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL QUE É IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS EXTERNAS E PERMITE EVAPORAÇÃO DE GASES INTERNOS. TAMANHO APROXIMADAMENTE 15X20 CM. COM (VARIAÇÃO +/- 1CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	Polarfix	NÃO INFORMADO	INAPTO Em pesquisa em ficha técnica oferecida, o produto compõe as substâncias do Edital em evidências. Solicitou-se amostra para posterior parecer Técnico. A empresa fornecedora, não encaminhou a amostras, dificultado o processo de análise. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Não atendeu aos requisitos do subitem 8.3. do TR. (envio de amostra). Produto desclassificado.
17	<p>ID: 8108 - CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BORDAS DE SILICONE E CARBOXIMETILCELULOSE POSSUINDO CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. POSSUINDO CAMADA DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMADA ABSORVENTE E A CAMADA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10CM X 10CM;(VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.</p>	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	HARTMAN	NÃO INFORMADO	INAPTO Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substância em desacordo com edital em evidência á exemplo: não possui a substância de carboximetilcelulose - produto desclassificado.
17	<p>ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10CM X 10CM;(VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.</p>	3ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE	Coloplast S/A - Dinamarca	10.430.310.110	INAPTO Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substância em desacordo com edital em evidência á exemplo: não possui a substancia de carboximetilcelulose - produto desclassificado.

18	<p>ID: 10530 - CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE E SAIS DE PRATA, COM</p> <p>APROXIMADAMENTE 10 CM X 12CM (VARIÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	2ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO	URGOTUL AG	80246910050	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
19	<p>ID: 8648 - CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO 15CM x 15CM (COM VARIÇÃO DE +OU- 1CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TREINAMENTO DO PRODUTO PARA QUE O SERVIÇO POSSA INICIAR O USO DO MESMO</p>	2ª Colocada	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	CONVATEC	80523020041	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui a substancia de ibuprofeno - produto desclassificado.
23	<p>ID: 1002809 - CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM PRATA, CARBOXIMETILCELULOSE, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, TAMANHO APROXIMADO: 10CM X 10 CM (COM VARIÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADOMUL</p>	2ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310062	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui a substancia de carboximetilcelulose - produto desclassificado.

29	<p>ID: 1002727 - CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,0 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	WOUND CARE A	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: possui somente fibras de alginato de cálcio e sódio em total desacordo com edital - produto desclassificado.
		2ª Colocada	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO	Convatec	80.523.020.014	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
		3ª Colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA	Vitalderme	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica oferecida, o produto em desacordo com edital, possui na sua composição apenas um hidricoloide carboximetilcelulose. Produto desclassificado .
31	<p>ID: 1002722 - CURATIVO ESTÉRIL, FORMATO SACRAL COM BORDAS DE SILICONE, DE ESPUMA DE POLIURETANO E CARBOXIMETILCELULOSE POSSUINDO CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. POSSUINDO CAMADA DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMADA ABSORVENTE E A CAMADA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 24CM X 21CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.</p>	1ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	GOLDMED	81606090031	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui a substancia de carboximetilcelulose - produto desclassificado.
		2ª Colocada	J &A COMERCIO E REPRESENTACOES	HARTMAN	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui a substancia de carboximetilcelulose - produto desclassificado.
		3ª Colocada	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES	HARTMAN	10.150.470.54 4	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui a substancia de carboximetilcelulose - produto desclassificado.

32	<p>ID: 1002788 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA COM CAPACIDADE DE ABSORVER E RETER LÍQUIDOS E EXSUDATOS E PROMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA. PODENDO PERMANECER EM MÉDIA POR VÁRIOS DIAS NA AUSÊNCIA DE SECREÇÕES E/OU LÍQUIDOS. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 6 CM X 7 CM. REGISTRADO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR	ESPUMA EXULOCK	:80327910016	APTO	Após análise técnica da composição e características do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado.
		2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	80.102.511.87 3	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
33	<p>ID: 1002789 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA COM CAPACIDADE DE ABSORVER E RETER LÍQUIDOS E EXSUDATOS E PROMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA. PODENDO PERMANECER EM MÉDIA POR 7 DIAS NA AUSÊNCIA DE SECREÇÕES E/OU LÍQUIDOS. ESTÉRIL. REGISTRADO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO 10CM X 10CM. REGISTRADO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR	ESPUMA EXULOCK	80327910016	APTO	Após análise técnica da composição e características do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado.
34	<p>ID: 1002801 - FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL E NASOGÁTRICA, COM BARREIRA ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE, EM FORMATO DE BORBOLETA, ADAPTÁVEL AO FORMATO DO NARIZ, COM UMA ABRAÇADEIRA ÚNICA EM PÊNDULO E GIRATÓRIA QUE MANTEM A SONDA FIXA E ELIMINANDO A PRESSÃO NA NARINA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO</p>	1ª Colocada	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	BARD	80689090088	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui resina sintética de hidrocoloide - produto desclassificado.
		2ª Colocada	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA	BARD BRASIL	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui resina sintética de hidrocoloide - produto desclassificado.

		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	HOLLISTER	10326409028	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
35	<p>ID: 1002664 - FIXADOR HORIZONTAL PARA CATETERES VESICAL E DRENOS, COM BARREIRA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA E BORDA ADESIVA MICROPOROSA. BRAÇADEIRAS DENTADAS E AJUSTÁVEIS AO DIÂMETRO DOS TUBOS, DRENOS OU CATETERES QUE VARIAM DE 5 – 40 FR. NÃO CONTÉM LÁTEX. PRODUTO ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1º colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	COOPERTINA	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa realizada em meios de comunicações vigentes, detectou-se a presença de substancia em desacordo com edital em evidencia á exemplo: não possui resina sintética de hidrocoloide. Produto desclassificado.
37	<p>ID: 10539 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES DE OXIGÊNIO E SONDAS NASAIS . ADESIVO FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 X 9 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM), PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	KORAL HOSPITALAR	TUBIFIX	80327910016	APTO	Após análise técnica da composição e características do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado
		3ª Colocada	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS	FIX CATER / MDL	80114230007	APTO	Após análise técnica da composição e características do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado

38	<p>ID: 886 - DISPOSITIVO ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES DE OXIGÊNIO E SONDAS NASAIS . ADESIVO FORMATO ANATÔMICO AO NARIZ. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO REVESTIDO COM ADESIVO ACRÍLICO.</p> <p>TAMANHO APROXIMADAMENTE 3X4 CM, (VARIAÇÃO +/- 1 CM). PERMITE ESTABILIZAÇÃO SEGURA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS	FIX CATER / MDL	80114230007	APTO	Após análise técnica da composição e características do produto oferecido (Amostra), constatou-se que ele atende ao descritivo evidenciado. Esta avaliação técnica prévia é essencial para mitigar riscos como a aquisição de produtos inadequados que não atendem aos padrões necessários, o que poderia resultar em problemas operacionais e financeiros para a instituição. Produto Classificado
46	<p>ID: 1002652 - CURATIVO PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES ÚMIDOS, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, COM BORDAS FENESTRADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO ENTRE 10CM X12 CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	POLAR FIX	8.003.400.105	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	VITA L DER ME	10296900073	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica, o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta fita microporada e bordas fenestrada. Produto desclassificado.
		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	GOLDMED	80102511451	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica, o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta fita microporada e bordas fenestrada. Produto desclassificado.
		1ª Colocada	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR	PROCARE	10369469015	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
	<p>ID: 10566 - FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS. HIPOALERGÊNICO, SEMIPERMEÁVEL A TROCAS GASOSAS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, FORMANDO UMA BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM</p>	2ª Colocada	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	COPERTINA	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.

47	<p>REFORÇO DE TECIDO MACIO EM UMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE APLICAÇÃO COM MOLDURA.</p> <p>TAMANHO APROXIMADAMENTE 9 CM X 11 CM COM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	3ª Colocada	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	VITALDERME/ ZHEJIANG KANG LI DI MEDICAL	10296900073	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica constatou-se que o produto ofertado não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui fenestração com reforço de tecido macio em nenhuma das extremidades . O produto apenas apresenta rótulo pré-impreso para anotar as trocas de curativo. Produto desclassificado.
48	<p>ID: 10537 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX,RESPIRÁVEL, PERMITINDO BOA TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE. À PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS, COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. O TAMANHO APROXIMADO 5CM X 6 CM. VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	COPERTINA	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
		2ª Colocada	D M A MACIEL E CIA LTDA	PROCARE/ PHARMAPL AST	10.369.469.015	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica, o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta rótulo pré-impreso para anotar as trocas de curativo. Produto desclassificado.
		3ª Colocada	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	VITALDERM / ZHEJIANG	10296900073	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
49	<p>ID: 6031 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX. RESPIRÁVEL, PERMITINDO TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE, PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS. COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. SEM FENESTRA COM RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. TAMANHO APROXIMADO 10 X 12 CM(COM</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	VITALDERM	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado
		2ª Colocada	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA,	PROTECTFILM	80180990005	INAPTO	Em pesquisa em ficha técnica, o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta rótulo pré-impreso para anotar as trocas de curativo. Produto desclassificado.

	<p>VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	3ª Colocada	<p>XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES</p>	POLARFIX	8003400112	INAPTO	<p>Em pesquisa em ficha técnica, o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta rótulo pré-impresso para anotar as trocas de curativo. Produto desclassificado.</p>
50	<p>ID: 1002812 - FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETER CENTRAL. COMPOSTO POR UMA PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, UMA PLACA EM GEL IMPREGNADA COM CLOREXIDINA A 2% AQUOSA, REFORÇO DE BORDAS EM TODA A EXTENSÃO, FENDAS PARA A SAÍDA DE TUBULAÇÕES E EQUIPOS, DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 8 CM X 11 CM COM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). . EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO.</p>	1ª Colocada	<p>BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO</p>	ESSITY LEUKOMED I.V. FILM 8,5X11,5CM (COD 7239003)	10224000052	INAPTO	<p>Em pesquisa em ficha técnica, o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, uma vez que não apresenta a substância de clorexidina. Produto desclassificado.</p>
		2ª Colocada	<p>D M A MACIEL E CIA LTDA</p>	3M /Tegaderm	80.284.930.229	APTO	<p>O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.</p>

52	<p>ID: 1002674 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 5 (29 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE DE COR, PARA FACITITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	POOLFIX	80.445.680.001	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
53	<p>ID: 1002676 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 10 (100 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) E DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE COR PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	POOLFIX	80.445.680.001	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.

54	<p>ID: 1002675 - REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 6 (57 MM) PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO, COMPOSTO DE ELASTODIENO (RECOBERTO COM POLIAMIDA) E DE POLIAMIDA, HIPOALERGÊNICO, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO DE COR PARA FACILITAR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	POOLFIX	80.445.680.001	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
60	<p>ID: 1002796 - FILME ADESIVO DE SILICONE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 100%, COBERTO POR UMA CAMADA DE SILICONE. CONFORMÁVEL À PELE, ATRAUMÁTICO, SEMIPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL, MICROPOROSO. NO TAMANHO APROXIMADO DE 5 M X 2,5 CM. REGISTRADO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	SIL-FIXX	80.301.130.034	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
	<p>SILICONE. CONFORMÁVEL À PELE, ATRAUMÁTICO, SEMIPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL, MICROPOROSO. NO TAMANHO APROXIMADO DE 5 M X 2,5 CM. REGISTRADO NA ANVISA.</p>	2ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	SANOVIE	NÃO INFORMADO	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado.
67	<p>ID: 6586 - GEL COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO E ALGINATO DE CÁLCIO. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 8g (VARIAÇÃO +/- 1g). ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE	Coloplast S/A - Dinamarca	10430310011	APTO	O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado

70	<p>ID: 2652 - CURATIVO ESTÉRIL, COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85 G (VARIAÇÃO +/- 5G), NÃO ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	1ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS	VITAMEDICAL	NÃO INFORMADO	INAPTO	A ofertante não disponibilizou em sua proposta a ficha técnica, folden, numero de ANVISA apenas o modelo do produto. Em pesquisa em meios de comunicações vigentes a marca disponibilizada não atente ao descritivo em sua composição, não contém as seguintes substâncias: idantoina, sorbato de potassio, trietanolamina, acido borico, carbomero 940, assim seguindo em desacordo com o solicitado. Produto desclassificado
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	CASE X	10222320008	INAPTO	Produto oferecido em desacordo com edital, não possui as substância tais como: hidantoina e sorbato de potássio, trietanolamina, ácido bórico hidantoina, sorbato de potássio, trietanolamina, acido borico, carbomero 940, assim seguindo em desacordo com o solicitado. - Produto desclassificado.
		3ª Colocada	D M A MACIEL E CIA	CURATEC	80.246.910.008	INAPTO	Produto oferecido em desacordo com edital, não possui as substancia tais como: idantoina, sorbato de potassio, trietanolamina, acido borico, carbomero 940, assim seguindo em desacordo com o solicitado - produto desclassificado.
Grupo 2							

94	<p>ID: 1002799 - KIT CURATIVO COM TUBO ÚNICO LÚMEN SISTEMA PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA COMPOSTO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO DIMENSÕES APROXIMADAS 180x125x30MM (PU, MÉDIA), UM TUBO 2M E UMA PELÍCULA DE FILME TRANSPARENTE ADESIVA DE 350x320MM TAMANHO MÉDIO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. ACOMPANHA EQUIPAMENTO PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.</p>	2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	10349319004	APTO	Após análise do material, verificou-se que atende a necessidade da instituição, Produto classificado, conforme Parecer Técnico de Amostra - LOTE 2 (0053866799)
95	<p>ID: 1002799 - KIT CURATIVO COM TUBO ÚNICO LÚMEN SISTEMA PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA COMPOSTO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO DIMENSÕES APROXIMADAS 260x150x30MM (PU, GRANDE) UM TUBO 2M E UMA PELÍCULA DE FILME TRANSPARENTE ADESIVA DE 350x320MM TAMANHO GRANDE. USO ÚNICO. ESTÉRIL. ACOMPANHA EQUIPAMENTO PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.</p>	2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	10349319004	APTO	Após análise do material, verificou-se que atende a necessidade da instituição, Produto classificado, conforme Parecer Técnico de Amostra - LOTE 2 (0053866799)
96	<p>ID: 1002798 - RESERVATÓRIO DE VOLUME 800 ML PARA USO EM TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. USO ÚNICO. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO.</p>	2ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	LOHMANN	10349319004	APTO	Após análise do material, verificou-se que atende a necessidade da instituição, Produto classificado, conforme Parecer Técnico de Amostra - LOTE 2 (0053866799)

(assinado eletronicamente)
MARIA OLINDA DE ARAÚJO
 Coordenadora da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas/Ostomias - JP11

2. **DA CONCLUSÃO:**

- 2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**
- 2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 455/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens, conforme tabela acima.
- 2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, conforme tabela acima.
- 2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.
- 2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)
REGINALDA MAIA DE SÁ
Técnico Adm. Op. da Saúde/Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)
JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **MARIA OLINDA DE ARAUJO SANTOS, Chefe de Núcleo**, em 16/10/2024, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 16/10/2024, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **LUANA DEISE CORDEIRO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 16/10/2024, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0052846669** e o código CRC **8D901A92**.