

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 150/2024/SESAU-CO

**1. RELATÓRIO**

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de avaliar as propostas dos **Itens** encaminhadas pelas propostas das empresas, onde cujo o objeto é Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (itens que restaram fracassados e desertos no PE nº 74/2021, oriundo do processo administrativo nº 0036.075952/2020-21, visando atender o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF.

Considerando o teor do **Despacho (0054089412) SUPEL-DELTA** e **Despacho (0054212440) SESAU-GECOMP**, bem como **Termo de Referência (0040853947)** no anexo I com as devidas especificações, o qual solicitam análise das propostas das empresas para o **Item 08 RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA ( 0054086004) - e ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (0054087250).**

Cabe informar que os valores de cada aquisição/contratação de serviços por licitação são balizados pelo mercado, devendo ser observadas, sempre que possível, as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

**2. PROPOSTAS**

Considerando as informações citadas acima, o qual solicitam análise das propostas das empresas **RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA ( 0054086004) - e ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (0054087250)**, para o **Item 08**

**3. ANÁLISE TÉCNICA**

ITEM	EMPRESA	LINK SEI	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	MODELO	PARECER	JUSTIFICATIVA
08	RIO MEDI COMÉRCIO ASSISTÊNCIA E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA	(0054086004)	Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas	MINDRAY ANVISA: 80943610069	ePM 15M	ATENDE	FEITO ANÁLISE ENTRE ESPECIFICAÇÃO TR E PROPOSTA COMERCIAL (DA MARCA E MODELO DESCRITO) <b>ATENDENDO AO PLANO DE TRABALHO,</b> conforme Marca/Modelo <b>POSSUEM SIMILITUDE,</b> CONFORME ESTUDO DA PROPOSTA (0054086004)

<p><b>ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b></p>	<p>(0054087250)</p>	<p>e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas;</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND</p>	<p>K 15 CREATIVE</p>	<p><b>ATENDE</b></p>	<p>FEITO ANÁLISE ENTRE ESPECIFICAÇÃO TR E PROPOSTA COMERCIAL (DA MARCA E MODELO DESCRITO) <b>ATENDENDO AO PLANO DE TRABALHO, conforme Marca/Modelo, possuem entre si elementos análogos,</b> CONFORME ESTUDO DA PROPOSTA (0054087250□□□□ )</p>
--------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando a necessidade de análise minuciosamente da conformidade do objeto proposto com as especificações técnicas apresentadas pela proponente no **Termo de Referência (0040853947)**, verifica-se que as cotações propostas que constam no **Despacho (0054089412) SUPEL-NP** e solicitação de análise no **Despacho (0054212440) SESAU-GECOMP**, a descrição/especificações mínimas da Propostas "**ATENDEM**" aos pré-requisitos do Termo de Referência em questão, conforme justificativas citadas no item acima.

Por fim, esta análise das cotações se limita aos aspectos técnicos da descrição dos equipamentos a serem adquiridos tomando como base apenas as documentações constante nos autos e ainda que mais minuciosa uma consulta dos modelos na internet, para ver se atende ou não a solicitação da unidade, em casos muitos específicos.

É o parecer.

**FELIPE NÉRI F. NETO**

NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA  
 Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura em Saúde - CEAS  
 Nomeado pelo Decreto 22439/2023 (0040681787)  
 Engenheiro Eletricista  
 CREA/RO: 18233D/RO  
 SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE NERI FERREIRA NETO, Engenheiro(a)**, em 01/11/2024, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0054307590** e o código CRC **F23374CD**.

