



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 166/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU - CGPMNPL

Para: SUPEL - UPSILON

Processo Nº: 0036.019231/2024-65

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o despacho Despacho 0055827895, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº90333/2024, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/CGPM, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019231/2024-65						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90333/2024SUPE/UPSILON /RO.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
		SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			

<p>1</p>	<p>ID: 1002933 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,3 X 13 MM (EM POLEGADAS 30 G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>J & A COMERCIO E REPRESENTACOES</p>	<p>SR</p>	<p>80026180047</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
----------	--	---	-----------	--------------------	-------------	--

2	<p>ID : 7642- AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,40 X 13 MM (EM POLEGADAS 27 G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS	INJEX	NÃO INFORMADO	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p>ID: 1002687 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA</p>	SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			

3	<p>0,45X13 MM (EM POLEGADAS 26 G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	INJEX	10160610031	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
	<p>ID: 10653 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,70 X 25 MM (EM POLEGADAS 22 G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR</p>	SALDANHA RODRIGUES	SR	80026180047	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	INJEX	10160610031	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

4	<p>PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SG TECNOLOGIA CLINICA	UNIQMED	10098719018	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 3674 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,80</p>	SALDANHA RODRIGUES	SR	80026180047	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	INJEX	10160610031	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

5

X 25 MM (EM POLEGADAS 21 G X 1 ") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA

SG TECNOLOGIA CLINICA

UNIQMED

10098719018

APTO

APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO

6	<p>ID : 1002646 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,70 X 30 MM (EM POLEGADAS 22 G X 1 ¼") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO 78E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180047	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID: 77 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,80 X 30 MM (EM</p>	<p>SALDANHA RODRIGUES</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>			

7	<p>POLEGADAS 21 G X 1 1/4") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p><u>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS</u></p>	<p>INJEX</p>	<p>10160610031</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
		<p>SALDANHA RODRIGUES</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>			

8	<p>ID : 79 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 40 MM (EM POLEGADAS 18 G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180047	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
---	--	---------------------------------	----	-------------	------	--

9	<p>ID : 8123- AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,60 X 40 MM (EM POLEGADAS 16 G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVIS</p>	SEM PROPOSTA				
	<p>ID : 5549 - SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME,</p>	SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			
		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	INJEX	10160610071	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

10	<p>FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDENPLUS - COMERCIO	RYMCO	81418620001	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 6471 -SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO</p>	SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			
		J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180050 80026180053	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

11

TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

**GOLDENPLUS -
COMERCIO**

SEM PROPOSTA

12	<p>ID : 5396 -SERINGA DE 3 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180050 80026180053	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
----	--	---------------------------------	----	----------------------------	------	--

13	<p>ID : 2 - SERINGA DE 3 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. . EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180050 80026180053	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
----	---	---------------------------------	----	----------------------------	------	--

14	<p>ID : 5403 - SERINGA DE 5 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	SALDANHA RODRIGUES	SR	80026180002	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO
	<p>ID : 4 - SERINGA DE 5 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA,</p>	SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			

15	<p>APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	OPEN FARMA COMERCIO	SR	80026180002	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 5390 - SERINGA DE 10 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO</p>	<p>SALDANHA RODRIGUES</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>			

<p>16</p>	<p>TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS</p>	<p>INJEX</p>	<p>10160610007</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID: 8 - SERINGA DE 10 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE</p>	<p>SALDANHA RODRIGUES</p>	<p>SR</p>	<p>80026180002</p>	<p>APTO</p>	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

17	<p>IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	INJEX	10160610007	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 5360 - SERINGA DE 20 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO,</p>	SALDANHA RODRIGUES	SR	80026180002	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

18	<p>EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	INJEX	10160610007	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 6 - SERINGA DE 20 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO,</p>	SALDANHA RODRIGUES	SR	80026180002	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

<p>19</p>	<p>FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	<p>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS</p>	<p>INJEX</p>	<p>10160610007</p>	<p>APTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
<p>ID : 5 - SERINGA DE 60 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, LUER-LOCK</p>		<p>SALDANHA RODRIGUES</p>	<p>SR</p>	<p>80026180002</p>	<p>APTO</p>	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

20

ESTÉRIL,
ACIOPACA, EM
POLIPROPILENO
TRANSPARENTE,
ATÓXICA,
APIROGÊNICA,
CILINDRO RETO
SILICONIZADO ,
PAREDE
UNIFORME, COM
ANEL DE
RETENÇÃO QUE
IMPEÇA O
DESPRENDIMENTO
DO EMOLO DO
CILINDRO,
FLANGE COM
FORMATO
ADEQUADO,
EMBOLO COM
PISTÃO
LUBRIFICADO E
AJUSTADO AO
CILINDRO.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL , EM
PAPEL GRAU
CIRURGICO E/OU
FILME
TERMOPLÁSTICO,
ABERTURA EM
PETALA. A
EMBALAGEM
DEVE
APRESENTAR
IMPRESSO NO
RÓTULO
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
DATA DE
FABRICAÇÃO,
VALIDADE,
NUMERO DO LOTE,
REGISTRO E
CADASTRO NA
ANVISA.

INJEX INDUSTRIAS
CIRURGICAS

INJEX

10160610071

APTO

APRESENTOU
FOLDER EM ANEXO
A PROPOSTA, EM
PESQUISA A FICHA
TÉCNICA E ANVISA,
VERIFICOU-SE QUE
A MARCA ATENDE
CONFORME
DESCRITIVO

21	<p>ID : 1572 - SERINGA DE 60 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, LUER-SLIP ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	MEDIX	NÃO INFORMADO	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
----	---	---------------------------------	-------	---------------	------	--

22	<p>ID : 8415 - SERINGA DE 60 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, BICO CATETER, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	NÃO INFORMADO	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 6386 - SERINGA DE 1 ML</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS	SR	NÃO INFORMADO	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE RG.DE N°80495519004 QUE ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>

COM AGULHA 0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2")
DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

23

**GOLDENPLUS -
COMERCIO**

SEM PROPOSTA

24	<p>ID : 8746 - SERINGA LUER LOCK DE 3 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180050 80026180053	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
----	---	---------------------------------	----	----------------------------	------	--

25	<p>ID : 8765 - SERINGA LUER LOCK DE 5 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES	SR	80026180050 80026180053	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO</p>
	<p>ID : 7 - SERINGA LUER LOCK DE 10 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM</p>	SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			

26	<p>AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS</p>	<p>INJEX</p>	<p>10160610007</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E AO SITE DA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ASSIM SENDO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>ID : 8743 - SERINGA LUER LOCK DE 20 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTÉRIL,</p>	<p>SALDANHA RODRIGUES</p>	<p>SR</p>	<p>80026180050</p>	<p>APTO</p>	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

27	<p>ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS</p>	<p>INJEX</p>	<p>10160610007</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU CATÁLOGO FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ASSIM SENDO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>OPEN FARMA COMERCIO</p>	<p>SEM PROPOSTA</p>			

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
 Farmacêutica Analista
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pela empresa, para os itens:

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - **itens 26,27.**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

SALDANHA RODRIGUES - **itens 04, 05, 14, 17, 18, 19, 20, 27.**

J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - **itens 01 ,06, 08, 11, 12, 13, 21, 22 ,24,25.**

NRX MEDICAL SYSTEMS - **itens 02 e 23.**

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - **itens 03, 04, 05, 07, 10, 16,17, 18, 19, 20.**

SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - **itens 04 e 05.**

GOLDENPLUS - COMERCIO - **item 10.**

OPEN FARMA COMERCIO -- **item 15.**

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 23/12/2024, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 23/12/2024, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0055968989** e o código CRC **00210D83**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.019231/2024-65

SEI nº 0055968989