



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 165/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPM NPL**

Para: **SUPEL-UPSILON**

Processo n.º: 0036.036756/2024-65

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-UPSILON (0055536050)**, o qual solicitou a esta Setorial para que realizasse a análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90416/2024/SUPEL/UPSILON/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, por meio do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emitiu o seguinte **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.036756/2024-65							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90416/2024/ SUPEL/-UPSILON /RO.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8148 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM	1ª Colocada	DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	MEDIX	80495519040	APTA	Conforme fôlder, apresentado na proposta, atende ao solicitado por esta administração.

	CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
5	ID: 10598 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 E / OU 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	DONATI	NÃO INFORMADO	APTA	Conforme fôlder, apresentado na proposta, atende ao solicitado por esta administração.
26	ID: 7204 - FIO NYLON, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS COM CORPO QUADRADO	1ª Colocada	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS	BIOLINE	10426020004	APTA	Conforme fôlder, apresentado na proposta, atende ao solicitado por esta administração.

	<p>PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
33	<p>ID: 6682 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO "5", COMPRIMENTO DE 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 8 FIOS POR ENVELOPE. AGULHAS CORTANTES, TRIANGULARES E CÔNCAVAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE FECHAMENTO DE ESTERNO, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM</p>	1ª Colocada	NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	BIOLINE	10426020028	INAPTA	<p>A empresa não apresentou ficha técnica do produto. Em pesquisa ao catálogo da fabricante, na internet, verificou-se que a apresentação do produto é em envelopes com 04(quatro) unidades não atendendo ao solicitado por esta administração que solicitou 08 (oito) unidades por envelope.</p>

DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
---	--	--	--	--	--	--

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE
FARMACÊUTICO ANALISTA
CGPM
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



2. **DESPACHO DO COORDENADOR:**

2.1. Aprovo o **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**, consignado no item 1;

2.2. Das análises das propostas apresentadas, foi concluído que as oferta da empresa licitante, abaixo, está **INAPTA** por estar em desacordo com o solicitado por esta administração:

- NEVALLI – **item 33**

2.3. As demais propostas foram consideradas **APTAS**.

2.4. Desta feita, retorno o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Porto Velho–RO, data e hora do sistema.

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador da Gestão de Produtos Médicos
CGPM
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 10/12/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 10/12/2024, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0055598437** e o código CRC **0C86495F**.

