



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 170/2024/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

2. ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

- ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (0053026304);

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

3. PROPOSTA DO ITEM:

3.1. ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - id (0053026304)

I - Proposta e Catálogo (0053026304)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 16, 32 e 40** que passaremos a analisar a seguir:

3.2. **Objeto: Kit oxigênio completo + máscara de alta concentração com reservatório**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
16	Kit oxigênio completo + máscara de alta concentração com reservatório	Especificações técnicas: 1. Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em pvc (cloreto de polivinila) resistente, transparente, e não tóxico; 2. Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio; 3. Tamanho adulto; 4. Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento.

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ASCLEPIOS:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em PVC resistente, transparente, e não tóxico	Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em PVC resistente, transparente, e não tóxico	Atende à especificação técnica exigida.	Atende
Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio	Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio	Oferece o reservatório tipo bag conforme exigido.	Atende
Tamanho adulto	Máscara de tamanho adulto	Especificação compatível.	Atende
Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento	Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com 1,20 m de comprimento	Especificações atendidas integralmente.	Atende
Regularização junto à Anvisa	Regularizada junto à Anvisa	O fornecedor informa que a máscara está regularizada junto à Anvisa.	Atende

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Kit inclui acessórios (cilindro, válvula reguladora, conjunto de umidificação e máscara)	Kit inclui acessórios adicionais: cilindro de alumínio para oxigênio (3L), válvula reguladora com fluxômetro, conjunto de umidificação com extensão e máscara	A inclusão do kit.	Atende

Conclusão: Kit oxigênio completo

O produto ofertado pelo vendedor **atende todas as exigências especificadas no Termo de Referência**, inclusive informando regularização junto à Anvisa. Conta com o kit portátil (cilindro, válvula reguladora, e conjunto de umidificação).

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

4. PROPOSTA DO ITEM:

4.1. ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - id (0053026304)

I - Proposta e Catálogo (0053026304)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 16, 32 e 40** que passaremos a analisar a seguir:

4.2. **Objeto: Tesoura ponta romba**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
32	Tesoura ponta romba	Especificações técnicas: 1. Tesoura do tipo "ponta romba"; 2. Deve possuir capacidade para cortar todos os tipos de tecido, couro, botas e roupas de inverno pesado, bem como gaze e outros tecidos mais delicados; 3. Deve possuir lâminas afiadas, temperadas e rígidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; 4. Deve possuir grande anel de polipropileno para proporcionar o máximo de controle e conforto no encaixe dos dedos; 5. Deve possuir cor predominantemente preta; 6. Deve ser totalmente autolavável à 143°C; 7. Dimensões aproximadas: comprimento total 19cm; largura total 10cm; espessura total 1cm peso: 57g; 8. Deve possuir Certificação Europeia - CE; 9. Deve ser igual ou semelhante a NAR TRAUMA SHEARS; 10. Regularizada junto a Anvisa;

4.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ASCLEPIOS:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Tesoura do tipo "ponta romba".	Tesoura ponta romba.	Cumprir a especificação.	Atende.
2. Deve possuir capacidade para cortar todos os tipos de tecido, couro, botas e roupas de inverno pesado, bem como gaze e outros tecidos mais delicados.	Usada para cortar diferentes vestes, bandagens, ataduras etc., indicada para cortes de urgência e emergência.	A descrição menciona cortes em tecidos e bandagens.	Atende.
3. Deve possuir lâminas afiadas, temperadas e rígidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes.	Lâminas afiadas, serrilhadas e fabricadas em aço inoxidável AISI 304.	Não menciona especificamente o processo de têmpera, mas atende os requisitos principais.	Atende.
4. Deve possuir grande anel de polipropileno para proporcionar o máximo de controle e conforto no encaixe dos dedos.	Cabo em plástico de polipropileno (PP) resistente.	Cumprir a exigência.	Atende.
5. Deve possuir cor predominantemente preta.	Disponível em diversas cores, incluindo preta.	Cores disponíveis incluem outras além de preta.	Atende.
6. Deve ser totalmente autolavável à 143°C.	Esterilizável a até 143°C por 2 minutos em autoclave a vácuo.	Cumprir a exigência.	Atende.
7. Dimensões aproximadas: comprimento total 19 cm; largura total 10 cm; espessura total 1 cm; peso: 57 g.	Dimensões disponíveis: 19 cm (comprimento).	Cumprir a exigência.	Atende.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
8. Deve possuir Certificação Europeia - CE.	Certificação Europeia - CE: DCS/129782319-A.	Cumpre a exigência.	Atende.
9. Deve ser igual ou semelhante a NAR TRAUMA SHEARS.	Não informado.	Não há menção ao modelo NAR TRAUMA SHEARS ou similaridade.	Não informado.
10. Regularizada junto à Anvisa.	ANVISA Nº 80901110038	Regularização mencionada pela Anvisa.	Atende.

Conclusão: Tesoura Ponta Romba

O produto ofertado pelo vendedor atende todas as exigências especificadas no seu Termo de Referência.

Cabe destacar que a empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

5. PROPOSTA DO ITEM:

5.1. ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - id (0053026304)

I - Proposta e Catálogo (0053026304)

5.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 16, 32 e 40** que passaremos a analisar a seguir:

5.2. **Objeto: Kit oxigênio completo + máscara de alta concentração com reservatório**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
40	Kit oxigênio completo + máscara de alta concentração com reservatório	Especificações técnicas: 1. Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em pvc (cloreto de polivinila) resistente, transparente, e não tóxico; 2. Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio; 3. Tamanho adulto; 4. Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento.

5.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ASCLEPIOS:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em PVC resistente, transparente, e não tóxico	Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em PVC resistente, transparente, e não tóxico	Atende à especificação técnica exigida.	Atende

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio	Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio	Oferece o reservatório tipo bag conforme exigido.	Atende
Tamanho adulto	Máscara de tamanho adulto	Especificação compatível.	Atende
Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento	Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com 1,20 m de comprimento	Especificações atendidas integralmente.	Atende
Regularização junto à Anvisa	Regularizada junto à Anvisa	O fornecedor informa que a máscara está regularizada junto à Anvisa.	Atende
Kit inclui acessórios (cilindro, válvula reguladora, conjunto de umidificação e máscara)	Kit inclui acessórios adicionais: cilindro de alumínio para oxigênio (3L), válvula reguladora com fluxômetro, conjunto de umidificação com extensão e máscara	A inclusão do kit.	Atende

Conclusão: Kit oxigênio completo

O produto ofertado pelo vendedor **atende todas as exigências especificadas no Termo de Referência**, inclusive informando regularização junto à Anvisa. Conta com o kit portátil (cilindro, válvula reguladora, e conjunto de umidificação).

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

6. CONCLUSÃO FINAL

Com base na análise dos itens ofertados:

Kit Oxigênio Completo:

O produto ofertado pela empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** atende às exigências do Termo de Referência, incluindo a regularização junto à Anvisa e a presença do kit portátil (cilindro, válvula reguladora e conjunto de umidificação). Embora o folder apresentado tenha sido inconclusivo devido à ausência de informações, a proposta reproduz fielmente o texto exigido no Edital, presumindo-se que o objeto será entregue conforme especificado.

Tesoura Ponta Romba:

O produto ofertado pela empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** atende às exigências do Termo de Referência. A proposta apresentada reproduz integralmente o texto do Edital, indicando que o objeto será fornecido de acordo com o especificado.

Recomendação:

Caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, verificar se os produtos entregues

atendem integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, assegurando a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

Elaboração:

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

Revisão técnica:

DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Gerente**, em 11/12/2024, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva**, **2º Sargento**, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**, **Cabo**, em 11/12/2024, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053340554** e o código CRC **56185338**.