



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 166/2024/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

2. ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

- DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA - id (0053026174);

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

3. PROPOSTA DO ITEM 1:

3.1. DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA - id (0053026174)

I - Proposta e Catálogo (0053026174)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 1, 6, 8, 20 e 28**, que passaremos a analisar a seguir:

3.2. **Objeto: Torniquete**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
1	Torniquete	Especificações técnicas: 1. O torniquete deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros, e proporcionar ao Operador a auto-aplicação do objeto; 2. Deve possuir um único sistema de fivela simples para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas; 3. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações; 4. Deve possuir fivela para passada simples feita em polímero: permite que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea, na cor preta; 5. Deve possuir barra de tracionamento deve ser uma barra com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que após aplicação do torniquete, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro, na cor preta; 6. Deve possuir entrada chanfrada bilateral na cor preta para trava rápida da barra de tracionamento, deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea; 7. Deve possuir fita afixada com solda ultrassônica ao torniquete, para fechar a entrada chanfrada bilateral depois da barra de tracionamento travada, com espaço para escrita a caneta, confeccionada na cor cinza; 8. Deve possuir placa de estabilização

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	com l... pinçar a pel... DESCRIÇÃO TÉCNICA DO Quedo
		<p>9. O Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fitas formando uma espécie de tubo, que comporta outra fita simples dentro deste referido tubo passando livremente por ele. Esta fita simples é conectada a barra de tração, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse conjunto de fitas proporcionam a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento;</p> <p>10. Sem Latex;</p> <p>11. Recomendado pelo CTCCC – USA;</p> <p>12. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas;</p> <p>13. Dimensões mínimas aberto: 95,25cm; Largura: 3,81cm;</p> <p>14. Conformidade: Certificação Européia - CE; ANVISA;</p> <p>15. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4;</p> <p>16. Cor: Preto e vermelho;</p>

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DRK:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
O torniquete deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva e permitir autoaplicação	Não informado claramente	As especificações do vendedor não mencionam explicitamente a capacidade de cessar 100% a hemorragia nem detalhes sobre a autoaplicação.	Não informado
Deve possuir fivela simples para tracionamento rápido e efetiva remoção de folgas	"Sistema de fechamento único que permite aplicação rápida e remoção suave"	Embora haja menção a um sistema de fechamento único, não está claro se atende integralmente ao requisito de tracionamento rápido e remoção de folgas.	Não informado
Aplicação simplificada com único protocolo	Não informado	Não há menção explícita de protocolo único para todas as aplicações.	Não informado
Fivela de polímero para passada simples, cor preta	Não informado	Não consta descrição sobre material ou cor da fivela, dificultando a análise de conformidade com o requisito.	Não informado

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Barra de tracionamento com sobressaltos, cor preta	Barra para estabilização mencionada	Não está claro se a barra possui sobressaltos nas extremidades e atende ao requisito específico de cor e funcionamento.	Não informado
Entrada chanfrada bilateral na cor preta	Não informado	Não há detalhes fornecidos pelo vendedor sobre a entrada chanfrada.	Não informado
Fita com solda ultrassônica, cor cinza, espaço para escrita	Não informado	Ausência de informações sobre a solda ultrassônica, cor ou espaço para escrita.	Não informado
Placa de estabilização com bordas arredondadas	Barra para estabilização mencionada	O vendedor menciona a barra de estabilização, mas não fornece detalhes sobre as bordas arredondadas.	Não informado
Funcionamento com conjunto de fitas	Não informado	Não há descrição do funcionamento conforme especificado.	Não informado
Sem látex	Não informado	O vendedor não menciona se o produto é livre de látex.	Não informado
Recomendado pelo CTCCC – USA	"Recomendado pelo CoTCCC"	Atende ao requisito de recomendação pelo CTCCC, conforme mencionado.	Atende
Aplicação em todas as condições climáticas	Não informado	Não há informações sobre a resistência climática do torniquete.	Não informado
Dimensões mínimas aberto: 95,25 cm; largura: 3,81 cm	Aproximadamente 95 cm aberto	O comprimento atende, mas não há menção à largura.	Parcialmente atende
Certificação Européia - CE; ANVISA	Não informado	Não há informações sobre certificação europeia ou ANVISA.	Não informado
Igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4	Não informado claramente	O vendedor não menciona comparabilidade explícita com os modelos especificados.	Não informado
Cor: Preto e vermelho	Não informado claramente	Não há descrição explícita sobre as cores do torniquete.	Não informado

Conclusão: Torniquete

Após a análise comparativa, conclui-se que o produto ofertado **não atende integralmente** às exigências do Termo de Referência.

Pontos atendidos: Apenas a recomendação pelo CTCCC foi explicitamente confirmada.

Pontos não atendidos: Várias especificações técnicas cruciais, como material,

funcionamento, certificações e dimensões completas, não foram esclarecidas.

Recomenda-se solicitar mais informações detalhadas ao fornecedor para verificar a conformidade com os requisitos ou avaliar a desclassificação por insuficiência técnica.

4. PROPOSTA DO ITEM 6:

4.1. DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA - id (0053026174)

I - Proposta e Catálogo (0053026174)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 1, 6, 8, 20 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

4.2. **Objeto: Bolsa primeiros socorros**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
6	Bolsa primeiros socorros	Especificações técnicas: 1. Alças de mão; 2. Alças de costas; 3. Impermeável; 4. Nylon resistente; 5. Zíper com dois cursores de abertura total; 6. Compartimentos nas laterais internas (bolsos e etc.)

4.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DRK Tactical:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Alças de mão	Alças de mão	O vendedor informou que o produto possui alças de mão.	Atende
Alças de costas	Alças de costas	O vendedor informou que o produto possui alças de costas.	Atende
Impermeável	Impermeável	O vendedor informou que o produto é impermeável.	Atende
Nylon resistente	Nylon resistente	O vendedor informou que o material é de nylon resistente.	Atende
Zíper com dois cursores de abertura total	Zíper com dois cursores de abertura total	O vendedor informou que o produto possui zíper com dois cursores de abertura total.	Atende
Compartimentos nas laterais internas (bolsos e etc.)	Compartimentos nas laterais internas (bolsos e etc.)	O vendedor informou que o produto possui compartimentos nas laterais internas.	Atende

Conclusão: Bolsa primeiros socorros

Após a análise comparativa, **todas as exigências foram atendidas** conforme as informações fornecidas pelo vendedor.

O produto parece estar em conformidade com o que foi especificado no Termo de Referência, atendendo a todas as exigências técnicas mencionadas.

OBS.: Cabe ressaltar que, embora a apresentação do folder tenha sido simplória, a empresa reproduziu o texto exigido em edital, o que indica a presunção de entrega do objeto conforme especificado. No entanto, lacunas importantes identificadas em alguns itens demandam atenção redobrada

da equipe de fiscalização no momento do recebimento, a fim de garantir a conformidade integral com o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no edital.

5. PROPOSTA DO ITEM 8:

5.1. DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA - id (0053026174)

I - Proposta e Catálogo (0053026174)

5.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 1, 6, 8, 20 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

5.2. **Objeto: Selante peitoral curativos táctico valvulado para tórax**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
8	Selante peitoral curativos táctico valvulado para tórax	Especificações técnicas: 1. Selo de Tórax Valvulado para a prevenção, gerenciamento e tratamento de um pneumotórax aberto e / ou tensionado potencialmente causado por um trauma torácico penetrante; 2. Conjunto de selos de tórax para feridas abertas, curativos valvulados em embalagens impermeáveis (kit com dois selos de tórax para feridas composto de no mínimo um curativo com válvula unidirecional); 3. Deve possuir superfície aderente com adesivo hidrogel, elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo, além de estar apto para ser aplicado em situações climáticas extremas; 4. O kit deve ser embalado no formato individual, em embalagem resistente, produto de uso único, descartável e estéril; 5. O Produto deve ser aprovado pelo CoTCCC; 6. Registrado na Anvisa;

5.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DRK Tactical:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Selo de Tórax Valvulado para a prevenção, gerenciamento e tratamento de um pneumotórax aberto e/ou tensionado potencialmente causado por um trauma torácico penetrante	Selo de Tórax; Valvulado para a prevenção, gerenciamento e tratamento de um pneumotórax aberto e / ou tensionado potencialmente causado por um trauma torácico penetrante	O vendedor informou que o produto atende à exigência de ser um selo de tórax valvulado.	Atende

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Conjunto de selos de tórax para feridas abertas, curativos valvulados em embalagens impermeáveis (kit com dois selos de tórax para feridas composto de no mínimo um curativo com válvula unidirecional)	Conjunto de selos de tórax para feridas abertas, curativos valvulados em embalagens impermeáveis (kit com dois selos de tórax para feridas composto de no mínimo um curativo com válvula unidirecional)	O vendedor informou que o produto corresponde ao conjunto com dois selos e válvula unidirecional.	Atende
Deve possuir superfície aderente com adesivo hidrogel, elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo, além de estar apto para ser aplicado em situações climáticas extremas	Não informado	Não há informações fornecidas pelo vendedor sobre o adesivo hidrogel e sua elasticidade.	Não informado
O kit deve ser embalado no formato individual, em embalagem resistente, produto de uso único, descartável e estéril	Não informado	Não há informações sobre a embalagem individual, resistência, e se o produto é descartável e estéril.	Não informado
O Produto deve ser aprovado pelo CoTCCC	Não informado	Não foi mencionada a aprovação pelo CoTCCC.	Não informado
Registrado na Anvisa	Não informado	Não foi mencionado o registro na Anvisa.	Não informado

Conclusão: Selante peitoral

Após a análise comparativa, **o produto não atende integralmente às exigências** especificadas no Termo de Referência. Embora o vendedor tenha informado que o produto possui características importantes como o selo de tórax valvulado e embalagem impermeável, há itens essenciais não informados, como:

- I - Superfície aderente com adesivo hidrogel e elasticidade.
- II - Embalagem individual resistente e informações sobre descartabilidade e esterilidade.
- III - Aprovação pelo CoTCCC.
- IV - Registro na Anvisa.

Esses pontos precisam ser confirmados para que o produto esteja em total conformidade com as exigências.

Observação Importante:

A empresa **não apresentou folder com descrições detalhadas e/ou fotografias** do material que iria fornecer. As informações foram reproduzidas apenas em formato textual, sem documentação visual ou técnica mais detalhada, o que pode prejudicar a verificação precisa das especificações do produto.

6. PROPOSTA DO ITEM 20:

6.1. DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA - id (0053026174)

6.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 1, 6, 8, 20 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

6.2. **Objeto: Bolsa primeiros socorros**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
20	Maca de resgate tático fastfold	Especificações técnicas: 1. Maca maleável, compacta, multiuso, para ser empregada em extração de operadores baixados ou equipamentos sensíveis; 2. Deve permitir que o operador tenha um meio de transportar uma vítima sem levar equipamentos volumosos e com excesso de peso; 3. O porta-maca poderá ser montado diretamente no equipamento de combate individual compatível com plataforma MOLLE; 4. Dimensões do porta-maca: 26 cm x 18 cm x 4 cm de espessura; 5. O porta-maca deverá ser fechado por 2 botões metálicos de fechamento por pressão, para que a maca seja extraída de modo rápido; 6. Dimensões da maca: 1,65m x 0,58m; 7. Deverá aguentar, no mínimo, 200kg de carga; 8. Deverá pesar no máximo 600g; 9. Alça de transporte: 8 unidades; 10. Deve possuir uma fita para travar o corpo fabricada em nylon de 3,8 cm de espessura, com uma fivela de fricção posicionada na porção central da maca; 11. O porta-maca deverá ser na cor Coyote/Tan ou preta; 12. A maca deverá ser, preferencialmente, na cor Preta;

6.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DRK Tactical:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Maca maleável, compacta, multiuso, para ser empregada em extração de operadores baixados ou equipamentos sensíveis	Maca maleável, compacta, multiuso, para ser empregada em extração de operadores baixados ou equipamentos sensíveis	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Deve permitir que o operador tenha um meio de transportar uma vítima sem levar equipamentos volumosos e com excesso de peso	Deve permitir que o operador tenha um meio de transportar uma vítima sem levar equipamentos volumosos e com excesso de peso	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
O porta-maca poderá ser montado diretamente no equipamento de combate individual compatível com plataforma MOLLE	O porta-maca poderá ser montado diretamente no equipamento de combate individual compatível com plataforma MOLLE	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Dimensões do porta-maca: 26 cm x 18 cm x 4 cm de espessura	Dimensões do porta-maca: 26 cm x 18 cm x 4 cm de espessura	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
O porta-maca deverá ser fechado por 2 botões metálicos de fechamento por pressão, para que a maca seja extraída de modo rápido	O porta-maca deverá ser fechado por 2 botões metálicos de fechamento por pressão, para que a maca seja extraída de modo rápido	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Dimensões da maca: 1,65m x 0,58m	Dimensões da maca: 1,65m x 0,58m	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Deverá aguentar, no mínimo, 200kg de carga	Deverá aguentar, no mínimo, 200kg de carga	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Deverá pesar no máximo 600g	Deverá pesar no máximo 600g	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Alça de transporte: 8 unidades	Alça de transporte: 8 unidades	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Deve possuir uma fita para travar o corpo fabricada em nylon de 3,8 cm de espessura, com uma fivela de fricção posicionada na porção central da maca	Deve possuir uma fita para travar o corpo fabricada em nylon de 3,8 cm de espessura, com uma fivela de fricção posicionada na porção central da maca	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
O porta-maca deverá ser na cor Coyote/Tan ou preta	O porta-maca deverá ser na cor Coyote/Tan ou preta	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
A maca deverá ser, preferencialmente, na cor Preta	A maca deverá ser, preferencialmente, na cor Preta	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende

Conclusão: Maca de resgate tático fastfold

Após a análise comparativa, **todas as exigências foram atendidas** conforme as informações fornecidas pelo vendedor.

O produto parece estar em conformidade com o que foi especificado no Termo de Referência, atendendo a todas as exigências técnicas mencionadas.

OBS.: Cabe ressaltar que, embora a apresentação do folder tenha sido simplória, a empresa reproduziu o texto exigido em edital, o que indica a presunção de entrega do objeto conforme especificado. No entanto, lacunas importantes identificadas em alguns itens demandam atenção redobrada da equipe de fiscalização no momento do recebimento, a fim de garantir a conformidade integral com o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no edital.

7. PROPOSTA DO ITEM 28:

7.1. DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA - id (0053026174)

I - Proposta e Catálogo (0053026174)

7.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 1, 6, 8, 20 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

7.2. **Objeto: Bolsa primeiros socorros**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	----------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
28	Bolso tático modular para colete	<p>Especificações técnicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O bolso deverá ter seu desenvolvimento exclusivo para o transporte de equipamentos e acessórios médicos; 2. Deverá ser confeccionado em nylon 500D (Cordura) ou superior, o nylon deverá ser resinado, totalmente impermeável e resistente à hidrólise de forma a oferecer proteção total contra a umidade; 3. Deve possuir na parte frontal aplicação de uma fita de velcro para colocação de insígnias, bandeiras ou outras especificações; 4. Deverá possuir internamente nichos individuais para a colocação de objetos e tiras elásticas; 5. O bolso deve ser fechado através de zíperes YKK ambidestros com 02 (dois) cursores com puxadores em fita de nylon; 6. O bolso modular deve ser do po M.O.L.L.E. (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment); 7. Compartimento deverá existir 2(dois) elásticos PR 300/50 com 2(dois) elásticos PR 300/25 costurados em conjunto, com uma costura de ligação; O compartimento 3 será confeccionado em tecido de forro 100 em poliéster 280 e tela trançada preta de poliéster unido por viés em cadaço 3038 de 20 x 1.0 em costura dupla paralela. O bolso do compartimento será fechado por intermédio de zíper com cursor para zíper, tendo este um cadaço para fechamento. 8. A cor deverá seguir o padrão Caqui ou Preto ou Vermelho.

7.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DRK Tactical:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
O bolso deverá ter seu desenvolvimento exclusivo para o transporte de equipamentos e acessórios médicos;	O bolso deverá ter seu desenvolvimento exclusivo para o transporte de equipamentos e acessórios médicos;	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Deverá ser confeccionado em nylon 500D (Cordura) ou superior, o nylon deverá ser resinado, totalmente impermeável e resistente à hidrólise de forma a oferecer proteção total contra a umidade;	Deverá ser confeccionado em nylon 500D (Cordura) ou superior, o nylon deverá ser resinado, totalmente impermeável e resistente à hidrólise de forma a oferecer proteção total contra a umidade;	Informação fornecida pelo vendedor corresponde à exigência.	Atende
Deve possuir na parte frontal aplicação de uma fita de velcro para colocação de insígnias, bandeiras ou outras especificações;	Não informado	Informação não fornecida.	Não atende (falta informação)
Deverá possuir internamente nichos individuais para a colocação de objetos e tiras elásticas;	Não informado	Informação não fornecida.	Não atende (falta informação)
O bolso deve ser fechado através de zíperes YKK ambidestros com 02 (dois) cursores com puxadores em fita de nylon;	Não informado	Informação não fornecida.	Não atende (falta informação)
O bolso modular deve ser do po M.O.L.L.E. (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment);	Não informado	Informação não fornecida.	Não atende (falta informação)
Compartimento deverá existir 2(dois) elásticos PR 300/50 com 2(dois) elásticos PR 300/25 costurados em conjunto, com uma costura de ligação; O compartimento 3 será confeccionado em tecido de forro 100 em poliéster 280 e tela trançada preta de poliéster unido por viés em cadaço 3038 de 20 x 1.0 em costura dupla paralela. O bolso do compartimento será fechado por intermédio de zíper com cursor para zíper, tendo este um cadaço para fechamento.	Não informado	Informação não fornecida.	Não atende (falta informação)
A cor deverá seguir o padrão Caqui ou Preto ou Vermelho.	Não informado	Informação não fornecida.	Não atende (falta informação)

Conclusão: Bolso tático modular para colete

Atende: As exigências relacionadas ao desenvolvimento exclusivo para equipamentos médicos, o tipo de nylon e suas características impermeáveis e resistentes foram atendidas pelo que foi oferecido pelo vendedor.

Não atende (falta informação): O vendedor não forneceu informações sobre a aplicação de velcro na parte frontal, nichos internos, zíperes YKK, compatibilidade com o sistema M.O.L.L.E., detalhes sobre os compartimentos, ou a cor do produto, o que impede uma análise completa e detalhada dessas exigências. Entretanto, a empresa especificou que seguirá as especificações conforme termo de referência.

OBS.: Cabe ressaltar que, embora a apresentação do folder tenha sido simplória, a empresa reproduziu o texto exigido em edital, o que indica a presunção de entrega do objeto conforme especificado. No entanto, lacunas importantes identificadas em alguns itens demandam atenção redobrada da equipe de fiscalização no momento do recebimento, a fim de garantir a conformidade integral com o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no edital.

8. CONCLUSÃO FINAL

Torniquete: O produto não atende integralmente às exigências do **Termo de Referência**. Embora o **CTCCC** tenha sido citado, faltaram detalhes cruciais sobre material, funcionamento, certificações e dimensões.

Bolsa de Primeiros Socorros: O produto atende todas as exigências, com conformidade total com o **Termo de Referência**. A apresentação simplificada do folder exige atenção na fiscalização para garantir a entrega conforme o especificado.

Selante Peitoral: O produto não atende integralmente às exigências, faltando informações sobre adesivo hidrogel, embalagem resistente, aprovação pelo **CoTCCC** e registro na **Anvisa**. A falta de documentação visual dificulta a verificação das especificações.

Maca de Resgate Tático Fastfold: O produto atende todas as exigências do **Termo de Referência**, mas a fiscalização deve garantir que a entrega seja conforme o especificado.

Bolso Tático Modular para Colete: Atendeu algumas exigências, como nylon impermeável, mas faltaram informações cruciais sobre velcro, nichos internos, zíperes YKK e a cor. A empresa afirmou seguir as especificações, mas a fiscalização deve verificar a conformidade.

OBS.: Cabe ressaltar que, embora a apresentação do folder tenha sido simplória, a empresa reproduziu o texto exigido em edital, o que indica a presunção de entrega do objeto conforme especificado. No entanto, lacunas importantes identificadas em alguns itens demandam atenção redobrada da equipe de fiscalização no momento do recebimento, a fim de garantir a conformidade integral com o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no edital.

Elaboração:

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

Revisão técnica:

DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Gerente**, em 11/12/2024, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva**, **2º Sargento**, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**, **Cabo**, em 11/12/2024, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053249566** e o código CRC **A3B1C680**.
