



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 163/2024/SESDEC-FUNESP

**1. OBJETO**

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

**2. ANÁLISE**

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça Kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

- DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

### 3. PROPOSTA DO ITEM 4:

3.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

3.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
4	Luvas de procedimento	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Utilizado para oferecer uma resistência superior a muitos tipos de produtos químicos; 2. Fabricada em Nitrílo (borracha sintética), visando à eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso; 3. Sem pó bio absorvível; 4. Ambidestra; 5. Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos; 6. Alto grau de flexibilidade e superior solvente resistência. 7. Cada caixa deve conter, pelo menos, 100 unidades; 8. A cor das luvas deve ser, preferencialmente, preta; 9. Embalagem tipo dispenser box; 10. Registrado na Anvisa; 11. <u>Caixa com 100Un</u>

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Utilizado para oferecer uma resistência superior a muitos tipos de produtos químicos	Não informado	O vendedor não apresentou informações sobre resistência a produtos químicos.	<b>Não informado</b>
2. Fabricada em Nitrílo (borracha sintética)	Fabricada em Nitrílo (borracha sintética)	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
3. Sem pó bio absorvível	Sem pó bio absorvível	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
4. Ambidestra	Ambidestra	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
5. Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos	Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
6. Alto grau de flexibilidade e superior solvente resistência	Não informado	O vendedor não apresentou informações sobre flexibilidade e resistência a solventes.	<b>Não informado</b>
7. Cada caixa deve conter, pelo menos, 100 unidades	Não informado	O vendedor não apresentou explicitamente se a embalagem contém ao menos 100 unidades.	<b>Não informado</b>
8. A cor das luvas deve ser, preferencialmente, preta	A cor das luvas é preta	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
9. Embalagem tipo dispenser box	Não informado	O vendedor não apresentou informações sobre o tipo de embalagem.	<b>Não informado</b>
10. Registrado na Anvisa	Não informado	O vendedor não apresentou informações sobre registro na Anvisa.	<b>Não informado</b>
11. Caixa com 100 UN	Caixa com 100 UNIDADES	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>

#### Conclusão: Luvas de procedimento

Das 11 exigências analisadas, o produto oferecido pelo vendedor atende a 6 exigências, mas não cumpre 5 delas, sendo essas lacunas relacionadas à resistência química, flexibilidade, quantidade mínima por caixa, tipo de embalagem e registro na Anvisa.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

#### 4. PROPOSTA DO ITEM 5:

4.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

#### 4.2. Objeto: Luvas de procedimento

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
5	ESPARADRAPO	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Fabricado em tecido 100 % algodão; 2. Disponível na cor branca; 3. Não estéril; 4. Descartável e de uso único. 5. Tamanho 10 cm x 4,5 m

4.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Fabricado em tecido 100 % algodão	Fabricado em tecido 100 % algodão	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
2. Disponível na cor branca	Disponível na cor branca	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
3. Não estéril	Não estéril	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
4. Descartável e de uso único	Descartável e de uso único	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
5. Tamanho 10 cm x 4,5 m	Tamanho 10 cm x 4,5 m	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>

**Conclusão: Esparadrapo**

O produto ofertado pelo vendedor **atende integralmente** às exigências especificadas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

**5. PROPOSTA DO ITEM 12:**

5.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

5.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

5.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
12	ATADURA CREPON 20cm X 1,80m	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 20 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada); 2. cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, 3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056. 4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 5. Formato: Rolo; 6. Tamanho: 15 cm X 1,80cm; 7. Dermatologicamente testado; 8. Produto com validade; 9 . Código Anvisa; 10. <u>Pacote com 12 un.</u>

5.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
<b>1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 20 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso), sendo 450 cm de comprimento (esticada)</b>	Atadura de crepom, medindo no mínimo 20 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso), sendo 450 cm de comprimento (esticada)	Atende à especificação da dimensão e comprimento.	<b>Atende</b>
<b>2. Cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal</b>	Cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal	Atende às especificações da composição e características do tecido.	<b>Atende</b>
<b>3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056</b>	Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056	Está de acordo com a especificação técnica.	<b>Atende</b>
<b>4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente</b>	100% puro algodão: macio e extra-absorvente	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
<b>5. Formato: Rolo</b>	Formato: Rolo	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
<b>7. Dermatologicamente testado</b>	Não informado	Não há informações fornecidas sobre teste dermatológico.	<b>Não informado</b>

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
8. Produto com validade	Não informado	Não há informações fornecidas sobre validade do produto.	<b>Não informado</b>
9. Código Anvisa	Não informado	Não há informações fornecidas sobre registro na Anvisa.	<b>Não informado</b>
10. Pacote com 12 un	Pacote com 12 und	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>

#### Conclusão: Atadura crepon 20cm x 1,80m

O produto ofertado **não atende integralmente** às exigências especificadas no Termo de Referência, pois não há informações sobre teste dermatológico, validade do produto e registro na Anvisa. Essas ausências podem comprometer a aceitação da proposta.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

#### 6. PROPOSTA DO ITEM 13:

6.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

6.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

6.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
13	ATADURA CREPON 15cm X 1,80m	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 15 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada); 2. cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, 3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056. 4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 5. Formato: Rolo; 6. Tamanho: 15 cm X 1,80cm; 7. Dermatologicamente testado; 8. Produto com validade; 9 . Código Anvisa 10. <u>Pacote com 12 und.</u>

6.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
<b>1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 15 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso), sendo 450 cm de comprimento (esticada)</b>	Atadura de crepom, medindo no mínimo 15 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso), sendo 450 cm de comprimento (esticada)	Atende à especificação da dimensão e comprimento.	<b>Atende</b>
<b>2. Cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal</b>	Cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal	Atende às especificações da composição e características do tecido.	<b>Atende</b>
<b>3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056</b>	Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056	Está de acordo com a especificação técnica.	<b>Atende</b>
<b>4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente</b>	100% puro algodão: macio e extra-absorvente	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
<b>5. Formato: Rolo</b>	Formato: Rolo	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>
<b>6. Tamanho: 15 cm x 1,80 cm</b>	Não informado	O vendedor não especificou a confirmação do tamanho detalhado.	<b>Não informado</b>

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
7. Dermatologicamente testado	Não informado	Não há informações fornecidas sobre teste dermatológico.	<b>Não informado</b>
8. Produto com validade	Não informado	Não há informações fornecidas sobre validade do produto.	<b>Não informado</b>
9. Código Anvisa	Não informado	Não há informações fornecidas sobre registro na Anvisa.	<b>Não informado</b>
10. Pacote com 12 un	Pacote com 12 un	Está de acordo com a exigência.	<b>Atende</b>

#### Conclusão: Atadura crepon 15cm x 1,80m

O produto ofertado **não atende integralmente** às exigências do Termo de Referência. Itens como **tamanho exato, teste dermatológico, validade e código Anvisa** não foram informados.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

#### 7. PROPOSTA DO ITEM 22:

7.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

7.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

7.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
22	<b>PINÇA HEMOSTÁTICA GRANDE</b>	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Possui travas para mantê-la fechada; 2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; 3. Ponta reta, com serrilha.

7.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**



Exigência	Ofertado	Observação	Análise
<b>1. Possui travas para mantê-la fechada</b>	Possui travas para mantê-la fechada	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável</b>	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>3. Ponta reta, com serrilha</b>	Ponta reta, com serrilha	Atende à especificação.	<b>Atende</b>

### Conclusão: Pinça hemostática grande

O produto ofertado **atende integralmente** às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

### 8. PROPOSTA DO ITEM 23:

8.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

8.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

8.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
<b>23</b>	<b>PINÇA KELLY RETA</b>	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Possui travas para mantê-la fechada; 2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; 3. Ponta <b>reta</b> , com serrilha. 4. Tamanho: 14cm;

8.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
<b>1. Possui travas para mantê-la fechada</b>	Possui travas para mantê-la fechada	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável</b>	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>3. Ponta reta, com serrilha</b>	Ponta reta, com serrilha	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>4. Tamanho: 14cm</b>	Tamanho: 14cm	Atende à especificação.	<b>Atende</b>

## Conclusão: Pinça Kelly reta

O produto ofertado **atende integralmente** às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

## 9. PROPOSTA DO ITEM 24:

9.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

9.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

9.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
24	PINÇA KELLY CURVA	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Tamanho: 14cm; 2. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; 3. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE

9.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Tamanho: 14cm	Tamanho: 14cm	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
2. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
3. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Atende à especificação.	<b>Atende</b>

## Conclusão: Pinça kelly curva

O produto ofertado **atende integralmente** às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o**

produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

**10. PROPOSTA DO ITEM 26:**

10.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

10.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

10.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
26	MÁSCARA BRANCA	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Máscara descartável tripla confeccionada em TNT polietileno com elásticos para que seja fixado trás da orelha; 2. Filtro de material não tecido, sem fibra de vidro; 3. Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%; 4. Clip Nasal e elementos filtrantes; 5. Hipoalergênico, atóxico, 6. 100% polipropileno não inflamável; 7. Deverá atender a NR.6 do MTE. 8. Pacote com 10 Und

10.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
<b>1. Máscara descartável tripla confeccionada em TNT polietileno com elásticos para que seja fixado trás da orelha</b>	Máscara descartável tripla confeccionada em TNT polietileno com elásticos para que seja fixado trás da orelha	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>2. Filtro de material não tecido, sem fibra de vidro</b>	Filtro de material não tecido, sem fibra de vidro	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>3. Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%</b>	Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>4. Clip Nasal e elementos filtrantes</b>	Clip Nasal e elementos filtrantes	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>5. Hipoalergênico, atóxico</b>	Hipoalergênico, atóxico	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>6. 100% polipropileno não inflamável</b>	100% polipropileno não inflamável	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>7. Deverá atender a NR.6 do MTE</b>	Deverá atender a NR.6 do MTE	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>8. Pacote com 10 Und</b>	Pacote com 10 Und	Atende à especificação.	<b>Atende</b>

**Conclusão: Máscara branca**

O produto ofertado **atende integralmente** às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

## 11. PROPOSTA DO ITEM 27:

11.1. DENTAL SAUDE LTDA - id (0053026098)

I - Proposta e Catálogo (0053026098)

11.1.1. A empresa apresentou propostas para o **ITEM 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 e 27**, os passaremos a analisar a seguir:

11.2. **Objeto: Luvas de procedimento**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
27	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	<b>Especificações técnicas:</b> 1. Óculos de segurança, modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível na cor cinza transparente; 2. Sistema de ventilação indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação, tirante elástico ajustável de tecido sintético preto para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor; 3. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário; 4. Os visores devem possuir tratamento Antirrisco e Antiembaçante com lentes de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura; 5. Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e respingo de produtos químicos; 6. Deverá ter aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego NR. 06 - Certificado de aprovação (CA).

11.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - DENTAL SAÚDE LTDA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Óculos de segurança, modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível na cor cinza transparente	Óculos de segurança, modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível na cor cinza transparente	Atende à especificação.	<b>Atende</b>

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
<b>2. Sistema de ventilação indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação, tirante elástico ajustável de tecido sintético preto para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor</b>	Sistema de ventilação indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação, tirante elástico ajustável de tecido sintético preto para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>3. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário</b>	O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>4. Os visores devem possuir tratamento Antirrisco e Antiembaçante com lentes de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura</b>	Os visores possuem tratamento Antirrisco e Antiembaçante com lentes de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>5. Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e respingo de produtos químicos</b>	Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e respingo de produtos químicos	Atende à especificação.	<b>Atende</b>
<b>6. Deverá ter aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego NR. 06 - Certificado de aprovação (CA)</b>	Deverá ter aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego NR. 06 - Certificado de aprovação (CA)	Atende à especificação.	<b>Atende</b>

### Conclusão: Óculos de proteção individual

O produto ofertado **atende integralmente** às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi de forma simplória, a empresa **DENTAL SAUDE LTDA** em sua proposta **reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital** e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

**Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.**

### 12. CONCLUSÃO FINAL

Com base na análise realizada, verificou-se que os produtos ofertados pela empresa **Dental Saúde LTDA** apresentam variação no atendimento às exigências do Termo de Referência:

**Luvras de procedimento:** O produto atende a 6 das 11 exigências analisadas, mas não cumpre 5 delas, incluindo aspectos críticos como resistência química, flexibilidade, quantidade mínima por caixa, tipo de embalagem e registro na Anvisa.

**Esparadrapo:** O produto ofertado atende integralmente às exigências especificadas no Termo de Referência.

**Ataduras crepon 20cm x 1,80m e 15cm x 1,80m:** Os produtos não atendem integralmente às exigências, faltando informações sobre teste dermatológico, validade e registro na Anvisa.

**Pinças (Hemostática Grande, Kelly Reta e Kelly Curva):** Os produtos ofertados atendem integralmente às exigências do Termo de Referência.

**Máscara branca e Óculos de proteção individual:** Ambos os produtos atendem integralmente às especificações exigidas.

Cabe ressaltar que, embora a apresentação do folder tenha sido simplória, a empresa reproduziu o texto exigido em edital, o que indica a presunção de entrega do objeto conforme especificado. No entanto, lacunas importantes identificadas em alguns itens demandam atenção redobrada da equipe de fiscalização no momento do recebimento, a fim de garantir a conformidade integral com o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no edital.

**Elaboração:**

**DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

**Revisão técnica:**

**DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM**

**De acordo:**

**JACKSON ROBLEDO DA SILVA**

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

**RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:**

**HÉLIO GOMES FERREIRA**

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Gerente, em 11/12/2024, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva**, 2º Sargento, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**, Cabo, em 11/12/2024, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053197243** e o código CRC **F6E18B2E**.

---

**Referência:** Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.029202/2021-59

SEI nº 0053197243