



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 171/2024/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

2. ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

- ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (0053026351);

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

3. PROPOSTA DO ITEM:

3.1. ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - id (0053026351)

I - Proposta e Catálogo (0053026351)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 22, 23 e 24** que passaremos a analisar a seguir:

3.2. **Objeto: Pinça hemostática grande**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
22	Pinça hemostática grande	Especificações técnicas: 1. Possui travas para mantê-la fechada; 2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; 3. Ponta reta, com serrilha.

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ENDOGERAIS:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Possui travas para mantê-la fechada	Possui travas para mantê-la fechada	Atendeu à exigência especificada.	Atende
2. Produto confeccionado em aço inoxidável	Produto confeccionado em aço inoxidável	Atendeu à exigência especificada.	Atende
3. Ponta reta, com serrilha	Ponta reta, com serrilha	Atendeu à exigência especificada.	Atende

Conclusão: Pinça

Com base nas informações apresentadas pelo vendedor, o produto ofertado atende a todas as exigências especificadas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

4. PROPOSTA DO ITEM:

4.1. ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - id (0053026351)

I - Proposta e Catálogo (0053026351)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 22, 23 e 24** que passaremos a analisar a

seguir:

4.2. **Objeto: Pinça Kelly Reta**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
23	Pinça Kelly Reta	Especificações técnicas: 1. Possui travas para mantê-la fechada; 2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; 3. Ponta reta, com serrilha. 4. Tamanho: 14cm;

4.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ENDOGERAIS:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Possui travas para mantê-la fechada	Possui travas para mantê-la fechada	Atendeu à exigência especificada.	Atende
2. Produto confeccionado em aço inoxidável	Produto confeccionado em aço inoxidável	Atendeu à exigência especificada.	Atende
3. Ponta reta, com serrilha	Ponta reta, com serrilha	Atendeu à exigência especificada.	Atende
4. Tamanho: 14cm	Tamanho: 14cm	Atendeu à exigência especificada.	Atende

Conclusão: Pinça

O produto ofertado pelo vendedor atende integralmente às exigências especificadas no Termo de Referência, não havendo divergências entre o solicitado e o ofertado.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

5. **PROPOSTA DO ITEM:**

5.1. ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - id (□□□□□□□0053026351)

I - Proposta e Catálogo (□□□□□□□□□□□□□0053026351)

5.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 22, 23 e 24** que passaremos a analisar a seguir:

5.2. **Objeto: Pinça kelly curva**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
24	Pinça kelly curva	Especificações técnicas: 1. Tamanho: 14cm; 2. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; 3. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE

5.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ENDOGERAIS:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Tamanho: 14cm	Tamanho: 14cm	Atendeu à exigência especificada.	Atende
2. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	Atendeu à exigência especificada.	Atende
3. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Atendeu à exigência especificada.	Atende

Conclusão: Pinça

O produto ofertado pelo vendedor atende integralmente às exigências especificadas no Termo de Referência.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

6. CONCLUSÃO FINAL

Importante mencionar que o fornecedor reproduziu as mesmas características exigidas em sua proposta.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

Elaboração:

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

Revisão técnica:

DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Gerente**, em 11/12/2024, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva**, **2º Sargento**, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**, **Cabo**, em 11/12/2024, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053342801** e o código CRC **C8D95A7A**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.029202/2021-59

SEI nº 0053342801