



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 162/2024/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

2. ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA - id (0053026045)

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

3. PROPOSTA DO ITEM 3:

3.1. ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA - id (0053026045)

I - Proposta e Catálogo (0053026045)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para os **3,10,15 e 30**, os passaremos a analisar a seguir:

3.2. **Objeto: Tesoura ponta romba**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
3	Tesoura ponta romba	Especificações técnicas: 1. Tesoura do tipo "ponta romba"; 2. Deve possuir capacidade para cortar todos os tipos de tecido, couro, botas e roupas de inverno pesado, bem como gaze e outros tecidos mais delicados; 3. Deve possuir lâminas afiadas, temperadas e rígidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; 4. Deve possuir grande anel de polipropileno para proporcionar o máximo de controle e conforto no encaixe dos dedos; 5. Deve possuir cor predominantemente preta; 6. Deve ser totalmente autolavável à 143°C; 7. Dimensões aproximadas: comprimento total 19cm; largura total 10cm; espessura total 1cm peso: 57g; 8. Deve possuir Certificação Europeia - CE; 9. Deve ser igual ou semelhante a NAR TRAUMA SHEARS; 10. Regularizada junto a Anvisa;

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ARMADA:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Tesoura do tipo "ponta romba"	Não mencionado.	Não há descrição explícita de "ponta romba".	Não atende. Ausência de comprovação específica sobre a ponta romba.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
2. Capacidade para cortar diversos materiais	Indicado para corte em procedimentos cirúrgicos.	Apesar de indicar cortes cirúrgicos, não detalha a capacidade para tecidos pesados, couro e gaze.	Atende parcialmente. Há potencial para atender, mas é necessário maior especificação.
3. Lâminas de aço inoxidável, temperadas e rígidas	Fabricadas em aço inox AISI 420 e 410 de alta qualidade.	Material em aço inox é compatível, mas não há menção à borda serrilhada ou temperamento específico.	Atende parcialmente. Aceitável, embora a ausência da borda serrilhada possa limitar o uso.
4. Grande anel de polipropileno para controle e conforto	Não mencionado.	Não há especificação sobre os anéis para controle e conforto.	Não atende. Ausência de comprovação do material e design do anel.
5. Cor predominantemente preta	Não mencionado.	Não foi apresentada a cor predominante do produto.	Não atende. Ausência de comprovação sobre a cor exigida.
6. Autolavável a 143°C	"Recomenda-se temperatura máxima de 137°C para esterilização."	Temperatura máxima ofertada está levemente abaixo da exigida, mas ainda dentro de padrões aceitáveis para esterilização.	Atende. Variação é mínima e aceitável para a finalidade proposta.
7. Dimensões aproximadas: comprimento total 19 cm; largura total 10 cm; espessura total 1 cm; peso: 57g	Tamanho: 18 cm.	Diferença de 1 cm no comprimento; informações sobre largura, espessura e peso não foram fornecidas.	Atende. Pequena variação nas dimensões é aceitável.
8. Certificação Europeia - CE	Não mencionado.	Certificação CE não foi comprovada, mas há conformidade com ISO 13485:2012 e ISO 7153-1.	Atende parcialmente. As certificações ISO são relevantes, mas a CE é obrigatória.
9. Igual ou semelhante a NAR Trauma Shears	Não mencionado.	Não há indicação de similaridade com o modelo NAR Trauma Shears.	Não atende. Sem comprovação de semelhança com o modelo especificado.
10. Regularizada junto à Anvisa	"Registro Anvisa: 10150470697."	Registro válido apresentado conforme exigido.	Atende.

Conclusão: Tesoura ponta romba

O produto ofertado pelo vendedor apresenta conformidade com algumas especificações e variações aceitáveis em outras. Contudo, ainda há lacunas importantes relacionadas à ponta romba, cor predominante, design do anel e comprovação de semelhança ao modelo NAR Trauma Shears.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

4. PROPOSTA DO ITEM 10:

4.1. ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA - id (0053026045)

I - Proposta e Catálogo (0053026045)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para os **3,10,15 e 30**, os passaremos a analisar a seguir:

4.2. Objeto: Bandagem

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
10	Bandagem	Especificações técnicas: 1. Bandagem de compressão elástica com tiras de velcro que impedem o deslocamento acidental durante a aplicação; 3 metros de gaze que pode ser usada separadamente, uma folha plástica oclusiva removível e uma barra de pressão que também pode atuar como protetor ocular 2. As tiras de velcro fornecem superfícies de aderência durante a aplicação e ajudam a manter a pressão desejada e a posição da bandagem; 3. Possui grampo para fixação. 4. Registrado na Anvisa;

4.2.1. Proposta apresentada pela empresa - ARMADA

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Bandagem de compressão elástica com tiras de velcro que impedem o deslocamento acidental durante a aplicação; 3 metros de gaze que pode ser usada separadamente, uma folha plástica oclusiva removível e uma barra de pressão que também pode atuar como protetor ocular.	Bandagem elástica com barra de pressão; não menciona gaze separada nem folha plástica oclusiva removível; a barra de pressão é descrita como um aplicador de pressão.	Oferece bandagem elástica e barra de pressão, mas não especifica a presença de gaze separada ou folha plástica oclusiva removível. A barra de pressão pode atender parcialmente à função de protetor ocular.	Não atende. Ausência de informações sobre gaze separada e folha plástica oclusiva removível.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
2. As tiras de velcro fornecem superfícies de aderência durante a aplicação e ajudam a manter a pressão desejada e a posição da bandagem.	Não menciona tiras de velcro; fala em bandagem elástica com trava de fechamento.	Substituição das tiras de velcro por trava de fechamento. A descrição do mecanismo de fixação não indica funcionalidade semelhante ao velcro em termos de aderência ajustável.	Não atende. Não há tiras de velcro, conforme exigido no Termo de Referência.
3. Possui grampo para fixação.	Menciona trava de fechamento feita de policarbonato.	A trava de fechamento pode ser funcionalmente semelhante ao grampo, mas a nomenclatura não corresponde ao solicitado.	Atende parcialmente. A trava pode realizar a função de fixação, embora o termo "grampo" não seja usado.
4. Registrado na Anvisa.	Registro Anvisa: 81766600027.	O registro válido apresentado atende à exigência.	Atende. Registro na Anvisa confirmado.

Conclusão: Bandagem

A Bandagem Israelense Hospicenter **não atende integralmente** pois **não constam informações importantes quanto** às exigências estabelecidas para a aquisição. Embora ofereça características importantes, como registro na Anvisa compressão eficiente com barra de pressão, travamento com policarbonato e elasticidade adequada para hemostasia, há pontos críticos que não foram contemplados, como a ausência de tiras de velcro, folha plástica oclusiva removível, gaze separável. A bandagem também não atende à exigência de grampo, oferecendo uma trava de fechamento como alternativa, o que pode ser aceitável, mas não corresponde diretamente ao pedido original.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

5. PROPOSTA DO ITEM 15:

5.1. ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA - id (0053026045)

I - Proposta e Catálogo (0053026045)

5.1.1. A empresa apresentou propostas para os **3,10,15 e 30**, os passaremos a analisar a seguir:

5.2. **Objeto: Manta térmica**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
15	Manta térmica	Especificações técnicas: 1. Cobertor Térmico para Resgate aluminizado; 2. Confeccionada em polietileno aluminizado; 3. Não deforma; 4. Prova d'água; 5. Reflete o calor externo mantendo o calor interno; 6. Regularizada junto a Anvisa;

5.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - ARMADA**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Cobertor Térmico para Resgate aluminizado.	Cobertor térmico aluminizado.	Atende à especificação principal de ser aluminizado.	Atende.
2. Confeccionada em polietileno aluminizado.	Não há menção ao material específico.	O material "polietileno aluminizado" não foi informado, o que gera dúvida quanto à composição exata.	Não atende. Falta especificação do material como polietileno aluminizado.
3. Não deforma.	Não informado.	O fornecedor não menciona a característica de resistência à deformação.	Não atende. A ausência de informação impede a confirmação do atendimento.
4. Prova d'água.	Não informado.	O fornecedor não apresenta garantia de que o produto seja à prova d'água.	Não atende. A característica de impermeabilidade não está especificada.
5. Reflete o calor externo mantendo o calor interno.	Não informado.	O vendedor não informa se o cobertor reflete o calor externo ou mantém o calor interno, características essenciais para a função térmica esperada.	Não atende. Não há comprovação técnica de que as propriedades térmicas atendam à exigência.
6. Regularizada junto a Anvisa.	Registro Anvisa nº 80574189001.	O registro Anvisa é válido e apresentado, atendendo à exigência legal.	Atende.

Conclusão: Manta térmica

O Cobertor Térmico Aluminizado (Manta Térmica) oferecido pelo vendedor **carecem**

de informações importantes quanto às exigências. Ele está regularizado junto à ANVISA e é descrito como aluminizado, mas faltam informações essenciais sobre o material específico (polietileno aluminizado), propriedades de impermeabilidade, resistência à deformação e capacidade de refletir o calor. Sem esses detalhes, não é possível afirmar com segurança que o produto cumpre todas as especificações técnicas requeridas.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

6. PROPOSTA DO ITEM 30:

6.1. ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA - id (0053026045)

I - Proposta e Catálogo (0053026045)

6.1.1. A empresa apresentou propostas para os **3,10,15 e 30**, os passaremos a analisar a seguir:

6.2. Objeto: Torniquete

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
		Especificações técnicas: 1. O torniquete deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros, e proporcionar ao Operador a auto-aplicação do objeto; 2. Deve possuir um único sistema de fivela simples para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas; 3. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações; 4. Deve possuir fivela para passada simples feita em polímero: permite que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea, na cor preta; 5. Deve possuir barra de tracionamento deve ser uma barra com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que após aplicação do torniquete, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro, na cor preta; 6. Deve possuir entrada chanfrada bilateral na cor preta para trava rápida da barra de tracionamento, deve

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA
		<p>7. Deve possuir fita afixada com solda ultrassônica ao torniquete, para fechar a entrada chanfrada bilateral depois da barra de tracionamento travada, com espaço para escrita a caneta, confeccionada na cor cinza;</p> <p>8. Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do Operador;</p> <p>9. O Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fitas formando uma espécie de tubo, que comporta outra fita simples dentro deste referido tubo passando livremente por ele. Esta fita simples é conectada a barra de tração, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse conjunto de fitas proporcionam a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento;</p> <p>10. Sem Latex;</p> <p>11. Recomendado pelo CTCCC – USA;</p> <p>12. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas;</p> <p>13. Dimensões mínimas aberto: 95,25cm; Largura: 3,81cm;</p> <p>14. Conformidade: Certificação Européia - CE; ANVISA;</p> <p>15. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4;</p> <p>16. Cor: Preto e vermelho;</p>

6.2.1.

Proposta apresentada pela empresa - ARMADA

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. O torniquete deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros, e proporcionar ao Operador a auto-aplicação do objeto.	Indicado para controle de hemorragia massiva e autoaplicação.	Atende às especificações gerais, mas não especifica garantia de cessar 100% da hemorragia.	Atende parcialmente.
2. Deve possuir um único sistema de fivela simples para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas.	Possui sistema único de fivela simples que permite aplicação rápida e redução de folgas.	Atende ao requisito técnico de sistema de fivela simples para aplicação rápida.	Atende.
3. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações.	Autoaplicação descrita com protocolos claros no manual.	O manual descreve procedimentos de aplicação simplificados.	Atende.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
4. Deve possuir fivela para passada simples feita em polímero: permite que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea, na cor preta.	Fivela de passada simples feita em polímero com estrutura interna em alumínio, cor preta ou caqui.	A estrutura interna em alumínio diverge da exigência, mas cumpre as funcionalidades descritas.	Atende parcialmente.
5. Deve possuir barra de tracionamento deve ser uma barra com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que após aplicação do torniquete, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro, na cor preta.	Barra de tracionamento metálica, cor preta ou caqui.	A barra atende às funcionalidades descritas, mas a cor caqui diverge da exigência de ser exclusivamente preta.	Atende parcialmente.
6. Deve possuir entrada chanfrada bilateral na cor preta para trava rápida da barra de tracionamento, deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea.	Possui entrada chanfrada bilateral, cor preta ou caqui.	Funcionalidade de trava atendida, mas cor caqui diverge da especificação.	Atende parcialmente.
7. Deve possuir fita afixada com solda ultrassônica ao torniquete, para fechar a entrada chanfrada bilateral depois da barra de tracionamento travada, com espaço para escrita a caneta, confeccionada na cor cinza.	Fita para anotação com caneta acoplada, mas não especifica solda ultrassônica e cor não mencionada.	Ausência de menção à solda ultrassônica e divergência potencial de cor.	Não atende.
8. Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do Operador.	Placa de estabilização com bordas arredondadas.	Atende plenamente.	Atende.
9. Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fitas formando um tubo para correta distribuição da pressão exercida pelo tracionamento.	Funcionamento descrito de forma semelhante, mas sem menção específica ao formato de tubo.	Não há menção explícita ao sistema tubular, mas funcionalidades indicam correspondência geral.	Atende parcialmente.
10. Sem Latex.	Não informado.	Ausência de especificação quanto à composição livre de látex.	Não atende.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
11. Recomendado pelo CTCCC – USA.	Não informado.	Ausência de comprovação de recomendação pelo CTCCC – USA.	Não atende.
12. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas.	Não informado.	Ausência de especificação quanto à funcionalidade em todas as condições climáticas.	Não atende.
13. Dimensões mínimas aberto: 95,25cm; Largura: 3,81cm.	Dimensões não informadas.	Ausência de especificação sobre dimensões.	Não atende.
14. Conformidade: Certificação Européia - CE; ANVISA.	ANVISA Nº 82819910003.	Conformidade com a ANVISA atendida, mas não menciona certificação CE.	Atende parcialmente.
15. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4.	Semelhança não mencionada.	Ausência de menção explícita à equivalência com os modelos CAT GEN 7 ou SOF GEN 4.	Não atende.
16. Cor: Preto e vermelho.	Preto ou caqui.	Diverge da exigência de cor preta e vermelha.	Não atende.

Conclusão: Torniquete

O **Torniquete Rhino Rescue Geração 2 atende parcialmente** às exigências. As principais características técnicas, como o controle de hemorragia, sistema de fivela, barra de tracionamento, e dimensões, estão conformes.

No entanto, **faltam informações importantes**. Apesar de cumprir algumas especificações como funcionalidade básica, sistema de fivela simples e registro na ANVISA, há lacunas significativas quanto à conformidade técnica, composição, dimensões.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

7. CONCLUSÃO FINAL

A análise das propostas submetidas revela que os produtos ofertados atendem parcialmente às exigências técnicas previstas no Termo de Referência. Embora algumas especificações sejam cumpridas, outras apresentam lacunas significativas que podem comprometer a conformidade total com o edital.

Tesoura Ponta Romba: O produto ofertado apresenta conformidade com algumas especificações, mas faltam informações sobre a ponta romba, cor predominante, design do anel e a semelhança com o modelo NAR Trauma Shears. A empresa ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA reproduziu fielmente o texto exigido, o que pressupõe o cumprimento das especificações, mas cabe à

fiscalização garantir a entrega conforme o exigido.

Bandagem: A Bandagem Israelense Hospicenter não cumpre integralmente as exigências, faltando detalhes cruciais, como a presença de tiras de velcro e outros componentes necessários para a conformidade total. Apesar disso, a empresa forneceu o mesmo texto do edital, o que indica que o produto será entregue conforme solicitado, sendo responsabilidade da fiscalização garantir o cumprimento.

Manta Térmica: O Cobertor Térmico Aluminizado não fornece todas as informações requeridas, principalmente quanto ao material e propriedades específicas, o que impede uma avaliação completa. A empresa, novamente, apresentou o texto exigido no edital, o que implica que o produto pode atender as especificações, mas a fiscalização precisa confirmar a conformidade no momento da entrega.

Torniquete: O Torniquete Rhino Rescue Geração 2 atende parcialmente, cumprindo aspectos importantes como controle de hemorragia, sistema de fivela e registro na ANVISA. No entanto, há lacunas em relação a especificações como composição e dimensões. Assim como nos outros itens, a proposta da ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA sugere o cumprimento das exigências, sendo responsabilidade da fiscalização verificar a conformidade total no momento da entrega.

Portanto, em todos os casos, é essencial que a equipe de fiscalização realize uma inspeção detalhada no momento do recebimento para garantir que os produtos atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

Elaboração:

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

Revisão técnica:

DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Gerente, em 11/12/2024, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva, 2º Sargento**, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR, Cabo**, em 11/12/2024, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053189349** e o código CRC **B178A746**.
