



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 161/2024/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

2. ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas do Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de Rondônia, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

1 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - id (0053026008)

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

3. PROPOSTA DO ITEM 1:

3.1. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - id (0053026008)

I - Proposta e Catálogo - MAXLAB (0053026008)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para os **ITENS 1,2,17,26 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

3.2. Objeto: Torniquete

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
1	Torniquete	Especificações técnicas: 1. O torniquete deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros, e proporcionar ao Operador a auto-aplicação do objeto; 2. Deve possuir um único sistema de fivela simples para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas; 3. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações; 4. Deve possuir fivela para passada simples feita em polímero: permite que a afiação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea, na cor preta; 5. Deve possuir barra de tracionamento deve ser uma barra com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que após aplicação do torniquete, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro, na cor preta; 6. Deve possuir entrada chanfrada bilateral na cor preta para trava rápida da barra de tracionamento, deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea; 7. Deve possuir fita afixada com solda ultrassônica ao torniquete, para fechar a entrada chanfrada bilateral depois da barra de tracionamento travada, com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO
		<p>8. Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do Operador;</p> <p>9. O Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fitas formando uma espécie de tubo, que comporta outra fita simples dentro deste referido tubo passando livremente por ele. Esta fita simples é conectada a barra de tração, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse conjunto de fitas proporcionam a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento;</p> <p>10. Sem Latex;</p> <p>11. Recomendado pelo CTCCC – USA;</p> <p>12. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas;</p> <p>13. Dimensões mínimas aberto: 95,25cm; Largura: 3,81cm;</p> <p>14. Conformidade: Certificação Européia - CE; ANVISA;</p> <p>15. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4;</p> <p>16. Cor: Preto e vermelho;</p>

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - MAXLAB (0053026008)**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva e permitir autoaplicação.	Ofertado: Proporciona autoaplicação e é preconizado para controle de hemorragia massiva.	Atende o controle de hemorragia e autoaplicação, conforme descrito.	Atende.
2. Único sistema de fivela simples para correto tracionamento e aplicação rápida.	Possui sistema único de fivela que reduz folgas e permite aplicação rápida.	Especificação compatível.	Atende.
3. Aplicação simplificada e protocolo único.	Descrito como simplificado, com instruções claras de uso.	Atende o critério de simplicidade e protocolo único.	Atende.
4. Fivela de passada simples em polímero, cor preta.	Fivela em polímero com estrutura interna em alumínio, cor preta ou caqui.	Estrutura em alumínio não compromete a funcionalidade, mas a cor caqui é divergente da exigida.	Atende parcialmente.
5. Barra de tracionamento com sobressaltos, cor preta, fixa e funcional.	Haste de tração metálica, cor não especificada na descrição.	Falta de detalhamento da cor da haste.	Atende parcialmente.
6. Entrada chanfrada bilateral para trava rápida, suporta tracionamento correto.	Possui entrada chanfrada bilateral para trava rápida.	Especificação compatível.	Atende.
7. Fita soldada com espaço para escrita, cor cinza.	Fita com espaço para anotação do tempo, cor não especificada.	Cor cinza não confirmada.	Atende parcialmente.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
8. Placa de estabilização com bordas arredondadas.	Placa com bordas arredondadas.	Especificação compatível.	Atende.
9. Funcionamento com tracionamento por fitas, formando tubo.	Funcionamento descrito compatível com exigência.	Especificação compatível.	Atende.
10. Sem látex.	Não mencionado na descrição.	Falta confirmação da ausência de látex.	Não atende.
11. Recomendado pelo CTCCC – USA.	Não mencionado.	Não há comprovação de recomendação.	Não atende.
12. Aplicável em todas as condições climáticas.	Não mencionado.	Ausência de especificação.	Não atende.
13. Dimensões mínimas: 95,25 cm (comprimento), 3,81 cm (largura).	Dimensões não informadas.	Falta de informação prejudica análise.	Não atende.
14. Certificação Europeia (CE) e ANVISA.	Certificação ANVISA fornecida, CE não mencionada.	Incompleto, pois falta certificação CE.	Atende parcialmente.
15. Semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4.	Semelhança não especificada.	Não há comparação direta com os modelos exigidos.	Não atende.
16. Cor preta e vermelha.	Cores preta ou caqui disponíveis.	Falta da opção vermelha.	Não atende.

Conclusão: Torniquete

O torniquete RHINO RESCUE GERAÇÃO 2 **não atende integralmente** às especificações exigidas no Termo de Referência, considerando a ausência de certificação CE, especificações de cor e dimensões, bem como a falta de comprovação de recomendação pelo CTCCC-USA, fatores que comprometem sua conformidade.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

4. PROPOSTA DO ITEM 2:

4.1. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - id (0053026008)

I - Proposta e Catálogo - MAXLAB (0053026008)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para os **ITENS 1,2,17,26 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

4.2. **Objeto: Gaze hemostática hidrofílica com agente hemostático**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
2	Gaze hemostática hidrofílica com agente hemostático	<p>Especificações técnicas:</p> <p>1. Gaze hidrofílica impregnada com caulim, com ra de duas camadas;</p> <p>2. O material deve ter propriedade hemostática sem produção de quaisquer reações exotérmicas ou a utilização de animais ou proteínas humanas;</p> <p>3. Deve medir aproximadamente 7,5cm X 370cm ser macia, branca e não tecido;</p> <p>4. Deve ser dobrado em forma de Z, para facilitar a sua aplicação;</p> <p>5. Deve conter uma tira detectável por raios-X para fácil identificação;</p> <p>6. Deve ser estéril e epirogênico;</p> <p>7. O produto deve ser acondicionado em embalagem selada a vácuo, de abertura fácil, cor verde ou preto;</p> <p>8. O produto deve ser igual ou similar ao QUIKLOT COMBAT Z-FOLD.</p> <p>9. Registrado na Anvisa;</p>

4.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - MAXLAB (0053026008)**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Gaze hidrofílica impregnada com caulim, com RA de duas camadas	Feita com camadas de algodão de alta qualidade para máxima absorção e estabilidade.	Não menciona impregnação com caulim nem RA de duas camadas.	Não atende.
2. Propriedade hemostática sem reações exotérmicas ou proteínas	Não especificado sobre propriedade hemostática ou reações exotérmicas.	Ausência de informação sobre essas características.	Não atende.
3. Dimensões de 7,5cm x 370cm, macia, branca e não tecido	Tamanho ofertado: 4,5" x 4,1 jardas (~11,4 cm x 375 cm), cor branca.	Atende às dimensões, porém é feito de algodão (não tecido não especificado).	Atende parcialmente.
4. Dobrada em forma de Z	Não informado.	Não há indicação de dobra em Z para facilitar a aplicação.	Não atende.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
5. Tira detectável por raios-X	Não informado.	Ausência de informação sobre tira detectável por raios-X.	Não atende.
6. Estéril e epirogênico	Descrito como estéril, uso único, sem látex.	Não menciona ser epirogênico.	Atende parcialmente.
7. Embalagem selada a vácuo, abertura fácil, cor verde ou preta	Embalagem descrita como selada a vácuo, mas não menciona cor ou facilidade de abertura.	Falta atender às cores e facilidade de abertura descritas.	Atende parcialmente.
8. Igual ou similar ao QUIKCLOT COMBAT Z-FOLD	Não informado se é similar ao QUIKCLOT COMBAT Z-FOLD.	Não é possível garantir a similaridade com o produto de referência.	Não atende.
9. Registrado na ANVISA	Registro na ANVISA não foi mencionado.	Ausência de informações sobre registro na ANVISA.	Não atende.

Conclusão: Gaze

Com base na análise comparativa, **o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência. Embora apresente algumas características semelhantes, há lacunas significativas relacionadas à composição (impregnação com caulim), propriedades hemostáticas, conformidade com normas específicas (ANVISA), e outras características funcionais e de embalagem.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

5. PROPOSTA DO ITEM 17:

5.1. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - id (0053026008)

I - Proposta e Catálogo - MAXLAB (0053026008)

5.1.1. A empresa apresentou propostas para os **ITENS 1,2,17,26 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

5.2. **Objeto: BMV Adulto + cânula orotraqueal**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
------	---------------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
17	BMV ADULTO+CANULA OROTRAQ	Especificações técnicas: 1. Conjunto contendo 6 cânulas orofaríngeas (Tipo Guedel), em PVC atóxico, transparentes, inodoras, coloridas na base de acordo com os tamanhos. 2. Conjunto deverá conter cânulas com os respectivos tamanhos e cores: a - 5cm, nº 1, cor azul - 158 un; b - 6cm, nº 2, cor preta - 158 un; c - 7cm, nº 3, cor branca - 158 un; d - 8cm, nº 4, cor verde - 158 un; e - 9cm, nº 5, cor amarela - 158 un; f - 10cm, nº 6, cor vermelha - 158 un.

5.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - MAXLAB (0053026008)**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Conjunto contendo 6 cânulas orofaríngeas (Tipo Guedel), em PVC atóxico, transparentes, inodoras, coloridas na base de acordo com os tamanhos.	Informações fornecidas mencionam "cânula de Guedel Vitalgold", sem especificação sobre transparência, inodores ou coloração da base.	Ausência de detalhes importantes sobre materiais e coloração.	Não atende.
2. Conjunto deverá conter cânulas com os respectivos tamanhos e cores:			
a. 5cm, nº 1, cor azul - 158 un	Não especificado.	O vendedor não informou se o conjunto contém cânulas nos tamanhos e cores solicitados.	Não atende.
b. 6cm, nº 2, cor preta - 158 un	Não especificado.		Não atende.
c. 7cm, nº 3, cor branca - 158 un	Não especificado.		Não atende.
d. 8cm, nº 4, cor verde - 158 un	Não especificado.		Não atende.
e. 9cm, nº 5, cor amarela - 158 un	Não especificado.		Não atende.
f. 10cm, nº 6, cor vermelha - 158 un	Não especificado.		Não atende.

O **único aspecto que atende** é o registro na ANVISA. Dada a falta de conformidade em aspectos cruciais, o produto **não atende** adequadamente às exigências. Não há especificações sobre o

material ser PVC atóxico, transparente e inodoro.

Importante destacar que o vendedor não forneceu informações sobre as variações de tamanho e cor conforme solicitado e **que em sua proposta foi extremamente vaga.**

Conclusão: BMV Adulto + cânula orotraqueal

O produto ofertado **não atende** às exigências especificadas no Termo de Referência. As informações fornecidas pelo vendedor são genéricas e não contemplam detalhes cruciais como tamanhos e cores, nem confirmam o atendimento às características técnicas do material (PVC atóxico, transparente, inodoro e colorido na base). Além disso, não há menção à conformidade com os tamanhos e cores solicitados.

Com base na análise comparativa, o produto oferecido pelo vendedor **não atende** às exigências em diversos pontos importantes, tais como:

Obs.: A empresa não ofereceu propostas para o AMBU (BMV)

Não há especificações sobre o material ser PVC atóxico, transparente e inodoro.

O vendedor não forneceu informações sobre as variações de tamanho e cor conforme solicitado.

O **único aspecto que atende** é o registro na ANVISA. Dada a falta de conformidade em aspectos cruciais, o produto **não atende plenamente** às exigências por falta de informações às exigências.

Recomenda-se solicitar informações complementares ou desclassificar a proposta devido à ausência de comprovação técnica de atendimento às especificações do edital.

6. PROPOSTA DO ITEM 26:

6.1. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - id (0053026008)

I - Proposta e Catálogo - MAXLAB (0053026008)

6.1.1. A empresa apresentou propostas para os **ITENS 1,2,17,26 e 28**, os passaremos a analisar a seguir:

6.2. Objeto: Máscara branca

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
26	Máscara branca	Especificações técnicas: 1. Máscara descartável tripla confeccionada em TNT polietileno com elásticos para que seja fixado trás da orelha; 2. Filtro de material não tecido, sem fibra de vidro; 3. Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%; 4. Clip Nasal e elementos filtrantes; 5. Hipoalergênico, atóxico, 6. 100% polipropileno não inflamável; 7. Deverá atender a NR.6 do MTE. 8. Pacote com 10 Und

6.2.1. Proposta apresentada pela empresa - MAXLAB (0053026008)

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Máscara descartável tripla confeccionada em TNT polietileno com elásticos para fixação atrás da orelha	Máscara confeccionada em TNT (tecido não tecido) com elástico ou tiras para fixação	O produto é confeccionado em TNT, mas a descrição não menciona explicitamente "polietileno". As opções de fixação incluem elástico, atendendo ao exigido.	Atende
Filtro de material não tecido, sem fibra de vidro	Filtro Melt Blown em TNT	A descrição técnica confirma o uso de material não tecido, mas não especifica explicitamente a ausência de fibra de vidro.	Atende (com ressalva)
Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%	Eficiência BFE $\geq 95\%$	Atende ao requisito de eficiência mínima exigida.	Atende
Clip Nasal e elementos filtrantes	Clipe nasal ajustável revestido e elementos filtrantes presentes	Atende plenamente ao requisito técnico especificado.	Atende
Hipoalergênico, atóxico	Produto atóxico e hipoalergênico	Atende às características de segurança especificadas.	Atende
100% polipropileno não inflamável	Confeccionada 100% em polipropileno	A composição em polipropileno atende ao requisito, mas a descrição não menciona explicitamente "não inflamável".	Atende (com ressalva)
Deverá atender à NR.6 do MTE	Não mencionado no documento enviado	O fornecedor não apresentou comprovação de conformidade com a NR.6.	Não atende
Pacote com 10 unidades	Embalagens disponíveis com 50 unidades	O formato de embalagem ofertado é incompatível com a exigência de pacote com 10 unidades.	Não atende

Conclusão: Máscara branca

A máscara ofertada **não atende integralmente** às exigências do Termo de Referência devido à ausência de comprovação de atendimento à NR.6 e ao formato de embalagem diferente do especificado. Além disso, há algumas informações que, embora atendam parcialmente, requerem esclarecimentos ou comprovação adicional, como a ausência de menção explícita à não inflamabilidade e ausência de fibra de vidro no filtro.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

7. PROPOSTA DO ITEM 28:

7.1. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - id (0053026008)

I - Proposta e Catálogo - MAXLAB (0053026008)

7.1.1. A empresa apresentou propostas para os **ITENS 1,2,17,26 e 28**, os passaremos a analisar a

seguir:

7.2. **Objeto: Bolso tático modular para colete**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
28	Bolso tático modular para colete	Especificações técnicas: 1. O bolso deverá ter seu desenvolvimento exclusivo para o transporte de equipamentos e acessórios médicos; 2. Deverá ser confeccionado em nylon 500D (Cordura) ou superior, o nylon deverá ser resinado, totalmente impermeável e resistente à hidrólise de forma a oferecer proteção total contra a umidade; 3. Deve possuir na parte frontal aplicação de uma fita de velcro para colocação de insígnias, bandeiras ou outras especificações; 4. Deverá possuir internamente nichos individuais para a colocação de objetos e tiras elásticas; 5. O bolso deve ser fechado através de zíperes YKK ambidestros com 02 (dois) cursores com puxadores em fita de nylon; 6. O bolso modular deve ser do po M.O.L.L.E. (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment); 7. Compartimento deverá existir 2(dois) elásticos PR 300/50 com 2(dois) elásticos PR 300/25 costurados em conjunto, com uma costura de ligação; O compartimento 3 será confeccionado em tecido de forro 100 em poliéster 280 e tela trançada preta de poliéster unido por viés em cadarço 3038 de 20 x 1.0 em costura dupla paralela. O bolso do compartimento será fechado por intermédio de zíper com cursor para zíper, tendo este um cadarço para fechamento. 8. A cor deverá seguir o padrão Caqui ou Preto ou Vermelho.

7.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - MAXLAB (0053026008)**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
-----------	----------	------------	---------

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
Bolso exclusivo para transporte de equipamentos e acessórios médicos	Pequena e compacta, indicada para caber vários itens	Não há menção explícita de desenvolvimento exclusivo para transporte de equipamentos médicos.	Não atende
Confeccionado em nylon 500D (Cordura) ou superior, resinado, impermeável e resistente à hidrólise	Não informado	Não há especificação sobre o material ser nylon 500D ou superior, resinado, impermeável ou resistente à hidrólise.	Não atende
Aplicação de fita de velcro na parte frontal para insígnias	Não mencionado	A descrição não especifica a existência de velcro na parte frontal.	Não atende
Nichos individuais e tiras elásticas no interior	Não mencionado	Não há informações sobre a presença de nichos individuais ou tiras elásticas no interior.	Não atende
Zíperes YKK ambidestros com 2 cursores e puxadores em fita de nylon	Cordões para abertura do zíper	A descrição menciona cordões para abertura do zíper, mas não especifica que sejam zíperes YKK ambidestros com 2 cursores e puxadores de nylon.	Não atende
Sistema M.O.L.L.E. (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment)	Sistema MOLLE	Atende ao requisito de possuir sistema MOLLE.	Atende
Compartimento com elásticos PR 300/50 e PR 300/25 costurados, forro de poliéster 280 e tela trançada preta	Não mencionado	Não há informações sobre o compartimento atender a essas especificações técnicas detalhadas.	Não atende
Cor padrão: Caqui, Preto ou Vermelho	Cor preta	A cor ofertada está de acordo com as opções especificadas.	Atende

Conclusão: Bolso tático modular para colete

A bolsa ofertada **não atende integralmente** às exigências do Termo de Referência, pois apresenta lacunas importantes nas especificações técnicas, como material, impermeabilidade, elementos internos (nichos e elásticos), e sistema de fechamento. Apesar disso, atende aos requisitos relacionados ao sistema MOLLE e cor.

Cabe destacar que, embora a proposta do folder apresentado foi inconclusivo por falta de informações, a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA em sua proposta reproduziu o mesmo texto que foi exigido em Edital e, portanto, presume-se que irá entregar o objeto de acordo com o especificado.

Portanto, caberá à equipe de fiscalização, no ato do recebimento, certificar-se de que o produto entregue atende integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as especificações técnicas previstas no Edital.

8. CONCLUSÃO FINAL

A análise das propostas revelou que diversos itens ofertados não atendem integralmente às especificações técnicas exigidas no **Termo de Referência**, apresentando lacunas significativas relacionadas à ausência de certificações, conformidade com normas, características técnicas e detalhamentos essenciais como materiais, dimensões, cores e propriedades específicas.

Embora algumas propostas reproduzam o texto do edital, a insuficiência de comprovações técnicas compromete a conformidade com os requisitos.

Recomenda-se que a **equipe de fiscalização**, no ato do recebimento, verifique rigorosamente se os itens entregues atendem plenamente às especificações previstas e, nos casos de não conformidade comprovada, que as propostas sejam desclassificadas para assegurar a qualidade dos produtos adquiridos.

Ademais, em relação ao Item 17 **BMV ADULTO+CANULA OROTRAQ não será mais necessária a aquisição, portanto desconsiderar este item.**

Elaboração:

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

Revisão:

DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Gerente, em 11/12/2024, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva**, 2º Sargento, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**, Cabo, em 11/12/2024, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053155873** e o código CRC **CA44212D**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.029202/2021-59

SEI nº 0053155873