



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer nº 19/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL
Para: SUPEL-UPSILON
Processo Nº: 0036.021602/2024-79
Assunto: PARECER TÉCNICO

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-UPSILON (0055728187)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90307/2024**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90307/2024):

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.021602/2024-79							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90307/2024							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com pedido de compra.							
NUMERAÇÃO NA SAMS	NUMERAÇÃO COMPRAS.GOV/PROPOSTA	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE
1	1	ID: 1257 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE FAV 15G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, COM 30MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA (OU FLEXÍVEL), SUGESTÃO DE COR: CREME, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTETOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	DORA	81504799010	APTO

2	2	ID: 10268 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 16G : AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 30 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA (OU FLEXÍVEL), SUGESTÃO DE COR: VERDE, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTECTOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SEVIÇOS	DORA	81504799010	APTO
3	3	ID: 10280 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 17G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 30 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA (OU FLEXÍVEL), SUGESTÃO DE COR: LARANJA, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTECTOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SEVIÇOS	DORA	81504799010	APTO
4	4	ID: 1002584 - CONECTOR LUER VALVULADO PRESSÃO NEGATIVA COM TAMPA. CONECTOR PARA CATETER DE HEMODIÁLISE: COMPRIMENTO: 24 MM, PRIMING 0,21 ML, TIPO DE CONEXÃO: CONEXÃO COM PRODUTOS DE CONECTOR CÔNICO DE ACORDO COM ISO 594.1. CRIA UM SISTEMA FECHADO REDUZINDO A EXPOSIÇÃO E MANIPULAÇÃO COM CATETER, POSSUI PRESSÃO NEGATIVA. PERMITE ALTO FLUXO SANGÜÍNEO (>400ML/MIN). MATÉRIA PRIMA: NÃO CONTER LÁTEX, PVC, DEHP. NÃO TÓXICO, NÃO PIROGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SEVIÇOS	MP	80305560050	APTO
5	5	ID: 102585 - CURATIVO ESTÉRIL EM FENESTRADO PARA CATETER DE HEMODIÁLISE (COM PELÍCULA COLANTE); FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, MEDIDAS: 7 CM X 9 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SEVIÇOS	COPERTINA	10379860271	APTO

6	6	ID:10566- CURATIVO ESTÉRIL EM FENESTRADO PARA CATETER DE HEMODIÁLISE (COM PELÍCULA COLANTE); FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, MEDIDAS: 9 CMX 12 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	COPERTINA	10379860271	APTO
7	7	ID: 10251 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - REPROCESSÁVEL: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO ENVIOU PROPOSTA			
	8 (item nº 7 na proposta)	ID: 10251 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - REPROCESSÁVEL: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	REAL DREAMS	NIPRO	NÃO INFORMADO	INAPTO

8	9	<p>ID: 3582 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 70 A 75 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	VIP MED	BAIN MEDICAL EQUIPMENT	81504790267	APTO
9	10	<p>ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA	OCI-HD200	80102512858	APTO

	11	<p>ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2.1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA	ELISIO 21H/NIPRO	NÃO INFORMADO	INAPTC
10	12	<p>ID: 6014 - DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-105 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 15-20 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	ALFA HOSPITALAR	NÃO ENVIOU PROPOSTA		

11	13	ID: 6015 - DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.9M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 110-115 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 291 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	REAL DREAMS	NIPRO	NÃO INFORMADO	INAPTO
12	14	ID: 3560 - DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	REAL DREAMS	NIPRO	NÃO INFORMADO	INAPTO
13	15	ID: 6158 - DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO - USO ÚNICO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,0 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 6,5 E 10 ML/H X MMHG, ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK, CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND		NÃO TEVE PROPOSTA		

14	16	ID: 10217 - DIALISADOR CAPILAR MÉDIO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 35MM OU 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	REAL DREAMS	NIPRO	NÃO INFORMADO	INAPTO
15	17	ID: 6630 - DIALISADOR CAPILAR MÉDIO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.9 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 110-115ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 281 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ATIVIDADE COMÉRCIO	NIPRO/ELISIO 21L	10324860090	APTO
16	18 (item 16 na PROPOSTA)	ID: 6602 - FILTRO EM CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO, 9.¼"X2.5", PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO, NORTEFLOW E VEXER (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE) UTILIZADOS PARA ABSORVER SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS OU COLORIDAS DE GASES OU LÍQUIDOS, SÃO ALTAMENTE POROSOS COM ÁREAS DE 300 A 2.000 M² DE SUPERFÍCIE POR GRAMA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INDI FILTROS/CB-508F	NÃO INFORMADO	INAPTO

17	19 (item 17 na PROPOSTA)	ID: 6603 - FILTRO EM CARTUCHO MICROPOROSO DE POLIPROPILENO BOBINADO 9.3/4"x2.5", PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO, NORTEFLOW e VEXER (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), DESTINA-SE A CONTENÇÃO DE PARTÍCULAS DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO QUE POSSUAM DIÂMETRO DE ATÉ 1 MICRA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INDI FILTROS/PPL-250	NÃO INFORMADO	INAPTO
18	20	ID: 32602 - INDICADOR PARA ÁCIDO PERACÉTICO: SOLUÇÃO ESTABILIZADA DE SAIS DE TITÂNIO, EM MEIO ÁCIDO E ÁGUA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTES DE 100 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	FRASCO	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alloxy Drop	Isento	APTO
19	21	ID: 10316 - ISOLADOR DE PRESSÃO: MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIDRO-REPELENTE. DISPOSITIVO PLÁSTICO LUER-LOCK MACHO/FÊMEA, PROVIDO DE FILTRO HIDROFÓBICO DE 0,2 MICRONS. OS ISOLADORES DE PRESSÃO TÊM COMO FUNÇÃO TRANSMITIR A PRESSÃO DA LINHA DE SANGUE ARTERIAL OU VENOSA AO MONITOR DE DIÁLISE, EVITANDO SUA CONTAMINAÇÃO PELO SANGUE DO PACIENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	GVS do BRASIL	801586800 11	APTO
	22	ID: 10316 - ISOLADOR DE PRESSÃO: MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIDRO-REPELENTE. DISPOSITIVO PLÁSTICO LUER-LOCK MACHO/FÊMEA, PROVIDO DE FILTRO HIDROFÓBICO DE 0,2 MICRONS. OS ISOLADORES DE PRESSÃO TÊM COMO FUNÇÃO TRANSMITIR A PRESSÃO DA LINHA DE SANGUE ARTERIAL OU VENOSA AO MONITOR DE DIÁLISE, EVITANDO SUA CONTAMINAÇÃO PELO SANGUE DO PACIENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	GVS do BRASIL	801586800 11	APTO
20	23	ID: 32590 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5- 12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	BLENTA	811585100 35	APTO
	24	ID: 32590 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5- 12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	BLENTA	811585100 35	APTO
21	25	ID: 32591 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H12D21JBW	10196320061	APTO
	26	ID: 32591 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H12D21JBW	10196320061	APTO
	27	ID: 32983 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1 (UM)	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP12D32SW	10196320060	APTO

22	28	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS 12,5 FR X 32 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 Ga PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 05 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP12D32SW	10196320060	APTO
23	29	ID: 6195 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 X 24-28 CM, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP14D28SW	10196320060	APTO
	30	ID: 7424 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS 12,5 FR X 28 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 Ga PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 05 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP12D28SW	10196320060	APTO
24	31	ID: 6195 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 X 24-28 CM, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP14D28SW	10196320060	APTO
	32	ID: 7424 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS 12,5 FR X 28 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 Ga PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 05 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP12D28SW	10196320060	APTO
	33	ID: 3584 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 11,5 -12,5 FR X 24 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP12D24SW	10196320060	APTO
		ID: 3584 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 11,5 -12,5 FR X 24 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA					

25	34	<p>INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP12D24SW	10196320060	APTO
26	35	<p>ID: 1002587 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 FR X 30-33 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	MED CORP	MEDICAL COMPONENTES	10312210020	APTO
	36	<p>ID: 1002587 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 FR X 30-33 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP14D32SW	10196320060	APTO

27	37	ID: 8439 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 FR X 36 CM, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP14D36SVW	10196320060	APTO
28	38	ID: 8262 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5-14,5 FR X 40 CM, COM PINÇAS RESISTENTES E IDENTIFICADAS COM O TAMANHO E VOLUME INTERNO DE CADA LÚMEN E CONECTORES LUER LOCK, COM 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA, 1(UM) BISTURI Nº11, 1 (UM) DILATADOR DE VASO, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR E 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS PARA OS SÍTIOS DE INJEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/HLP14D36SVW	10196320060	APTO
29	39	ID: 3602 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5 -12,5 FR X 24 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H12D25SW	10196320060	APTO
30	40	ID: 32592 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	HTS - TECNOLOGIA	Medika/HTS – Tecnologia em Saúde /MCDL1215K	81580880001	APTO

	41	ID: 32593 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/ H12D15BW	10196320059	APTO
31	42	ID: 32593 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/ H12D20BW	10196320059	APTO
	43	ID: 32593 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/ H12D20BW	10196320059	APTO
32	44	ID: 6165 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO 12,5 – 14,5 FR X 30 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO LTDA	NÃO ENVIOU PROPOSTA		
33	45	ID: 1002588 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11,5-12FR X 15-16 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO LTDA	NÃO ENVIOU PROPOSTA		

	46	ID: 1002588 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 15-16 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	ALIVE HEART/CH-T1216C: 01 CATETER	80415440016	APTO
34	47	ID: 1002589 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ASLI COMERCIAL	ALIVE HEART /CH-T1220C	80415440016	APTO
	48	ID: 1002589 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NOEM MEDICAL	ALIVE HEART	NÃO INFORMADO	INAPTO
35	49	ID: 1002591 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11,5-12 FR X 24 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND		NÃO TEVE PROPOSTA		

36	50	ID: 8187 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12,5FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA	BIOMED/GMH-31216-S	80415440032	APTO
	51	ID: 8187 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12,5FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	ALIVE HEART/CH-T1216	80415440032	APTO
37	52	ID: 3594 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA	BIOMED/ GMH-31220-S	80517050009	APTO
	53	ID: 3594 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	ALIVE HEART/CH-T1220	80415440032	APTO
	54		UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H7D10BW	10196320059	APTO
		ID: 10335 - KIT CDL PEDIÁTRICO - 7FR X 10 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 7 FR X 10 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AVANÇADOR ONE STEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA X 7 CM PARA INTRODUÇÃO, 1 (UM) DILATADOR, 2 (DUAS)					

38	55	TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1 (UMA) SERINGA DE 5CC, 1 (UMA) AGULHA 30 X 7E 1 (UM) BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H7D10BW	10196320059	APTO
39	56	ID: 1002583 - KIT CDL PEDIÁTRICO - 7FR X 20 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 7 FR X 10 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AVANÇADOR ONE STEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA X 7 CM PARA INTRODUÇÃO, 1 (UM) DILATADOR, 2 (DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1 (UMA) SERINGA DE 5CC, 1 (UMA) AGULHA 30 X 7E 1 (UM) BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	ALIVE HEART/CD-D0720	80415440032	APTO
40	57	ID: 10336 - KIT CDL PEDIÁTRICO 9 FR X 12 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 9 FR X 12 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AVANÇADOR ONE STEP ADVANCER, 1 9 (UMA) AGULHA 18 GA X 7 CM PARA INTRODUÇÃO, 1(UM) DILATADOR, 2(DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1(UMA) SERINGA DE 5CC, 1(UMA) AGULHA 30 X 7 E 1(UM) BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H9D12BW	10196320059	APTO
	58	ID: 10336 - KIT CDL PEDIÁTRICO 9 FR X 12 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 9 FR X 12 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AVANÇADOR ONE STEP ADVANCER, 1 9 (UMA) AGULHA 18 GA X 7 CM PARA INTRODUÇÃO, 1(UM) DILATADOR, 2(DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1(UMA) SERINGA DE 5CC, 1(UMA) AGULHA 30 X 7 E 1(UM) BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/H9D12BW	10196320059	APTO
41	59	ID: 3620 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: CATETER DUPLO LÚMEN SILICONISADO 14,5 FR X 36CM (COMPRIMENTO DA PONTA AO CUFF 19CM), 1 FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, DILATADORES, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, 1 (UM) TUNELIZADOR, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UMA) SERINGA 10-15ML, (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, COM COMPRESSAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO ENVIOU PROPOSTA			

42	60	ID: 8740 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: CATETER DUPLO LÚMEN SILICONISADO 14,5 FR X 40CM (COMPRIMENTO DA PONTA AO CUFF 23CM), 1 FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, DILATADORES, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, 1 (UM) TUNELIZADOR, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UMA) SERINGA 10-15ML, (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, COM COMPRESSAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO ENVIOU PROPOSTA			
43	61	ID: 6157 - LINHA ARTERIAL (PEDIÁTRICA) 6 MM: SEM CATABOLHA COM RAMAL DE HEPARINA, RAMAL PARA SORO E RAMAL PARA ISOLADOR DE PRESSÃO. EMBALAGEM UNITÁRIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO TEVE PROPOSTA			
44	62	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP'S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA	BIOMED/BAIN-BL-001	80517050012.	APTO
	63	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP'S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VITALCA RE	815047991 05	APTO

45	64	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP'S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA	BIOMED/ BAIN-BL-007	80517050018	APTO
	65	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP'S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SEVIÇOS	RMSDESC/CODIGO: 2190	80263400066	APTO
46	66	ID: 6156 - LINHA VENOSA (PEDIÁTRICA): UNIVERSAL, COMPLETA COM CATABOLHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO TEVE PROPOSTA			
47	67	ID: 1002582 - MANGUEIRA CRISTAL ATÓXICA, TRANSPARENTE, TRANÇADA, 3/8, REFORÇADA COM MALHA INTERNA DE FIOS DE POLIÉSTER, QUE CONFIRA BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PARA UTILIZAÇÃO COMO CONDUTO DE ÁGUA ENTRE A OSMOSE REVERSA PORTÁTIL E A MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E DE FLUÍDO DE HEMODIÁLISE PARA DRENO DE ESGOTAMENTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MURILO TOBIAS BOAVENTURA	NÃO INFORMOU	NÃO INFORMOU	APTO
48	68	ID: 6013 - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM ESTRUTURA DE POLIAMIDA DE POLISULFONA, MODELO ULP21-4021 GPD, ESPIRAL COM PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO DE 150 PSI, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER e NORTFLOW (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), COMPRIMENTO DE 21" E DIÂMETRO DE 4" (medida em polegadas). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO TEVE PROPOSTA			

49	69 (item 49 na proposta)	ID: 6011 - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM ESTRUTURA DE POLÍMERO DE POLIAMIDA, COM PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO DE 600 PSI, 1000 GPD, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), COMPRIMENTO DE 50 CM, DIÂMETRO DE 8,5 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LG/BW 4021-ES	NÃO INFORMADO	APTO
50	70	ID: 6198 - PROTETOR DE CONE LUER: PARA VEDAÇÃO DE CATETERES ENDOVENOSOS PARA HEMODIÁLISE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	GVS do Brasil	801586800 14	APTO
51	71	ID: 1002592 - REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE CLORO LIVRE PARA USO COM A LINHA HANNA DE MEDIDORES DE BANCADA E PORTÁTEIS, PARA MEDIÇÃO RÁPIDA E PRECISA. MÉTODO DPD EM QUE A REAÇÃO ENTRE O CLORO E O REAGENTE CAUSA UMA COLORAÇÃO ROSA NA AMOSTRA (3 GOTAS DO REAGENTE A E 3 GOTAS DO REAGENTE B). RESULTADOS EM MG/L (PPM), AMOSTRAS COM FAIXA DE 0.00 A 5.00 MG/L DE CLORO LIVRE. MARCADOS COM DATA DE VALIDADE E LOTE, COMPATÍVEL COM APARELHO HANNA INSTRUMENTS CALL CHECK (CÓDIGO HI97711C) - APARELHO DISPONÍVEL NA UNIDADE HOSPITALAR. EMBALAGEM CONTENDO 3 FRASCOS DE REAGENTE A (HI93701A-F) E 3 FRASCOS DO REAGENTE B (HI93701B-F). (CAIXA COM 6 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CAIXA	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	HANNA/HI93701	NÃO INFORMADO	APTO
52	72 (item 52 na proposta)	ID: 7019 - SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, NA CONCENTRAÇÃO DE 5% PARA USO HOSPITALAR BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, ACONDICIONADO EM RECIPIENTES DE 5 LITROS, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	GALÃO	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBAL	Pluron/SAMPROX 5%	305463162	APTO
	73	ID: 7019 - SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, NA CONCENTRAÇÃO DE 5% PARA USO HOSPITALAR BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, ACONDICIONADO EM RECIPIENTES DE 5 LITROS, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	GALÃO	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBAL	NÃO ENVIOU PROPOSTA		

53	74	ID: 6197 - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM CONCENTRAÇÃO DE 10% A 12% ACONDICIONADO EM RECIPIENTES DE 02 LITROS, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	GALÃO	NÃO TEVE PROPOSTA			
54	75	ID: 3591 - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM CONCENTRAÇÃO DE 10% A 12% ACONDICIONADO EM RECIPIENTES DE 5 LITROS, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	GALÃO	MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO	NÃO ENVIOU PROPOSTA		
55	76	ID: 1002593 - SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA DE ÁCIDO CÍTRICO AZEOTRÓPICA, DESINFETANTE DESINCRUSTANTE À BASE DE ÁCIDO CÍTRICO E VEÍCULO ESTABILIZADO, NA CONCENTRAÇÃO DE 50%, ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. PRODUTO LÍQUIDO, INCOLOR, NÃO TÓXICO E TOTALMENTE BIODEGRADÁVEL. PROCEDÊNCIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	GALÃO	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Citryl DAN – Alloxy	358650007	APTO
56	77	ID: 10339 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 31 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/T2N31RW	10196320054	APTO
57	78	ID: 1343 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 32 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/T2P32RW	10196320054	APTO
58	79	ID: 3564 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 37 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/T2AU37RW	10196320054	APTO
	80	ID: 3564 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 37 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL/T2N31RW	10196320054	APTO

59	81	ID: 1114 - ULTRA FILTRO NIPRO: FEIXE DE FIBRAS OCAS PARA RESISTIR A PRESSÕES DE 1,5 KGF/CM², DIÂMETRO INTERNO 500MM, ÁREA DE SUPERFÍCIE 0,6 M², ESPESSURA 150MM. SENDO UTILIZADO EM SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO QUE REQUEREM SISTEMAS DE LIMPEZA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP	NIPRO	80788620034	APTO
	82	ID: 1114 - ULTRA FILTRO NIPRO: FEIXE DE FIBRAS OCAS PARA RESISTIR A PRESSÕES DE 1,5 KGF/CM², DIÂMETRO INTERNO 500MM, ÁREA DE SUPERFÍCIE 0,6 M², ESPESSURA 150MM. SENDO UTILIZADO EM SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO QUE REQUEREM SISTEMAS DE LIMPEZA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ENGELOC MANUTENCAO & LOCAÇAO HOSPITALAR LTDA	ELISIO 15 H/NIPRO	NÃO INFORMADO	APTO
60	83	ID: 3732 - DIALISADOR CAPILAR USO UNICO - BAIXO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 0,7 A 0,8 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 8 ML/H X MMHG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO TEVE PROPOSTA			
61	84	ID: 6159 - DIALISADOR CAPILAR USO UNICO - BAIXO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 1,3 A 1,4 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 14 ML/H X MMHG PARA REUSO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO TEVE PROPOSTA			
62	85	ID: 3003179 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 1,0 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 8 ML/H X MMHG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	REAL DREAMS	NIPRO	NÃO INFORMADO	APTO
63	86	ID: 3003180 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 1,5 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA PARA USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MAX LAB	NÃO ENVIOU PROPOSTA		

64	87	ID: 3003181 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 0,6 A 0,8 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA PARA USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	MAX LAB	NÃO ENVIOU PROPOSTA		
65	88	ID: 3003182 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 0,9 A 1,1 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA PARA USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	NÃO TEVE PROPOSTA			
66	89	ID: 3003183 - KIT TENCKHOFF DE 02 CUFFS - ADULTO DE 41 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CONTENDO 01 EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA COM TWIST-CLAMP DE LONGA PERMANÊNCIA; 01 ADAPTADOR DE TITÂNIO COM ROSCA PARA CATETER DE DIÁLISE PERITONIAL; 01 TAMPA DE DESCONEXÃO COM ESPONJA DE SOLUÇÃO DE IODOPOVIDONA PARA EQUIPO DE DESCONEXÃO DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ATIVIDADE COMÉRCIO	BIOMEDICAL	10196320054	APTO
67	90	ID: 3003184 - KIT TENCKHOFF DE 02 CUFFS - ADULTO DE 42 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CONTENDO 01 EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA COM TWIST-CLAMP DE LONGA PERMANÊNCIA; 01 ADAPTADOR DE TITÂNIO COM ROSCA PARA CATETER DE DIÁLISE PERITONIAL; 01 TAMPA DE DESCONEXÃO COM ESPONJA DE SOLUÇÃO DE IODOPOVIDONA PARA EQUIPO DE DESCONEXÃO DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ATIVIDADE COMÉRCIO	BIOMEDICAL	10196320054	APTO

68	91	ID: 3003185 - KIT TENCKHOFF DE 02 CUFFS - ADULTO DE 47 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CONTENDO 01 EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA COM TWIST-CLAMP DE LONGA PERMANÊNCIA; 01 ADAPTADOR DE TITÂNIO COM ROSCA PARA CATETER DE DIÁLISE PERITONIAL; 01 TAMPA DE DESCONEXÃO COM ESPONJA DE SOLUÇÃO DE IODOPOVIDONA PARA EQUIPO DE DESCONEXÃO DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	ATIVIDADE COMÉRCIO	BIOMEDICAL	10196320054	APTO
69	92	ID: 3003186 - LINHA ARTERIAL (PEDIÁTRICA) 8 MM: SEM CATABOLHA COM RAMAL DE HEPARINA, RAMAL PARA SORO E RAMAL PARA ISOLADOR DE PRESSÃO, EMBALAGEM UNITÁRIA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO NA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS	VITAL/VITAL HEALTHCARE SDN. BHD	81504799106	APTO
70	93	ID: 3003187 - CONECTOR DE SISTEMA FECHADO E PRESSÃO NEUTRA, PARA CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE: CONFECCIONADO EM POLICARBONATO E REVESTIDO DE SILICONE, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA CATETERES DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. PERMITE FLUXO DE SANGUE SUPERIOR A 600 ML/MIN E DESLOCAMENTO ZERO DE FLUIDOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ASSET MEDICAL TASARIM A.S.	801025121 66	APTO
	94	ID: 3003188 - FILTRO ENDOTOXINAS - MEMBRANA DE POLISSULFONA COM POROSIDADE DE 5 NANO PARA RETENÇÃO DE ENDOTOXINA - (SSUMINI COMPATIVEL COM OSMOSE PORTÁTIL SAUBERN DISPONÍVEL NA UNIDADE), PARA FILTRAR O CONCENTRADO DE BICARBONATO E ÁGUA PARA DIÁLISE. O FILTRO TEM UM DESENHO COMPACTO, FORNECENDO UMA SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA BAIXOS CAUDAIS. FILTRAR PARTÍCULAS TÃO PEQUENAS COMO 5 NM TAIS COMO BACTÉRIAS, VÍRUS E ENDOTOXINAS. CUMPRIR OS REQUISITOS ANSI / AAMI / ISO 11663: 2009. COM VIDA ÚTIL ATÉ 12 MESES. SER PROJETADO PARA SITUAÇÕES DE BAIXO CAUDAL. TER A APROVAÇÃO 510 (K) DA FDA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ASSET MEDICAL TASARIM A.S.	801025121 66	APTO
71	95	ID: 3003188 - FILTRO ENDOTOXINAS - MEMBRANA DE POLISSULFONA COM POROSIDADE DE 5 NANO PARA RETENÇÃO DE ENDOTOXINA - (SSUMINI COMPATIVEL COM OSMOSE PORTÁTIL SAUBERN DISPONÍVEL NA UNIDADE), PARA FILTRAR O CONCENTRADO DE BICARBONATO E ÁGUA PARA DIÁLISE. O FILTRO TEM UM DESENHO COMPACTO, FORNECENDO UMA SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA BAIXOS CAUDAIS. FILTRAR PARTÍCULAS TÃO PEQUENAS COMO 5 NM TAIS COMO BACTÉRIAS, VÍRUS E ENDOTOXINAS. CUMPRIR OS REQUISITOS ANSI / AAMI / ISO 11663: 2009. COM VIDA ÚTIL ATÉ 12 MESES. SER PROJETADO PARA SITUAÇÕES DE BAIXO CAUDAL. TER A APROVAÇÃO 510 (K) DA FDA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UND		NÃO TEVE PROPOSTA		

2. DA CONCLUSÃO:

- 2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**
- 2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO n° 90307/2024**), informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes,

que estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens, conforme tabela acima.

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)
AUCY KELSEN GOMES MAGALHÃES
Auxiliar administrativo

(assinado eletronicamente)
GILMAR MEIRELES NOGUEIRA
Núcleo de Hemodiálise/Nefrologia
Portaria nº 521 de 27 de setembro de 2023
Publicada no DIOF nº 199 de 20/10/2023
ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA



Documento assinado eletronicamente por **Aucy Kelsen Gomes Magalhaes, Auxiliar Administrativo**, em 07/01/2025, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Meireles Nogueira, Chefe de Núcleo**, em 07/01/2025, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 07/01/2025, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0055831833** e o código CRC **0ADF41C3**.