



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 4/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - UPSILON**

Processo Nº: 0036.019231/2024-65

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o despacho Despacho 0056609710, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº **90333/2024**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/**CGPM**, através do Núcleo de Processos Licitatório-**NPL**, emite o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019231/2024-65
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90333/2024SUPE/UPSILON /RO.

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
3	ID: 1002687 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,45X13 MM (EM POLEGADAS 26 G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SALDANHA RODRIGUES	SEM PROPOSTA			
		SG TECNOLOGIA	UNIQMED	10098719018	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
8	ID : 79 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 40 MM (EM POLEGADAS 18 G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR	INJEX INDUSTRIAS	INJEX	10160610031	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

	<p>PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>					
14	<p>ID : 5403 - SERINGA DE 5 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	INJEX INDUSTRIAS	INJEX	10160610007	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>
15	<p>ID : 4 - SERINGA DE 5 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO</p>	INJEX INDUSTRIAS	INJEX	10160610007	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, EM PESQUISA A FICHA TÉCNICA E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE CONFORME DESCRITIVO.</p>

<p>DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO E/OU PONTEIRA (CÔNICO), LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>					
--	--	--	--	--	--

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - **item 03**

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - **itens 08, 14 e 15**

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Subcoordenadora
SESAU-CGPM/RO

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 20/01/2025, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 20/01/2025, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0056612951** e o código CRC **00E35F76**.